




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-1-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:09:00  
处理时间 (V3) : 2026/04/15 08:35:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |      |    |     |    |            |      |          |
|----------------|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 峰号             | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
| 总计             |      |    |     |    |            |      |          |

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
溶剂




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-2-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:12:54  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:16  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.715 | 282047 | 79.639  | 33267 | 925        | 1.165 | --       |
| 2              | 2.625 | 72109  | 20.361  | 9080  | 2509       | 1.035 | 4.180    |
| 总计             |       | 354156 | 100.000 | 42347 |            |       |          |

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-3-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:16:48  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.740 | 282100 | 79.670  | 32999 | 934        | 1.163 | --       |
| 2  | 2.625 | 71985  | 20.330  | 9081  | 2526       | 1.033 | 4.054    |
| 总计 |       | 354085 | 100.000 | 42080 |            |       |          |

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-2




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-4-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:20:42  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.759 | 281737 | 79.645  | 32621 | 935        | 1.162 | --       |
| 2              | 2.625 | 72004  | 20.355  | 9073  | 2527       | 1.032 | 3.949    |
| 总计             |       | 353741 | 100.000 | 41694 |            |       |          |

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-3




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-5-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:24:36  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:25  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.772 | 281784 | 79.641  | 32487 | 937        | 1.161 | --       |
| 2              | 2.625 | 72035  | 20.359  | 9091  | 2533       | 1.032 | 3.873    |
| 总计             |       | 353820 | 100.000 | 41578 |            |       |          |

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-4




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-6-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:28:29  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:27  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.785 | 281678 | 79.660  | 32310 | 942        | 1.159 | --       |
| 2              | 2.625 | 71923  | 20.340  | 9074  | 2525       | 1.033 | 3.805    |
| 总计             |       | 353601 | 100.000 | 41384 |            |       |          |

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-5




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-7-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-1  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:32:23  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:30  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.789 | 119142 | 69.246  | 13964 | 1001       | 1.165 | --       |
| 2  | 2.627 | 52915  | 30.754  | 6695  | 2541       | 1.030 | 3.853    |
| 总计 |       | 172057 | 100.000 | 20659 |            |       |          |

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-8-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-10  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:36:15  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:33  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.799 | 160489 | 72.130  | 18741 | 1006       | 1.162 | --       |
| 2              | 2.626 | 62012  | 27.870  | 7841  | 2542       | 1.032 | 3.800    |
| 总计             |       | 222502 | 100.000 | 26583 |            |       |          |

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-9-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-19  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:40:07  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:36  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.804 | 163435 | 71.422  | 19106 | 1010       | 1.160 | --       |
| 2  | 2.626 | 65395  | 28.578  | 8268  | 2542       | 1.032 | 3.776    |
| 总计 |       | 228830 | 100.000 | 27373 |            |       |          |

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-10-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-28  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:44:00  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:39  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.810 | 195425 | 76.914  | 22751 | 1010       | 1.157 | --       |
| 2              | 2.625 | 58658  | 23.086  | 7423  | 2539       | 1.035 | 3.736    |
| 总计             |       | 254083 | 100.000 | 30174 |            |       |          |

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-11-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-37  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:47:53  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.816 | 163039 | 70.961  | 18980 | 1013       | 1.159 | --       |
| 2  | 2.625 | 66719  | 29.039  | 8442  | 2542       | 1.035 | 3.709    |
| 总计 |       | 229758 | 100.000 | 27422 |            |       |          |

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-12-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-46  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:51:45  
处理时间 (V3) : 2026/04/15 08:35:44  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.817 | 145700 | 69.967  | 16986 | 1022       | 1.158 | --       |
| 2  | 2.624 | 62541  | 30.033  | 7942  | 2547       | 1.034 | 3.709    |
| 总计 |       | 208242 | 100.000 | 24928 |            |       |          |

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱 温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-13-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-2  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:55:38  
处理时间 (V3) : 2026/04/15 08:35:47  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.823 | 217983 | 76.580  | 25105 | 996        | 1.160 | --       |
| 2              | 2.624 | 66663  | 23.420  | 8456  | 2549       | 1.034 | 3.654    |
| 总计             |       | 284647 | 100.000 | 33561 |            |       |          |

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-14-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-11  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:59:31  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:50  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.827 | 263966 | 79.025  | 30534 | 1013       | 1.152 | --       |
| 2              | 2.623 | 70061  | 20.975  | 8886  | 2547       | 1.031 | 3.641    |
| 总计             |       | 334028 | 100.000 | 39421 |            |       |          |

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2  
供试品溶液-1



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-15-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/04/14 12:03:24

处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.828 | 241611 | 77.832  | 27958 | 1013       | 1.152 | --       |
| 2              | 2.623 | 68817  | 22.168  | 8725  | 2546       | 1.035 | 3.632    |
| 总计             |       | 310428 | 100.000 | 36683 |            |       |          |

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-16-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-29  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:07:17  
处理时间 (V3) : 2026/04/15 08:35:55  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.830 | 268312 | 80.309  | 30939 | 1008       | 1.153 | --       |
| 2  | 2.623 | 65788  | 19.691  | 8358  | 2550       | 1.033 | 3.616    |
| 总计 |       | 334099 | 100.000 | 39297 |            |       |          |

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4  
供试品溶液-1






PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-17-3 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-38  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:11:10  
处理时间 (V3): 2026/04/15 08:35:58  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.831 | 271531 | 79.133  | 31605 | 1027       | 1.149 | --       |
| 2  | 2.623 | 71603  | 20.867  | 9104  | 2549       | 1.034 | 3.629    |
| 总计 |       | 343134 | 100.000 | 40709 |            |       |          |

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-18-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-47  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:15:02  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:01  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.834 | 261256 | 78.920  | 30198 | 1020       | 1.153 | --       |
| 2              | 2.623 | 69783  | 21.080  | 8866  | 2549       | 1.033 | 3.608    |
| 总计             |       | 331039 | 100.000 | 39064 |            |       |          |

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-19-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-3  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:18:55  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:03  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.833 | 240167 | 77.555  | 27644 | 1007       | 1.156 | --       |
| 2  | 2.623 | 69506  | 22.445  | 8834  | 2547       | 1.031 | 3.600    |
| 总计 |       | 309673 | 100.000 | 36478 |            |       |          |

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-20-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-12  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:22:46  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:06  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.837 | 281555 | 80.126  | 32446 | 1013       | 1.151 | --       |
| 2  | 2.623 | 69833  | 19.874  | 8865  | 2547       | 1.033 | 3.581    |
| 总计 |       | 351388 | 100.000 | 41311 |            |       |          |

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-21-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-21  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:26:38  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:09  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.837 | 262994 | 78.737  | 30372 | 1019       | 1.151 | --       |
| 2  | 2.622 | 71020  | 21.263  | 9035  | 2550       | 1.034 | 3.582    |
| 总计 |       | 334014 | 100.000 | 39408 |            |       |          |

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-22-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-30  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:30:31  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.837 | 279828 | 80.464  | 32390 | 1023       | 1.151 | --       |
| 2  | 2.622 | 67940  | 19.536  | 8645  | 2554       | 1.031 | 3.591    |
| 总计 |       | 347767 | 100.000 | 41035 |            |       |          |

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-23-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-39  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:34:24  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:14  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.841 | 288865 | 80.080  | 33158 | 1011       | 1.152 | --       |
| 2              | 2.623 | 71856  | 19.920  | 9128  | 2552       | 1.037 | 3.559    |
| 总计             |       | 360721 | 100.000 | 42286 |            |       |          |

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-24-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-48  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:38:17  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:17  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.839 | 282001 | 79.849  | 32430 | 1010       | 1.153 | --       |
| 2              | 2.621 | 71165  | 20.151  | 9041  | 2545       | 1.034 | 3.565    |
| 总计             |       | 353166 | 100.000 | 41471 |            |       |          |

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-25-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-4  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:42:09  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:20  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.839 | 250649 | 78.170  | 28808 | 1012       | 1.154 | --       |
| 2              | 2.622 | 69997  | 21.830  | 8891  | 2545       | 1.031 | 3.562    |
| 总计             |       | 320646 | 100.000 | 37699 |            |       |          |

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-26-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-13  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:46:02  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:23  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.842 | 286922 | 80.197  | 33075 | 1023       | 1.151 | --       |
| 2              | 2.621 | 70849  | 19.803  | 9009  | 2552       | 1.032 | 3.561    |
| 总计             |       | 357771 | 100.000 | 42084 |            |       |          |

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-27-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-22  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:49:56  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:26  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.840 | 271605 | 79.377  | 31282 | 1016       | 1.151 | --       |
| 2              | 2.621 | 70568  | 20.623  | 8982  | 2556       | 1.031 | 3.567    |
| 总计             |       | 342172 | 100.000 | 40264 |            |       |          |

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-28-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-31  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:53:49  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:29  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.844 | 283897 | 80.302  | 32611 | 1017       | 1.153 | --       |
| 2              | 2.622 | 69638  | 19.698  | 8845  | 2549       | 1.032 | 3.546    |
| 总计             |       | 353535 | 100.000 | 41456 |            |       |          |

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-29-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-40  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:57:40  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:31  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.845 | 289099 | 80.557  | 33485 | 1034       | 1.148 | --       |
| 2              | 2.622 | 69775  | 19.443  | 8862  | 2549       | 1.030 | 3.554    |
| 总计             |       | 358873 | 100.000 | 42347 |            |       |          |

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-30-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-49  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:01:32  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:34  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.845 | 285761 | 79.938  | 32897 | 1022       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.621 | 71718  | 20.062  | 9126  | 2557       | 1.032 | 3.545    |
| 总计             |       | 357479 | 100.000 | 42023 |            |       |          |

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-31-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-5  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:05:26  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:37  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.845 | 260172 | 79.085  | 29954 | 1019       | 1.154 | --       |
| 2  | 2.621 | 68807  | 20.915  | 8772  | 2554       | 1.031 | 3.537    |
| 总计 |       | 328979 | 100.000 | 38727 |            |       |          |

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-32-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-14  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:09:19  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:40  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.843 | 284877 | 80.611  | 32841 | 1024       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.621 | 68519  | 19.389  | 8715  | 2551       | 1.031 | 3.552    |
| 总计             |       | 353397 | 100.000 | 41557 |            |       |          |

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-33-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-23  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:13:13  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:43  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.847 | 274313 | 79.308  | 31634 | 1025       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.621 | 71571  | 20.692  | 9102  | 2548       | 1.035 | 3.533    |
| 总计             |       | 345884 | 100.000 | 40736 |            |       |          |

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-34-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-32  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:17:04  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:45  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.846 | 284081 | 80.291  | 32815 | 1030       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.621 | 69735  | 19.709  | 8881  | 2549       | 1.033 | 3.539    |
| 总计             |       | 353816 | 100.000 | 41695 |            |       |          |

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-35-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-41  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:20:57  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:49  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.846 | 289375 | 80.243  | 33366 | 1025       | 1.149 | --       |
| 2              | 2.621 | 71247  | 19.757  | 9072  | 2559       | 1.033 | 3.542    |
| 总计             |       | 360622 | 100.000 | 42438 |            |       |          |

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-36-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-50  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:24:50  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:51  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.847 | 286959 | 80.174  | 33154 | 1028       | 1.149 | --       |
| 2              | 2.621 | 70963  | 19.826  | 9033  | 2554       | 1.030 | 3.534    |
| 总计             |       | 357922 | 100.000 | 42187 |            |       |          |

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-37-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-6  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:28:44  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:54  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.843 | 265038 | 79.351  | 30399 | 1016       | 1.155 | --       |
| 2              | 2.620 | 68969  | 20.649  | 8773  | 2555       | 1.030 | 3.546    |
| 总计             |       | 334006 | 100.000 | 39172 |            |       |          |

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-38-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-15  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:32:38  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:36:57  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.848 | 284543 | 80.453  | 32810 | 1026       | 1.149 | --       |
| 2              | 2.621 | 69133  | 19.547  | 8799  | 2555       | 1.029 | 3.530    |
| 总计             |       | 353676 | 100.000 | 41609 |            |       |          |

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-39-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-24  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:36:32  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:00  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.846 | 278839 | 79.529  | 32172 | 1025       | 1.149 | --       |
| 2              | 2.621 | 71772  | 20.471  | 9132  | 2555       | 1.030 | 3.539    |
| 总计             |       | 350612 | 100.000 | 41304 |            |       |          |

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-40-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-33  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:40:26  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:03  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.848 | 279894 | 79.991  | 32180 | 1020       | 1.151 | --       |
| 2              | 2.620 | 70012  | 20.009  | 8902  | 2549       | 1.031 | 3.521    |
| 总计             |       | 349905 | 100.000 | 41081 |            |       |          |

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-41-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-42  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:44:18  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:05  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.848 | 289627 | 80.654  | 33395 | 1027       | 1.150 | --       |
| 2  | 2.620 | 69471  | 19.346  | 8857  | 2562       | 1.034 | 3.528    |
| 总计 |       | 359098 | 100.000 | 42252 |            |       |          |

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-42-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-51  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:48:11  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:08  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.847 | 288406 | 79.867  | 33319 | 1031       | 1.148 | --       |
| 2  | 2.620 | 72701  | 20.133  | 9272  | 2566       | 1.030 | 3.539    |
| 总计 |       | 361107 | 100.000 | 42591 |            |       |          |

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-43-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-7  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:52:03  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:11  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.847 | 264509 | 79.192  | 30363 | 1016       | 1.153 | --       |
| 2  | 2.619 | 69500  | 20.808  | 8841  | 2547       | 1.034 | 3.510    |
| 总计 |       | 334009 | 100.000 | 39203 |            |       |          |

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-44-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-16  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:55:57  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:14  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.857 | 285803 | 80.346  | 32970 | 1041       | 1.148 | --       |
| 2              | 2.639 | 69911  | 19.654  | 8849  | 2561       | 1.034 | 3.562    |
| 总计             |       | 355714 | 100.000 | 41819 |            |       |          |

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-45-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-25  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:59:49  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:16  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 279299 | 79.733  | 32165 | 1040       | 1.148 | --       |
| 2              | 2.639 | 70992  | 20.267  | 8987  | 2554       | 1.030 | 3.538    |
| 总计             |       | 350291 | 100.000 | 41152 |            |       |          |

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-46-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-34  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:03:43  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 279200 | 81.915  | 32207 | 1045       | 1.148 | --       |
| 2              | 2.638 | 61640  | 18.085  | 7811  | 2561       | 1.032 | 3.541    |
| 总计             |       | 340840 | 100.000 | 40018 |            |       |          |

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-47-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-43  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:07:36  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 289649 | 80.568  | 33290 | 1038       | 1.148 | --       |
| 2              | 2.638 | 69859  | 19.432  | 8836  | 2565       | 1.030 | 3.549    |
| 总计             |       | 359509 | 100.000 | 42126 |            |       |          |

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-48-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-52  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:11:29  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:25  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 292771 | 80.031  | 33582 | 1034       | 1.152 | --       |
| 2              | 2.638 | 73050  | 19.969  | 9249  | 2562       | 1.033 | 3.543    |
| 总计             |       | 365821 | 100.000 | 42831 |            |       |          |

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-49-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-8  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:15:22  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:28  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.857 | 285477 | 80.419  | 32704 | 1024       | 1.151 | --       |
| 2  | 2.638 | 69511  | 19.581  | 8794  | 2563       | 1.032 | 3.542    |
| 总计 |       | 354988 | 100.000 | 41497 |            |       |          |

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-50-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-17  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:19:16  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:30  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 292591 | 80.695  | 33706 | 1042       | 1.146 | --       |
| 2              | 2.637 | 69998  | 19.305  | 8865  | 2564       | 1.032 | 3.541    |
| 总计             |       | 362590 | 100.000 | 42571 |            |       |          |

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-51-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-26  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:23:10  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:33  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.859 | 292549 | 80.569  | 33713 | 1043       | 1.147 | --       |
| 2  | 2.637 | 70553  | 19.431  | 8937  | 2563       | 1.029 | 3.550    |
| 总计 |       | 363101 | 100.000 | 42650 |            |       |          |

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-52-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-35  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:27:04  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:36  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 294494 | 80.518  | 33961 | 1046       | 1.148 | --       |
| 2              | 2.638 | 71255  | 19.482  | 9002  | 2549       | 1.032 | 3.541    |
| 总计             |       | 365749 | 100.000 | 42963 |            |       |          |

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-53-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-44  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:30:59  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:39  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.857 | 299422 | 80.533  | 34599 | 1046       | 1.149 | --       |
| 2              | 2.638 | 72377  | 19.467  | 9156  | 2561       | 1.033 | 3.563    |
| 总计             |       | 371798 | 100.000 | 43755 |            |       |          |

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-54-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-53  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:34:52  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:42  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 291073 | 79.960  | 33515 | 1043       | 1.148 | --       |
| 2              | 2.638 | 72950  | 20.040  | 9229  | 2558       | 1.033 | 3.546    |
| 总计             |       | 364022 | 100.000 | 42744 |            |       |          |

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-55-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:38:45  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:44  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 280213 | 79.621  | 31601 | 982        | 1.148 | --       |
| 2              | 2.636 | 71719  | 20.379  | 9059  | 2548       | 1.034 | 3.460    |
| 总计             |       | 351932 | 100.000 | 40660 |            |       |          |

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-56-2 - zzp-6031801p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:42:38  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:47  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 280518 | 79.598  | 31478 | 973        | 1.151 | --       |
| 2              | 2.635 | 71902  | 20.402  | 9060  | 2548       | 1.033 | 3.473    |
| 总计             |       | 352421 | 100.000 | 40537 |            |       |          |

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-2






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-57-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-9  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:46:34  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:50  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |      |    |     |    |            |      |          |
|----------------|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 峰号             | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
| 总计             |      |    |     |    |            |      |          |

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
溶剂




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-58-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:50:28  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:53  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.860 | 280082 | 79.612  | 31457 | 976        | 1.150 | --       |
| 2  | 2.635 | 71724  | 20.388  | 9060  | 2545       | 1.033 | 3.469    |
| 总计 |       | 351806 | 100.000 | 40517 |            |       |          |

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-59-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:54:23  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:55  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.863 | 280325 | 79.613  | 31516 | 979        | 1.149 | --       |
| 2  | 2.635 | 71784  | 20.387  | 9058  | 2546       | 1.031 | 3.458    |
| 总计 |       | 352109 | 100.000 | 40574 |            |       |          |

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-2




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-60-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:58:16  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:37:58  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.862 | 280221 | 79.614  | 31491 | 976        | 1.150 | --       |
| 2  | 2.636 | 71753  | 20.386  | 9051  | 2554       | 1.031 | 3.460    |
| 总计 |       | 351973 | 100.000 | 40542 |            |       |          |

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-3




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱 温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-61-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:02:10  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:01  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.859 | 279879 | 79.562  | 31472 | 977        | 1.150 | --       |
| 2  | 2.635 | 71897  | 20.438  | 9055  | 2545       | 1.032 | 3.474    |
| 总计 |       | 351776 | 100.000 | 40527 |            |       |          |

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-4




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-62-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:06:04  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:05  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.863 | 280088 | 79.607  | 31465 | 974        | 1.150 | --       |
| 2  | 2.636 | 71749  | 20.393  | 9067  | 2546       | 1.031 | 3.450    |
| 总计 |       | 351837 | 100.000 | 40533 |            |       |          |

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-5




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-63-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-1  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:09:58  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:07  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 99922  | 63.805  | 11522 | 1040       | 1.161 | --       |
| 2              | 2.638 | 56683  | 36.195  | 7167  | 2558       | 1.027 | 3.546    |
| 总计             |       | 156605 | 100.000 | 18689 |            |       |          |

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-64-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-10  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:13:53  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:11  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 141229 | 69.590  | 16307 | 1046       | 1.154 | --       |
| 2              | 2.638 | 61715  | 30.410  | 7823  | 2569       | 1.031 | 3.551    |
| 总计             |       | 202944 | 100.000 | 24131 |            |       |          |

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-65-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-19  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:17:46  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:13  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 208616 | 76.827  | 24017 | 1043       | 1.154 | --       |
| 2              | 2.638 | 62922  | 23.173  | 7984  | 2568       | 1.029 | 3.552    |
| 总计             |       | 271538 | 100.000 | 32001 |            |       |          |

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-66-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-28  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:21:40  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:16  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.862 | 173715 | 76.422  | 20119 | 1050       | 1.151 | --       |
| 2  | 2.638 | 53595  | 23.578  | 6783  | 2560       | 1.032 | 3.538    |
| 总计 |       | 227310 | 100.000 | 26903 |            |       |          |

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-67-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-37  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:25:34  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 180110 | 72.543  | 20685 | 1034       | 1.155 | --       |
| 2              | 2.637 | 68169  | 27.457  | 8628  | 2564       | 1.033 | 3.534    |
| 总计             |       | 248279 | 100.000 | 29313 |            |       |          |

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-68-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-46  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:29:28  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 124554 | 68.670  | 14336 | 1040       | 1.159 | --       |
| 2              | 2.637 | 56826  | 31.330  | 7202  | 2560       | 1.032 | 3.535    |
| 总计             |       | 181380 | 100.000 | 21538 |            |       |          |

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-69-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-2  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:33:22  
处理时间 (V2) : 2026/04/15 08:38:25  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 224546 | 76.442  | 25896 | 1041       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.637 | 69202  | 23.558  | 8755  | 2560       | 1.033 | 3.523    |
| 总计             |       | 293749 | 100.000 | 34651 |            |       |          |

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-70-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-11  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:37:16  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:28  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 261938 | 78.784  | 30246 | 1050       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.637 | 70539  | 21.216  | 8942  | 2561       | 1.032 | 3.549    |
| 总计             |       | 332477 | 100.000 | 39189 |            |       |          |

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-71-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-20  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:41:11  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:31  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.862 | 273459 | 80.321  | 31423 | 1035       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.637 | 66998  | 19.679  | 8493  | 2564       | 1.031 | 3.526    |
| 总计             |       | 340457 | 100.000 | 39916 |            |       |          |

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-72-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-29  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:45:04  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:34  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.857 | 281331 | 82.253  | 32387 | 1035       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.635 | 60701  | 17.747  | 7688  | 2567       | 1.037 | 3.547    |
| 总计             |       | 342033 | 100.000 | 40075 |            |       |          |

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-73-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-38  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:48:58  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:37  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.860 | 266515 | 78.745  | 30574 | 1034       | 1.151 | --       |
| 2  | 2.635 | 71938  | 21.255  | 9111  | 2561       | 1.032 | 3.526    |
| 总计 |       | 338453 | 100.000 | 39685 |            |       |          |

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-74-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-47  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:52:52  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:39  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.858 | 248038 | 78.339  | 28536 | 1036       | 1.152 | --       |
| 2              | 2.636 | 68582  | 21.661  | 8695  | 2560       | 1.031 | 3.542    |
| 总计             |       | 316620 | 100.000 | 37231 |            |       |          |

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-75-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-3  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:56:46  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:42  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.859 | 255275 | 78.823  | 29420 | 1044       | 1.152 | --       |
| 2  | 2.637 | 68585  | 21.177  | 8690  | 2568       | 1.032 | 3.548    |
| 总计 |       | 323859 | 100.000 | 38109 |            |       |          |

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-76-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-12  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:00:40  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:45  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.862 | 284849 | 79.918  | 32789 | 1039       | 1.150 | --       |
| 2  | 2.637 | 71578  | 20.082  | 9042  | 2556       | 1.033 | 3.523    |
| 总计 |       | 356427 | 100.000 | 41831 |            |       |          |

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-77-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-21  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:04:35  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:48  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.856 | 275192 | 80.620  | 30978 | 982        | 1.156 | --       |
| 2              | 2.636 | 66154  | 19.380  | 8379  | 2564       | 1.032 | 3.506    |
| 总计             |       | 341346 | 100.000 | 39358 |            |       |          |

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-78-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-30  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:08:28  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:50  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.858 | 294119 | 81.989  | 33675 | 1027       | 1.153 | --       |
| 2              | 2.636 | 64609  | 18.011  | 8192  | 2565       | 1.032 | 3.537    |
| 总计             |       | 358728 | 100.000 | 41867 |            |       |          |

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-79-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-39  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:12:22  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:53  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 277480 | 79.558  | 31942 | 1039       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.637 | 71296  | 20.442  | 9042  | 2570       | 1.036 | 3.538    |
| 总计             |       | 348776 | 100.000 | 40984 |            |       |          |

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-80-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-48  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:16:15  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:56  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 267038 | 79.000  | 30660 | 1033       | 1.152 | --       |
| 2              | 2.636 | 70987  | 21.000  | 8985  | 2565       | 1.032 | 3.524    |
| 总计             |       | 338025 | 100.000 | 39645 |            |       |          |

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-81-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-4  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:20:09  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:38:59  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.851 | 265290 | 78.849  | 29498 | 966        | 1.173 | --       |
| 2  | 2.636 | 71164  | 21.151  | 9011  | 2566       | 1.035 | 3.520    |
| 总计 |       | 336455 | 100.000 | 38510 |            |       |          |

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-82-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-13  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:24:03  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:02  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 290286 | 80.197  | 33321 | 1038       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.636 | 71678  | 19.803  | 9066  | 2558       | 1.032 | 3.533    |
| 总计             |       | 361964 | 100.000 | 42387 |            |       |          |

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-83-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-22  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:27:57  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:05  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 282325 | 82.441  | 32479 | 1041       | 1.152 | --       |
| 2              | 2.636 | 60130  | 17.559  | 7617  | 2570       | 1.032 | 3.536    |
| 总计             |       | 342455 | 100.000 | 40096 |            |       |          |

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-84-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-31  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:31:51  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:08  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.853 | 294509 | 81.921  | 33544 | 1013       | 1.159 | --       |
| 2              | 2.637 | 64996  | 18.079  | 8241  | 2573       | 1.031 | 3.554    |
| 总计             |       | 359505 | 100.000 | 41785 |            |       |          |

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-85-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-40  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:35:46  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:10  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 283616 | 79.397  | 32521 | 1033       | 1.153 | --       |
| 2              | 2.636 | 73596  | 20.603  | 9320  | 2565       | 1.032 | 3.524    |
| 总计             |       | 357212 | 100.000 | 41840 |            |       |          |

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-86-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-49  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:39:40  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:13  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.858 | 275603 | 79.622  | 31651 | 1035       | 1.153 | --       |
| 2              | 2.636 | 70536  | 20.378  | 8941  | 2572       | 1.032 | 3.545    |
| 总计             |       | 346139 | 100.000 | 40592 |            |       |          |

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-87-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-5  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:43:34  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:16  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 277880 | 80.519  | 32118 | 1053       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.636 | 67231  | 19.481  | 8518  | 2561       | 1.033 | 3.542    |
| 总计             |       | 345111 | 100.000 | 40636 |            |       |          |

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-88-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-14  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:47:29  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 289390 | 79.814  | 33417 | 1048       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.636 | 73188  | 20.186  | 9257  | 2564       | 1.034 | 3.534    |
| 总计             |       | 362578 | 100.000 | 42675 |            |       |          |

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-89-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-23  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:51:24  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 279551 | 80.362  | 31980 | 1027       | 1.152 | --       |
| 2              | 2.636 | 68316  | 19.638  | 8659  | 2564       | 1.030 | 3.524    |
| 总计             |       | 347867 | 100.000 | 40639 |            |       |          |

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-90-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-32  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:55:20  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:24  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 298087 | 82.471  | 34197 | 1037       | 1.154 | --       |
| 2              | 2.635 | 63359  | 17.529  | 8019  | 2567       | 1.031 | 3.533    |
| 总计             |       | 361446 | 100.000 | 42216 |            |       |          |

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-91-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-41  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:59:14  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:27  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 279673 | 79.339  | 32229 | 1043       | 1.149 | --       |
| 2              | 2.635 | 72833  | 20.661  | 9253  | 2579       | 1.031 | 3.546    |
| 总计             |       | 352506 | 100.000 | 41482 |            |       |          |

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-92-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-50  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:03:08  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:30  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 277167 | 79.796  | 31925 | 1043       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.635 | 70176  | 20.204  | 8896  | 2564       | 1.031 | 3.532    |
| 总计             |       | 347343 | 100.000 | 40821 |            |       |          |

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-93-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-6  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:07:03  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:33  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 275748 | 79.086  | 31825 | 1047       | 1.149 | --       |
| 2              | 2.635 | 72922  | 20.914  | 9231  | 2564       | 1.034 | 3.538    |
| 总计             |       | 348671 | 100.000 | 41057 |            |       |          |

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-94-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-15  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:10:58  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:36  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 287990 | 80.100  | 33097 | 1039       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.635 | 71550  | 19.900  | 9040  | 2565       | 1.034 | 3.533    |
| 总计             |       | 359539 | 100.000 | 42136 |            |       |          |

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-95-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-24  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:14:54  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:39  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 278256 | 82.467  | 32083 | 1044       | 1.149 | --       |
| 2              | 2.634 | 59157  | 17.533  | 7489  | 2567       | 1.033 | 3.530    |
| 总计             |       | 337414 | 100.000 | 39572 |            |       |          |

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-96-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-33  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:18:48  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.856 | 295111 | 81.733  | 33988 | 1037       | 1.151 | --       |
| 2              | 2.634 | 65956  | 18.267  | 8349  | 2564       | 1.036 | 3.548    |
| 总计             |       | 361067 | 100.000 | 42337 |            |       |          |

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-97-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-42  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:22:43  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:44  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 284472 | 79.758  | 32504 | 1025       | 1.155 | --       |
| 2              | 2.635 | 72196  | 20.242  | 9137  | 2574       | 1.036 | 3.527    |
| 总计             |       | 356668 | 100.000 | 41641 |            |       |          |

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-98-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-51  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:26:39  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:47  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 275127 | 79.424  | 31628 | 1039       | 1.151 | --       |
| 2              | 2.634 | 71274  | 20.576  | 9011  | 2564       | 1.033 | 3.530    |
| 总计             |       | 346400 | 100.000 | 40639 |            |       |          |

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱 温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-99-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-7  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:30:33  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:50  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.852 | 281027 | 79.497  | 31687 | 995        | 1.169 | --       |
| 2  | 2.635 | 72481  | 20.503  | 9177  | 2564       | 1.035 | 3.533    |
| 总计 |       | 353508 | 100.000 | 40864 |            |       |          |

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-100-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-16  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:34:28  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:52  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 287238 | 80.524  | 33041 | 1039       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.634 | 69473  | 19.476  | 8786  | 2560       | 1.031 | 3.522    |
| 总计             |       | 356711 | 100.000 | 41828 |            |       |          |

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-101-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-25  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:38:22  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:55  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 282298 | 80.241  | 32482 | 1042       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.634 | 69516  | 19.759  | 8787  | 2561       | 1.032 | 3.536    |
| 总计             |       | 351814 | 100.000 | 41269 |            |       |          |

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-102-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-34  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:42:16  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:39:58  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.861 | 290115 | 81.581  | 33338 | 1038       | 1.149 | --       |
| 2  | 2.634 | 65500  | 18.419  | 8280  | 2558       | 1.035 | 3.522    |
| 总计 |       | 355615 | 100.000 | 41619 |            |       |          |

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-103-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-43  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:46:10  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:01  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 281375 | 79.680  | 32493 | 1048       | 1.151 | --       |
| 2              | 2.634 | 71754  | 20.320  | 9066  | 2561       | 1.034 | 3.533    |
| 总计             |       | 353129 | 100.000 | 41560 |            |       |          |

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-104-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-52  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:50:05  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:04  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.860 | 280465 | 79.385  | 32207 | 1040       | 1.152 | --       |
| 2  | 2.635 | 72833  | 20.615  | 9238  | 2566       | 1.035 | 3.536    |
| 总计 |       | 353298 | 100.000 | 41445 |            |       |          |

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-105-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-8  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:53:59  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:07  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 289056 | 80.146  | 33295 | 1044       | 1.149 | --       |
| 2              | 2.634 | 71608  | 19.854  | 9052  | 2567       | 1.034 | 3.533    |
| 总计             |       | 360664 | 100.000 | 42347 |            |       |          |

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-106-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-17  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:57:55  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:09  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 285593 | 80.470  | 32863 | 1038       | 1.148 | --       |
| 2              | 2.634 | 69312  | 19.530  | 8786  | 2563       | 1.031 | 3.522    |
| 总计             |       | 354905 | 100.000 | 41648 |            |       |          |

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-107-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-26  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:01:49  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.858 | 299719 | 81.146  | 34423 | 1038       | 1.154 | --       |
| 2  | 2.634 | 69640  | 18.854  | 8822  | 2565       | 1.031 | 3.534    |
| 总计 |       | 369359 | 100.000 | 43246 |            |       |          |

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-108-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-35  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:05:45  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:16  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.860 | 296098 | 80.794  | 34163 | 1048       | 1.150 | --       |
| 2              | 2.635 | 70386  | 19.206  | 8917  | 2570       | 1.032 | 3.542    |
| 总计             |       | 366484 | 100.000 | 43080 |            |       |          |

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-109-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-44  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:09:39  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.860 | 294513 | 80.330  | 34091 | 1056       | 1.150 | --       |
| 2  | 2.634 | 72115  | 19.670  | 9116  | 2573       | 1.030 | 3.546    |
| 总计 |       | 366628 | 100.000 | 43206 |            |       |          |

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-110-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-53  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:13:34  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 296372 | 80.336  | 34117 | 1044       | 1.151 | --       |
| 2              | 2.634 | 72545  | 19.664  | 9173  | 2565       | 1.034 | 3.538    |
| 总计             |       | 368917 | 100.000 | 43290 |            |       |          |

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-111-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:17:30  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:25  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 280060 | 79.609  | 31433 | 973        | 1.152 | --       |
| 2              | 2.632 | 71736  | 20.391  | 9082  | 2551       | 1.035 | 3.451    |
| 总计             |       | 351796 | 100.000 | 40514 |            |       |          |

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-112-2 - zzp-6032501p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:21:25  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:28  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 280247 | 79.596  | 31431 | 974        | 1.152 | --       |
| 2              | 2.632 | 71839  | 20.404  | 9088  | 2545       | 1.036 | 3.449    |
| 总计             |       | 352085 | 100.000 | 40519 |            |       |          |

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-2






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-113-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-9  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:25:18  
处理时间 (V2) : 2026/04/15 08:40:31  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |      |    |     |    |            |      |          |
|----------------|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 峰号             | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
| 总计             |      |    |     |    |            |      |          |

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
溶剂




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-114-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:29:11  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:34  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.861 | 280670 | 79.567  | 31609 | 981        | 1.151 | --       |
| 2  | 2.632 | 72078  | 20.433  | 9102  | 2548       | 1.031 | 3.458    |
| 总计 |       | 352748 | 100.000 | 40711 |            |       |          |

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-115-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:33:04  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:37  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.862 | 280485 | 79.581  | 31573 | 980        | 1.150 | --       |
| 2              | 2.632 | 71967  | 20.419  | 9113  | 2545       | 1.030 | 3.447    |
| 总计             |       | 352451 | 100.000 | 40685 |            |       |          |

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-2




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-116-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:36:57  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:39  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.862 | 280644 | 79.642  | 31561 | 977        | 1.151 | --       |
| 2  | 2.632 | 71736  | 20.358  | 9091  | 2551       | 1.030 | 3.449    |
| 总计 |       | 352380 | 100.000 | 40652 |            |       |          |

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-3




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-117-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:40:51  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:42  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 280907 | 79.630  | 31596 | 977        | 1.151 | --       |
| 2              | 2.632 | 71856  | 20.370  | 9096  | 2551       | 1.033 | 3.452    |
| 总计             |       | 352763 | 100.000 | 40692 |            |       |          |

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-4




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-118-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:44:45  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:45  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.860 | 280755 | 79.589  | 31564 | 977        | 1.153 | --       |
| 2  | 2.632 | 72001  | 20.411  | 9116  | 2547       | 1.030 | 3.454    |
| 总计 |       | 352756 | 100.000 | 40680 |            |       |          |

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-5




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱 温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-119-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-1  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:48:37  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:48  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 147052 | 70.470  | 17251 | 1082       | 1.151 | --       |
| 2              | 2.635 | 61620  | 29.530  | 7821  | 2571       | 1.032 | 3.556    |
| 总计             |       | 208673 | 100.000 | 25072 |            |       |          |

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-120-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-10  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:52:29  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:51  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.864 | 155159 | 71.343  | 18231 | 1088       | 1.146 | --       |
| 2  | 2.635 | 62324  | 28.657  | 7902  | 2578       | 1.032 | 3.558    |
| 总计 |       | 217484 | 100.000 | 26133 |            |       |          |

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-121-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-19  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:56:23  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:54  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 197480 | 75.401  | 23191 | 1088       | 1.147 | --       |
| 2              | 2.635 | 64427  | 24.599  | 8142  | 2564       | 1.033 | 3.549    |
| 总计             |       | 261907 | 100.000 | 31333 |            |       |          |

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-122-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-28  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:00:15  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:57  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.864 | 121736 | 65.832  | 14352 | 1094       | 1.150 | --       |
| 2  | 2.635 | 63184  | 34.168  | 8020  | 2573       | 1.033 | 3.562    |
| 总计 |       | 184920 | 100.000 | 22372 |            |       |          |

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱 温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-123-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-37  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:04:07  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:40:59  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 120342 | 68.514  | 14150 | 1083       | 1.154 | --       |
| 2              | 2.635 | 55305  | 31.486  | 7004  | 2561       | 1.028 | 3.550    |
| 总计             |       | 175647 | 100.000 | 21154 |            |       |          |

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-124-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-46  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:08:00  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:02  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.865 | 169135 | 75.712  | 19911 | 1095       | 1.147 | --       |
| 2  | 2.635 | 54257  | 24.288  | 6887  | 2562       | 1.029 | 3.555    |
| 总计 |       | 223391 | 100.000 | 26799 |            |       |          |

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-125-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-2  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:11:51  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:05  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 266338 | 79.557  | 31370 | 1092       | 1.141 | --       |
| 2              | 2.634 | 68439  | 20.443  | 8653  | 2559       | 1.031 | 3.551    |
| 总计             |       | 334777 | 100.000 | 40023 |            |       |          |

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-126-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-11  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:15:44  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:08  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.864 | 273239 | 79.296  | 31914 | 1075       | 1.145 | --       |
| 2  | 2.635 | 71342  | 20.704  | 9035  | 2564       | 1.032 | 3.537    |
| 总计 |       | 344581 | 100.000 | 40950 |            |       |          |

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-127-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-20  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:19:36  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:11  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.862 | 272566 | 79.476  | 30925 | 1005       | 1.163 | --       |
| 2              | 2.635 | 70387  | 20.524  | 8912  | 2561       | 1.034 | 3.488    |
| 总计             |       | 342953 | 100.000 | 39838 |            |       |          |

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-128-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-29  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:23:28  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:13  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.862 | 251334 | 78.276  | 28786 | 1028       | 1.163 | --       |
| 2              | 2.635 | 69752  | 21.724  | 8816  | 2556       | 1.034 | 3.508    |
| 总计             |       | 321086 | 100.000 | 37602 |            |       |          |

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱 温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-129-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-38  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:27:21  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:16  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 228907 | 76.476  | 26373 | 1043       | 1.158 | --       |
| 2              | 2.635 | 70411  | 23.524  | 8896  | 2558       | 1.035 | 3.516    |
| 总计             |       | 299318 | 100.000 | 35269 |            |       |          |

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-130-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-47  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:31:13  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 257126 | 80.618  | 29451 | 1028       | 1.161 | --       |
| 2              | 2.636 | 61817  | 19.382  | 7820  | 2553       | 1.031 | 3.503    |
| 总计             |       | 318943 | 100.000 | 37270 |            |       |          |

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-131-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-3  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:35:05  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.862 | 286453 | 80.639  | 32670 | 1019       | 1.159 | --       |
| 2              | 2.635 | 68776  | 19.361  | 8701  | 2554       | 1.033 | 3.497    |
| 总计             |       | 355229 | 100.000 | 41371 |            |       |          |

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-132-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-12  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:38:57  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:25  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 282016 | 79.454  | 32315 | 1031       | 1.161 | --       |
| 2              | 2.635 | 72924  | 20.546  | 9215  | 2555       | 1.031 | 3.503    |
| 总计             |       | 354940 | 100.000 | 41530 |            |       |          |

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-133-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-21  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:42:51  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:28  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.862 | 279767 | 80.091  | 31934 | 1020       | 1.159 | --       |
| 2              | 2.635 | 69546  | 19.909  | 8777  | 2556       | 1.033 | 3.499    |
| 总计             |       | 349313 | 100.000 | 40711 |            |       |          |

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-134-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-30  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:46:43  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:30  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.865 | 274811 | 79.770  | 31606 | 1041       | 1.156 | --       |
| 2              | 2.635 | 69694  | 20.230  | 8816  | 2554       | 1.035 | 3.506    |
| 总计             |       | 344505 | 100.000 | 40422 |            |       |          |

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-135-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-39  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:50:36  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:33  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 254067 | 77.683  | 28985 | 1023       | 1.167 | --       |
| 2              | 2.636 | 72987  | 22.317  | 9241  | 2561       | 1.032 | 3.513    |
| 总计             |       | 327054 | 100.000 | 38226 |            |       |          |

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-136-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-48  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:54:29  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:36  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 270528 | 80.570  | 31294 | 1053       | 1.157 | --       |
| 2              | 2.636 | 65238  | 19.430  | 8245  | 2565       | 1.034 | 3.526    |
| 总计             |       | 335766 | 100.000 | 39539 |            |       |          |

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-137-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-4  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:58:21  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:39  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.867 | 286442 | 80.255  | 32784 | 1034       | 1.161 | --       |
| 2              | 2.636 | 70474  | 19.745  | 8911  | 2562       | 1.034 | 3.495    |
| 总计             |       | 356916 | 100.000 | 41695 |            |       |          |

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-138-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-13  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:02:13  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:42  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 284694 | 80.212  | 32640 | 1033       | 1.162 | --       |
| 2              | 2.636 | 70231  | 19.788  | 8864  | 2549       | 1.032 | 3.502    |
| 总计             |       | 354925 | 100.000 | 41504 |            |       |          |

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-139-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-22  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:06:05  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:45  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.866 | 282872 | 79.621  | 32354 | 1031       | 1.161 | --       |
| 2              | 2.636 | 72399  | 20.379  | 9161  | 2558       | 1.031 | 3.492    |
| 总计             |       | 355271 | 100.000 | 41515 |            |       |          |

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-140-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-31  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:09:58  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:48  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 286961 | 80.786  | 32942 | 1035       | 1.160 | --       |
| 2              | 2.636 | 68250  | 19.214  | 8633  | 2556       | 1.033 | 3.510    |
| 总计             |       | 355211 | 100.000 | 41575 |            |       |          |

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-141-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-40  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:13:50  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:50  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.863 | 260246 | 78.455  | 29897 | 1035       | 1.160 | --       |
| 2  | 2.635 | 71466  | 21.545  | 9043  | 2551       | 1.034 | 3.506    |
| 总计 |       | 331712 | 100.000 | 38939 |            |       |          |

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-142-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-49  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:17:43  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:53  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.865 | 272167 | 80.146  | 31207 | 1035       | 1.159 | --       |
| 2  | 2.635 | 67421  | 19.854  | 8529  | 2559       | 1.034 | 3.499    |
| 总计 |       | 339589 | 100.000 | 39735 |            |       |          |

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-143-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-5  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:21:37  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:56  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 283781 | 79.767  | 32601 | 1036       | 1.158 | --       |
| 2              | 2.636 | 71983  | 20.233  | 9093  | 2550       | 1.032 | 3.504    |
| 总计             |       | 355764 | 100.000 | 41694 |            |       |          |

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-144-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-14  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:25:30  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:41:59  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 285243 | 79.725  | 32680 | 1028       | 1.159 | --       |
| 2              | 2.636 | 72540  | 20.275  | 9181  | 2563       | 1.035 | 3.506    |
| 总计             |       | 357783 | 100.000 | 41861 |            |       |          |

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-145-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-23  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:29:22  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:02  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.862 | 282774 | 79.742  | 32330 | 1026       | 1.161 | --       |
| 2              | 2.634 | 71837  | 20.258  | 9087  | 2555       | 1.036 | 3.504    |
| 总计             |       | 354612 | 100.000 | 41417 |            |       |          |

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-146-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-32  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:33:12  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:04  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.862 | 290317 | 80.260  | 33007 | 1010       | 1.165 | --       |
| 2              | 2.635 | 71406  | 19.740  | 9013  | 2554       | 1.033 | 3.491    |
| 总计             |       | 361723 | 100.000 | 42020 |            |       |          |

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-147-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-41  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:37:05  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:07  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.866 | 265755 | 80.239  | 30748 | 1056       | 1.158 | --       |
| 2  | 2.635 | 65451  | 19.761  | 8276  | 2555       | 1.032 | 3.514    |
| 总计 |       | 331206 | 100.000 | 39023 |            |       |          |

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-148-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-50  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:40:58  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:10  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.865 | 276107 | 80.031  | 31815 | 1048       | 1.157 | --       |
| 2              | 2.636 | 68893  | 19.969  | 8710  | 2555       | 1.033 | 3.511    |
| 总计             |       | 345001 | 100.000 | 40525 |            |       |          |

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-149-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-6  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:44:51  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:13  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 283982 | 80.233  | 32845 | 1053       | 1.156 | --       |
| 2              | 2.635 | 69966  | 19.767  | 8846  | 2557       | 1.037 | 3.522    |
| 总计             |       | 353949 | 100.000 | 41692 |            |       |          |

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-150-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-15  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:48:43  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:16  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 284645 | 79.799  | 31728 | 974        | 1.177 | --       |
| 2              | 2.636 | 72056  | 20.201  | 9096  | 2558       | 1.036 | 3.477    |
| 总计             |       | 356701 | 100.000 | 40824 |            |       |          |

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-151-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-24  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:52:35  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:18  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 283271 | 79.716  | 32408 | 1028       | 1.163 | --       |
| 2              | 2.636 | 72078  | 20.284  | 9127  | 2564       | 1.033 | 3.511    |
| 总计             |       | 355349 | 100.000 | 41535 |            |       |          |

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-152-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-33  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:56:29  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:21  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 290188 | 80.061  | 33328 | 1037       | 1.159 | --       |
| 2              | 2.635 | 72271  | 19.939  | 9123  | 2551       | 1.034 | 3.509    |
| 总计             |       | 362459 | 100.000 | 42451 |            |       |          |

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-153-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-42  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:00:21  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:24  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 268531 | 78.913  | 30807 | 1033       | 1.160 | --       |
| 2              | 2.635 | 71757  | 21.087  | 9073  | 2564       | 1.032 | 3.507    |
| 总计             |       | 340289 | 100.000 | 39881 |            |       |          |

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-154-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-51  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:04:14  
处理时间 (V2) : 2026/04/15 08:42:27  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.859 | 280701 | 80.573  | 31316 | 972        | 1.167 | --       |
| 2              | 2.634 | 67682  | 19.427  | 8536  | 2552       | 1.033 | 3.466    |
| 总计             |       | 348383 | 100.000 | 39852 |            |       |          |

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-155-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-7  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:08:07  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:30  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 281565 | 79.623  | 32352 | 1038       | 1.158 | --       |
| 2              | 2.635 | 72059  | 20.377  | 9112  | 2563       | 1.034 | 3.507    |
| 总计             |       | 353624 | 100.000 | 41464 |            |       |          |

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-156-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-16  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:12:00  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:33  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 283484 | 79.831  | 32468 | 1027       | 1.163 | --       |
| 2              | 2.635 | 71620  | 20.169  | 9068  | 2558       | 1.033 | 3.499    |
| 总计             |       | 355104 | 100.000 | 41536 |            |       |          |

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-157-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-25  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:15:52  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:35  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 281319 | 79.882  | 32172 | 1027       | 1.163 | --       |
| 2              | 2.636 | 70851  | 20.118  | 8960  | 2564       | 1.031 | 3.502    |
| 总计             |       | 352170 | 100.000 | 41133 |            |       |          |

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-158-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-34  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:19:44  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:38  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 288621 | 80.135  | 33056 | 1030       | 1.160 | --       |
| 2              | 2.635 | 71548  | 19.865  | 9035  | 2551       | 1.035 | 3.494    |
| 总计             |       | 360169 | 100.000 | 42091 |            |       |          |

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-159-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-43  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:23:36  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 270790 | 78.617  | 31114 | 1037       | 1.161 | --       |
| 2              | 2.634 | 73654  | 21.383  | 9298  | 2551       | 1.036 | 3.505    |
| 总计             |       | 344443 | 100.000 | 40411 |            |       |          |

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-160-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-52  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:27:27  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:44  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 279055 | 80.463  | 31898 | 1025       | 1.160 | --       |
| 2              | 2.635 | 67755  | 19.537  | 8570  | 2565       | 1.035 | 3.499    |
| 总计             |       | 346810 | 100.000 | 40468 |            |       |          |

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-161-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-8  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:31:19  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:47  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.863 | 289185 | 80.486  | 32934 | 1015       | 1.163 | --       |
| 2  | 2.635 | 70112  | 19.514  | 8864  | 2560       | 1.035 | 3.490    |
| 总计 |       | 359298 | 100.000 | 41798 |            |       |          |

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-162-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-17  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:35:13  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:49  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.863 | 296348 | 80.783  | 33859 | 1024       | 1.162 | --       |
| 2  | 2.635 | 70497  | 19.217  | 8911  | 2563       | 1.036 | 3.501    |
| 总计 |       | 366845 | 100.000 | 42770 |            |       |          |

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-163-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-26  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:39:05  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:52  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 285319 | 80.131  | 32594 | 1021       | 1.162 | --       |
| 2              | 2.635 | 70745  | 19.869  | 8941  | 2556       | 1.034 | 3.490    |
| 总计             |       | 356064 | 100.000 | 41535 |            |       |          |

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-164-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-35  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:42:57  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:55  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 293594 | 81.510  | 33327 | 1006       | 1.167 | --       |
| 2              | 2.635 | 66602  | 18.490  | 8431  | 2555       | 1.033 | 3.479    |
| 总计             |       | 360196 | 100.000 | 41758 |            |       |          |

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-165-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-44  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:46:50  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:42:58  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.863 | 292641 | 79.842  | 33677 | 1041       | 1.160 | --       |
| 2              | 2.635 | 73882  | 20.158  | 9338  | 2569       | 1.033 | 3.518    |
| 总计             |       | 366523 | 100.000 | 43014 |            |       |          |

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-166-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-53  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:50:43  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:43:01  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.864 | 293274 | 80.750  | 33740 | 1041       | 1.161 | --       |
| 2              | 2.635 | 69912  | 19.250  | 8843  | 2560       | 1.032 | 3.511    |
| 总计             |       | 363186 | 100.000 | 42583 |            |       |          |

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-167-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:54:35  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:43:04  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.862 | 280078 | 79.628  | 30774 | 924        | 1.168 | --       |
| 2              | 2.633 | 71656  | 20.372  | 9045  | 2538       | 1.033 | 3.395    |
| 总计             |       | 351734 | 100.000 | 39819 |            |       |          |

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-3/7-168-2 - zzp-6032601p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx256.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:58:27  
处理时间 (V2): 2026/04/15 08:43:06  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| 检测器A Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|----------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号             | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1              | 1.861 | 280098 | 79.626  | 30741 | 924        | 1.165 | --       |
| 2              | 2.633 | 71669  | 20.374  | 9049  | 2540       | 1.034 | 3.401    |
| 总计             |       | 351768 | 100.000 | 39790 |            |       |          |

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-2






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-1-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-9  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:22:47  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:12:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |      |    |     |    |            |      |          |
|---------------|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 峰号            | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
| 总计            |      |    |     |    |            |      |          |

图169 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
溶剂




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-2-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:26:42  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:12:45  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.626 | 277878 | 80.242  | 37842 | 1203       | 1.120 | --       |
| 2             | 2.600 | 68423  | 19.758  | 9451  | 3079       | 0.951 | 5.198    |
| 总计            |       | 346301 | 100.000 | 47293 |            |       |          |

图170 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-3-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:30:37  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:12:48  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.662 | 277841 | 80.166  | 37567 | 1233       | 1.117 | --       |
| 2             | 2.600 | 68742  | 19.834  | 9462  | 3068       | 0.950 | 4.976    |
| 总计            |       | 346584 | 100.000 | 47030 |            |       |          |

图171 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-2




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-4-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:34:30  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:12:51  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.684 | 278440 | 80.316  | 37101 | 1231       | 1.118 | --       |
| 2             | 2.600 | 68239  | 19.684  | 9442  | 3094       | 0.958 | 4.833    |
| 总计            |       | 346679 | 100.000 | 46543 |            |       |          |

图172 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-3




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-5-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:38:25  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:12:55  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.701 | 277782 | 80.289  | 36769 | 1227       | 1.115 | --       |
| 2             | 2.601 | 68197  | 19.711  | 9421  | 3088       | 0.951 | 4.722    |
| 总计            |       | 345979 | 100.000 | 46190 |            |       |          |

图173 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-4




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-6-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:42:19  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:12:59  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.720 | 277514 | 80.264  | 36438 | 1245       | 1.116 | --       |
| 2             | 2.602 | 68238  | 19.736  | 9458  | 3094       | 0.960 | 4.616    |
| 总计            |       | 345753 | 100.000 | 45896 |            |       |          |

图174 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-5




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-7-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-1  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:46:13  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:02  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.732 | 151784 | 72.327  | 20431 | 1337       | 1.110 | --       |
| 2             | 2.604 | 58074  | 27.673  | 8073  | 3045       | 0.951 | 4.616    |
| 总计            |       | 209859 | 100.000 | 28503 |            |       |          |

图175 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-8-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-10  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:50:06  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:05  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.738 | 152686 | 69.620  | 20438 | 1334       | 1.108 | --       |
| 2             | 2.606 | 66627  | 30.380  | 9213  | 3103       | 0.950 | 4.597    |
| 总计            |       | 219313 | 100.000 | 29652 |            |       |          |

图176 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-9-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-19  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:53:59  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:08  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.754 | 228698 | 80.125  | 30294 | 1333       | 1.101 | --       |
| 2             | 2.604 | 56730  | 19.875  | 7830  | 3111       | 0.943 | 4.487    |
| 总计            |       | 285428 | 100.000 | 38123 |            |       |          |

图177 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-10-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-28  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 11:57:53  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:11  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.760 | 142757 | 70.627  | 18882 | 1329       | 1.110 | --       |
| 2             | 2.605 | 59370  | 29.373  | 8202  | 3079       | 0.957 | 4.436    |
| 总计            |       | 202127 | 100.000 | 27084 |            |       |          |

图178 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-11-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-37  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:01:47  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:14  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.763 | 194060 | 75.825  | 25506 | 1327       | 1.107 | --       |
| 2             | 2.606 | 61871  | 24.175  | 8592  | 3108       | 0.953 | 4.432    |
| 总计            |       | 255931 | 100.000 | 34098 |            |       |          |

图179 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-12-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-46  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:05:41  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:17  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.774 | 192039 | 77.213  | 25335 | 1349       | 1.105 | --       |
| 2             | 2.604 | 56675  | 22.787  | 7869  | 3099       | 0.955 | 4.362    |
| 总计            |       | 248714 | 100.000 | 33205 |            |       |          |

图180 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-13-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-2  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:09:34  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:20  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.776 | 250232 | 78.875  | 32994 | 1346       | 1.100 | --       |
| 2             | 2.605 | 67018  | 21.125  | 9239  | 3066       | 0.947 | 4.347    |
| 总计            |       | 317249 | 100.000 | 42233 |            |       |          |

图181 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-14-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-11  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:13:26  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:23  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.780 | 248015 | 77.908  | 32477 | 1344       | 1.102 | --       |
| 2             | 2.604 | 70330  | 22.092  | 9757  | 3086       | 0.947 | 4.318    |
| 总计            |       | 318345 | 100.000 | 42234 |            |       |          |

图182 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-15-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-20  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:17:21  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:26  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.789 | 286938 | 81.674  | 37453 | 1325       | 1.103 | --       |
| 2             | 2.603 | 64384  | 18.326  | 8931  | 3096       | 0.948 | 4.244    |
| 总计            |       | 351322 | 100.000 | 46384 |            |       |          |

图183 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-16-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-29  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:21:15  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:29  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.787 | 232404 | 78.418  | 30469 | 1342       | 1.101 | --       |
| 2             | 2.605 | 63962  | 21.582  | 8915  | 3125       | 0.944 | 4.289    |
| 总计            |       | 296366 | 100.000 | 39385 |            |       |          |

图184 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4  
供试品溶液-1






PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-17-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-38  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:25:08  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:33  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.793 | 268613 | 80.224  | 34948 | 1341       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.603 | 66214  | 19.776  | 9183  | 3145       | 0.956 | 4.250    |
| 总计            |       | 334827 | 100.000 | 44131 |            |       |          |

图185 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-18-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-47  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:29:00  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:36  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.798 | 266420 | 80.316  | 34630 | 1334       | 1.100 | --       |
| 2             | 2.603 | 65293  | 19.684  | 9053  | 3130       | 0.956 | 4.207    |
| 总计            |       | 331713 | 100.000 | 43683 |            |       |          |

图186 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-19-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-3  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:32:55  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:39  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.798 | 264392 | 79.636  | 34735 | 1366       | 1.099 | --       |
| 2             | 2.603 | 67608  | 20.364  | 9365  | 3082       | 0.954 | 4.217    |
| 总计            |       | 332000 | 100.000 | 44100 |            |       |          |

图187 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-20-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-12  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:36:49  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:42  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.800 | 267639 | 79.113  | 34631 | 1332       | 1.104 | --       |
| 2             | 2.604 | 70663  | 20.887  | 9793  | 3090       | 0.950 | 4.182    |
| 总计            |       | 338302 | 100.000 | 44424 |            |       |          |

图188 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-21-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-21  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:40:43  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:45  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.806 | 288575 | 81.469  | 37431 | 1336       | 1.099 | --       |
| 2             | 2.604 | 65638  | 18.531  | 9102  | 3106       | 0.950 | 4.152    |
| 总计            |       | 354213 | 100.000 | 46533 |            |       |          |

图189 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-22-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-30  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:44:35  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:49  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.804 | 249593 | 79.019  | 32402 | 1342       | 1.103 | --       |
| 2             | 2.604 | 66270  | 20.981  | 9213  | 3065       | 0.953 | 4.152    |
| 总计            |       | 315864 | 100.000 | 41615 |            |       |          |

图190 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-23-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-39  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:48:28  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:52  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.804 | 274710 | 80.580  | 35692 | 1348       | 1.099 | --       |
| 2             | 2.605 | 66205  | 19.420  | 9184  | 3068       | 0.954 | 4.167    |
| 总计            |       | 340915 | 100.000 | 44876 |            |       |          |

图191 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-24-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-48  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:52:21  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:55  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.812 | 281819 | 81.077  | 36610 | 1353       | 1.096 | --       |
| 2             | 2.604 | 65775  | 18.923  | 9185  | 3124       | 0.955 | 4.131    |
| 总计            |       | 347594 | 100.000 | 45796 |            |       |          |

图192 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-25-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-4  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 12:56:15  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:13:58  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.811 | 269839 | 79.702  | 34933 | 1337       | 1.103 | --       |
| 2             | 2.607 | 68719  | 20.298  | 9514  | 3126       | 0.947 | 4.139    |
| 总计            |       | 338559 | 100.000 | 44447 |            |       |          |

图193 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-26-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-13  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:00:09  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:02  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.809 | 270787 | 81.013  | 34567 | 1309       | 1.106 | --       |
| 2             | 2.604 | 63463  | 18.987  | 8774  | 3067       | 0.948 | 4.102    |
| 总计            |       | 334250 | 100.000 | 43341 |            |       |          |

图194 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-27-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-22  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:04:02  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:06  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.818 | 290904 | 81.638  | 37827 | 1373       | 1.093 | --       |
| 2             | 2.602 | 65432  | 18.362  | 9059  | 3145       | 0.951 | 4.110    |
| 总计            |       | 356336 | 100.000 | 46886 |            |       |          |

图195 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-28-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-31  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:07:55  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:09  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.810 | 255003 | 79.077  | 33316 | 1368       | 1.098 | --       |
| 2             | 2.604 | 67470  | 20.923  | 9314  | 3085       | 0.948 | 4.138    |
| 总计            |       | 322473 | 100.000 | 42630 |            |       |          |

图196 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-29-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-40  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:11:49  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.817 | 269470 | 81.084  | 34688 | 1336       | 1.099 | --       |
| 2             | 2.603 | 62863  | 18.916  | 8703  | 3096       | 0.945 | 4.071    |
| 总计            |       | 332333 | 100.000 | 43391 |            |       |          |

图197 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-30-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-49  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:15:43  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:16  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.818 | 282923 | 80.823  | 36704 | 1367       | 1.096 | --       |
| 2             | 2.601 | 67128  | 19.177  | 9273  | 3108       | 0.955 | 4.085    |
| 总计            |       | 350051 | 100.000 | 45978 |            |       |          |

图198 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-31-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-5  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:19:37  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.813 | 271593 | 79.727  | 35432 | 1377       | 1.093 | --       |
| 2             | 2.603 | 69061  | 20.273  | 9594  | 3124       | 0.950 | 4.140    |
| 总计            |       | 340654 | 100.000 | 45025 |            |       |          |

图199 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-32-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-14  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:23:31  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.820 | 274579 | 80.032  | 35370 | 1344       | 1.101 | --       |
| 2             | 2.603 | 68507  | 19.968  | 9501  | 3099       | 0.951 | 4.064    |
| 总计            |       | 343086 | 100.000 | 44871 |            |       |          |

图200 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-33-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-23  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:27:24  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:25  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.821 | 289645 | 81.128  | 37232 | 1330       | 1.103 | --       |
| 2             | 2.603 | 67379  | 18.872  | 9311  | 3108       | 0.954 | 4.046    |
| 总计            |       | 357024 | 100.000 | 46543 |            |       |          |

图201 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-34-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-32  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:31:17  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:28  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.815 | 258560 | 79.335  | 33374 | 1337       | 1.103 | --       |
| 2             | 2.602 | 67349  | 20.665  | 9360  | 3124       | 0.960 | 4.092    |
| 总计            |       | 325909 | 100.000 | 42734 |            |       |          |

图202 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-35-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-41  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:35:11  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:32  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.821 | 275945 | 80.443  | 35586 | 1348       | 1.099 | --       |
| 2             | 2.603 | 67089  | 19.557  | 9329  | 3074       | 0.950 | 4.053    |
| 总计            |       | 343033 | 100.000 | 44914 |            |       |          |

图203 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-36-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-50  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:39:04  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:35  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.822 | 280296 | 80.808  | 36005 | 1329       | 1.102 | --       |
| 2             | 2.602 | 66569  | 19.192  | 9273  | 3110       | 0.948 | 4.039    |
| 总计            |       | 346866 | 100.000 | 45278 |            |       |          |

图204 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱 温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-37-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-6  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:42:58  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:38  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.818 | 275612 | 79.660  | 35555 | 1348       | 1.101 | --       |
| 2             | 2.603 | 70373  | 20.340  | 9774  | 3127       | 0.952 | 4.088    |
| 总计            |       | 345986 | 100.000 | 45329 |            |       |          |

图205 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-38-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-15  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:46:52  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.821 | 274713 | 79.683  | 35581 | 1360       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.601 | 70044  | 20.317  | 9721  | 3122       | 0.953 | 4.068    |
| 总计            |       | 344758 | 100.000 | 45302 |            |       |          |

图206 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-39-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-24  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:50:46  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:44  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 289173 | 81.665  | 37431 | 1363       | 1.095 | --       |
| 2             | 2.601 | 64925  | 18.335  | 8962  | 3155       | 0.946 | 4.054    |
| 总计            |       | 354097 | 100.000 | 46394 |            |       |          |

图207 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-40-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-33  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:54:40  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:48  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.817 | 263465 | 79.354  | 33972 | 1349       | 1.099 | --       |
| 2             | 2.603 | 68547  | 20.646  | 9501  | 3098       | 0.949 | 4.087    |
| 总计            |       | 332013 | 100.000 | 43473 |            |       |          |

图208 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-41-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-42  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 13:58:34  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:51  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.823 | 274184 | 80.276  | 35196 | 1343       | 1.102 | --       |
| 2             | 2.602 | 67369  | 19.724  | 9354  | 3110       | 0.948 | 4.036    |
| 总计            |       | 341553 | 100.000 | 44551 |            |       |          |

图209 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-42-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-51  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:02:28  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:54  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 281539 | 81.043  | 36325 | 1360       | 1.101 | --       |
| 2             | 2.602 | 65855  | 18.957  | 9143  | 3101       | 0.952 | 4.038    |
| 总计            |       | 347394 | 100.000 | 45468 |            |       |          |

图210 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-43-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-7  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:06:22  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:14:57  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.817 | 281035 | 79.611  | 36234 | 1360       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.603 | 71976  | 20.389  | 9964  | 3118       | 0.946 | 4.101    |
| 总计            |       | 353012 | 100.000 | 46199 |            |       |          |

图211 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-44-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-16  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:10:16  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:00  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 276954 | 79.886  | 35811 | 1366       | 1.096 | --       |
| 2             | 2.602 | 69730  | 20.114  | 9686  | 3137       | 0.955 | 4.044    |
| 总计            |       | 346685 | 100.000 | 45498 |            |       |          |

图212 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱 温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-45-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-25  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:14:10  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:03  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 288259 | 81.876  | 37629 | 1393       | 1.091 | --       |
| 2             | 2.603 | 63810  | 18.124  | 8857  | 3077       | 0.949 | 4.052    |
| 总计            |       | 352069 | 100.000 | 46486 |            |       |          |

图213 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱 温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-46-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-34  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:18:03  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:07  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.819 | 265518 | 80.893  | 34684 | 1385       | 1.091 | --       |
| 2             | 2.601 | 62716  | 19.107  | 8666  | 3096       | 0.953 | 4.090    |
| 总计            |       | 328234 | 100.000 | 43351 |            |       |          |

图214 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-47-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-43  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:21:57  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:10  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 274601 | 80.546  | 35536 | 1370       | 1.095 | --       |
| 2             | 2.602 | 66323  | 19.454  | 9188  | 3099       | 0.943 | 4.042    |
| 总计            |       | 340924 | 100.000 | 44724 |            |       |          |

图215 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-48-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-52  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:25:51  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:13  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 282110 | 80.992  | 36675 | 1388       | 1.091 | --       |
| 2             | 2.602 | 66208  | 19.008  | 9190  | 3112       | 0.955 | 4.064    |
| 总计            |       | 348318 | 100.000 | 45865 |            |       |          |

图216 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-49-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-8  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:29:46  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:16  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.822 | 294903 | 82.223  | 38272 | 1364       | 1.093 | --       |
| 2             | 2.603 | 63761  | 17.777  | 8866  | 3134       | 0.946 | 4.075    |
| 总计            |       | 358664 | 100.000 | 47138 |            |       |          |

图217 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-50-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-17  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:33:40  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 293663 | 80.711  | 37725 | 1357       | 1.100 | --       |
| 2             | 2.602 | 70182  | 19.289  | 9768  | 3085       | 0.953 | 4.033    |
| 总计            |       | 363845 | 100.000 | 47493 |            |       |          |

图218 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-51-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-26  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:37:34  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 289141 | 81.305  | 37472 | 1380       | 1.093 | --       |
| 2             | 2.603 | 66486  | 18.695  | 9217  | 3091       | 0.954 | 4.057    |
| 总计            |       | 355627 | 100.000 | 46689 |            |       |          |

图219 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-52-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-35  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:41:27  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:26  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.820 | 285479 | 81.206  | 36832 | 1353       | 1.103 | --       |
| 2             | 2.603 | 66069  | 18.794  | 9128  | 3095       | 0.948 | 4.065    |
| 总计            |       | 351548 | 100.000 | 45960 |            |       |          |

图220 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-53-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-44  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:45:22  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:29  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.829 | 287452 | 82.126  | 37019 | 1361       | 1.102 | --       |
| 2             | 2.603 | 62562  | 17.874  | 8718  | 3122       | 0.958 | 4.023    |
| 总计            |       | 350014 | 100.000 | 45737 |            |       |          |

图221 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-54-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-53  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:49:16  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:32  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.822 | 288723 | 81.595  | 37555 | 1368       | 1.092 | --       |
| 2             | 2.603 | 65125  | 18.405  | 9059  | 3077       | 0.950 | 4.057    |
| 总计            |       | 353849 | 100.000 | 46613 |            |       |          |

图222 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-55-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:53:10  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:35  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.824 | 275801 | 80.144  | 34360 | 1247       | 1.116 | --       |
| 2             | 2.600 | 68330  | 19.856  | 9434  | 3115       | 0.952 | 3.946    |
| 总计            |       | 344131 | 100.000 | 43794 |            |       |          |

图223 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-2-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-56-2 - zzp-6031801p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 1-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 14:57:04  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:38  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.829 | 277194 | 80.187  | 34699 | 1254       | 1.114 | --       |
| 2             | 2.601 | 68491  | 19.813  | 9455  | 3047       | 0.954 | 3.908    |
| 总计            |       | 345685 | 100.000 | 44154 |            |       |          |

图224 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6031801批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-2






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-57-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-9  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:01:00  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |      |    |     |    |            |      |          |
|---------------|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 峰号            | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
| 总计            |      |    |     |    |            |      |          |

图225 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
溶剂




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-58-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:04:55  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:45  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.829 | 277095 | 80.288  | 34579 | 1245       | 1.115 | --       |
| 2             | 2.603 | 68031  | 19.712  | 9416  | 3087       | 0.950 | 3.923    |
| 总计            |       | 345126 | 100.000 | 43995 |            |       |          |

图226 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-59-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:08:50  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:48  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 275790 | 80.283  | 34854 | 1278       | 1.111 | --       |
| 2             | 2.601 | 67733  | 19.717  | 9377  | 3044       | 0.948 | 3.937    |
| 总计            |       | 343524 | 100.000 | 44231 |            |       |          |

图227 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-2




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-60-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:12:46  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:51  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.823 | 276113 | 80.270  | 34801 | 1267       | 1.109 | --       |
| 2             | 2.601 | 67866  | 19.730  | 9388  | 3090       | 0.945 | 3.969    |
| 总计            |       | 343980 | 100.000 | 44189 |            |       |          |

图228 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-3




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-61-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:16:42  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:54  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 276113 | 80.272  | 34798 | 1278       | 1.111 | --       |
| 2             | 2.600 | 67860  | 19.728  | 9385  | 3063       | 0.949 | 3.938    |
| 总计            |       | 343973 | 100.000 | 44183 |            |       |          |

图229 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-4




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-62-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:20:37  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:15:57  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 276560 | 80.294  | 34751 | 1261       | 1.115 | --       |
| 2             | 2.601 | 67874  | 19.706  | 9401  | 3108       | 0.958 | 3.947    |
| 总计            |       | 344434 | 100.000 | 44152 |            |       |          |

图230 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-5




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-63-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-1  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:24:31  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:01  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.823 | 121025 | 66.706  | 15775 | 1386       | 1.101 | --       |
| 2  | 2.602 | 60407  | 33.294  | 8388  | 3116       | 0.956 | 4.078    |
| 总计 |       | 181432 | 100.000 | 24163 |            |       |          |

图231 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-64-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-10  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:28:25  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:04  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 152298 | 70.092  | 19831 | 1391       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.602 | 64986  | 29.908  | 9012  | 3091       | 0.949 | 4.044    |
| 总计            |       | 217285 | 100.000 | 28843 |            |       |          |

图232 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-65-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-19  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:32:18  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:08  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.823 | 109155 | 74.286  | 14203 | 1360       | 1.109 | --       |
| 2             | 2.602 | 37784  | 25.714  | 5258  | 3178       | 0.947 | 4.078    |
| 总计            |       | 146939 | 100.000 | 19461 |            |       |          |

图233 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-66-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-28  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:36:14  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:11  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.819 | 154193 | 71.795  | 20018 | 1365       | 1.107 | --       |
| 2             | 2.599 | 60574  | 28.205  | 8402  | 3088       | 0.956 | 4.062    |
| 总计            |       | 214768 | 100.000 | 28421 |            |       |          |

图234 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-67-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-37  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:40:08  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:15  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 192661 | 74.750  | 25238 | 1394       | 1.092 | --       |
| 2             | 2.598 | 65081  | 25.250  | 9059  | 3103       | 0.954 | 4.029    |
| 总计            |       | 257741 | 100.000 | 34297 |            |       |          |

图235 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-68-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-46  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:44:02  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:18  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.820 | 119033 | 69.453  | 15495 | 1379       | 1.103 | --       |
| 2             | 2.602 | 52354  | 30.547  | 7294  | 3093       | 0.947 | 4.081    |
| 总计            |       | 171387 | 100.000 | 22789 |            |       |          |

图236 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-69-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-2  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:47:56  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:21  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 248219 | 78.617  | 32186 | 1367       | 1.098 | --       |
| 2             | 2.598 | 67512  | 21.383  | 9394  | 3084       | 0.952 | 4.015    |
| 总计            |       | 315730 | 100.000 | 41580 |            |       |          |

图237 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-70-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-11  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:51:50  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:25  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 280802 | 80.363  | 36583 | 1391       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.599 | 68616  | 19.637  | 9531  | 3087       | 0.945 | 4.025    |
| 总计            |       | 349418 | 100.000 | 46114 |            |       |          |

图238 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-71-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-20  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:55:44  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:28  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.818 | 232458 | 80.935  | 29974 | 1347       | 1.108 | --       |
| 2             | 2.600 | 54757  | 19.065  | 7596  | 3099       | 0.949 | 4.064    |
| 总计            |       | 287215 | 100.000 | 37571 |            |       |          |

图239 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-72-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-29  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 15:59:38  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:31  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 279738 | 80.665  | 35911 | 1351       | 1.106 | --       |
| 2             | 2.599 | 67052  | 19.335  | 9269  | 3100       | 0.949 | 4.008    |
| 总计            |       | 346790 | 100.000 | 45179 |            |       |          |

图240 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-73-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-38  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:03:34  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:34  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 282062 | 80.636  | 36415 | 1364       | 1.101 | --       |
| 2             | 2.599 | 67735  | 19.364  | 9402  | 3093       | 0.952 | 4.022    |
| 总计            |       | 349796 | 100.000 | 45818 |            |       |          |

图241 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-74-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-47  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:07:29  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:37  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.821 | 250682 | 79.823  | 32517 | 1377       | 1.098 | --       |
| 2             | 2.599 | 63366  | 20.177  | 8802  | 3109       | 0.949 | 4.067    |
| 总计            |       | 314048 | 100.000 | 41319 |            |       |          |

图242 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-75-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-3  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:11:24  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:40  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 270951 | 79.684  | 35369 | 1387       | 1.093 | --       |
| 2             | 2.598 | 69079  | 20.316  | 9610  | 3106       | 0.950 | 4.029    |
| 总计            |       | 340030 | 100.000 | 44979 |            |       |          |

图243 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-76-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-12  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:15:18  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:44  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

PDA Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.826 | 289774 | 80.385  | 37383 | 1368       | 1.101 | --       |
| 2  | 2.599 | 70710  | 19.615  | 9830  | 3085       | 0.957 | 4.018    |
| 总计 |       | 360485 | 100.000 | 47214 |            |       |          |

图244 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-77-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-21  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:19:12  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:47  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.819 | 258217 | 81.268  | 33464 | 1367       | 1.100 | --       |
| 2             | 2.598 | 59520  | 18.732  | 8285  | 3092       | 0.953 | 4.058    |
| 总计            |       | 317737 | 100.000 | 41749 |            |       |          |

图245 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-78-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-30  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:23:06  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:50  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 286996 | 80.470  | 37200 | 1373       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.597 | 69655  | 19.530  | 9681  | 3105       | 0.948 | 4.030    |
| 总计            |       | 356651 | 100.000 | 46881 |            |       |          |

图246 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-79-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-39  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:27:00  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:53  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 287070 | 81.109  | 37698 | 1416       | 1.091 | --       |
| 2             | 2.598 | 66862  | 18.891  | 9310  | 3099       | 0.951 | 4.046    |
| 总计            |       | 353932 | 100.000 | 47007 |            |       |          |

图247 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-80-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-48  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:30:54  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:56  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.819 | 267312 | 80.536  | 34581 | 1356       | 1.098 | --       |
| 2             | 2.599 | 64603  | 19.464  | 8952  | 3111       | 0.952 | 4.064    |
| 总计            |       | 331914 | 100.000 | 43533 |            |       |          |

图248 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-81-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-4  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:34:48  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:16:59  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.829 | 279900 | 80.137  | 36365 | 1377       | 1.096 | --       |
| 2             | 2.599 | 69379  | 19.863  | 9649  | 3089       | 0.956 | 4.007    |
| 总计            |       | 349279 | 100.000 | 46013 |            |       |          |

图249 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-82-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-13  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:38:43  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:03  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 289810 | 80.301  | 37624 | 1384       | 1.098 | --       |
| 2             | 2.599 | 71092  | 19.699  | 9882  | 3110       | 0.947 | 4.047    |
| 总计            |       | 360903 | 100.000 | 47506 |            |       |          |

图250 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-83-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-22  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:42:38  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:06  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.820 | 262455 | 80.590  | 33955 | 1360       | 1.099 | --       |
| 2             | 2.599 | 63211  | 19.410  | 8759  | 3092       | 0.953 | 4.053    |
| 总计            |       | 325666 | 100.000 | 42714 |            |       |          |

图251 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-84-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-31  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:46:32  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:09  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 289211 | 80.604  | 37615 | 1389       | 1.098 | --       |
| 2             | 2.597 | 69594  | 19.396  | 9692  | 3072       | 0.958 | 4.012    |
| 总计            |       | 358805 | 100.000 | 47307 |            |       |          |

图252 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-85-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-40  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:50:27  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.824 | 288125 | 80.661  | 37466 | 1390       | 1.096 | --       |
| 2             | 2.599 | 69080  | 19.339  | 9646  | 3131       | 0.951 | 4.063    |
| 总计            |       | 357205 | 100.000 | 47112 |            |       |          |

图253 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-86-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-49  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:54:22  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:15  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.822 | 269796 | 80.357  | 35069 | 1375       | 1.098 | --       |
| 2             | 2.598 | 65952  | 19.643  | 9142  | 3093       | 0.954 | 4.047    |
| 总计            |       | 335748 | 100.000 | 44211 |            |       |          |

图254 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-87-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-5  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 16:58:18  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:18  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 283668 | 80.345  | 36847 | 1377       | 1.100 | --       |
| 2             | 2.598 | 69396  | 19.655  | 9680  | 3136       | 0.957 | 4.023    |
| 总计            |       | 353063 | 100.000 | 46527 |            |       |          |

图255 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-88-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-14  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:02:13  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:21  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 290162 | 80.687  | 37634 | 1381       | 1.098 | --       |
| 2             | 2.597 | 69452  | 19.313  | 9693  | 3152       | 0.951 | 4.047    |
| 总计            |       | 359614 | 100.000 | 47327 |            |       |          |

图256 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-89-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-23  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:06:08  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:24  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.821 | 263585 | 80.496  | 34326 | 1384       | 1.096 | --       |
| 2             | 2.597 | 63867  | 19.504  | 8899  | 3132       | 0.954 | 4.067    |
| 总计            |       | 327451 | 100.000 | 43225 |            |       |          |

图257 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-90-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-32  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:10:04  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:28  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.821 | 281781 | 80.698  | 35831 | 1307       | 1.106 | --       |
| 2             | 2.595 | 67397  | 19.302  | 9405  | 3106       | 0.959 | 3.994    |
| 总计            |       | 349178 | 100.000 | 45236 |            |       |          |

图258 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-91-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-41  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:13:59  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:31  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 286349 | 80.665  | 37173 | 1382       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.596 | 68634  | 19.335  | 9548  | 3098       | 0.955 | 4.022    |
| 总计            |       | 354983 | 100.000 | 46721 |            |       |          |

图259 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-92-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-50  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:17:54  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:34  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.818 | 273124 | 80.266  | 35504 | 1374       | 1.098 | --       |
| 2             | 2.598 | 67151  | 19.734  | 9363  | 3100       | 0.947 | 4.073    |
| 总计            |       | 340275 | 100.000 | 44867 |            |       |          |

图260 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-93-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-6  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:21:50  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:37  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 284287 | 80.289  | 37018 | 1381       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.596 | 69791  | 19.711  | 9716  | 3134       | 0.958 | 4.026    |
| 总计            |       | 354077 | 100.000 | 46734 |            |       |          |

图261 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-94-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-15  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:25:45  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:40  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 287907 | 80.428  | 37478 | 1391       | 1.098 | --       |
| 2             | 2.597 | 70063  | 19.572  | 9730  | 3120       | 0.948 | 4.037    |
| 总计            |       | 357970 | 100.000 | 47208 |            |       |          |

图262 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-95-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-24  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:29:40  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:43  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.817 | 260023 | 80.382  | 32841 | 1290       | 1.112 | --       |
| 2             | 2.599 | 63463  | 19.618  | 8857  | 3069       | 0.962 | 4.009    |
| 总计            |       | 323486 | 100.000 | 41698 |            |       |          |

图263 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-96-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-33  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:33:36  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:46  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 282916 | 80.402  | 36755 | 1369       | 1.099 | --       |
| 2             | 2.597 | 68959  | 19.598  | 9605  | 3109       | 0.955 | 4.004    |
| 总计            |       | 351875 | 100.000 | 46361 |            |       |          |

图264 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-97-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-42  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:37:32  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:49  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 286453 | 80.585  | 37362 | 1390       | 1.094 | --       |
| 2             | 2.598 | 69013  | 19.415  | 9614  | 3119       | 0.950 | 4.038    |
| 总计            |       | 355466 | 100.000 | 46976 |            |       |          |

图265 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-98-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-51  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:41:28  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:53  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.821 | 277112 | 80.459  | 36375 | 1401       | 1.092 | --       |
| 2             | 2.598 | 67301  | 19.541  | 9356  | 3114       | 0.950 | 4.079    |
| 总计            |       | 344413 | 100.000 | 45732 |            |       |          |

图266 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-99-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-7  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:45:24  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:56  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 289256 | 80.559  | 37549 | 1387       | 1.098 | --       |
| 2             | 2.596 | 69806  | 19.441  | 9746  | 3134       | 0.953 | 4.037    |
| 总计            |       | 359062 | 100.000 | 47296 |            |       |          |

图267 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-100-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-16  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:49:19  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:17:59  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 287387 | 82.600  | 37063 | 1362       | 1.100 | --       |
| 2             | 2.597 | 60540  | 17.400  | 8443  | 3108       | 0.953 | 4.011    |
| 总计            |       | 347927 | 100.000 | 45506 |            |       |          |

图268 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-101-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-25  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:53:15  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:02  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.820 | 269040 | 81.761  | 34897 | 1370       | 1.099 | --       |
| 2             | 2.598 | 60017  | 18.239  | 8370  | 3136       | 0.952 | 4.071    |
| 总计            |       | 329057 | 100.000 | 43267 |            |       |          |

图269 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-102-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-34  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 17:57:10  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:05  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.823 | 287887 | 80.498  | 37397 | 1380       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.595 | 69747  | 19.502  | 9699  | 3110       | 0.954 | 4.039    |
| 总计            |       | 357634 | 100.000 | 47096 |            |       |          |

图270 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-103-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-43  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:01:06  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:08  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 283586 | 81.158  | 36714 | 1372       | 1.101 | --       |
| 2             | 2.596 | 65837  | 18.842  | 9163  | 3122       | 0.952 | 4.018    |
| 总计            |       | 349423 | 100.000 | 45878 |            |       |          |

图271 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-104-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-52  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:05:01  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:11  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.821 | 280017 | 82.337  | 36533 | 1378       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.598 | 60069  | 17.663  | 8341  | 3096       | 0.949 | 4.059    |
| 总计            |       | 340086 | 100.000 | 44874 |            |       |          |

图272 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-105-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-8  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:08:57  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:14  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 293491 | 80.803  | 38046 | 1375       | 1.096 | --       |
| 2             | 2.598 | 69727  | 19.197  | 9702  | 3096       | 0.951 | 4.022    |
| 总计            |       | 363218 | 100.000 | 47748 |            |       |          |

图273 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-106-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-17  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:12:52  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:17  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 293474 | 80.812  | 37936 | 1364       | 1.103 | --       |
| 2             | 2.596 | 69682  | 19.188  | 9664  | 3095       | 0.952 | 4.002    |
| 总计            |       | 363156 | 100.000 | 47600 |            |       |          |

图274 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-107-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-26  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:16:48  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:20  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.820 | 288263 | 81.361  | 37750 | 1389       | 1.096 | --       |
| 2             | 2.597 | 66040  | 18.639  | 9224  | 3123       | 0.951 | 4.079    |
| 总计            |       | 354303 | 100.000 | 46974 |            |       |          |

图275 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-108-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-35  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:20:44  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:24  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.824 | 293147 | 81.108  | 37863 | 1369       | 1.095 | --       |
| 2             | 2.596 | 68282  | 18.892  | 9514  | 3097       | 0.958 | 4.024    |
| 总计            |       | 361429 | 100.000 | 47378 |            |       |          |

图276 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-109-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-44  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:24:39  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:27  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 293261 | 81.533  | 38346 | 1392       | 1.094 | --       |
| 2             | 2.598 | 66424  | 18.467  | 9256  | 3096       | 0.944 | 4.026    |
| 总计            |       | 359685 | 100.000 | 47602 |            |       |          |

图277 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-110-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-53  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:28:35  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:30  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 292421 | 81.238  | 38277 | 1401       | 1.093 | --       |
| 2             | 2.597 | 67535  | 18.762  | 9411  | 3140       | 0.952 | 4.046    |
| 总计            |       | 359956 | 100.000 | 47688 |            |       |          |

图278 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-111-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:32:31  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:34  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.820 | 276008 | 80.135  | 34818 | 1268       | 1.113 | --       |
| 2             | 2.596 | 68419  | 19.865  | 9477  | 3057       | 0.946 | 3.954    |
| 总计            |       | 344427 | 100.000 | 44295 |            |       |          |

图279 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-112-2 - zzp-6032501p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 2-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:36:27  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:37  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 275391 | 80.125  | 34641 | 1268       | 1.115 | --       |
| 2             | 2.594 | 68309  | 19.875  | 9464  | 3098       | 0.954 | 3.931    |
| 总计            |       | 343699 | 100.000 | 44105 |            |       |          |

图280 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032501批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-2






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-113-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-9  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:40:21  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |      |    |     |    |            |      |          |
|---------------|------|----|-----|----|------------|------|----------|
| 峰号            | 保留时间 | 面积 | 面积% | 高度 | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子 | 分离度(USP) |
| 总计            |      |    |     |    |            |      |          |

图281 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
溶剂




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-114-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:44:15  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:44  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.820 | 276442 | 80.139  | 34804 | 1261       | 1.117 | --       |
| 2             | 2.596 | 68510  | 19.861  | 9497  | 3088       | 0.950 | 3.965    |
| 总计            |       | 344953 | 100.000 | 44301 |            |       |          |

图282 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-115-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:48:10  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:47  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.824 | 275923 | 80.166  | 34678 | 1265       | 1.113 | --       |
| 2             | 2.596 | 68266  | 19.834  | 9482  | 3071       | 0.949 | 3.930    |
| 总计            |       | 344189 | 100.000 | 44160 |            |       |          |

图283 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-2




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-116-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:52:03  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:50  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 276322 | 80.121  | 34895 | 1278       | 1.114 | --       |
| 2             | 2.595 | 68560  | 19.879  | 9507  | 3074       | 0.953 | 3.921    |
| 总计            |       | 344882 | 100.000 | 44402 |            |       |          |

图284 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-3




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-117-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:55:58  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:53  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.821 | 276663 | 80.176  | 34887 | 1262       | 1.114 | --       |
| 2             | 2.597 | 68408  | 19.824  | 9501  | 3077       | 0.950 | 3.957    |
| 总计            |       | 345071 | 100.000 | 44387 |            |       |          |

图285 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-4




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-118-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-18  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 18:59:51  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:18:56  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 275850 | 80.101  | 34587 | 1263       | 1.115 | --       |
| 2             | 2.596 | 68529  | 19.899  | 9491  | 3103       | 0.951 | 3.937    |
| 总计            |       | 344379 | 100.000 | 44078 |            |       |          |

图286 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转  
对照品溶液-1-5




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-119-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-1  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:03:44  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:00  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.831 | 119187 | 71.476  | 15709 | 1431       | 1.100 | --       |
| 2             | 2.598 | 47563  | 28.524  | 6667  | 3162       | 0.956 | 4.055    |
| 总计            |       | 166750 | 100.000 | 22376 |            |       |          |

图287 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-120-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-10  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:07:37  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:03  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.830 | 99336  | 64.945  | 13209 | 1418       | 1.095 | --       |
| 2             | 2.597 | 53617  | 35.055  | 7470  | 3122       | 0.950 | 4.035    |
| 总计            |       | 152953 | 100.000 | 20679 |            |       |          |

图288 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-121-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-19  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:11:30  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:06  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.823 | 156998 | 73.237  | 20646 | 1394       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.598 | 57373  | 26.763  | 8006  | 3150       | 0.946 | 4.074    |
| 总计            |       | 214371 | 100.000 | 28652 |            |       |          |

图289 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-122-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-28  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:15:23  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:09  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

PDA Ch1 237nm

| 峰号 | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
|----|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 1  | 1.832 | 130497 | 69.217  | 17277 | 1444       | 1.093 | --       |
| 2  | 2.598 | 58037  | 30.783  | 8078  | 3143       | 0.948 | 4.051    |
| 总计 |       | 188534 | 100.000 | 25356 |            |       |          |

图290 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-123-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-37  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:19:16  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 166360 | 72.140  | 21846 | 1411       | 1.101 | --       |
| 2             | 2.597 | 64248  | 27.860  | 8974  | 3099       | 0.954 | 4.031    |
| 总计            |       | 230608 | 100.000 | 30820 |            |       |          |

图291 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-124-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-46  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:23:09  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:15  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.822 | 116681 | 67.561  | 15343 | 1406       | 1.103 | --       |
| 2             | 2.598 | 56025  | 32.439  | 7810  | 3119       | 0.956 | 4.079    |
| 总计            |       | 172706 | 100.000 | 23153 |            |       |          |

图292 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-125-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-2  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:27:01  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 238416 | 78.798  | 31462 | 1410       | 1.090 | --       |
| 2             | 2.599 | 64152  | 21.202  | 8945  | 3144       | 0.951 | 4.054    |
| 总计            |       | 302568 | 100.000 | 40406 |            |       |          |

图293 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-126-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-11  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:30:54  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.832 | 234791 | 77.784  | 30879 | 1425       | 1.090 | --       |
| 2             | 2.597 | 67059  | 22.216  | 9331  | 3089       | 0.951 | 4.016    |
| 总计            |       | 301850 | 100.000 | 40210 |            |       |          |

图294 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-127-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-20  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:34:47  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:25  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.830 | 237557 | 78.464  | 31127 | 1396       | 1.101 | --       |
| 2             | 2.598 | 65203  | 21.536  | 9078  | 3122       | 0.954 | 4.019    |
| 总计            |       | 302760 | 100.000 | 40205 |            |       |          |

图295 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-128-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-29  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:38:40  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:28  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.824 | 222735 | 77.662  | 29296 | 1414       | 1.091 | --       |
| 2             | 2.598 | 64064  | 22.338  | 8864  | 3103       | 0.940 | 4.069    |
| 总计            |       | 286799 | 100.000 | 38161 |            |       |          |

图296 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-129-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-38  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:42:34  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:31  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.832 | 245874 | 78.731  | 32322 | 1421       | 1.092 | --       |
| 2             | 2.598 | 66421  | 21.269  | 9276  | 3114       | 0.947 | 4.022    |
| 总计            |       | 312294 | 100.000 | 41598 |            |       |          |

图297 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-130-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-47  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:46:27  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:34  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.829 | 243006 | 78.675  | 32009 | 1418       | 1.092 | --       |
| 2             | 2.597 | 65868  | 21.325  | 9153  | 3134       | 0.954 | 4.043    |
| 总计            |       | 308874 | 100.000 | 41162 |            |       |          |

图298 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-131-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-3  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:50:21  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:37  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 259683 | 80.325  | 34626 | 1450       | 1.083 | --       |
| 2             | 2.597 | 63606  | 19.675  | 8845  | 3100       | 0.948 | 4.075    |
| 总计            |       | 323289 | 100.000 | 43470 |            |       |          |

图299 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-132-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-12  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:54:14  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:40  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.829 | 264233 | 79.686  | 34858 | 1422       | 1.089 | --       |
| 2             | 2.597 | 67361  | 20.314  | 9368  | 3146       | 0.953 | 4.049    |
| 总计            |       | 331594 | 100.000 | 44226 |            |       |          |

图300 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-133-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-21  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 19:58:07  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:43  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.830 | 259303 | 79.214  | 34396 | 1439       | 1.088 | --       |
| 2             | 2.596 | 68040  | 20.786  | 9488  | 3123       | 0.957 | 4.046    |
| 总计            |       | 327343 | 100.000 | 43885 |            |       |          |

图301 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-134-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-30  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:02:01  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:46  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.831 | 244108 | 78.645  | 32190 | 1425       | 1.093 | --       |
| 2             | 2.597 | 66285  | 21.355  | 9228  | 3118       | 0.950 | 4.033    |
| 总计            |       | 310393 | 100.000 | 41418 |            |       |          |

图302 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-135-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-39  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:05:54  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:50  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.824 | 262044 | 80.415  | 34571 | 1417       | 1.088 | --       |
| 2             | 2.599 | 63820  | 19.585  | 8871  | 3096       | 0.952 | 4.069    |
| 总计            |       | 325864 | 100.000 | 43442 |            |       |          |

图303 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-136-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-48  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:09:47  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:53  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.829 | 268154 | 80.136  | 35106 | 1410       | 1.093 | --       |
| 2             | 2.597 | 66469  | 19.864  | 9262  | 3128       | 0.951 | 4.039    |
| 总计            |       | 334624 | 100.000 | 44368 |            |       |          |

图304 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-137-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-4  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:13:41  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:56  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.832 | 268906 | 79.780  | 35299 | 1421       | 1.091 | --       |
| 2             | 2.597 | 68153  | 20.220  | 9495  | 3113       | 0.949 | 4.019    |
| 总计            |       | 337059 | 100.000 | 44794 |            |       |          |

图305 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-138-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-13  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:17:35  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:19:59  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.824 | 273442 | 81.552  | 35802 | 1400       | 1.092 | --       |
| 2             | 2.598 | 61857  | 18.448  | 8578  | 3097       | 0.953 | 4.054    |
| 总计            |       | 335299 | 100.000 | 44381 |            |       |          |

图306 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2  
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-139-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-22  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:21:28  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:02  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 264501 | 79.830  | 34494 | 1378       | 1.097 | --       |
| 2             | 2.597 | 66829  | 20.170  | 9317  | 3104       | 0.950 | 4.011    |
| 总计            |       | 331330 | 100.000 | 43811 |            |       |          |

图307 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-140-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-31  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:25:21  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:05  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.832 | 250944 | 79.030  | 33043 | 1424       | 1.088 | --       |
| 2             | 2.598 | 66585  | 20.970  | 9266  | 3100       | 0.954 | 4.019    |
| 总计            |       | 317529 | 100.000 | 42309 |            |       |          |

图308 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-141-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-40  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:29:14  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:09  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.832 | 272574 | 80.107  | 35773 | 1415       | 1.089 | --       |
| 2             | 2.599 | 67690  | 19.893  | 9461  | 3134       | 0.951 | 4.031    |
| 总计            |       | 340263 | 100.000 | 45234 |            |       |          |

图309 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-142-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-49  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:33:08  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:12  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.825 | 277380 | 80.612  | 36441 | 1419       | 1.091 | --       |
| 2             | 2.600 | 66714  | 19.388  | 9308  | 3156       | 0.956 | 4.089    |
| 总计            |       | 344094 | 100.000 | 45750 |            |       |          |

图310 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-143-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-5  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:37:02  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:15  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.831 | 269957 | 80.218  | 35658 | 1423       | 1.090 | --       |
| 2             | 2.597 | 66572  | 19.782  | 9253  | 3151       | 0.951 | 4.039    |
| 总计            |       | 336529 | 100.000 | 44911 |            |       |          |

图311 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-144-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-14  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:40:56  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:18  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.832 | 276609 | 82.208  | 36302 | 1414       | 1.093 | --       |
| 2             | 2.599 | 59866  | 17.792  | 8338  | 3114       | 0.948 | 4.026    |
| 总计            |       | 336476 | 100.000 | 44640 |            |       |          |

图312 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-145-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-23  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:44:49  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:21  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 277959 | 80.069  | 36689 | 1426       | 1.088 | --       |
| 2             | 2.598 | 69188  | 19.931  | 9638  | 3142       | 0.948 | 4.065    |
| 总计            |       | 347147 | 100.000 | 46328 |            |       |          |

图313 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-146-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-32  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:48:42  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:25  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 252494 | 79.354  | 33400 | 1426       | 1.090 | --       |
| 2             | 2.599 | 65691  | 20.646  | 9137  | 3084       | 0.953 | 4.056    |
| 总计            |       | 318184 | 100.000 | 42538 |            |       |          |

图314 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-147-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-41  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:52:35  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:28  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.833 | 273736 | 80.498  | 35950 | 1429       | 1.087 | --       |
| 2             | 2.598 | 66318  | 19.502  | 9256  | 3095       | 0.951 | 4.021    |
| 总计            |       | 340054 | 100.000 | 45206 |            |       |          |

图315 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-148-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-50  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 20:56:28  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:31  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.831 | 280562 | 80.553  | 36822 | 1424       | 1.093 | --       |
| 2             | 2.597 | 67731  | 19.447  | 9428  | 3112       | 0.957 | 4.027    |
| 总计            |       | 348293 | 100.000 | 46250 |            |       |          |

图316 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-149-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-6  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:00:22  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:34  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 272111 | 80.164  | 35959 | 1428       | 1.087 | --       |
| 2             | 2.600 | 67331  | 19.836  | 9372  | 3109       | 0.945 | 4.075    |
| 总计            |       | 339442 | 100.000 | 45331 |            |       |          |

图317 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-150-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-15  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:04:16  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:38  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.829 | 277811 | 81.658  | 36085 | 1370       | 1.096 | --       |
| 2             | 2.598 | 62404  | 18.342  | 8680  | 3093       | 0.953 | 3.999    |
| 总计            |       | 340215 | 100.000 | 44765 |            |       |          |

图318 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-151-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-24  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:08:09  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:41  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.835 | 278692 | 80.939  | 37016 | 1446       | 1.086 | --       |
| 2             | 2.601 | 65634  | 19.061  | 9116  | 3108       | 0.950 | 4.035    |
| 总计            |       | 344325 | 100.000 | 46132 |            |       |          |

图319 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-152-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-33  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:12:02  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:45  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.830 | 262938 | 79.414  | 34418 | 1411       | 1.094 | --       |
| 2             | 2.597 | 68161  | 20.586  | 9464  | 3127       | 0.952 | 4.030    |
| 总计            |       | 331099 | 100.000 | 43882 |            |       |          |

图320 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4  
供试品溶液-1






# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-153-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-42  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:15:55  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:48  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 274158 | 80.044  | 36470 | 1445       | 1.087 | --       |
| 2             | 2.598 | 68353  | 19.956  | 9504  | 3087       | 0.954 | 4.064    |
| 总计            |       | 342511 | 100.000 | 45974 |            |       |          |

图321 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-154-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-51  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:19:47  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:51  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.829 | 278762 | 80.273  | 36438 | 1403       | 1.096 | --       |
| 2             | 2.601 | 68504  | 19.727  | 9460  | 3151       | 0.947 | 4.051    |
| 总计            |       | 347266 | 100.000 | 45898 |            |       |          |

图322 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-155-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-7  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:23:40  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:54  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.821 | 276410 | 80.359  | 35580 | 1360       | 1.108 | --       |
| 2             | 2.598 | 67557  | 19.641  | 9428  | 3165       | 0.951 | 4.065    |
| 总计            |       | 343967 | 100.000 | 45008 |            |       |          |

图323 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-156-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-16  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:27:34  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:20:57  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.834 | 282500 | 80.346  | 37310 | 1442       | 1.086 | --       |
| 2             | 2.597 | 69105  | 19.654  | 9644  | 3084       | 0.954 | 4.017    |
| 总计            |       | 351605 | 100.000 | 46954 |            |       |          |

图324 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-157-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-25  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:31:27  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:00  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.824 | 275016 | 80.578  | 36426 | 1439       | 1.090 | --       |
| 2             | 2.598 | 66289  | 19.422  | 9200  | 3127       | 0.949 | 4.092    |
| 总计            |       | 341305 | 100.000 | 45626 |            |       |          |

图325 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-158-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-34  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:35:20  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:04  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.828 | 262315 | 80.539  | 34378 | 1397       | 1.094 | --       |
| 2             | 2.598 | 63383  | 19.461  | 8804  | 3076       | 0.944 | 4.020    |
| 总计            |       | 325699 | 100.000 | 43181 |            |       |          |

图326 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-159-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-43  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:39:12  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:07  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.832 | 277236 | 80.107  | 36695 | 1446       | 1.088 | --       |
| 2             | 2.597 | 68846  | 19.893  | 9592  | 3124       | 0.950 | 4.044    |
| 总计            |       | 346082 | 100.000 | 46287 |            |       |          |

图327 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-160-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-52  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:43:04  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:10  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.829 | 277529 | 80.466  | 36560 | 1429       | 1.084 | --       |
| 2             | 2.598 | 67375  | 19.534  | 9370  | 3110       | 0.954 | 4.044    |
| 总计            |       | 344904 | 100.000 | 45930 |            |       |          |

图328 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6  
供试品溶液-1






# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-161-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-8  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:46:57  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:13  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.831 | 291269 | 80.781  | 38638 | 1446       | 1.087 | --       |
| 2             | 2.597 | 69299  | 19.219  | 9656  | 3124       | 0.950 | 4.048    |
| 总计            |       | 360568 | 100.000 | 48294 |            |       |          |

图329 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-162-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-17  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:50:51  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:16  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 292070 | 81.187  | 38630 | 1426       | 1.087 | --       |
| 2             | 2.600 | 67678  | 18.813  | 9407  | 3077       | 0.952 | 4.062    |
| 总计            |       | 359748 | 100.000 | 48037 |            |       |          |

图330 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-163-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-26  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:54:44  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:19  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.830 | 289466 | 81.056  | 38294 | 1430       | 1.084 | --       |
| 2             | 2.599 | 67651  | 18.944  | 9425  | 3156       | 0.953 | 4.058    |
| 总计            |       | 357117 | 100.000 | 47719 |            |       |          |

图331 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-164-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-35  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 21:58:36  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:22  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.832 | 290198 | 81.741  | 38361 | 1443       | 1.084 | --       |
| 2             | 2.598 | 64823  | 18.259  | 9024  | 3135       | 0.951 | 4.045    |
| 总计            |       | 355021 | 100.000 | 47385 |            |       |          |

图332 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-165-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-44  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 22:02:30  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:26  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.832 | 294207 | 81.356  | 38611 | 1424       | 1.090 | --       |
| 2             | 2.598 | 67424  | 18.644  | 9354  | 3101       | 0.953 | 4.021    |
| 总计            |       | 361631 | 100.000 | 47965 |            |       |          |

图333 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
供试品溶液-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-166-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-53  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 22:06:24  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:29  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.819 | 285420 | 81.543  | 36677 | 1334       | 1.101 | --       |
| 2             | 2.598 | 64605  | 18.457  | 9008  | 3103       | 0.951 | 4.039    |
| 总计            |       | 350025 | 100.000 | 45685 |            |       |          |

图334 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
供试品溶液-1




# PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-167-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 22:10:18  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:32  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.827 | 276237 | 80.258  | 34762 | 1270       | 1.116 | --       |
| 2             | 2.597 | 67951  | 19.742  | 9447  | 3130       | 0.950 | 3.936    |
| 总计            |       | 344187 | 100.000 | 44209 |            |       |          |

图335 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-1




# PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm\*4.6mm,5μm)  
柱温:30℃  
数据文件名: RC\$PCH-301 - 7-4/5-168-2 - zzp-6032601p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd  
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX255.lcm  
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260414-fx255.lcb  
样品瓶号: 3-27  
进样体积: 20 μl  
进样时间: 2026/04/14 22:14:12  
处理时间 (V2): 2026/04/15 13:21:35  
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX255)

流速:2.0ml/min  
波长:237nm  
版本号:6.115  
实验者: xiexinhui  
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

| PDA Ch1 237nm |       |        |         |       |            |       |          |
|---------------|-------|--------|---------|-------|------------|-------|----------|
| 峰号            | 保留时间  | 面积     | 面积%     | 高度    | 理论塔板数(USP) | 拖尾因子  | 分离度(USP) |
| 1             | 1.826 | 275865 | 80.178  | 34675 | 1271       | 1.115 | --       |
| 2             | 2.596 | 68203  | 19.822  | 9452  | 3086       | 0.954 | 3.929    |
| 总计            |       | 344068 | 100.000 | 44127 |            |       |          |

图336 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-6032601批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-2-2