



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.24	36970	37288	37011	37062	36996	37065	0.35
2	11.37	37841	38066				37954	0.42

单位质量响应值		RSD%	判断
3297.60	3338.08	0.87	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-多替诺雷-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	22551	-	22551	60.985	58.90	8.44	60.98	58.90	8.44
	2	19435	-	19435	52.558			52.56		
	3	20395	-	20395	55.154			55.15		
	4	22025	-	22025	59.562			59.56		
	5	24735	-	24735	66.891			66.89		
	6	21539	-	21539	58.248			58.25		
10min	1	32231	-	32231	87.162	86.46	1.86	87.26	86.55	1.87
	2	30986	-	30986	83.795			83.88		
	3	31602	-	31602	85.461			85.55		
	4	32399	-	32399	87.617			87.72		
	5	32604	-	32604	88.171			88.28		
	6	31998	-	31998	86.532			86.63		
15min	1	34219	-	34219	92.538	91.79	1.57	92.79	92.04	1.58
	2	32929	-	32929	89.050			89.28		
	3	33808	-	33808	91.427			91.66		
	4	34392	-	34392	93.006			93.25		
	5	34114	-	34114	92.254			92.51		
	6	34197	-	34197	92.479			92.72		
20min	1	34498	-	34498	93.293	93.58	1.38	93.69	93.98	1.38
	2	33715	-	33715	91.175			91.55		
	3	34650	-	34650	93.704			94.09		
	4	35046	-	35046	94.775			95.18		
	5	34862	-	34862	94.277			94.69		
	6	34857	-	34857	94.264			94.66		
30min	1	35181	-	35181	95.140	95.16	1.54	95.70	95.71	1.55
	2	34152	-	34152	92.357			92.88		
	3	35343	-	35343	95.578			96.12		
	4	35726	-	35726	96.614			97.17		
	5	35450	-	35450	95.867			96.44		
	6	35277	-	35277	95.400			95.95		
45min	1	35585	-	35585	96.232	96.40	1.62	96.95	97.11	1.63
	2	34633	-	34633	93.658			94.34		
	3	35672	-	35672	96.468			97.17		
	4	36418	-	36418	98.485			99.20		
	5	35805	-	35805	96.827			97.56		
	6	35763	-	35763	96.714			97.43		
60min	1	35984	-	35984	97.312	96.85	1.17	98.19	97.72	1.17
	2	34984	-	34984	94.607			95.44		
	3	35872	-	35872	97.009			97.87		
	4	36008	-	36008	97.376			98.26		
	5	35902	-	35902	97.090			97.98		
	6	36126	-	36126	97.696			98.57		
极限	1	35952	-	35952	97.225	97.26	1.44	98.26	98.29	1.44
	2	34956	-	34956	94.531			95.53		
	3	36225	-	36225	97.963			98.99		
	4	36280	-	36280	98.112			99.16		
	5	36015	-	36015	97.395			98.45		
	6	36353	-	36353	98.309			99.34		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.34	268074	267716	267419	266607	266244	267212	0.29
2	11.39	273775	273535				273655	0.07

单位质量响应值		RSD%	判断
23563.67	24025.90	1.38	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-非布司他-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	188943	-	188943	71.400	68.70	8.07	71.40	68.70	8.07
	2	162907	-	162907	61.561			61.56		
	3	170149	-	170149	64.298			64.30		
	4	184430	-	184430	69.695			69.69		
	5	204631	-	204631	77.328			77.33		
	6	179795	-	179795	67.943			67.94		
10min	1	249580	-	249580	94.314	94.42	1.93	94.43	94.53	1.94
	2	240915	-	240915	91.040			91.14		
	3	250216	-	250216	94.555			94.66		
	4	255164	-	255164	96.424			96.54		
	5	252427	-	252427	95.390			95.52		
	6	250836	-	250836	94.789			94.90		
15min	1	263559	-	263559	99.597	98.79	1.64	99.87	99.07	1.64
	2	252801	-	252801	95.531			95.79		
	3	264024	-	264024	99.772			100.04		
	4	263373	-	263373	99.526			99.80		
	5	262637	-	262637	99.248			99.54		
	6	262221	-	262221	99.091			99.36		
20min	1	264404	-	264404	99.916	100.09	1.79	100.36	100.52	1.79
	2	255759	-	255759	96.649			97.06		
	3	269232	-	269232	101.741			102.17		
	4	266900	-	266900	100.859			101.30		
	5	266134	-	266134	100.570			101.02		
	6	266760	-	266760	100.806			101.24		
30min	1	268391	-	268391	101.423	101.47	1.83	102.03	102.08	1.83
	2	259152	-	259152	97.931			98.51		
	3	273433	-	273433	103.328			103.93		
	4	270793	-	270793	102.330			102.94		
	5	269207	-	269207	101.731			102.35		
	6	270163	-	270163	102.092			102.70		
45min	1	269135	-	269135	101.704	102.67	1.95	102.48	103.44	1.94
	2	262821	-	262821	99.318			100.06		
	3	276712	-	276712	104.567			105.34		
	4	276423	-	276423	104.458			105.24		
	5	270912	-	270912	102.375			103.17		
	6	274079	-	274079	103.572			104.35		
60min	1	268731	-	268731	101.551	102.64	1.82	102.50	103.58	1.82
	2	263670	-	263670	99.639			100.54		
	3	277550	-	277550	104.884			105.83		
	4	273261	-	273261	103.263			104.22		
	5	271379	-	271379	102.552			103.51		
	6	275076	-	275076	103.949			104.90		
极限	1	268798	-	268798	101.576	102.78	1.81	102.69	103.89	1.81
	2	264205	-	264205	99.841			100.91		
	3	277792	-	277792	104.975			106.10		
	4	273927	-	273927	103.515			104.64		
	5	271590	-	271590	102.632			103.76		
	6	275557	-	275557	104.131			105.25		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.24	38380	38375	38261	38073	38323	38282	0.34
2	11.37	38102	38085				38094	0.04
单位质量响应值				RSD%	判断			
3405.87				1.17	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-多替诺雷-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	24120	-	24120	64.065	57.17	15.28	64.07	57.17	15.28
	2	17894	-	17894	47.528			47.53		
	3	23353	-	23353	62.028			62.03		
	4	24962	-	24962	66.302			66.30		
	5	21647	-	21647	57.497			57.50		
	6	17173	-	17173	45.613			45.61		
10min	1	32530	-	32530	86.403	84.53	1.98	86.51	84.63	1.99
	2	30884	-	30884	82.031			82.11		
	3	32506	-	32506	86.340			86.44		
	4	31840	-	31840	84.571			84.68		
	5	31718	-	31718	84.247			84.34		
	6	31479	-	31479	83.612			83.69		
15min	1	33264	-	33264	88.353	89.53	1.64	88.60	89.77	1.64
	2	32804	-	32804	87.131			87.35		
	3	34186	-	34186	90.802			91.05		
	4	33986	-	33986	90.271			90.52		
	5	33879	-	33879	89.986			90.22		
	6	34125	-	34125	90.640			90.86		
20min	1	33863	-	33863	89.944	91.43	1.61	90.34	91.82	1.61
	2	33648	-	33648	89.373			89.73		
	3	34730	-	34730	92.247			92.65		
	4	34571	-	34571	91.824			92.23		
	5	34624	-	34624	91.965			92.35		
	6	35096	-	35096	93.219			93.59		
30min	1	34392	-	34392	91.349	92.56	2.09	91.90	93.10	2.09
	2	33719	-	33719	89.561			90.07		
	3	35120	-	35120	93.283			93.84		
	4	34976	-	34976	92.900			93.46		
	5	34996	-	34996	92.953			93.49		
	6	35875	-	35875	95.288			95.81		
45min	1	34544	-	34544	91.753	93.36	2.31	92.45	94.05	2.29
	2	34033	-	34033	90.395			91.05		
	3	35333	-	35333	93.848			94.56		
	4	34969	-	34969	92.882			93.59		
	5	35765	-	35765	94.996			95.69		
	6	36250	-	36250	96.284			96.96		
60min	1	34853	-	34853	92.574	93.53	1.88	93.43	94.38	1.87
	2	34137	-	34137	90.672			91.48		
	3	35402	-	35402	94.032			94.90		
	4	35180	-	35180	93.442			94.31		
	5	35716	-	35716	94.866			95.72		
	6	35984	-	35984	95.578			96.42		
极限	1	34817	-	34817	92.478	94.04	1.81	93.49	95.05	1.80
	2	34662	-	34662	92.066			93.03		
	3	35878	-	35878	95.296			96.32		
	4	35038	-	35038	93.065			94.09		
	5	35893	-	35893	95.336			96.35		
	6	36143	-	36143	96.000			97.00		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.34	276280	275780	275471	274654	275467	275530	0.22
2	11.39	277607	278256				277932	0.17
单位质量响应值				RSD%	判断			
24297.18				0.31	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-非布司他-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	199495	-	199495	73.664	66.83	14.96	73.66	66.83	14.96
	2	150755	-	150755	55.667			55.67		
	3	196971	-	196971	72.732			72.73		
	4	211015	-	211015	77.918			77.92		
	5	182022	-	182022	67.212			67.21		
	6	145683	-	145683	53.794			53.79		
10min	1	252098	-	252098	93.088	92.45	1.84	93.21	92.56	1.85
	2	241371	-	241371	89.127			89.22		
	3	254309	-	254309	93.904			94.03		
	4	250530	-	250530	92.509			92.64		
	5	252636	-	252636	93.287			93.40		
	6	251237	-	251237	92.770			92.86		
15min	1	252682	-	252682	93.304	95.76	2.11	93.58	96.02	2.11
	2	252695	-	252695	93.308			93.55		
	3	262455	-	262455	96.912			97.19		
	4	259326	-	259326	95.757			96.04		
	5	264275	-	264275	97.584			97.85		
	6	264524	-	264524	97.676			97.92		
20min	1	255230	-	255230	94.244	97.16	2.44	94.68	97.59	2.43
	2	255517	-	255517	94.350			94.75		
	3	266039	-	266039	98.236			98.67		
	4	263462	-	263462	97.284			97.73		
	5	268998	-	268998	99.328			99.76		
	6	269557	-	269557	99.535			99.94		
30min	1	256464	-	256464	94.700	97.87	2.62	95.29	98.46	2.61
	2	258189	-	258189	95.337			95.89		
	3	269079	-	269079	99.358			99.96		
	4	262645	-	262645	96.982			97.59		
	5	272780	-	272780	100.725			101.32		
	6	271202	-	271202	100.142			100.72		
45min	1	256531	-	256531	94.725	98.26	2.73	95.47	99.01	2.72
	2	259815	-	259815	95.937			96.65		
	3	269540	-	269540	99.528			100.30		
	4	263718	-	263718	97.379			98.15		
	5	275008	-	275008	101.547			102.31		
	6	272005	-	272005	100.439			101.18		
60min	1	256862	-	256862	94.847	98.31	2.70	95.75	99.22	2.69
	2	260006	-	260006	96.008			96.88		
	3	270038	-	270038	99.712			100.65		
	4	263673	-	263673	97.362			98.29		
	5	275018	-	275018	101.551			102.48		
	6	271886	-	271886	100.395			101.30		
极限	1	255863	-	255863	94.478	98.18	2.85	95.54	99.26	2.84
	2	259657	-	259657	95.879			96.91		
	3	270133	-	270133	99.747			100.85		
	4	262697	-	262697	97.002			98.09		
	5	274710	-	274710	101.437			102.54		
	6	272283	-	272283	100.541			101.62		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.24	39472	39278	39249	39150	39399	39310	0.33
2	11.37	38633	38471				38552	0.30
单位质量响应值				RSD%	判断			
3497.33		3390.68		2.19	数据不可信!(响应值差异过大,请重新称样测定!)			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-多替诺雷-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	17608	-	17608	45.882	47.78	13.59	45.88	47.78	13.59
	2	17910	-	17910	46.669			46.67		
	3	18545	-	18545	48.324			48.32		
	4	18037	-	18037	47.000			47.00		
	5	22793	-	22793	59.393			59.39		
	6	15125	-	15125	39.412			39.41		
10min	1	30863	-	30863	80.422	80.54	2.84	80.50	80.62	2.85
	2	31144	-	31144	81.154			81.23		
	3	31614	-	31614	82.379			82.46		
	4	30900	-	30900	80.518			80.60		
	5	31671	-	31671	82.527			82.63		
	6	29261	-	29261	76.247			76.31		
15min	1	33334	-	33334	86.860	87.04	1.33	87.07	87.25	1.34
	2	33763	-	33763	87.978			88.19		
	3	33951	-	33951	88.468			88.69		
	4	33516	-	33516	87.335			87.55		
	5	33128	-	33128	86.324			86.56		
	6	32724	-	32724	85.271			85.46		
20min	1	33954	-	33954	88.476	88.79	1.35	88.83	89.15	1.34
	2	34388	-	34388	89.607			89.97		
	3	34755	-	34755	90.563			90.93		
	4	34152	-	34152	88.992			89.35		
	5	33502	-	33502	87.298			87.68		
	6	33703	-	33703	87.822			88.16		
30min	1	34735	-	34735	90.511	90.33	1.38	91.01	90.84	1.37
	2	34818	-	34818	90.727			91.24		
	3	35183	-	35183	91.678			92.19		
	4	35034	-	35034	91.290			91.80		
	5	33890	-	33890	88.309			88.84		
	6	34332	-	34332	89.461			89.94		
45min	1	35269	-	35269	91.903	91.45	1.51	92.56	92.11	1.50
	2	35486	-	35486	92.468			93.13		
	3	35554	-	35554	92.645			93.31		
	4	35408	-	35408	92.265			92.92		
	5	34326	-	34326	89.445			90.12		
	6	34540	-	34540	90.003			90.63		
60min	1	35245	-	35245	91.840	91.82	1.20	92.65	92.63	1.19
	2	35635	-	35635	92.856			93.67		
	3	35562	-	35562	92.666			93.49		
	4	35424	-	35424	92.306			93.12		
	5	34490	-	34490	89.873			90.69		
	6	35071	-	35071	91.387			92.17		
极限	1	35205	-	35205	91.736	91.96	1.58	92.70	92.92	1.56
	2	35753	-	35753	93.164			94.13		
	3	35693	-	35693	93.007			93.99		
	4	35480	-	35480	92.452			93.42		
	5	34237	-	34237	89.213			90.19		
	6	35379	-	35379	92.189			93.12		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	11.34	279806	279745	279478	278943	278987	279392	0.15
2	11.39	279553	278502				279028	0.27
单位质量响应值				RSD%	判断			
24637.74				0.41	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-非布司他-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	148113	-	148113	54.205	56.00	12.57	54.21	56.00	12.57
	2	147881	-	147881	54.120			54.12		
	3	156058	-	156058	57.113			57.11		
	4	150652	-	150652	55.134			55.13		
	5	187213	-	187213	68.515			68.51		
	6	128229	-	128229	46.928			46.93		
10min	1	244418	-	244418	89.450	88.83	2.56	89.54	88.92	2.56
	2	243942	-	243942	89.276			89.37		
	3	248090	-	248090	90.794			90.89		
	4	243854	-	243854	89.244			89.34		
	5	245525	-	245525	89.855			89.97		
	6	230488	-	230488	84.352			84.43		
15min	1	257550	-	257550	94.256	94.13	1.43	94.50	94.38	1.42
	2	260320	-	260320	95.270			95.51		
	3	260761	-	260761	95.431			95.68		
	4	259203	-	259203	94.861			95.10		
	5	253005	-	253005	92.593			92.86		
	6	252436	-	252436	92.384			92.60		
20min	1	260644	-	260644	95.388	95.24	1.35	95.78	95.64	1.34
	2	263149	-	263149	96.305			96.70		
	3	262924	-	262924	96.223			96.63		
	4	262695	-	262695	96.139			96.54		
	5	254724	-	254724	93.222			93.64		
	6	257316	-	257316	94.170			94.54		
30min	1	262887	-	262887	96.209	96.05	1.55	96.76	96.60	1.55
	2	266171	-	266171	97.411			97.97		
	3	263851	-	263851	96.562			97.13		
	4	266240	-	266240	97.436			98.00		
	5	255734	-	255734	93.591			94.16		
	6	259804	-	259804	95.081			95.61		
45min	1	264044	-	264044	96.633	96.42	1.82	97.35	97.13	1.81
	2	268727	-	268727	98.346			99.07		
	3	263428	-	263428	96.407			97.13		
	4	267536	-	267536	97.911			98.63		
	5	255325	-	255325	93.442			94.17		
	6	261674	-	261674	95.765			96.45		
60min	1	264395	-	264395	96.761	96.45	1.89	97.64	97.32	1.88
	2	269221	-	269221	98.527			99.41		
	3	263108	-	263108	96.290			97.18		
	4	267681	-	267681	97.964			98.85		
	5	255173	-	255173	93.386			94.27		
	6	261629	-	261629	95.749			96.60		
极限	1	263416	-	263416	96.403	96.24	1.92	97.44	97.28	1.90
	2	267375	-	267375	97.852			98.90		
	3	262203	-	262203	95.959			97.01		
	4	267878	-	267878	98.036			99.08		
	5	253899	-	253899	92.920			93.96		
	6	263109	-	263109	96.290			97.30		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-462-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 16:41:24
处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-463-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 16:46:47
处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	36970	12.119	7216	1600	1.189	--
2	3.392	268074	87.881	29503	3234	1.195	10.991
总计		305044	100.000	36719			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-464-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 16:52:11
处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	37288	12.225	7209	1597	1.195	--
2	3.392	267716	87.775	29518	3245	1.194	11.003
总计		305004	100.000	36727			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-465-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 16:57:35

处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	37011	12.157	7228	1603	1.188	--
2	3.392	267419	87.843	29565	3259	1.193	11.027
总计		304430	100.000	36793			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-466-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:02:59

处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.343	37062	12.205	7226	1598	1.188	--
2	3.392	266607	87.795	29495	3263	1.190	11.024
总计		303669	100.000	36720			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-467-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 17:08:23
处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	36996	12.200	7238	1609	1.191	--
2	3.392	266244	87.800	29508	3277	1.188	11.057
总计		303240	100.000	36747			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-468-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 17:13:46
处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.365	22551	10.663	5243	2321	1.180	--
2	3.384	188943	89.337	21042	3305	1.178	11.579
总计		211493	100.000	26285			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-469-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:19:09

处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.366	19435	10.659	4495	2319	1.183	--
2	3.388	162907	89.341	18226	3321	1.168	11.605
总计		182342	100.000	22721			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-470-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:24:32

处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.365	20395	10.704	4715	2321	1.179	--
2	3.387	170149	89.296	18986	3311	1.168	11.594
总计		190544	100.000	23702			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-471-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 17:29:55
处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.365	22025	10.668	5126	2328	1.176	--
2	3.386	184430	89.332	20588	3318	1.174	11.602
总计		206455	100.000	25714			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-472-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 17:35:18
处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.365	24735	10.784	5742	2332	1.172	--
2	3.384	204631	89.216	22815	3312	1.178	11.595
总计		229367	100.000	28557			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-473-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:40:41

处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.365	21539	10.698	5004	2338	1.172	--
2	3.386	179795	89.302	20052	3314	1.172	11.610
总计		201335	100.000	25056			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-474-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 17:46:04

处理时间(V2): 2026/05/12 16:04:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.365	32231	11.437	7478	2338	1.187	--
2	3.380	249580	88.563	27827	3300	1.194	11.572
总计		281811	100.000	35305			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-475-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 17:51:27
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.365	30986	11.396	7199	2351	1.187	--
2	3.381	240915	88.604	26922	3310	1.189	11.601
总计		271901	100.000	34122			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-476-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 17:56:50
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	31602	11.214	7374	2352	1.184	--
2	3.381	250216	88.786	27954	3314	1.194	11.607
总计		281818	100.000	35327			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-477-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 18:02:13
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.365	32399	11.267	7563	2355	1.181	--
2	3.381	255164	88.733	28500	3320	1.194	11.616
总计		287563	100.000	36063			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-478-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 18:07:36

处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	32604	11.439	7550	2350	1.188	--
2	3.381	252427	88.561	28162	3311	1.193	11.603
总计		285031	100.000	35712			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-479-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 18:12:57
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	31998	11.313	7502	2357	1.176	--
2	3.380	250836	88.687	27967	3293	1.193	11.591
总计		282834	100.000	35469			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-480-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 18:18:20
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	34219	11.491	7997	2353	1.186	--
2	3.380	263559	88.509	29423	3311	1.194	11.609
总计		297778	100.000	37420			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-481-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 18:23:43

处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	32929	11.525	7683	2352	1.180	--
2	3.382	252801	88.475	28238	3318	1.190	11.616
总计		285730	100.000	35921			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-482-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 18:29:06
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	33808	11.351	7932	2366	1.178	--
2	3.381	264024	88.649	29543	3323	1.192	11.633
总计		297832	100.000	37475			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-483-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 18:34:28
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	34392	11.550	8042	2358	1.179	--
2	3.381	263373	88.450	29430	3320	1.194	11.624
总计		297764	100.000	37472			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-484-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 18:39:51

处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	34114	11.496	7997	2369	1.180	--
2	3.381	262637	88.504	29379	3324	1.191	11.639
总计		296751	100.000	37376			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-485-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 18:45:14

处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	34197	11.537	8010	2360	1.176	--
2	3.381	262221	88.463	29371	3328	1.194	11.637
总计		296419	100.000	37381			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-486-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 18:50:37

处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34498	11.542	8112	2371	1.182	--
2	3.381	264404	88.458	29585	3333	1.191	11.657
总计		298902	100.000	37696			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-487-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 18:56:00

处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	33715	11.647	7873	2362	1.185	--
2	3.382	255759	88.353	28659	3335	1.187	11.655
总计		289474	100.000	36533			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-488-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:01:24
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34650	11.402	8136	2366	1.175	--
2	3.381	269232	88.598	30094	3313	1.194	11.628
总计		303882	100.000	38230			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-489-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:06:45
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35046	11.607	8218	2368	1.183	--
2	3.381	266900	88.393	29883	3321	1.192	11.640
总计		301946	100.000	38101			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-490-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:12:09
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34862	11.582	8184	2372	1.182	--
2	3.381	266134	88.418	29818	3334	1.189	11.662
总计		300996	100.000	38002			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-491-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:17:31
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34857	11.557	8169	2369	1.182	--
2	3.380	266760	88.443	29828	3314	1.192	11.633
总计		301618	100.000	37996			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-492-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:22:54
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35181	11.589	8287	2377	1.180	--
2	3.381	268391	88.411	30061	3332	1.189	11.664
总计		303572	100.000	38348			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-493-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 19:28:17

处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34152	11.644	8000	2374	1.185	--
2	3.382	259152	88.356	29035	3333	1.189	11.664
总计		293304	100.000	37035			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-494-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:33:40
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35343	11.446	8301	2375	1.179	--
2	3.382	273433	88.554	30637	3333	1.191	11.664
总计		308776	100.000	38938			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-495-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 19:39:01

处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35726	11.655	8374	2377	1.180	--
2	3.382	270793	88.345	30320	3333	1.188	11.666
总计		306519	100.000	38694			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-496-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:44:24
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35450	11.636	8309	2373	1.180	--
2	3.382	269207	88.364	30214	3337	1.188	11.669
总计		304658	100.000	38523			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-497-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:49:47
处理时间(V2): 2026/05/12 16:05:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35277	11.549	8301	2382	1.174	--
2	3.382	270163	88.451	30273	3327	1.190	11.664
总计		305440	100.000	38574			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-498-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 19:55:10
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35585	11.678	8390	2382	1.182	--
2	3.382	269135	88.322	30190	3347	1.186	11.690
总计		304720	100.000	38580			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-499-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:00:33
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34633	11.643	8137	2386	1.176	--
2	3.382	262821	88.357	29467	3346	1.187	11.694
总计		297453	100.000	37604			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-500-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 20:05:56

处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35672	11.419	8406	2386	1.176	--
2	3.382	276712	88.581	31018	3347	1.189	11.692
总计		312384	100.000	39423			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-501-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 20:11:18

处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	36418	11.641	8571	2383	1.177	--
2	3.381	276423	88.359	30994	3334	1.188	11.673
总计		312842	100.000	39565			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-502-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:16:41
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35805	11.674	8403	2375	1.181	--
2	3.381	270912	88.326	30421	3345	1.187	11.683
总计		306717	100.000	38825			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-503-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 20:22:04

处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35763	11.542	8401	2382	1.186	--
2	3.381	274079	88.458	30734	3331	1.189	11.671
总计		309841	100.000	39135			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-504-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:27:27
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35984	11.809	8438	2384	1.184	--
2	3.382	268731	88.191	30213	3353	1.186	11.702
总计		304715	100.000	38652			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-505-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:32:51
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34984	11.714	8234	2384	1.180	--
2	3.382	263670	88.286	29609	3345	1.186	11.691
总计		298654	100.000	37843			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-506-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 20:38:15

处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35872	11.445	8462	2392	1.180	--
2	3.382	277550	88.555	31187	3354	1.188	11.707
总计		313421	100.000	39649			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-507-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 20:43:37

处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	36008	11.643	8488	2394	1.187	--
2	3.382	273261	88.357	30632	3348	1.188	11.702
总计		309270	100.000	39120			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-508-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:49:00
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35902	11.684	8458	2389	1.183	--
2	3.382	271379	88.316	30481	3349	1.187	11.700
总计		307281	100.000	38939			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-509-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:54:23
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	36126	11.609	8515	2393	1.180	--
2	3.382	275076	88.391	30877	3353	1.186	11.706
总计		311202	100.000	39392			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-510-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 20:59:47
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35952	11.797	8457	2391	1.178	--
2	3.384	268798	88.203	30173	3363	1.187	11.720
总计		304750	100.000	38630			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-511-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 21:05:11

处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34956	11.685	8253	2399	1.181	--
2	3.383	264205	88.315	29623	3354	1.185	11.716
总计		299161	100.000	37875			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-512-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:10:34
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	36225	11.536	8525	2389	1.178	--
2	3.382	277792	88.464	31143	3347	1.187	11.697
总计		314017	100.000	39668			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-513-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 21:15:58

处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	36280	11.695	8555	2388	1.181	--
2	3.383	273927	88.305	30741	3358	1.184	11.713
总计		310207	100.000	39297			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-514-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:21:21
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	36015	11.708	8470	2385	1.182	--
2	3.382	271590	88.292	30449	3347	1.185	11.696
总计		307605	100.000	38919			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-515-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 21:26:45

处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	36353	11.655	8582	2400	1.179	--
2	3.382	275557	88.345	30923	3347	1.186	11.707
总计		311910	100.000	39505			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-516-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:32:08
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.340	37841	12.143	7580	1655	1.180	--
2	3.399	273775	87.857	30680	3351	1.171	11.237
总计		311615	100.000	38260			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-517-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:37:32
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.339	38066	12.216	7589	1654	1.190	--
2	3.399	273535	87.784	30678	3355	1.169	11.239
总计		311601	100.000	38266			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-518-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:42:57
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-519-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:48:23
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.340	38380	12.197	7695	1657	1.182	--
2	3.399	276280	87.803	30949	3360	1.168	11.247
总计		314660	100.000	38644			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-520-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 21:53:48
处理时间(V2): 2026/05/12 16:06:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.340	38375	12.215	7684	1659	1.189	--
2	3.400	275780	87.785	30910	3359	1.170	11.250
总计		314155	100.000	38594			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-521-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 21:59:12

处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.340	38261	12.196	7678	1658	1.180	--
2	3.400	275471	87.804	30897	3359	1.170	11.249
总计		313732	100.000	38575			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-522-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 22:04:37

处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.340	38073	12.174	7672	1658	1.183	--
2	3.400	274654	87.826	30848	3363	1.167	11.255
总计		312726	100.000	38520			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-523-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:10:02
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.339	38323	12.213	7671	1656	1.181	--
2	3.399	275467	87.787	30868	3359	1.168	11.248
总计		313790	100.000	38539			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-524-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:15:26
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	24120	10.787	5687	2400	1.176	--
2	3.391	199495	89.213	22482	3384	1.164	11.771
总计		223616	100.000	28169			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-525-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:20:50
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	17894	10.610	4239	2407	1.184	--
2	3.395	150755	89.390	17018	3396	1.148	11.807
总计		168649	100.000	21256			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-526-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:26:14
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	23353	10.599	5558	2422	1.177	--
2	3.391	196971	89.401	22212	3391	1.162	11.796
总计		220324	100.000	27769			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-527-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:31:38
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	24962	10.578	5911	2412	1.179	--
2	3.390	211015	89.422	23756	3383	1.167	11.777
总计		235977	100.000	29667			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-528-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:37:02
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	21647	10.629	5107	2410	1.180	--
2	3.394	182022	89.371	20457	3391	1.155	11.794
总计		203669	100.000	25563			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-529-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:42:25
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.364	17173	10.545	4074	2423	1.174	--
2	3.396	145683	89.455	16455	3409	1.145	11.837
总计		162856	100.000	20529			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-530-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:47:50
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	32530	11.429	7694	2407	1.185	--
2	3.386	252098	88.571	28332	3365	1.177	11.744
总计		284627	100.000	36026			

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-531-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:53:15
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	30884	11.344	7282	2396	1.176	--
2	3.388	241371	88.656	27167	3372	1.174	11.748
总计		272255	100.000	34449			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-532-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 22:58:39
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	32506	11.333	7682	2398	1.172	--
2	3.387	254309	88.667	28615	3374	1.178	11.749
总计		286814	100.000	36297			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-533-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:04:01

处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	31840	11.276	7541	2405	1.179	--
2	3.387	250530	88.724	28171	3376	1.175	11.761
总计		282370	100.000	35712			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-534-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 23:09:25
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	31718	11.154	7521	2413	1.180	--
2	3.387	252636	88.846	28388	3364	1.178	11.750
总计		284354	100.000	35910			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-535-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:14:49

处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	31479	11.135	7448	2404	1.177	--
2	3.387	251237	88.865	28279	3377	1.175	11.761
总计		282716	100.000	35727			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-536-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:20:13

处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	33264	11.633	7887	2415	1.172	--
2	3.388	252682	88.367	28478	3379	1.176	11.768
总计		285946	100.000	36364			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-537-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 23:25:37
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	32804	11.490	7751	2403	1.173	--
2	3.387	252695	88.510	28368	3352	1.177	11.723
总计		285499	100.000	36119			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-538-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/11 23:31:00
处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34186	11.524	8079	2416	1.178	--
2	3.388	262455	88.476	29515	3373	1.179	11.759
总计		296641	100.000	37595			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-539-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:36:24

处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	33986	11.587	8034	2409	1.176	--
2	3.387	259326	88.413	29187	3365	1.177	11.749
总计		293312	100.000	37221			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-540-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:41:47

处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	33879	11.363	8039	2422	1.175	--
2	3.387	264275	88.637	29743	3376	1.179	11.772
总计		298154	100.000	37782			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-541-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:47:11

处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34125	11.426	8063	2407	1.177	--
2	3.386	264524	88.574	29724	3360	1.179	11.742
总计		298648	100.000	37788			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-542-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:52:36

处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	33863	11.714	8024	2413	1.173	--
2	3.388	255230	88.286	28730	3374	1.174	11.765
总计		289094	100.000	36754			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-543-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/11 23:58:00

处理时间(V2): 2026/05/12 16:07:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	33648	11.636	7957	2410	1.178	--
2	3.387	255517	88.364	28691	3363	1.177	11.748
总计		289165	100.000	36647			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-544-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:03:24
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34730	11.547	8216	2412	1.178	--
2	3.387	266039	88.453	29944	3370	1.178	11.759
总计		300769	100.000	38160			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-545-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:08:48
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34571	11.600	8204	2419	1.173	--
2	3.386	263462	88.400	29581	3359	1.177	11.750
总计		298032	100.000	37785			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-546-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:14:13
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34624	11.404	8200	2410	1.178	--
2	3.387	268998	88.596	30292	3372	1.179	11.759
总计		303622	100.000	38492			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-547-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:19:37
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35096	11.520	8308	2411	1.182	--
2	3.386	269557	88.480	30329	3375	1.178	11.765
总计		304653	100.000	38637			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-548-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:25:01
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34392	11.824	8130	2408	1.172	--
2	3.386	256464	88.176	28900	3380	1.177	11.768
总计		290856	100.000	37030			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-549-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 00:30:24

处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	33719	11.551	7993	2414	1.177	--
2	3.388	258189	88.449	29083	3384	1.174	11.780
总计		291908	100.000	37075			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-550-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:35:49
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35120	11.545	8331	2418	1.177	--
2	3.386	269079	88.455	30268	3377	1.178	11.770
总计		304199	100.000	38599			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-551-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:41:12
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34976	11.752	8283	2412	1.175	--
2	3.388	262645	88.248	29603	3381	1.177	11.778
总计		297621	100.000	37887			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-552-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:46:37
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34996	11.370	8331	2424	1.175	--
2	3.387	272780	88.630	30719	3380	1.178	11.783
总计		307776	100.000	39050			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-553-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:52:00
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35875	11.683	8469	2408	1.180	--
2	3.387	271202	88.317	30544	3385	1.178	11.776
总计		307077	100.000	39013			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-554-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 00:57:25
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34544	11.868	8186	2412	1.173	--
2	3.388	256531	88.132	28897	3378	1.174	11.776
总计		291075	100.000	37083			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-555-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:02:50

处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34033	11.582	8043	2411	1.178	--
2	3.388	259815	88.418	29255	3379	1.176	11.775
总计		293848	100.000	37298			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-556-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 01:08:13
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35333	11.589	8379	2424	1.178	--
2	3.386	269540	88.411	30295	3370	1.179	11.766
总计		304873	100.000	38673			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-557-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 01:13:37
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34969	11.708	8333	2437	1.176	--
2	3.389	263718	88.292	29763	3395	1.174	11.812
总计		298687	100.000	38095			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-558-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 01:19:01
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35765	11.508	8459	2419	1.178	--
2	3.386	275008	88.492	30955	3375	1.180	11.772
总计		310773	100.000	39414			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-559-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:24:27

处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	36250	11.760	8562	2413	1.181	--
2	3.388	272005	88.240	30595	3376	1.179	11.771
总计		308255	100.000	39157			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-560-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:29:51

处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34853	11.948	8247	2422	1.175	--
2	3.388	256862	88.052	28958	3380	1.172	11.785
总计		291714	100.000	37205			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-561-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:35:15

处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34137	11.606	8080	2410	1.170	--
2	3.388	260006	88.394	29288	3377	1.174	11.775
总计		294143	100.000	37367			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-562-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:40:40

处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35402	11.591	8408	2428	1.176	--
2	3.387	270038	88.409	30397	3378	1.177	11.787
总计		305441	100.000	38805			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-563-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:46:05

处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35180	11.772	8336	2414	1.174	--
2	3.388	263673	88.228	29706	3378	1.175	11.777
总计		298853	100.000	38041			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-564-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 01:51:30

处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35716	11.494	8468	2420	1.176	--
2	3.387	275018	88.506	30978	3379	1.177	11.777
总计		310734	100.000	39446			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-565-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 01:56:55
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35984	11.688	8550	2424	1.169	--
2	3.389	271886	88.312	30616	3384	1.177	11.793
总计		307870	100.000	39165			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-566-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 02:02:20
处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34817	11.978	8236	2412	1.174	--
2	3.388	255863	88.022	28870	3387	1.173	11.790
总计		290680	100.000	37106			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-567-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 02:07:45

处理时间(V2): 2026/05/12 16:08:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34662	11.777	8183	2412	1.175	--
2	3.389	259657	88.223	29274	3390	1.173	11.791
总计		294319	100.000	37458			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-568-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 02:13:11

处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35878	11.724	8495	2422	1.176	--
2	3.388	270133	88.276	30404	3381	1.177	11.789
总计		306011	100.000	38899			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-569-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 02:18:35

处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35038	11.768	8303	2416	1.176	--
2	3.388	262697	88.232	29599	3379	1.176	11.782
总计		297735	100.000	37902			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-570-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 02:24:01
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35893	11.556	8501	2422	1.177	--
2	3.388	274710	88.444	30999	3392	1.177	11.802
总计		310602	100.000	39500			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-571-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 02:29:25
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	36143	11.719	8577	2429	1.174	--
2	3.388	272283	88.281	30664	3388	1.175	11.804
总计		308427	100.000	39241			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-572-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 02:34:50
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.340	38102	12.069	7680	1675	1.183	--
2	3.404	277607	87.931	31289	3394	1.161	11.322
总计		315709	100.000	38969			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-573-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 02:40:15
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.339	38085	12.039	7709	1684	1.184	--
2	3.404	278256	87.961	31335	3395	1.163	11.340
总计		316340	100.000	39044			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-574-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 02:45:38
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-575-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 02:51:01
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	39472	12.363	7913	1653	1.186	--
2	3.401	279806	87.637	31250	3337	1.163	11.238
总计		319279	100.000	39163			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-576-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 02:56:25
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	39278	12.312	7872	1641	1.176	--
2	3.401	279745	87.688	31177	3326	1.162	11.210
总计		319023	100.000	39049			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-577-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:01:49
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	39249	12.314	7881	1648	1.175	--
2	3.401	279478	87.686	31172	3336	1.162	11.230
总计		318728	100.000	39053			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-578-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:07:11
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	39150	12.308	7877	1658	1.177	--
2	3.401	278943	87.692	31158	3344	1.164	11.248
总计		318093	100.000	39035			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-579-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 03:12:35

处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.339	39399	12.375	7876	1645	1.178	--
2	3.402	278987	87.625	31154	3331	1.162	11.218
总计		318386	100.000	39030			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-580-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:17:57
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	17608	10.625	4198	2433	1.162	--
2	3.398	148113	89.375	16758	3426	1.142	11.878
总计		165721	100.000	20956			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-581-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:23:18
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	17910	10.803	4257	2447	1.172	--
2	3.398	147881	89.197	16766	3437	1.139	11.913
总计		165791	100.000	21023			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-582-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 03:28:41

处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	18545	10.621	4411	2426	1.168	--
2	3.398	156058	89.379	17679	3424	1.142	11.872
总计		174603	100.000	22090			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-583-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:34:03
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	18037	10.693	4281	2419	1.160	--
2	3.398	150652	89.307	17067	3425	1.142	11.873
总计		168689	100.000	21348			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-584-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:39:27
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	22793	10.853	5380	2419	1.179	--
2	3.396	187213	89.147	21224	3428	1.151	11.868
总计		210006	100.000	26604			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-585-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:44:48
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	15125	10.551	3616	2435	1.158	--
2	3.401	128229	89.449	14495	3435	1.134	11.906
总计		143354	100.000	18112			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-586-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 03:50:12

处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	30863	11.211	7350	2431	1.170	--
2	3.392	244418	88.789	27574	3399	1.166	11.823
总计		275281	100.000	34925			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-587-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 03:55:34
处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	31144	11.322	7395	2426	1.175	--
2	3.392	243942	88.678	27467	3390	1.172	11.814
总计		275086	100.000	34862			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-588-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:00:57

处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	31614	11.303	7486	2418	1.173	--
2	3.391	248090	88.697	27985	3394	1.170	11.812
总计		279704	100.000	35470			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-589-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:06:19

处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	30900	11.247	7327	2426	1.181	--
2	3.390	243854	88.753	27429	3370	1.169	11.785
总计		274754	100.000	34755			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-590-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:11:43

处理时间(V2): 2026/05/12 16:09:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	31671	11.426	7502	2430	1.182	--
2	3.392	245525	88.574	27692	3403	1.168	11.833
总计		277196	100.000	35194			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-591-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 04:17:06
处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	29261	11.265	6941	2429	1.175	--
2	3.392	230488	88.735	25968	3389	1.164	11.820
总计		259749	100.000	32909			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-592-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 04:22:28
处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	33334	11.460	7929	2429	1.176	--
2	3.393	257550	88.540	28987	3399	1.171	11.818
总计		290884	100.000	36917			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-593-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 04:27:51
处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	33763	11.481	8010	2421	1.183	--
2	3.392	260320	88.519	29209	3376	1.172	11.790
总计		294083	100.000	37219			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-594-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 04:33:13
处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	33951	11.520	8051	2433	1.183	--
2	3.391	260761	88.480	29393	3393	1.171	11.819
总计		294712	100.000	37444			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-595-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:38:36

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	33516	11.450	7936	2413	1.178	--
2	3.392	259203	88.550	29171	3397	1.173	11.809
总计		292719	100.000	37107			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-596-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:43:58

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	33128	11.578	7853	2433	1.177	--
2	3.392	253005	88.422	28460	3400	1.170	11.832
总计		286133	100.000	36313			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-597-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:49:21

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	32724	11.476	7756	2422	1.173	--
2	3.392	252436	88.524	28474	3404	1.169	11.827
总计		285160	100.000	36230			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-598-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 04:54:42

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	33954	11.525	8100	2428	1.170	--
2	3.393	260644	88.475	29400	3417	1.169	11.845
总计		294598	100.000	37500			

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-599-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 05:00:06

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34388	11.558	8183	2434	1.180	--
2	3.393	263149	88.442	29550	3394	1.175	11.821
总计		297537	100.000	37733			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-600-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 05:05:28

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34755	11.675	8260	2432	1.175	--
2	3.389	262924	88.325	29544	3367	1.174	11.785
总计		297679	100.000	37804			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-601-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:10:50
处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	34152	11.505	8123	2430	1.173	--
2	3.392	262695	88.495	29613	3406	1.171	11.836
总计		296848	100.000	37736			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-602-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 05:16:12

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	33502	11.623	7999	2432	1.173	--
2	3.394	254724	88.377	28676	3392	1.169	11.820
总计		288226	100.000	36675			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-603-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:21:33
处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	33703	11.581	8015	2431	1.175	--
2	3.392	257316	88.419	28988	3404	1.169	11.836
总计		291019	100.000	37003			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-604-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:26:55
处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34735	11.671	8266	2436	1.182	--
2	3.394	262887	88.329	29649	3396	1.170	11.825
总计		297622	100.000	37915			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-605-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:32:17
处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34818	11.568	8292	2428	1.179	--
2	3.393	266171	88.432	29943	3395	1.172	11.818
总计		300989	100.000	38235			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-606-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 05:37:39

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.362	35183	11.766	8357	2429	1.184	--
2	3.392	263851	88.234	29686	3388	1.170	11.815
总计		299035	100.000	38043			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-607-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:43:01
处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35034	11.629	8291	2417	1.182	--
2	3.393	266240	88.371	29985	3399	1.171	11.818
总计		301274	100.000	38276			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-608-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 05:48:23
处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	33890	11.701	8065	2433	1.179	--
2	3.394	255734	88.299	28739	3389	1.170	11.817
总计		289625	100.000	36804			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-609-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 05:53:45

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34332	11.672	8154	2436	1.176	--
2	3.395	259804	88.328	29298	3400	1.171	11.833
总计		294135	100.000	37453			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-610-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 05:59:07

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35269	11.783	8368	2434	1.174	--
2	3.394	264044	88.217	29770	3401	1.169	11.831
总计		299313	100.000	38138			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-611-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:04:29
处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35486	11.665	8430	2432	1.175	--
2	3.394	268727	88.335	30270	3400	1.171	11.828
总计		304213	100.000	38700			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-612-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 06:09:51

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35554	11.892	8453	2425	1.171	--
2	3.392	263428	88.108	29662	3395	1.174	11.815
总计		298982	100.000	38115			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-613-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 06:15:13

处理时间(V2): 2026/05/12 16:10:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35408	11.688	8398	2434	1.175	--
2	3.394	267536	88.312	30173	3403	1.173	11.832
总计		302944	100.000	38571			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-614-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:20:35
处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34326	11.851	8168	2429	1.171	--
2	3.395	255325	88.149	28816	3395	1.168	11.825
总计		289651	100.000	36984			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-615-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 06:25:57

处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34540	11.661	8255	2439	1.176	--
2	3.394	261674	88.339	29426	3394	1.172	11.829
总计		296214	100.000	37681			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-616-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:31:20
处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35245	11.763	8385	2437	1.176	--
2	3.393	264395	88.237	29762	3398	1.172	11.830
总计		299641	100.000	38147			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-617-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 06:36:42
处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35635	11.689	8474	2426	1.170	--
2	3.394	269221	88.311	30236	3391	1.174	11.813
总计		304855	100.000	38709			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-618-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 06:42:04

处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35562	11.907	8469	2433	1.176	--
2	3.393	263108	88.093	29596	3395	1.171	11.825
总计		298670	100.000	38065			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-619-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 06:47:25

处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35424	11.687	8417	2430	1.178	--
2	3.395	267681	88.313	30208	3404	1.170	11.834
总计		303105	100.000	38625			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-620-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 06:52:48

处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34490	11.907	8181	2425	1.174	--
2	3.395	255173	88.093	28780	3398	1.170	11.828
总计		289663	100.000	36961			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-621-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 06:58:10

处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35071	11.820	8303	2425	1.178	--
2	3.394	261629	88.180	29486	3404	1.170	11.831
总计		296700	100.000	37789			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-622-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 07:03:33

处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35205	11.789	8393	2438	1.181	--
2	3.394	263416	88.211	29668	3392	1.172	11.825
总计		298621	100.000	38062			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-623-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 07:08:56

处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35753	11.795	8483	2434	1.178	--
2	3.394	267375	88.205	30110	3400	1.173	11.833
总计		303129	100.000	38593			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-624-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 07:14:18

处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35693	11.982	8479	2431	1.178	--
2	3.394	262203	88.018	29554	3402	1.170	11.832
总计		297896	100.000	38033			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-625-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 07:19:40
处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35480	11.696	8422	2424	1.174	--
2	3.395	267878	88.304	30139	3401	1.175	11.826
总计		303358	100.000	38561			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-626-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 07:25:03
处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	34237	11.882	8158	2435	1.171	--
2	3.396	253899	88.118	28609	3394	1.170	11.830
总计		288137	100.000	36767			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-627-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 07:30:25

处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.363	35379	11.853	8383	2428	1.177	--
2	3.394	263109	88.147	29604	3388	1.172	11.813
总计		298488	100.000	37987			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-628-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 07:35:49
处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.340	38633	12.142	7818	1685	1.178	--
2	3.409	279553	87.858	31371	3399	1.159	11.355
总计		318186	100.000	39189			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-13/30-629-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH6.8jz-jyx2-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx279.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260511-FX279.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 07:41:11

处理时间(V2): 2026/05/12 16:11:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.340	38471	12.137	7770	1686	1.173	--
2	3.409	278502	87.863	31247	3393	1.160	11.346
总计		316973	100.000	39017			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性2-pH6.8介质
对照品溶液-2-2