



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	70558	70568	70604	70589	70651	70594	0.06
2	10.99	71757	71843				71800	0.09

单位质量响应值		RSD%	判断
6476.51	6533.21	0.62	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-多替诺雷-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	44378	-	44378	61.211	52.86	12.92	61.21	52.86	12.92
	2	31354	-	31354	43.247			43.25		
	3	37340	-	37340	51.504			51.50		
	4	35470	-	35470	48.924			48.92		
	5	43599	-	43599	60.137			60.14		
	6	37789	-	37789	52.123			52.12		
10min	1	59661	-	59661	82.291	81.61	5.23	82.39	81.70	5.23
	2	53214	-	53214	73.399			73.47		
	3	60465	-	60465	83.400			83.49		
	4	58794	-	58794	81.096			81.18		
	5	61573	-	61573	84.929			85.03		
	6	61276	-	61276	84.519			84.61		
15min	1	63464	-	63464	87.537	89.90	3.89	87.78	90.12	3.89
	2	60971	-	60971	84.098			84.29		
	3	66200	-	66200	91.311			91.54		
	4	65544	-	65544	90.406			90.62		
	5	67305	-	67305	92.835			93.08		
	6	67570	-	67570	93.200			93.43		
20min	1	65444	-	65444	90.268	92.15	2.60	90.65	92.52	2.61
	2	63984	-	63984	88.254			88.59		
	3	67359	-	67359	92.909			93.29		
	4	67551	-	67551	93.174			93.54		
	5	67967	-	67967	93.748			94.14		
	6	68542	-	68542	94.541			94.92		
30min	1	66539	-	66539	91.778	93.95	2.06	92.31	94.48	2.07
	2	66140	-	66140	91.228			91.71		
	3	68885	-	68885	95.014			95.55		
	4	68700	-	68700	94.759			95.28		
	5	69104	-	69104	95.316			95.87		
	6	69333	-	69333	95.632			96.17		
45min	1	67074	-	67074	92.516	94.79	1.93	93.20	95.47	1.94
	2	67156	-	67156	92.629			93.26		
	3	68988	-	68988	95.156			95.85		
	4	69211	-	69211	95.464			96.14		
	5	69602	-	69602	96.003			96.71		
	6	70304	-	70304	96.972			97.67		
60min	1	67424	-	67424	92.999	95.27	1.94	93.84	96.12	1.95
	2	67552	-	67552	93.176			93.96		
	3	69270	-	69270	95.545			96.39		
	4	69511	-	69511	95.878			96.72		
	5	69861	-	69861	96.360			97.23		
	6	70821	-	70821	97.685			98.55		
极限	1	67955	-	67955	93.732	96.29	1.54	94.73	97.30	1.54
	2	69392	-	69392	95.714			96.66		
	3	69937	-	69937	96.465			97.47		
	4	70017	-	70017	96.576			97.58		
	5	70529	-	70529	97.282			98.31		
	6	71046	-	71046	97.995			99.02		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	530827	530922	530573	530984	530794	530820	0.03
2	11.10	543172	543311				543242	0.02

单位质量响应值		RSD%	判断
48878.45	48940.72	0.10	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6041601批-非布司他-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	391860	-	391860	72.035	62.80	12.47	72.04	62.80	12.47
	2	280905	-	280905	51.639			51.64		
	3	337655	-	337655	62.071			62.07		
	4	314870	-	314870	57.882			57.88		
	5	387427	-	387427	71.220			71.22		
	6	336884	-	336884	61.929			61.93		
10min	1	484116	-	484116	88.995	88.90	4.87	89.11	89.01	4.88
	2	439202	-	439202	80.738			80.82		
	3	497496	-	497496	91.454			91.56		
	4	479948	-	479948	88.228			88.32		
	5	503618	-	503618	92.580			92.70		
	6	497367	-	497367	91.431			91.53		
15min	1	503918	-	503918	92.635	94.61	2.63	92.90	94.86	2.64
	2	492910	-	492910	90.611			90.83		
	3	521562	-	521562	95.878			96.13		
	4	516916	-	516916	95.024			95.27		
	5	525534	-	525534	96.608			96.88		
	6	527059	-	527059	96.889			97.14		
20min	1	512355	-	512355	94.186	96.15	2.01	94.61	96.56	2.01
	2	507949	-	507949	93.376			93.75		
	3	527517	-	527517	96.973			97.39		
	4	525543	-	525543	96.610			97.01		
	5	533265	-	533265	98.030			98.46		
	6	531688	-	531688	97.740			98.16		
30min	1	517899	-	517899	95.205	97.29	1.61	95.78	97.86	1.62
	2	519661	-	519661	95.529			96.06		
	3	532702	-	532702	97.926			98.50		
	4	530872	-	530872	97.590			98.15		
	5	538245	-	538245	98.945			99.54		
	6	536005	-	536005	98.533			99.11		
45min	1	520119	-	520119	95.613	97.92	1.54	96.35	98.65	1.54
	2	525800	-	525800	96.657			97.34		
	3	534810	-	534810	98.314			99.05		
	4	534505	-	534505	98.258			98.98		
	5	541598	-	541598	99.561			100.32		
	6	539063	-	539063	99.095			99.84		
60min	1	521176	-	521176	95.807	98.14	1.46	96.71	99.04	1.46
	2	529027	-	529027	97.251			98.10		
	3	535529	-	535529	98.446			99.35		
	4	535308	-	535308	98.405			99.29		
	5	543164	-	543164	99.849			100.78		
	6	539069	-	539069	99.097			100.01		
极限	1	520666	-	520666	95.714	98.36	1.48	96.77	99.42	1.47
	2	537889	-	537889	98.880			99.89		
	3	535682	-	535682	98.474			99.54		
	4	533448	-	533448	98.063			99.12		
	5	543976	-	543976	99.999			101.09		
	6	538611	-	538611	99.012			100.09		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	72140	72119	72275	72120	72201	72171	0.10
2	10.99	73170	73077				73124	0.09
单位质量响应值				RSD%	判断			
6621.19				0.35	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-多替诺雷-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	44368	-	44368	59.974	60.13	6.86	59.97	60.12	6.86
	2	41894	-	41894	56.630			56.63		
	3	39896	-	39896	53.929			53.93		
	4	47637	-	47637	64.393			64.39		
	5	46910	-	46910	63.411			63.41		
	6	46175	-	46175	62.417			62.42		
10min	1	61500	-	61500	83.133	83.28	0.68	83.23	83.38	0.69
	2	61424	-	61424	83.030			83.12		
	3	61235	-	61235	82.774			82.86		
	4	62421	-	62421	84.378			84.48		
	5	61453	-	61453	83.069			83.17		
	6	61643	-	61643	83.326			83.43		
15min	1	65482	-	65482	88.515	88.51	0.32	88.75	88.74	0.33
	2	65548	-	65548	88.604			88.84		
	3	65539	-	65539	88.592			88.82		
	4	65752	-	65752	88.880			89.13		
	5	65116	-	65116	88.021			88.26		
	6	65411	-	65411	88.419			88.66		
20min	1	66891	-	66891	90.420	90.39	0.50	90.81	90.78	0.49
	2	66965	-	66965	90.520			90.90		
	3	67066	-	67066	90.656			91.03		
	4	67249	-	67249	90.904			91.30		
	5	66293	-	66293	89.612			90.00		
	6	66756	-	66756	90.237			90.63		
30min	1	68061	-	68061	92.001	91.48	0.63	92.54	92.02	0.62
	2	68086	-	68086	92.035			92.57		
	3	67881	-	67881	91.758			92.28		
	4	67643	-	67643	91.436			91.98		
	5	67002	-	67002	90.570			91.11		
	6	67386	-	67386	91.089			91.63		
45min	1	68687	-	68687	92.848	91.99	0.69	93.54	92.68	0.69
	2	68328	-	68328	92.362			93.05		
	3	68173	-	68173	92.153			92.83		
	4	68087	-	68087	92.037			92.74		
	5	67389	-	67389	91.093			91.78		
	6	67657	-	67657	91.455			92.15		
60min	1	68985	-	68985	93.250	92.59	0.66	94.10	93.43	0.66
	2	68792	-	68792	92.990			93.83		
	3	68721	-	68721	92.894			93.73		
	4	68586	-	68586	92.711			93.56		
	5	67847	-	67847	91.712			92.56		
	6	68045	-	68045	91.980			92.82		
极限	1	69325	-	69325	93.710	93.23	0.57	94.71	94.23	0.57
	2	68819	-	68819	93.026			94.02		
	3	69117	-	69117	93.429			94.42		
	4	69275	-	69275	93.642			94.65		
	5	68265	-	68265	92.277			93.27		
	6	69030	-	69030	93.311			94.31		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	542927	543257	543389	543348	542991	543182	0.04
2	11.10	552674	551541				552108	0.15
单位质量响应值				RSD%	判断			
50016.76				0.40	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042201批-非布司他-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	381107	-	381107	68.699	69.00	6.84	68.70	69.00	6.84
	2	360070	-	360070	64.907			64.91		
	3	343621	-	343621	61.941			61.94		
	4	407036	-	407036	73.373			73.37		
	5	404882	-	404882	72.984			72.98		
	6	399949	-	399949	72.095			72.10		
10min	1	488603	-	488603	88.076	88.29	0.48	88.19	88.41	0.48
	2	489480	-	489480	88.234			88.34		
	3	487703	-	487703	87.914			88.02		
	4	493487	-	493487	88.956			89.08		
	5	487915	-	487915	87.952			88.07		
	6	491668	-	491668	88.628			88.75		
15min	1	509177	-	509177	91.785	91.81	0.43	92.05	92.07	0.43
	2	508695	-	508695	91.698			91.95		
	3	509476	-	509476	91.839			92.09		
	4	509526	-	509526	91.848			92.12		
	5	506042	-	506042	91.220			91.49		
	6	512855	-	512855	92.448			92.72		
20min	1	515949	-	515949	93.005	93.21	0.33	93.42	93.62	0.33
	2	516921	-	516921	93.181			93.59		
	3	517389	-	517389	93.265			93.67		
	4	516133	-	516133	93.039			93.46		
	5	515780	-	515780	92.975			93.40		
	6	520294	-	520294	93.789			94.21		
30min	1	519446	-	519446	93.636	93.93	0.46	94.21	94.50	0.46
	2	519492	-	519492	93.644			94.21		
	3	520536	-	520536	93.832			94.39		
	4	520155	-	520155	93.764			94.34		
	5	520916	-	520916	93.901			94.48		
	6	525773	-	525773	94.776			95.35		
45min	1	520724	-	520724	93.866	94.32	0.44	94.59	95.05	0.44
	2	522100	-	522100	94.114			94.83		
	3	523711	-	523711	94.405			95.12		
	4	522564	-	522564	94.198			94.93		
	5	523069	-	523069	94.289			95.02		
	6	527410	-	527410	95.071			95.81		
60min	1	519321	-	519321	93.613	94.41	0.65	94.50	95.29	0.65
	2	520891	-	520891	93.896			94.77		
	3	525416	-	525416	94.712			95.58		
	4	524473	-	524473	94.542			95.43		
	5	523480	-	523480	94.363			95.25		
	6	528854	-	528854	95.332			96.23		
极限	1	519065	-	519065	93.567	94.32	0.80	94.60	95.36	0.80
	2	518408	-	518408	93.449			94.48		
	3	524759	-	524759	94.593			95.62		
	4	524147	-	524147	94.483			95.53		
	5	523249	-	523249	94.321			95.37		
	6	529820	-	529820	95.506			96.56		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	73172	73186	73192	73162	73118	73166	0.05
2	10.99	72782	72927				72854	0.15
单位质量响应值				RSD%	判断			
6712.48				0.89	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-多替诺雷-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	37859	-	37859	50.922	54.27	10.64	50.92	54.27	10.64
	2	40810	-	40810	54.891			54.89		
	3	42967	-	42967	57.792			57.79		
	4	44166	-	44166	59.405			59.40		
	5	32923	-	32923	44.283			44.28		
	6	43364	-	43364	58.326			58.33		
10min	1	60586	-	60586	81.490	82.78	2.31	81.58	82.88	2.32
	2	61428	-	61428	82.623			82.71		
	3	62921	-	62921	84.631			84.73		
	4	62421	-	62421	83.958			84.06		
	5	59264	-	59264	79.712			79.79		
	6	62664	-	62664	84.285			84.38		
15min	1	66458	-	66458	89.388	89.57	0.36	89.61	89.80	0.37
	2	66671	-	66671	89.675			89.90		
	3	66938	-	66938	90.034			90.27		
	4	66583	-	66583	89.556			89.80		
	5	66233	-	66233	89.086			89.29		
	6	66676	-	66676	89.681			89.92		
20min	1	67584	-	67584	90.903	91.74	0.55	91.27	92.12	0.55
	2	68711	-	68711	92.419			92.80		
	3	68317	-	68317	91.889			92.28		
	4	68079	-	68079	91.569			91.96		
	5	68345	-	68345	91.926			92.28		
	6	68205	-	68205	91.738			92.13		
30min	1	68563	-	68563	92.220	93.24	0.90	92.74	93.78	0.90
	2	70102	-	70102	94.290			94.82		
	3	69846	-	69846	93.945			94.49		
	4	69406	-	69406	93.353			93.89		
	5	69397	-	69397	93.341			93.85		
	6	68638	-	68638	92.320			92.86		
45min	1	69068	-	69068	92.899	93.69	0.79	93.57	94.37	0.79
	2	70540	-	70540	94.879			95.57		
	3	69573	-	69573	93.578			94.28		
	4	69333	-	69333	93.255			93.95		
	5	70063	-	70063	94.237			94.90		
	6	69341	-	69341	93.266			93.96		
60min	1	69552	-	69552	93.550	94.13	0.73	94.38	94.97	0.72
	2	70907	-	70907	95.372			96.22		
	3	69790	-	69790	93.870			94.72		
	4	69685	-	69685	93.729			94.58		
	5	70225	-	70225	94.455			95.28		
	6	69725	-	69725	93.783			94.63		
极限	1	70026	-	70026	94.187	94.86	0.63	95.17	95.86	0.63
	2	71251	-	71251	95.835			96.84		
	3	70674	-	70674	95.059			96.07		
	4	70244	-	70244	94.481			95.49		
	5	70710	-	70710	95.107			96.09		
	6	70260	-	70260	94.502			95.51		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	555167	555114	554176	554802	553765	554605	0.12
2	11.10	555613	556045				555829	0.06
单位质量响应值				RSD%	判断			
51068.60				1.39	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042401批-非布司他-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	326267	-	326267	58.012	61.55	10.04	58.01	61.55	10.04
	2	351364	-	351364	62.474			62.47		
	3	366307	-	366307	65.131			65.13		
	4	378031	-	378031	67.216			67.22		
	5	285732	-	285732	50.804			50.80		
	6	369331	-	369331	65.669			65.67		
10min	1	488669	-	488669	86.888	87.55	1.30	86.98	87.66	1.31
	2	494145	-	494145	87.861			87.97		
	3	498029	-	498029	88.552			88.66		
	4	495497	-	495497	88.102			88.21		
	5	481290	-	481290	85.576			85.66		
	6	496888	-	496888	88.349			88.46		
15min	1	526600	-	526600	93.632	92.92	0.82	93.87	93.17	0.81
	2	528491	-	528491	93.968			94.22		
	3	522206	-	522206	92.851			93.11		
	4	519848	-	519848	92.431			92.69		
	5	521415	-	521415	92.710			92.94		
	6	517123	-	517123	91.947			92.20		
20min	1	529393	-	529393	94.128	94.33	0.88	94.53	94.73	0.87
	2	536297	-	536297	95.356			95.76		
	3	531253	-	531253	94.459			94.87		
	4	527902	-	527902	93.863			94.28		
	5	534705	-	534705	95.073			95.45		
	6	523549	-	523549	93.089			93.50		
30min	1	535960	-	535960	95.296	95.84	1.35	95.85	96.40	1.34
	2	546738	-	546738	97.213			97.78		
	3	545655	-	545655	97.020			97.59		
	4	538454	-	538454	95.740			96.31		
	5	540331	-	540331	96.073			96.61		
	6	526827	-	526827	93.672			94.24		
45min	1	537972	-	537972	95.654	95.91	1.30	96.37	96.63	1.29
	2	549076	-	549076	97.628			98.36		
	3	540999	-	540999	96.192			96.92		
	4	535875	-	535875	95.281			96.01		
	5	543787	-	543787	96.688			97.39		
	6	528743	-	528743	94.013			94.73		
60min	1	538857	-	538857	95.811	96.03	1.51	96.68	96.91	1.50
	2	552913	-	552913	98.310			99.20		
	3	541293	-	541293	96.244			97.13		
	4	536212	-	536212	95.341			96.23		
	5	542987	-	542987	96.546			97.41		
	6	528194	-	528194	93.915			94.79		
极限	1	539033	-	539033	95.843	95.84	1.39	96.87	96.88	1.38
	2	549532	-	549532	97.709			98.76		
	3	540927	-	540927	96.179			97.23		
	4	534670	-	534670	95.067			96.11		
	5	542555	-	542555	96.469			97.49		
	6	527464	-	527464	93.786			94.82		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-516-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 16:45:23
处理时间(V2): 2026/05/13 13:06:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-517-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 16:50:47

处理时间(V2): 2026/05/13 13:06:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	70558	11.733	14154	1699	1.188	--
2	3.438	530827	88.267	53626	2826	1.216	10.719
总计		601385	100.000	67780			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-518-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 16:56:11
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	70568	11.732	14217	1696	1.187	--
2	3.436	530922	88.268	53605	2823	1.216	10.717
总计		601490	100.000	67821			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-519-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 17:01:35

处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	70604	11.744	14182	1699	1.188	--
2	3.436	530573	88.256	53625	2829	1.216	10.720
总计		601177	100.000	67808			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-520-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 17:06:59
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	70589	11.734	14225	1701	1.187	--
2	3.435	530984	88.266	53657	2829	1.216	10.726
总计		601574	100.000	67882			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-521-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 17:12:24

处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	70651	11.747	14167	1700	1.188	--
2	3.437	530794	88.253	53678	2832	1.215	10.721
总计		601445	100.000	67845			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-522-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 17:17:47
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	44378	10.173	10134	2312	1.195	--
2	3.414	391860	89.827	39727	2809	1.197	11.018
总计		436237	100.000	49861			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-523-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 17:23:10

处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	31354	10.041	7204	2316	1.195	--
2	3.419	280905	89.959	28479	2824	1.176	11.049
总计		312260	100.000	35683			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-524-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 17:28:32

处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	37340	9.957	8567	2318	1.195	--
2	3.416	337655	90.043	34203	2816	1.187	11.033
总计		374995	100.000	42770			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-525-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 17:33:54
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	35470	10.124	8124	2308	1.194	--
2	3.417	314870	89.876	31890	2819	1.183	11.032
总计		350340	100.000	40015			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-526-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 17:39:17
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	43599	10.115	10013	2317	1.193	--
2	3.414	387427	89.885	39212	2802	1.196	11.006
总计		431026	100.000	49224			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-527-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 17:44:40

处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	37789	10.086	8649	2316	1.195	--
2	3.415	336884	89.914	34103	2806	1.187	11.020
总计		374673	100.000	42752			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-528-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 17:50:03
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	59661	10.972	13729	2315	1.194	--
2	3.412	484116	89.028	48892	2786	1.213	10.965
总计		543777	100.000	62621			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-529-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 17:55:26
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	53214	10.807	12207	2315	1.194	--
2	3.411	439202	89.193	44358	2788	1.205	10.976
总计		492417	100.000	56565			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-530-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 18:00:48

处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	60465	10.837	13908	2316	1.193	--
2	3.411	497496	89.163	50153	2777	1.215	10.952
总计		557961	100.000	64061			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-531-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 18:06:11
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	58794	10.913	13514	2316	1.193	--
2	3.411	479948	89.087	48406	2781	1.212	10.960
总计		538742	100.000	61920			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-532-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 18:11:33

处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	61573	10.894	14060	2314	1.196	--
2	3.408	503618	89.106	50754	2771	1.217	10.949
总计		565191	100.000	64814			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-533-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 18:16:56
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	61276	10.969	14018	2308	1.194	--
2	3.411	497367	89.031	50129	2778	1.216	10.959
总计		558643	100.000	64147			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-534-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 18:22:19
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	63464	11.185	14563	2313	1.193	--
2	3.410	503918	88.815	50704	2767	1.217	10.942
总计		567382	100.000	65267			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-535-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 18:27:42

处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	60971	11.008	14042	2317	1.192	--
2	3.413	492910	88.992	49708	2780	1.214	10.959
总计		553881	100.000	63750			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-536-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 18:33:04
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	66200	11.263	15178	2309	1.192	--
2	3.409	521562	88.737	52458	2771	1.220	10.941
总计		587762	100.000	67636			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-537-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 18:38:26
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.367	65544	11.253	14966	2310	1.195	--
2	3.408	516916	88.747	52050	2769	1.218	10.947
总计		582460	100.000	67016			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-538-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 18:43:49

处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	67305	11.353	15423	2306	1.193	--
2	3.408	525534	88.647	52811	2759	1.221	10.919
总计		592839	100.000	68234			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-539-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 18:49:12
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	67570	11.363	15482	2313	1.193	--
2	3.409	527059	88.637	53062	2772	1.220	10.949
总计		594629	100.000	68544			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-540-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 18:54:35

处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	65444	11.326	15083	2318	1.191	--
2	3.413	512355	88.674	51662	2777	1.217	10.955
总计		577799	100.000	66745			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-541-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 18:59:59
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	63984	11.187	14687	2322	1.193	--
2	3.410	507949	88.813	51323	2791	1.215	10.985
总计		571932	100.000	66010			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-542-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 19:05:22
处理时间(V2): 2026/05/13 13:07:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	67359	11.323	15489	2318	1.191	--
2	3.411	527517	88.677	53027	2760	1.219	10.934
总计		594876	100.000	68516			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-543-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 19:10:45

处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	67551	11.390	15524	2317	1.191	--
2	3.410	525543	88.610	52855	2765	1.219	10.938
总计		593095	100.000	68379			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-544-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 19:16:08
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	67967	11.305	15653	2316	1.191	--
2	3.412	533265	88.695	53636	2762	1.220	10.932
总计		601231	100.000	69289			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-545-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 19:21:31
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.368	68542	11.419	15705	2312	1.192	--
2	3.410	531688	88.581	53418	2760	1.220	10.933
总计		600230	100.000	69124			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-546-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 19:26:54
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	66539	11.385	15320	2316	1.191	--
2	3.412	517899	88.615	52108	2766	1.217	10.938
总计		584438	100.000	67428			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-547-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 19:32:17
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	66140	11.290	15243	2317	1.191	--
2	3.412	519661	88.710	52233	2760	1.218	10.929
总计		585801	100.000	67476			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-548-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 19:37:40
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	68885	11.451	15828	2316	1.192	--
2	3.412	532702	88.549	53505	2756	1.219	10.930
总计		601587	100.000	69333			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-549-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 19:43:02
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	68700	11.458	15794	2316	1.192	--
2	3.411	530872	88.542	53358	2759	1.219	10.930
总计		599573	100.000	69152			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-550-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 19:48:25

处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	69104	11.378	15896	2316	1.191	--
2	3.412	538245	88.622	54084	2759	1.220	10.931
总计		607349	100.000	69980			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-551-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 19:53:48
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	69333	11.454	15929	2318	1.192	--
2	3.411	536005	88.546	53891	2763	1.219	10.938
总计		605339	100.000	69820			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-552-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 19:59:11
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	67074	11.423	15482	2325	1.191	--
2	3.414	520119	88.577	52349	2770	1.216	10.949
总计		587193	100.000	67831			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-553-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 20:04:34
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	67156	11.326	15458	2317	1.190	--
2	3.412	525800	88.674	52885	2762	1.217	10.934
总计		592956	100.000	68343			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-554-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 20:09:56
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	68988	11.426	15890	2319	1.189	--
2	3.413	534810	88.574	53780	2760	1.218	10.937
总计		603798	100.000	69669			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-555-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 20:15:19
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	69211	11.464	15918	2320	1.191	--
2	3.413	534505	88.536	53720	2758	1.219	10.938
总计		603716	100.000	69637			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-556-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 20:20:42
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	69602	11.388	16031	2318	1.190	--
2	3.412	541598	88.612	54450	2759	1.220	10.930
总计		611200	100.000	70481			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-557-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 20:26:05

处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	70304	11.537	16193	2317	1.190	--
2	3.412	539063	88.463	54211	2764	1.219	10.938
总计		609366	100.000	70404			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-558-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 20:31:28
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	67424	11.455	15542	2320	1.190	--
2	3.413	521176	88.545	52477	2768	1.216	10.944
总计		588600	100.000	68019			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-559-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 20:36:52

处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	67552	11.323	15571	2317	1.190	--
2	3.414	529027	88.677	53140	2757	1.217	10.928
总计		596579	100.000	68711			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-560-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 20:42:14
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	69270	11.453	15964	2317	1.191	--
2	3.414	535529	88.547	53847	2763	1.219	10.937
总计		604799	100.000	69811			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-561-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 20:47:37
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	69511	11.493	16013	2315	1.189	--
2	3.414	535308	88.507	53785	2758	1.219	10.931
总计		604819	100.000	69797			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-562-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 20:52:59

处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	69861	11.396	16087	2317	1.191	--
2	3.414	543164	88.604	54609	2759	1.220	10.935
总计		613025	100.000	70697			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-563-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 20:58:22
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.369	70821	11.612	16252	2312	1.191	--
2	3.411	539069	88.388	54176	2760	1.219	10.934
总计		609890	100.000	70428			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-564-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 21:03:45
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	67955	11.545	15644	2316	1.190	--
2	3.414	520666	88.455	52360	2763	1.216	10.940
总计		588622	100.000	68004			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-565-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 21:09:09
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	69392	11.427	15994	2317	1.189	--
2	3.416	537889	88.573	54020	2761	1.218	10.939
总计		607281	100.000	70014			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-566-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 21:14:32
处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	69937	11.548	16146	2324	1.190	--
2	3.415	535682	88.452	53827	2762	1.218	10.938
总计		605619	100.000	69974			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-567-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 21:19:55

处理时间(V2): 2026/05/13 13:08:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	70017	11.603	16124	2315	1.190	--
2	3.415	533448	88.397	53628	2764	1.218	10.942
总计		603465	100.000	69753			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-568-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 21:25:19
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	70529	11.477	16238	2317	1.190	--
2	3.415	543976	88.523	54617	2757	1.220	10.937
总计		614505	100.000	70855			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-569-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 21:30:42
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	71046	11.653	16386	2323	1.190	--
2	3.416	538611	88.347	54048	2757	1.219	10.935
总计		609657	100.000	70434			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-570-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 21:36:06
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	71757	11.669	14374	1708	1.188	--
2	3.444	543172	88.331	54710	2824	1.213	10.737
总计		614930	100.000	69084			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-571-2 - zzp-6041601p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 21:41:30
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	71843	11.679	14391	1708	1.187	--
2	3.443	543311	88.321	54682	2823	1.213	10.734
总计		615155	100.000	69073			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6041601批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-572-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 21:46:54
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-573-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 21:52:18

处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	72140	11.729	14471	1707	1.186	--
2	3.444	542927	88.271	54679	2824	1.212	10.728
总计		615068	100.000	69151			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-574-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 21:57:42
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	72119	11.720	14503	1705	1.187	--
2	3.442	543257	88.280	54612	2813	1.212	10.723
总计		615376	100.000	69116			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-575-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 22:03:07
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	72275	11.739	14523	1704	1.186	--
2	3.442	543389	88.261	54676	2819	1.212	10.728
总计		615664	100.000	69199			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-576-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 22:08:32
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	72120	11.718	14474	1709	1.188	--
2	3.444	543348	88.282	54679	2818	1.211	10.733
总计		615468	100.000	69153			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-577-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 22:13:56
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	72201	11.736	14435	1703	1.187	--
2	3.446	542991	88.264	54667	2821	1.210	10.729
总计		615191	100.000	69102			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-578-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 22:19:20
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	44368	10.428	10219	2315	1.190	--
2	3.422	381107	89.572	38409	2787	1.189	10.997
总计		425474	100.000	48629			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-579-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 22:24:44

处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	41894	10.422	9659	2320	1.189	--
2	3.422	360070	89.578	36367	2801	1.185	11.023
总计		401965	100.000	46025			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-580-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 22:30:08
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	39896	10.403	9201	2318	1.189	--
2	3.426	343621	89.597	34615	2805	1.184	11.031
总计		383518	100.000	43816			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-581-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 22:35:32

处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	47637	10.477	10988	2331	1.191	--
2	3.425	407036	89.523	40933	2790	1.195	11.000
总计		454673	100.000	51921			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-582-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 22:40:56
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	46910	10.383	10833	2323	1.188	--
2	3.424	404882	89.617	40709	2786	1.194	11.000
总计		451792	100.000	51542			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-583-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 22:46:20

处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	46175	10.350	10650	2322	1.190	--
2	3.423	399949	89.650	40282	2790	1.193	11.003
总计		446125	100.000	50933			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-584-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 22:51:44
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	61500	11.180	14177	2318	1.188	--
2	3.418	488603	88.820	49071	2770	1.210	10.953
总计		550103	100.000	63248			

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-585-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 22:57:08

处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	61424	11.150	14142	2316	1.189	--
2	3.418	489480	88.850	49060	2763	1.210	10.952
总计		550904	100.000	63203			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-586-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 23:02:32
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	61235	11.155	14120	2322	1.189	--
2	3.420	487703	88.845	49029	2773	1.208	10.972
总计		548937	100.000	63149			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-587-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 23:07:56
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	62421	11.229	14421	2329	1.189	--
2	3.419	493487	88.771	49540	2766	1.210	10.959
总计		555908	100.000	63960			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-588-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 23:13:19
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	61453	11.186	14160	2317	1.188	--
2	3.420	487915	88.814	48962	2764	1.210	10.960
总计		549368	100.000	63122			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-589-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 23:18:43
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	61643	11.141	14210	2320	1.190	--
2	3.420	491668	88.859	49449	2774	1.209	10.971
总计		553311	100.000	63660			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-590-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 23:24:07
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	65482	11.395	15115	2328	1.189	--
2	3.421	509177	88.605	51108	2764	1.213	10.954
总计		574659	100.000	66224			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-591-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/12 23:29:31

处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	65548	11.415	15106	2318	1.190	--
2	3.421	508695	88.585	50989	2757	1.213	10.937
总计		574243	100.000	66094			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-592-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 23:34:55
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	65539	11.398	15108	2319	1.188	--
2	3.418	509476	88.602	51129	2766	1.213	10.956
总计		575014	100.000	66237			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-593-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 23:40:19
处理时间(V2): 2026/05/13 13:09:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	65752	11.430	15162	2322	1.189	--
2	3.419	509526	88.570	51120	2765	1.212	10.960
总计		575278	100.000	66282			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-594-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 23:45:43
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	65116	11.401	15023	2324	1.188	--
2	3.420	506042	88.599	50791	2763	1.212	10.958
总计		571158	100.000	65814			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-595-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 23:51:06
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	65411	11.312	15088	2322	1.189	--
2	3.421	512855	88.688	51483	2767	1.213	10.958
总计		578267	100.000	66571			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-596-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/12 23:56:31
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	66891	11.477	15415	2318	1.188	--
2	3.419	515949	88.523	51743	2761	1.214	10.954
总计		582840	100.000	67158			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-597-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 00:01:55
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.370	66965	11.469	15442	2317	1.188	--
2	3.419	516921	88.531	51802	2757	1.215	10.945
总计		583885	100.000	67245			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-598-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 00:07:19
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	67066	11.475	15460	2320	1.189	--
2	3.420	517389	88.525	51930	2763	1.214	10.956
总计		584456	100.000	67390			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-599-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 00:12:44
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	67249	11.527	15507	2320	1.188	--
2	3.422	516133	88.473	51770	2760	1.214	10.956
总计		583382	100.000	67277			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-600-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 00:18:08

处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	66293	11.389	15280	2321	1.188	--
2	3.423	515780	88.611	51709	2759	1.214	10.958
总计		582072	100.000	66989			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-601-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 00:23:32
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	66756	11.372	15403	2321	1.188	--
2	3.422	520294	88.628	52232	2767	1.214	10.959
总计		587050	100.000	67635			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-602-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 00:28:56

处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	68061	11.585	15689	2318	1.188	--
2	3.419	519446	88.415	52050	2758	1.215	10.945
总计		587507	100.000	67739			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-603-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 00:34:21
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	68086	11.588	15695	2320	1.188	--
2	3.423	519492	88.412	52134	2767	1.214	10.967
总计		587578	100.000	67829			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-604-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 00:39:46
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	67881	11.536	15678	2326	1.188	--
2	3.421	520536	88.464	52250	2764	1.215	10.957
总计		588417	100.000	67927			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-605-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 00:45:10
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	67643	11.508	15603	2322	1.188	--
2	3.423	520155	88.492	52138	2760	1.214	10.961
总计		587798	100.000	67741			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-606-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 00:50:33
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	67002	11.396	15470	2322	1.189	--
2	3.422	520916	88.604	52279	2764	1.215	10.958
总计		587917	100.000	67749			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-607-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 00:55:58

处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	67386	11.361	15541	2323	1.189	--
2	3.421	525773	88.639	52680	2756	1.216	10.951
总计		593159	100.000	68221			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-608-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 01:01:22
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	68687	11.654	15848	2321	1.188	--
2	3.422	520724	88.346	52173	2756	1.215	10.947
总计		589411	100.000	68021			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-609-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 01:06:47
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	68328	11.573	15777	2324	1.188	--
2	3.423	522100	88.427	52312	2761	1.215	10.956
总计		590428	100.000	68090			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-610-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 01:12:11
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	68173	11.518	15717	2328	1.189	--
2	3.424	523711	88.482	52491	2763	1.215	10.957
总计		591884	100.000	68209			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-611-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 01:17:35

处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	68087	11.528	15705	2321	1.188	--
2	3.423	522564	88.472	52432	2765	1.215	10.963
总计		590651	100.000	68137			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-612-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 01:23:00
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	67389	11.413	15556	2324	1.189	--
2	3.421	523069	88.587	52488	2764	1.215	10.960
总计		590457	100.000	68043			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-613-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 01:28:24
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	67657	11.370	15615	2324	1.188	--
2	3.423	527410	88.630	52930	2766	1.216	10.968
总计		595068	100.000	68545			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-614-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 01:33:49

处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	68985	11.726	15905	2326	1.189	--
2	3.423	519321	88.274	52043	2760	1.216	10.946
总计		588306	100.000	67948			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-615-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 01:39:13

处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	68792	11.666	15859	2328	1.189	--
2	3.423	520891	88.334	52198	2757	1.215	10.946
总计		589683	100.000	68058			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-616-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 01:44:38
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	68721	11.566	15855	2324	1.188	--
2	3.422	525416	88.434	52635	2756	1.216	10.948
总计		594136	100.000	68490			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-617-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 01:50:02
处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	68586	11.565	15830	2322	1.188	--
2	3.422	524473	88.435	52577	2760	1.216	10.954
总计		593059	100.000	68407			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-618-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 01:55:27

处理时间(V2): 2026/05/13 13:10:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	67847	11.474	15633	2323	1.188	--
2	3.424	523480	88.526	52435	2761	1.216	10.956
总计		591327	100.000	68069			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-619-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 02:00:51
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	68045	11.400	15685	2324	1.189	--
2	3.424	528854	88.600	53006	2762	1.217	10.956
总计		596898	100.000	68691			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-620-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 02:06:15

处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	69325	11.782	15962	2320	1.190	--
2	3.425	519065	88.218	51864	2755	1.216	10.942
总计		588390	100.000	67826			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-621-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 02:11:40
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	68819	11.719	15883	2323	1.188	--
2	3.424	518408	88.281	51916	2757	1.215	10.953
总计		587226	100.000	67799			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-622-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 02:17:04
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	69117	11.638	15936	2326	1.189	--
2	3.426	524759	88.362	52430	2760	1.218	10.960
总计		593876	100.000	68366			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-623-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 02:22:28
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	69275	11.674	15973	2326	1.189	--
2	3.424	524147	88.326	52509	2765	1.217	10.963
总计		593422	100.000	68481			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-624-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 02:27:52

处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	68265	11.541	15714	2320	1.190	--
2	3.424	523249	88.459	52355	2758	1.218	10.946
总计		591515	100.000	68069			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-625-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 02:33:16
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	69030	11.527	15937	2323	1.188	--
2	3.423	529820	88.473	53102	2763	1.218	10.961
总计		598850	100.000	69039			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-626-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 02:38:41
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	73170	11.691	14767	1720	1.183	--
2	3.452	552674	88.309	55448	2817	1.214	10.740
总计		625843	100.000	70215			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-627-2 - zzp-6042201p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 02:44:06
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	73077	11.700	14709	1719	1.185	--
2	3.452	551541	88.300	55424	2824	1.214	10.761
总计		624618	100.000	70133			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042201批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-628-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 02:49:29
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-629-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 02:54:52
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	73172	11.645	14779	1724	1.184	--
2	3.451	555167	88.355	55686	2817	1.214	10.748
总计		628340	100.000	70465			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-630-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 03:00:15
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	73186	11.648	14783	1724	1.185	--
2	3.452	555114	88.352	55725	2820	1.214	10.754
总计		628300	100.000	70508			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-631-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 03:05:38
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	73192	11.666	14796	1726	1.185	--
2	3.453	554176	88.334	55707	2824	1.213	10.765
总计		627368	100.000	70503			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-632-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 03:11:01

处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	73162	11.651	14811	1728	1.185	--
2	3.453	554802	88.349	55702	2817	1.213	10.750
总计		627964	100.000	70513			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-633-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 03:16:24
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	73118	11.664	14756	1725	1.185	--
2	3.451	553765	88.336	55564	2819	1.214	10.757
总计		626883	100.000	70320			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-1-5



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-634-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 03:21:47

处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.371	37859	10.397	8737	2320	1.189	--
2	3.432	326267	89.603	32839	2799	1.181	11.037
总计		364126	100.000	41576			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-635-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 03:27:10

处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	40810	10.406	9408	2325	1.189	--
2	3.434	351364	89.594	35291	2803	1.186	11.046
总计		392174	100.000	44699			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-636-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 03:32:32

处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	42967	10.498	9916	2321	1.188	--
2	3.431	366307	89.502	36848	2795	1.188	11.025
总计		409274	100.000	46764			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-637-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 03:37:55
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	44166	10.461	10186	2324	1.188	--
2	3.433	378031	89.539	37961	2793	1.191	11.027
总计		422197	100.000	48147			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-638-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 03:43:17

处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	32923	10.332	7604	2323	1.187	--
2	3.435	285732	89.668	28759	2810	1.174	11.059
总计		318655	100.000	36363			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-639-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 03:48:40

处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	43364	10.507	9985	2325	1.189	--
2	3.432	369331	89.493	37179	2799	1.189	11.025
总计		412694	100.000	47164			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-640-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 03:54:03
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	60586	11.031	13966	2325	1.187	--
2	3.427	488669	88.969	48983	2771	1.211	10.979
总计		549255	100.000	62949			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-641-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 03:59:25

处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	61428	11.057	14156	2319	1.187	--
2	3.428	494145	88.943	49463	2763	1.213	10.967
总计		555573	100.000	63619			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-642-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 04:04:47
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	62921	11.217	14485	2321	1.188	--
2	3.427	498029	88.783	49804	2758	1.213	10.955
总计		560950	100.000	64289			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-643-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 04:10:10
处理时间(V2): 2026/05/13 13:11:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	62421	11.188	14371	2319	1.189	--
2	3.429	495497	88.812	49599	2761	1.213	10.962
总计		557917	100.000	63971			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-644-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 04:15:33

处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	59264	10.964	13629	2322	1.189	--
2	3.430	481290	89.036	48193	2765	1.210	10.970
总计		540554	100.000	61822			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-645-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 04:20:56
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	62664	11.199	14444	2323	1.187	--
2	3.428	496888	88.801	49653	2753	1.213	10.955
总计		559552	100.000	64097			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-646-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 04:26:18
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	66458	11.206	15306	2319	1.188	--
2	3.427	526600	88.794	52603	2752	1.219	10.945
总计		593058	100.000	67909			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-647-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 04:31:40
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	66671	11.202	15357	2320	1.188	--
2	3.426	528491	88.798	52728	2748	1.220	10.937
总计		595162	100.000	68086			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-648-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 04:37:03
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	66938	11.362	15506	2350	1.186	--
2	3.430	522206	88.638	52696	2807	1.212	11.051
总计		589144	100.000	68202			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-649-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 04:42:25
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	66583	11.354	15354	2325	1.188	--
2	3.428	519848	88.646	52036	2762	1.217	10.968
总计		586432	100.000	67390			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-650-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 04:47:48
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	66233	11.271	15224	2322	1.188	--
2	3.428	521415	88.729	52120	2755	1.217	10.948
总计		587649	100.000	67344			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-651-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 04:53:10
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	66676	11.421	15373	2328	1.188	--
2	3.426	517123	88.579	51605	2750	1.217	10.947
总计		583799	100.000	66978			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-652-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 04:58:32
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	67584	11.321	15555	2328	1.188	--
2	3.429	529393	88.679	52968	2759	1.218	10.960
总计		596977	100.000	68523			

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-653-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 05:03:54
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	68711	11.357	15824	2322	1.187	--
2	3.427	536297	88.643	53607	2754	1.220	10.949
总计		605009	100.000	69431			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-654-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 05:09:16
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	68317	11.394	15723	2326	1.188	--
2	3.428	531253	88.606	53142	2758	1.219	10.955
总计		599570	100.000	68865			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-655-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 05:14:39
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	68079	11.423	15680	2323	1.187	--
2	3.426	527902	88.577	52728	2755	1.219	10.951
总计		595980	100.000	68408			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-656-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 05:20:01
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	68345	11.333	15723	2321	1.188	--
2	3.429	534705	88.667	53375	2745	1.220	10.942
总计		603050	100.000	69098			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-657-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 05:25:23
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	68205	11.526	15696	2319	1.188	--
2	3.429	523549	88.474	52352	2754	1.218	10.952
总计		591754	100.000	68049			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-658-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 05:30:45

处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	68563	11.342	15807	2324	1.188	--
2	3.429	535960	88.658	53562	2751	1.220	10.955
总计		604523	100.000	69369			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-659-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 05:36:07

处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	70102	11.365	16118	2320	1.187	--
2	3.429	546738	88.635	54628	2751	1.223	10.949
总计		616840	100.000	70746			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-660-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 05:41:29
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	69846	11.348	16106	2323	1.187	--
2	3.426	545655	88.652	54359	2742	1.220	10.933
总计		615501	100.000	70465			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-661-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 05:46:51
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	69406	11.418	15982	2318	1.187	--
2	3.427	538454	88.582	53703	2744	1.220	10.937
总计		607860	100.000	69684			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-662-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 05:52:13
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	69397	11.382	15992	2320	1.187	--
2	3.428	540331	88.618	53934	2749	1.221	10.946
总计		609728	100.000	69927			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-663-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 05:57:35

处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	68638	11.527	15785	2322	1.188	--
2	3.431	526827	88.473	52603	2748	1.219	10.948
总计		595466	100.000	68388			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-664-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 06:02:58
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	69068	11.378	15896	2326	1.188	--
2	3.429	537972	88.622	53786	2754	1.221	10.952
总计		607040	100.000	69682			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-665-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 06:08:21
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	70540	11.385	16237	2318	1.187	--
2	3.428	549076	88.615	54824	2746	1.223	10.938
总计		619616	100.000	71061			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-666-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 06:13:43
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	69573	11.395	16014	2319	1.188	--
2	3.430	540999	88.605	54019	2748	1.221	10.951
总计		610572	100.000	70033			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-667-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 06:19:05
处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	69333	11.456	15976	2324	1.187	--
2	3.427	535875	88.544	53544	2751	1.221	10.948
总计		605208	100.000	69519			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-668-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 06:24:27

处理时间(V2): 2026/05/13 13:12:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	70063	11.414	16065	2323	1.188	--
2	3.430	543787	88.586	54291	2746	1.223	10.939
总计		613850	100.000	70356			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-669-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 06:29:48
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	69341	11.594	15888	2323	1.188	--
2	3.432	528743	88.406	52748	2750	1.220	10.948
总计		598084	100.000	68635			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-670-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 06:35:11

处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	69552	11.432	15993	2319	1.187	--
2	3.431	538857	88.568	53856	2758	1.222	10.963
总计		608410	100.000	69849			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-671-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 06:40:33
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	70907	11.367	16335	2322	1.188	--
2	3.428	552913	88.633	55271	2753	1.224	10.951
总计		623820	100.000	71605			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-672-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 06:45:55
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	69790	11.421	16042	2328	1.189	--
2	3.430	541293	88.579	54106	2754	1.222	10.956
总计		611083	100.000	70148			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-673-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 06:51:17
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	69685	11.501	16046	2323	1.187	--
2	3.430	536212	88.499	53608	2755	1.221	10.959
总计		605897	100.000	69654			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-674-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 06:56:39
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	70225	11.452	16145	2316	1.188	--
2	3.431	542987	88.548	54226	2750	1.223	10.949
总计		613212	100.000	70370			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-675-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 07:01:59

处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	69725	11.661	16060	2321	1.187	--
2	3.429	528194	88.339	52807	2752	1.220	10.956
总计		597919	100.000	68866			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-676-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 07:07:23
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	70026	11.497	16133	2323	1.187	--
2	3.430	539033	88.503	53961	2762	1.221	10.974
总计		609059	100.000	70094			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-677-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 07:12:45
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	71251	11.478	16429	2319	1.187	--
2	3.428	549532	88.522	54894	2752	1.224	10.954
总计		620783	100.000	71323			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-678-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 07:18:08
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	70674	11.556	16285	2324	1.188	--
2	3.428	540927	88.444	54090	2755	1.222	10.959
总计		611601	100.000	70375			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-679-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 07:23:29
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.374	70244	11.612	16142	2319	1.189	--
2	3.432	534670	88.388	53493	2765	1.222	10.973
总计		604913	100.000	69635			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-680-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 07:28:52
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.373	70710	11.530	16276	2319	1.188	--
2	3.428	542555	88.470	54162	2747	1.224	10.942
总计		613265	100.000	70438			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-681-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 07:34:15
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.372	70260	11.755	16186	2315	1.188	--
2	3.428	527464	88.245	52698	2751	1.221	10.953
总计		597723	100.000	68884			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-682-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 07:39:37

处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	72782	11.582	14748	1732	1.184	--
2	3.458	555613	88.418	55744	2825	1.216	10.776
总计		628396	100.000	70491			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-15/27-683-2 - zzp-6042401p-rcqx-pH6.8jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260512-FX276.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 07:45:00
处理时间(V2): 2026/05/13 13:13:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	72927	11.595	14768	1732	1.185	--
2	3.459	556045	88.405	55735	2825	1.216	10.774
总计		628972	100.000	70503			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042401批-均一性1-pH6.8介质
对照品溶液-2-2