



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	35597	35583	35464	35486	35485	35523	0.18
2	10.99	36156	36373				36264	0.43

单位质量响应值		RSD%	判断
3258.99	3299.73	0.88	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	6925	-	6925	18.947	19.52	7.31	18.95	19.52	7.30
	2	7034	-	7034	19.245			19.25		
	3	7579	-	7579	20.736			20.74		
	4	7600	-	7600	20.794			20.79		
	5	6239	-	6239	17.070			17.07		
	6	7428	-	7428	20.323			20.32		
10min	1	13535	-	13535	37.032	36.59	2.13	37.06	36.62	2.14
	2	13158	-	13158	36.001			36.03		
	3	13565	-	13565	37.114			37.15		
	4	13421	-	13421	36.720			36.76		
	5	12905	-	12905	35.309			35.34		
	6	13646	-	13646	37.336			37.37		
15min	1	16734	-	16734	45.785	45.37	1.67	45.88	45.46	1.68
	2	16547	-	16547	45.273			45.37		
	3	16666	-	16666	45.599			45.70		
	4	16430	-	16430	44.953			45.05		
	5	16152	-	16152	44.192			44.28		
	6	16961	-	16961	46.406			46.50		
20min	1	18663	-	18663	51.063	50.84	2.24	51.23	51.01	2.23
	2	18572	-	18572	50.814			50.98		
	3	18609	-	18609	50.915			51.09		
	4	18056	-	18056	49.402			49.57		
	5	18310	-	18310	50.097			50.26		
	6	19290	-	19290	52.778			52.95		
30min	1	21316	-	21316	58.321	58.27	2.19	58.58	58.52	2.19
	2	21316	-	21316	58.321			58.57		
	3	21310	-	21310	58.305			58.56		
	4	20785	-	20785	56.869			57.12		
	5	20930	-	20930	57.265			57.51		
	6	22127	-	22127	60.540			60.80		
45min	1	23827	-	23827	65.192	65.30	1.52	65.54	65.64	1.52
	2	23968	-	23968	65.577			65.93		
	3	23617	-	23617	64.617			64.97		
	4	23847	-	23847	65.246			65.59		
	5	23437	-	23437	64.124			64.46		
	6	24494	-	24494	67.016			67.38		
60min	1	25509	-	25509	69.794	69.50	1.54	70.25	69.96	1.55
	2	25443	-	25443	69.613			70.07		
	3	25246	-	25246	69.074			69.54		
	4	24944	-	24944	68.248			68.70		
	5	25184	-	25184	68.904			69.35		
	6	26087	-	26087	71.375			71.85		
90min	1	27734	-	27734	75.881	75.24	1.65	76.46	75.81	1.65
	2	27438	-	27438	75.071			75.65		
	3	27338	-	27338	74.798			75.38		
	4	26956	-	26956	73.753			74.32		
	5	27263	-	27263	74.593			75.15		
	6	28262	-	28262	77.326			77.92		
120min	1	28823	-	28823	78.861	78.47	1.47	79.56	79.17	1.47
	2	28844	-	28844	78.918			79.62		
	3	28529	-	28529	78.056			78.76		
	4	28052	-	28052	76.751			77.44		
	5	28528	-	28528	78.054			78.74		
	6	29307	-	29307	80.185			80.91		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	29438	-	29438	80.543	79.85	1.65	81.38	80.68	1.65
	2	29311	-	29311	80.196			81.03		
	3	29203	-	29203	79.900			80.73		
	4	28342	-	28342	77.545			78.37		
	5	29041	-	29041	79.457			80.27		
	6	29775	-	29775	81.465			82.32		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	275616	276504	275971	276207	275490	275958	0.16
2	11.10	281828	281762				281795	0.02

单位质量响应值		RSD%	判断
25410.50	25386.94	0.07	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042701批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	37878	-	37878	13.409	13.71	5.47	13.41	13.72	5.46
	2	38379	-	38379	13.586			13.59		
	3	40162	-	40162	14.217			14.22		
	4	40590	-	40590	14.369			14.37		
	5	35077	-	35077	12.417			12.42		
	6	40365	-	40365	14.289			14.29		
10min	1	67706	-	67706	23.968	23.06	2.94	23.99	23.08	2.93
	2	63208	-	63208	22.375			22.40		
	3	63914	-	63914	22.625			22.65		
	4	63960	-	63960	22.641			22.67		
	5	67350	-	67350	23.842			23.86		
	6	64704	-	64704	22.905			22.93		
15min	1	75008	-	75008	26.552	26.36	1.27	26.61	26.42	1.26
	2	74652	-	74652	26.426			26.49		
	3	74548	-	74548	26.390			26.45		
	4	73922	-	73922	26.168			26.23		
	5	72973	-	72973	25.832			25.89		
	6	75711	-	75711	26.801			26.86		
20min	1	81378	-	81378	28.807	28.68	0.64	28.91	28.79	0.64
	2	81256	-	81256	28.764			28.87		
	3	80821	-	80821	28.610			28.72		
	4	80592	-	80592	28.529			28.63		
	5	80376	-	80376	28.453			28.56		
	6	81745	-	81745	28.937			29.04		
30min	1	89682	-	89682	31.747	31.42	1.11	31.90	31.58	1.10
	2	89516	-	89516	31.688			31.84		
	3	87673	-	87673	31.036			31.19		
	4	88489	-	88489	31.325			31.48		
	5	87594	-	87594	31.008			31.16		
	6	89617	-	89617	31.724			31.88		
45min	1	95419	-	95419	33.778	33.74	1.97	33.99	33.94	1.95
	2	98810	-	98810	34.978			35.18		
	3	94871	-	94871	33.584			33.79		
	4	93948	-	93948	33.257			33.46		
	5	93519	-	93519	33.105			33.31		
	6	95268	-	95268	33.724			33.93		
60min	1	99708	-	99708	35.296	34.94	0.85	35.56	35.20	0.84
	2	99694	-	99694	35.291			35.55		
	3	98716	-	98716	34.945			35.21		
	4	98256	-	98256	34.782			35.04		
	5	97934	-	97934	34.668			34.93		
	6	97889	-	97889	34.652			34.92		
90min	1	104188	-	104188	36.882	36.67	1.66	37.20	36.98	1.65
	2	103287	-	103287	36.563			36.88		
	3	106676	-	106676	37.763			38.08		
	4	103015	-	103015	36.467			36.79		
	5	101774	-	101774	36.027			36.34		
	6	102551	-	102551	36.302			36.62		
120min	1	105389	-	105389	37.307	37.17	0.59	37.69	37.55	0.58
	2	106037	-	106037	37.536			37.92		
	3	104572	-	104572	37.018			37.40		
	4	104510	-	104510	36.996			37.38		
	5	104967	-	104967	37.158			37.53		
	6	104536	-	104536	37.005			37.39		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	106314	-	106314	37.635	37.65	1.33	38.08	38.09	1.31
	2	106141	-	106141	37.573			38.02		
	3	105892	-	105892	37.485			37.93		
	4	104940	-	104940	37.148			37.59		
	5	109071	-	109071	38.611			39.05		
	6	105773	-	105773	37.443			37.89		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	36378	36354	36360	36396	36389	36375	0.05
2	10.99	36230	36550				36390	0.63
单位质量响应值				RSD%	判断			
3337.16				0.56	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	5533	-	5533	14.934	14.09	14.96	14.93	14.09	14.95
	2	5101	-	5101	13.768			13.77		
	3	5935	-	5935	16.019			16.02		
	4	5829	-	5829	15.733			15.73		
	5	5131	-	5131	13.849			13.85		
	6	3790	-	3790	10.230			10.23		
10min	1	12457	-	12457	33.623	32.67	4.91	33.65	32.70	4.91
	2	12289	-	12289	33.169			33.19		
	3	12293	-	12293	33.180			33.21		
	4	12486	-	12486	33.701			33.73		
	5	12192	-	12192	32.907			32.93		
	6	10915	-	10915	29.461			29.48		
15min	1	16188	-	16188	43.693	41.97	3.33	43.77	42.05	3.33
	2	15417	-	15417	41.612			41.69		
	3	15713	-	15713	42.411			42.49		
	4	15885	-	15885	42.875			42.96		
	5	15419	-	15419	41.617			41.70		
	6	14679	-	14679	39.620			39.69		
20min	1	18341	-	18341	49.504	48.13	2.64	49.66	48.28	2.65
	2	18055	-	18055	48.732			48.88		
	3	18126	-	18126	48.924			49.08		
	4	17695	-	17695	47.760			47.91		
	5	17778	-	17778	47.984			48.13		
	6	17005	-	17005	45.898			46.03		
30min	1	21224	-	21224	57.285	55.98	1.67	57.52	56.21	1.68
	2	20813	-	20813	56.176			56.40		
	3	20745	-	20745	55.993			56.23		
	4	20730	-	20730	55.952			56.19		
	5	20790	-	20790	56.114			56.34		
	6	20145	-	20145	54.373			54.58		
45min	1	23720	-	23720	64.022	63.04	1.98	64.35	63.36	1.98
	2	24039	-	24039	64.883			65.21		
	3	23319	-	23319	62.940			63.27		
	4	23129	-	23129	62.427			62.75		
	5	23184	-	23184	62.576			62.90		
	6	22739	-	22739	61.375			61.67		
60min	1	25313	-	25313	68.322	67.34	1.36	68.76	67.76	1.37
	2	25300	-	25300	68.287			68.72		
	3	24870	-	24870	67.126			67.56		
	4	24898	-	24898	67.202			67.63		
	5	24914	-	24914	67.245			67.67		
	6	24394	-	24394	65.842			66.24		
90min	1	27729	-	27729	74.843	73.18	1.38	75.40	73.72	1.39
	2	27240	-	27240	73.523			74.07		
	3	27035	-	27035	72.970			73.51		
	4	27129	-	27129	73.224			73.77		
	5	26935	-	26935	72.700			73.24		
	6	26605	-	26605	71.809			72.32		
120min	1	29000	-	29000	78.274	77.01	1.54	78.95	77.68	1.55
	2	28835	-	28835	77.828			78.50		
	3	28436	-	28436	76.751			77.42		
	4	28692	-	28692	77.442			78.11		
	5	28483	-	28483	76.878			77.54		
	6	27748	-	27748	74.894			75.53		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	29255	-	29255	78.962	77.85	1.17	79.77	78.64	1.18
	2	29097	-	29097	78.535			79.33		
	3	28848	-	28848	77.863			78.66		
	4	28827	-	28827	77.807			78.60		
	5	28763	-	28763	77.634			78.42		
	6	28271	-	28271	76.306			77.06		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	281980	281929	281966	282981	282682	282308	0.18
2	11.10	287147	287445				287296	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
25995.21				0.31	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042702批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	34414	-	34414	11.929	11.36	11.62	11.93	11.36	11.65
	2	32316	-	32316	11.202			11.20		
	3	36057	-	36057	12.498			12.50		
	4	35417	-	35417	12.276			12.28		
	5	32890	-	32890	11.400			11.40		
	6	25572	-	25572	8.864			8.86		
10min	1	61953	-	61953	21.474	20.98	4.62	21.49	21.00	4.63
	2	61445	-	61445	21.298			21.32		
	3	61885	-	61885	21.451			21.47		
	4	60661	-	60661	21.027			21.05		
	5	62221	-	62221	21.567			21.59		
	6	54923	-	54923	19.038			19.05		
15min	1	73520	-	73520	25.484	25.02	2.74	25.54	25.07	2.74
	2	69908	-	69908	24.232			24.29		
	3	73387	-	73387	25.438			25.49		
	4	72396	-	72396	25.094			25.15		
	5	74281	-	74281	25.748			25.80		
	6	69608	-	69608	24.128			24.17		
20min	1	80062	-	80062	27.751	27.54	1.29	27.85	27.64	1.30
	2	79563	-	79563	27.578			27.67		
	3	80046	-	80046	27.746			27.84		
	4	79157	-	79157	27.438			27.54		
	5	80348	-	80348	27.851			27.95		
	6	77553	-	77553	26.882			26.97		
30min	1	89888	-	89888	31.157	30.54	1.20	31.30	30.68	1.21
	2	87734	-	87734	30.411			30.55		
	3	87754	-	87754	30.418			30.56		
	4	87900	-	87900	30.468			30.61		
	5	88595	-	88595	30.709			30.85		
	6	86758	-	86758	30.072			30.20		
45min	1	94779	-	94779	32.853	32.74	1.23	33.05	32.93	1.23
	2	95804	-	95804	33.208			33.40		
	3	94942	-	94942	32.909			33.11		
	4	92624	-	92624	32.106			32.30		
	5	95025	-	95025	32.938			33.13		
	6	93538	-	93538	32.423			32.60		
60min	1	98906	-	98906	34.283	33.93	0.99	34.53	34.17	0.99
	2	98678	-	98678	34.204			34.45		
	3	98145	-	98145	34.019			34.27		
	4	96627	-	96627	33.493			33.74		
	5	98131	-	98131	34.015			34.26		
	6	96762	-	96762	33.540			33.78		
90min	1	97488	-	97488	33.792	35.28	2.22	34.10	35.59	2.20
	2	103557	-	103557	35.895			36.20		
	3	103279	-	103279	35.799			36.11		
	4	101403	-	101403	35.149			35.45		
	5	102098	-	102098	35.390			35.70		
	6	102940	-	102940	35.682			35.97		
120min	1	105737	-	105737	36.651	36.54	0.57	37.02	36.90	0.58
	2	106172	-	106172	36.802			37.17		
	3	105538	-	105538	36.582			36.95		
	4	105375	-	105375	36.526			36.89		
	5	105254	-	105254	36.484			36.85		
	6	104397	-	104397	36.187			36.54		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	103999	-	103999	36.049	36.56	0.89	36.47	36.98	0.89
	2	105023	-	105023	36.404			36.83		
	3	106599	-	106599	36.950			37.38		
	4	106055	-	106055	36.761			37.18		
	5	106004	-	106004	36.744			37.17		
	6	105156	-	105156	36.450			36.86		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.90	37496	37415	37322	37368	37242	37369	0.26
2	10.99	37302	37339				37320	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
3428.35		3395.81		0.68	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-多替诺雷-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	5986	-	5986	15.741	14.31	16.41	15.74	14.31	16.40
	2	6172	-	6172	16.230			16.23		
	3	6204	-	6204	16.314			16.31		
	4	4468	-	4468	11.749			11.75		
	5	4182	-	4182	10.997			11.00		
	6	5639	-	5639	14.828			14.83		
10min	1	12817	-	12817	33.703	32.56	4.87	33.73	32.58	4.88
	2	12904	-	12904	33.932			33.96		
	3	12787	-	12787	33.624			33.65		
	4	11840	-	11840	31.134			31.15		
	5	11444	-	11444	30.093			30.11		
	6	12507	-	12507	32.888			32.91		
15min	1	16112	-	16112	42.368	41.86	1.74	42.45	41.94	1.74
	2	16325	-	16325	42.928			43.01		
	3	15792	-	15792	41.526			41.61		
	4	15989	-	15989	42.044			42.12		
	5	15568	-	15568	40.937			41.01		
	6	15737	-	15737	41.382			41.46		
20min	1	18333	-	18333	48.208	47.81	1.57	48.36	47.96	1.58
	2	18605	-	18605	48.923			49.08		
	3	17974	-	17974	47.264			47.42		
	4	18324	-	18324	48.184			48.33		
	5	17844	-	17844	46.922			47.06		
	6	18017	-	18017	47.377			47.53		
30min	1	20919	-	20919	55.008	54.95	0.80	55.24	55.17	0.81
	2	21188	-	21188	55.715			55.95		
	3	20851	-	20851	54.829			55.06		
	4	20938	-	20938	55.058			55.28		
	5	20753	-	20753	54.571			54.79		
	6	20724	-	20724	54.495			54.72		
45min	1	23412	-	23412	61.563	62.06	1.37	61.89	62.38	1.36
	2	24052	-	24052	63.246			63.58		
	3	23252	-	23252	61.143			61.47		
	4	23951	-	23951	62.981			63.29		
	5	23469	-	23469	61.713			62.02		
	6	23479	-	23479	61.740			62.06		
60min	1	25211	-	25211	66.294	66.45	0.81	66.72	66.88	0.80
	2	25536	-	25536	67.149			67.58		
	3	24948	-	24948	65.602			66.03		
	4	25431	-	25431	66.873			67.29		
	5	25282	-	25282	66.481			66.89		
	6	25222	-	25222	66.323			66.74		
90min	1	27096	-	27096	71.251	71.98	0.74	71.79	72.51	0.73
	2	27500	-	27500	72.313			72.86		
	3	27209	-	27209	71.548			72.08		
	4	27611	-	27611	72.605			73.14		
	5	27513	-	27513	72.347			72.87		
	6	27304	-	27304	71.798			72.33		
120min	1	28525	-	28525	75.008	75.50	0.67	75.67	76.15	0.67
	2	28912	-	28912	76.026			76.69		
	3	28472	-	28472	74.869			75.52		
	4	28935	-	28935	76.087			76.74		
	5	28686	-	28686	75.432			76.07		
	6	28743	-	28743	75.582			76.23		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	28878	-	28878	75.937	76.28	0.46	76.72	77.06	0.46
	2	29225	-	29225	76.849			77.64		
	3	28890	-	28890	75.968			76.75		
	4	29079	-	29079	76.465			77.24		
	5	28950	-	28950	76.126			76.89		
	6	29026	-	29026	76.326			77.10		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.86	290056	290275	289874	288767	288382	289471	0.30
2	11.10	289597	290174				289886	0.15
单位质量响应值				RSD%	判断			
26654.79				1.45	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042703批-非布司他-pH4.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	32578	-	32578	11.102	10.12	16.36	11.10	10.12	16.34
	2	33575	-	33575	11.442			11.44		
	3	33421	-	33421	11.390			11.39		
	4	24414	-	24414	8.320			8.32		
	5	22675	-	22675	7.727			7.73		
	6	31565	-	31565	10.757			10.76		
10min	1	61188	-	61188	20.852	20.24	3.42	20.87	20.26	3.42
	2	60900	-	60900	20.754			20.77		
	3	61004	-	61004	20.790			20.81		
	4	57649	-	57649	19.646			19.66		
	5	56318	-	56318	19.193			19.21		
	6	59334	-	59334	20.221			20.24		
15min	1	73708	-	73708	25.119	24.42	2.10	25.17	24.48	2.11
	2	72763	-	72763	24.797			24.85		
	3	72402	-	72402	24.674			24.73		
	4	70892	-	70892	24.160			24.21		
	5	70276	-	70276	23.950			23.99		
	6	69969	-	69969	23.845			23.90		
20min	1	79913	-	79913	27.234	26.78	1.18	27.33	26.87	1.19
	2	79183	-	79183	26.985			27.08		
	3	78940	-	78940	26.902			27.00		
	4	78037	-	78037	26.594			26.68		
	5	77487	-	77487	26.407			26.49		
	6	77862	-	77862	26.535			26.63		
30min	1	86952	-	86952	29.633	29.45	0.91	29.77	29.59	0.91
	2	87294	-	87294	29.749			29.89		
	3	87121	-	87121	29.690			29.83		
	4	85665	-	85665	29.194			29.33		
	5	85704	-	85704	29.207			29.34		
	6	85781	-	85781	29.234			29.37		
45min	1	88762	-	88762	30.249	31.62	2.21	30.44	31.81	2.19
	2	93643	-	93643	31.913			32.10		
	3	94303	-	94303	32.138			32.33		
	4	93533	-	93533	31.875			32.06		
	5	93821	-	93821	31.974			32.15		
	6	92708	-	92708	31.594			31.78		
60min	1	97430	-	97430	33.203	32.87	1.27	33.44	33.11	1.26
	2	97670	-	97670	33.285			33.53		
	3	94917	-	94917	32.347			32.59		
	4	97446	-	97446	33.209			33.44		
	5	95274	-	95274	32.469			32.70		
	6	95953	-	95953	32.700			32.94		
90min	1	101402	-	101402	34.557	33.84	2.40	34.85	34.14	2.39
	2	98237	-	98237	33.478			33.78		
	3	101447	-	101447	34.572			34.87		
	4	99643	-	99643	33.958			34.25		
	5	95121	-	95121	32.417			32.70		
	6	100021	-	100021	34.086			34.38		
120min	1	104504	-	104504	35.614	34.73	4.03	35.97	35.08	4.01
	2	102585	-	102585	34.960			35.31		
	3	104647	-	104647	35.663			36.02		
	4	103614	-	103614	35.311			35.66		
	5	93756	-	93756	31.951			32.29		
	6	102330	-	102330	34.873			35.22		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	105699	-	105699	36.021	34.85	2.66	36.43	35.26	2.64
	2	100983	-	100983	34.414			34.83		
	3	104153	-	104153	35.495			35.91		
	4	102821	-	102821	35.041			35.44		
	5	97853	-	97853	33.348			33.74		
	6	102089	-	102089	34.791			35.20		



操作者:

日 期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-971-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:23:10
处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-972-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:28:35
处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.337	35597	11.438	7541	1854	1.134	--
2	3.126	275616	88.562	32890	3303	1.132	10.464
总计		311212	100.000	40431			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-973-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 16:33:58

处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	35583	11.402	7544	1854	1.131	--
2	3.127	276504	88.598	32957	3293	1.133	10.457
总计		312087	100.000	40501			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-974-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 16:39:23

处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	35464	11.387	7537	1854	1.136	--
2	3.128	275971	88.613	32943	3297	1.132	10.458
总计		311434	100.000	40480			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-975-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:44:47
处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	35486	11.385	7533	1860	1.133	--
2	3.129	276207	88.615	32880	3292	1.134	10.461
总计		311693	100.000	40413			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-976-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:50:12
处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	35485	11.411	7531	1860	1.123	--
2	3.128	275490	88.589	32903	3293	1.133	10.468
总计		310975	100.000	40435			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-977-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:55:34
处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	6925	15.457	1674	2554	1.120	--
2	3.065	37878	84.543	4338	2957	1.135	10.324
总计		44803	100.000	6012			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-978-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:00:58

处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	7034	15.488	1690	2526	1.114	--
2	3.066	38379	84.512	4364	2948	1.138	10.289
总计		45413	100.000	6054			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-979-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:06:21

处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	7579	15.875	1821	2523	1.143	--
2	3.066	40162	84.125	4588	2949	1.128	10.295
总计		47741	100.000	6409			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-980-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:11:44

处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	7600	15.771	1853	2539	1.152	--
2	3.067	40590	84.229	4675	2959	1.126	10.322
总计		48190	100.000	6528			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-981-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:17:07
处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	6239	15.100	1520	2576	1.145	--
2	3.068	35077	84.900	3984	2912	1.139	10.292
总计		41316	100.000	5505			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-982-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:22:30

处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	7428	15.541	1795	2522	1.112	--
2	3.068	40365	84.459	4585	2965	1.126	10.319
总计		47792	100.000	6379			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-983-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:27:54

处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	13535	16.660	3259	2539	1.134	--
2	3.064	67706	83.340	7763	2970	1.147	10.324
总计		81241	100.000	11022			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-984-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:33:17

处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	13158	17.230	3206	2553	1.149	--
2	3.065	63208	82.770	7223	2954	1.147	10.319
总计		76366	100.000	10429			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-985-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:38:41
处理时间(V2): 2026/05/14 19:40:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	13565	17.508	3293	2548	1.127	--
2	3.066	63914	82.492	7321	2983	1.150	10.352
总计		77479	100.000	10614			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-986-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:44:04

处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	13421	17.344	3259	2542	1.136	--
2	3.066	63960	82.656	7261	2948	1.156	10.309
总计		77381	100.000	10520			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-987-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:49:27
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	12905	16.080	3122	2541	1.136	--
2	3.065	67350	83.920	7658	2964	1.156	10.324
总计		80256	100.000	10779			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-988-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:54:50
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	13646	17.417	3336	2554	1.144	--
2	3.067	64704	82.583	7355	2970	1.159	10.347
总计		78351	100.000	10690			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-989-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:00:13
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	16734	18.241	4053	2536	1.144	--
2	3.067	75008	81.759	8562	2971	1.153	10.334
总计		91742	100.000	12615			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-990-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 18:05:36

处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	16547	18.143	3971	2530	1.138	--
2	3.067	74652	81.857	8491	2970	1.164	10.323
总计		91199	100.000	12462			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-991-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:10:58
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	16666	18.271	4012	2539	1.136	--
2	3.068	74548	81.729	8499	2983	1.161	10.347
总计		91214	100.000	12511			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-992-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 18:16:22

处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	16430	18.185	3951	2525	1.135	--
2	3.068	73922	81.815	8431	2977	1.154	10.338
总计		90352	100.000	12382			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-993-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 18:21:45

处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	16152	18.123	3898	2511	1.133	--
2	3.068	72973	81.877	8305	2953	1.159	10.298
总计		89125	100.000	12203			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-994-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:27:08
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	16961	18.302	4130	2547	1.134	--
2	3.068	75711	81.698	8625	2975	1.168	10.349
总计		92672	100.000	12755			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-995-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:32:31
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	18663	18.656	4540	2541	1.125	--
2	3.068	81378	81.344	9245	2966	1.166	10.333
总计		100041	100.000	13785			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-996-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:37:53
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	18572	18.604	4492	2531	1.143	--
2	3.068	81256	81.396	9228	2965	1.164	10.326
总计		99828	100.000	13720			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-997-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:43:17
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	18609	18.716	4504	2538	1.144	--
2	3.070	80821	81.284	9203	2977	1.164	10.344
总计		99430	100.000	13707			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-998-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:48:40
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	18056	18.303	4374	2555	1.143	--
2	3.070	80592	81.697	9181	2964	1.160	10.341
总计		98648	100.000	13555			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-999-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:54:03
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	18310	18.554	4435	2549	1.120	--
2	3.072	80376	81.446	9121	2975	1.162	10.349
总计		98686	100.000	13556			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1000-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 18:59:25

处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	19290	19.092	4651	2541	1.135	--
2	3.072	81745	80.908	9306	2988	1.166	10.358
总计		101035	100.000	13957			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1001-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 19:04:48

处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	21316	19.204	5162	2545	1.123	--
2	3.070	89682	80.796	10179	2963	1.172	10.332
总计		110998	100.000	15342			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1002-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:10:11
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	21316	19.232	5140	2525	1.138	--
2	3.070	89516	80.768	10161	2974	1.170	10.331
总计		110831	100.000	15301			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1003-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 19:15:34

处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	21310	19.554	5135	2549	1.137	--
2	3.071	87673	80.446	10053	2977	1.165	10.356
总计		108983	100.000	15188			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1004-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 19:20:57

处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	20785	19.021	5041	2536	1.141	--
2	3.070	88489	80.979	10041	2955	1.163	10.322
总计		109274	100.000	15081			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1005-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 19:26:19

处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	20930	19.286	5061	2544	1.133	--
2	3.071	87594	80.714	9991	2970	1.165	10.349
总计		108525	100.000	15052			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1006-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 19:31:42

处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	22127	19.802	5310	2537	1.144	--
2	3.071	89617	80.198	10213	2972	1.163	10.345
总计		111744	100.000	15524			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1007-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:37:05
处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	23827	19.981	5749	2544	1.135	--
2	3.071	95419	80.019	10867	2978	1.171	10.352
总计		119246	100.000	16617			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1008-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 19:42:29

处理时间(V2): 2026/05/14 19:41:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	23968	19.521	5779	2541	1.135	--
2	3.072	98810	80.479	11213	2965	1.179	10.337
总计		122778	100.000	16992			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1009-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 19:47:52

处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	23617	19.932	5717	2551	1.135	--
2	3.071	94871	80.068	10801	2983	1.174	10.370
总计		118488	100.000	16518			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1010-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 19:53:15

处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.350	23847	20.245	5743	2543	1.140	--
2	3.071	93948	79.755	10697	2981	1.169	10.361
总计		117795	100.000	16440			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1011-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:58:38
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	23437	20.039	5670	2543	1.135	--
2	3.073	93519	79.961	10664	2985	1.171	10.369
总计		116956	100.000	16334			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1012-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:04:01
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	24494	20.452	5924	2545	1.141	--
2	3.072	95268	79.548	10827	2981	1.171	10.365
总计		119763	100.000	16751			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1013-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:09:24

处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	25509	20.372	6142	2527	1.139	--
2	3.071	99708	79.628	11281	2967	1.176	10.334
总计		125218	100.000	17423			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1014-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:14:47
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	25443	20.332	6161	2550	1.135	--
2	3.074	99694	79.668	11309	2976	1.173	10.364
总计		125137	100.000	17471			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1015-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:20:11
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	25246	20.366	6147	2552	1.135	--
2	3.074	98716	79.634	11217	2981	1.176	10.363
总计		123962	100.000	17364			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1016-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:25:33

处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	24944	20.247	6064	2547	1.133	--
2	3.075	98256	79.753	11160	2971	1.174	10.352
总计		123201	100.000	17224			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1017-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:30:57
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	25184	20.455	6103	2554	1.132	--
2	3.074	97934	79.545	11127	2977	1.174	10.361
总计		123118	100.000	17230			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1018-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:36:20
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	26087	21.042	6345	2554	1.133	--
2	3.075	97889	78.958	11167	2977	1.175	10.367
总计		123976	100.000	17512			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1019-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:41:43
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	27734	21.023	6734	2555	1.134	--
2	3.075	104188	78.977	11775	2971	1.178	10.357
总计		131922	100.000	18509			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1020-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:47:07
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	27438	20.989	6638	2539	1.137	--
2	3.074	103287	79.011	11719	2965	1.182	10.343
总计		130726	100.000	18357			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1021-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:52:30

处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	27338	20.400	6616	2553	1.142	--
2	3.072	106676	79.600	12093	2973	1.179	10.357
总计		134014	100.000	18709			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1022-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:57:54
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	26956	20.740	6512	2540	1.129	--
2	3.074	103015	79.260	11648	2968	1.178	10.348
总计		129970	100.000	18160			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1023-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:03:18
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	27263	21.128	6587	2540	1.135	--
2	3.075	101774	78.872	11507	2971	1.179	10.353
总计		129037	100.000	18094			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1024-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:08:42

处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	28262	21.605	6898	2551	1.127	--
2	3.076	102551	78.395	11654	2986	1.167	10.375
总计		130813	100.000	18552			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1025-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:14:06

处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	28823	21.476	6963	2541	1.135	--
2	3.074	105389	78.524	11970	2976	1.178	10.364
总计		134212	100.000	18933			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1026-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:19:29
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	28844	21.385	6971	2538	1.140	--
2	3.075	106037	78.615	12006	2971	1.171	10.351
总计		134881	100.000	18977			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1027-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:24:53
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	28529	21.434	6891	2544	1.135	--
2	3.074	104572	78.566	11905	2985	1.179	10.378
总计		133101	100.000	18796			

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1028-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:30:17

处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	28052	21.161	6815	2558	1.126	--
2	3.076	104510	78.839	11859	2981	1.176	10.376
总计		132561	100.000	18674			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1029-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:35:40
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	28528	21.370	6924	2554	1.131	--
2	3.076	104967	78.630	11909	2983	1.177	10.376
总计		133495	100.000	18833			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1030-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:41:03

处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	29307	21.897	7111	2551	1.125	--
2	3.077	104536	78.103	11874	2972	1.170	10.367
总计		133843	100.000	18985			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1031-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:46:26
处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	29438	21.685	7122	2549	1.132	--
2	3.076	106314	78.315	12068	2969	1.180	10.355
总计		135752	100.000	19190			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1032-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:51:49

处理时间(V2): 2026/05/14 19:42:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	29311	21.639	7092	2546	1.132	--
2	3.077	106141	78.361	12057	2992	1.180	10.384
总计		135451	100.000	19148			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1033-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:57:14
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	29203	21.617	7067	2541	1.132	--
2	3.079	105892	78.383	12028	2987	1.174	10.376
总计		135096	100.000	19095			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1034-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:02:38
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	28342	21.264	6906	2558	1.124	--
2	3.078	104940	78.736	11923	2969	1.178	10.363
总计		133282	100.000	18830			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1035-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:08:01
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	29041	21.027	7035	2544	1.137	--
2	3.076	109071	78.973	12387	2975	1.177	10.363
总计		138112	100.000	19422			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1036-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 µl
进样时间: 2026/05/13 22:13:23
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	29775	21.967	7228	2545	1.134	--
2	3.077	105773	78.033	11993	2983	1.176	10.373
总计		135548	100.000	19221			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1037-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:18:47

处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.339	36156	11.371	7702	1873	1.129	--
2	3.147	281828	88.629	33381	3299	1.151	10.545
总计		317985	100.000	41083			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1038-2 - zzp-6042701p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:24:12
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.340	36373	11.433	7704	1870	1.134	--
2	3.148	281762	88.567	33369	3294	1.152	10.533
总计		318135	100.000	41073			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042701批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1039-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:29:37
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1040-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:35:01

处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.338	36378	11.427	7757	1882	1.133	--
2	3.147	281980	88.573	33389	3288	1.151	10.547
总计		318358	100.000	41146			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1041-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:40:26
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.339	36354	11.422	7758	1877	1.132	--
2	3.147	281929	88.578	33429	3296	1.149	10.548
总计		318284	100.000	41187			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1042-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:45:51

处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.339	36360	11.422	7753	1875	1.127	--
2	3.147	281966	88.578	33392	3287	1.149	10.537
总计		318326	100.000	41145			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1043-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:51:16

处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.339	36396	11.396	7767	1882	1.131	--
2	3.147	282981	88.604	33444	3288	1.150	10.547
总计		319377	100.000	41210			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1044-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:56:41
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.339	36389	11.405	7766	1875	1.134	--
2	3.148	282682	88.595	33447	3289	1.148	10.542
总计		319071	100.000	41213			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-5



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1045-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 23:02:05

处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	5533	13.850	1332	2568	1.164	--
2	3.088	34414	86.150	3895	2945	1.155	10.389
总计		39947	100.000	5227			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1046-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:07:29
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	5101	13.633	1232	2523	1.120	--
2	3.089	32316	86.367	3654	2929	1.157	10.343
总计		37417	100.000	4886			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1047-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:12:53
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	5935	14.133	1437	2527	1.105	--
2	3.088	36057	85.867	4096	2954	1.149	10.372
总计		41992	100.000	5534			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1048-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 23:18:17

处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	5829	14.132	1423	2558	1.131	--
2	3.089	35417	85.868	4015	2900	1.150	10.327
总计		41246	100.000	5438			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1049-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:23:41
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	5131	13.496	1255	2586	1.143	--
2	3.089	32890	86.504	3729	2970	1.150	10.433
总计		38022	100.000	4984			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1050-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 23:29:05

处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.351	3790	12.907	933	2594	1.161	--
2	3.091	25572	87.093	2907	2909	1.146	10.372
总计		29362	100.000	3840			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1051-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 23:34:29

处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	12457	16.742	3024	2560	1.104	--
2	3.085	61953	83.258	7011	2964	1.156	10.394
总计		74410	100.000	10035			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1052-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 23:39:54

处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	12289	16.667	2968	2535	1.137	--
2	3.085	61445	83.333	6906	2937	1.157	10.345
总计		73734	100.000	9874			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1053-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 23:45:17

处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	12293	16.572	2996	2559	1.119	--
2	3.085	61885	83.428	6970	2936	1.173	10.361
总计		74177	100.000	9966			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1054-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:50:41
处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	12486	17.070	3007	2528	1.144	--
2	3.086	60661	82.930	6865	2955	1.155	10.361
总计		73147	100.000	9872			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1055-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 23:56:05

处理时间(V2): 2026/05/14 19:43:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	12192	16.385	2960	2559	1.147	--
2	3.086	62221	83.615	7008	2965	1.163	10.397
总计		74413	100.000	9968			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1056-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:01:29

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	10915	16.578	2651	2540	1.154	--
2	3.088	54923	83.422	6197	2934	1.155	10.354
总计		65837	100.000	8847			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1057-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:06:53
处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	16188	18.046	3919	2531	1.117	--
2	3.086	73520	81.954	8304	2950	1.159	10.351
总计		89708	100.000	12223			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1058-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:12:18

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	15417	18.069	3764	2569	1.130	--
2	3.086	69908	81.931	7932	2973	1.162	10.405
总计		85326	100.000	11697			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1059-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:17:42

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	15713	17.635	3845	2565	1.128	--
2	3.087	73387	82.365	8311	2979	1.166	10.405
总计		89101	100.000	12155			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1060-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:23:06

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	15885	17.993	3851	2539	1.143	--
2	3.087	72396	82.007	8204	2971	1.162	10.384
总计		88281	100.000	12055			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1061-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:28:30
处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	15419	17.190	3782	2567	1.128	--
2	3.087	74281	82.810	8380	2951	1.163	10.383
总计		89701	100.000	12162			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1062-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:33:53

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	14679	17.416	3588	2561	1.137	--
2	3.087	69608	82.584	7832	2950	1.172	10.378
总计		84287	100.000	11420			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1063-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:39:18

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	18341	18.638	4441	2549	1.119	--
2	3.086	80062	81.362	9075	2967	1.168	10.388
总计		98402	100.000	13515			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1064-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:44:42
处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	18055	18.496	4373	2544	1.125	--
2	3.086	79563	81.504	9005	2967	1.165	10.383
总计		97618	100.000	13378			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1065-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:50:06
处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	18126	18.463	4403	2555	1.129	--
2	3.086	80046	81.537	9044	2973	1.168	10.398
总计		98172	100.000	13447			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1066-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:55:30
处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	17695	18.270	4329	2567	1.126	--
2	3.086	79157	81.730	8953	2944	1.163	10.372
总计		96852	100.000	13282			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1067-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:00:55

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	17778	18.117	4330	2562	1.138	--
2	3.087	80348	81.883	9107	2971	1.173	10.400
总计		98125	100.000	13437			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1068-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:06:20
处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	17005	17.984	4150	2558	1.124	--
2	3.087	77553	82.016	8733	2956	1.163	10.383
总计		94557	100.000	12883			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1069-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:11:44

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.352	21224	19.101	5179	2561	1.129	--
2	3.086	89888	80.899	10152	2985	1.168	10.419
总计		111112	100.000	15331			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1070-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:17:09

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	20813	19.174	5081	2574	1.132	--
2	3.086	87734	80.826	9906	2970	1.175	10.402
总计		108546	100.000	14987			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1071-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:22:34

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	20745	19.120	5046	2563	1.127	--
2	3.086	87754	80.880	9931	2977	1.169	10.409
总计		108499	100.000	14977			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1072-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:27:58

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	20730	19.083	5039	2550	1.128	--
2	3.087	87900	80.917	9923	2950	1.169	10.366
总计		108630	100.000	14962			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1073-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:33:22

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	20790	19.006	5032	2537	1.131	--
2	3.087	88595	80.994	10012	2957	1.168	10.369
总计		109385	100.000	15043			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1074-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:38:46
处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	20145	18.844	4894	2540	1.120	--
2	3.088	86758	81.156	9774	2964	1.165	10.377
总计		106902	100.000	14668			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1075-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:44:11

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	23720	20.017	5762	2547	1.128	--
2	3.086	94779	79.983	10679	2965	1.181	10.381
总计		118499	100.000	16442			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1076-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:49:36

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	24039	20.059	5789	2530	1.136	--
2	3.086	95804	79.941	10802	2958	1.170	10.360
总计		119842	100.000	16591			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1077-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:55:01

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	23319	19.718	5674	2555	1.129	--
2	3.086	94942	80.282	10736	2963	1.184	10.384
总计		118261	100.000	16410			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1078-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:00:26

处理时间(V2): 2026/05/14 19:44:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	23129	19.982	5631	2553	1.133	--
2	3.086	92624	80.018	10421	2957	1.172	10.376
总计		115753	100.000	16052			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1079-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:05:51

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	23184	19.612	5643	2560	1.132	--
2	3.087	95025	80.388	10714	2959	1.180	10.384
总计		118209	100.000	16357			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1080-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:11:16

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	22739	19.556	5533	2551	1.131	--
2	3.087	93538	80.444	10566	2959	1.168	10.379
总计		116277	100.000	16099			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1081-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:16:41
处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	25313	20.378	6180	2567	1.125	--
2	3.086	98906	79.622	11165	2949	1.172	10.376
总计		124219	100.000	17345			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1082-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:22:06
处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	25300	20.407	6143	2542	1.131	--
2	3.087	98678	79.593	11160	2964	1.176	10.377
总计		123978	100.000	17303			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1083-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:27:31

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	24870	20.217	6061	2553	1.125	--
2	3.086	98145	79.783	11106	2947	1.176	10.364
总计		123014	100.000	17167			

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1084-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:32:56

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	24898	20.488	6057	2548	1.122	--
2	3.087	96627	79.512	10951	2972	1.171	10.392
总计		121525	100.000	17008			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1085-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:38:21
处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	24914	20.248	6075	2558	1.130	--
2	3.088	98131	79.752	11090	2971	1.174	10.394
总计		123045	100.000	17166			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1086-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:43:45

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	24394	20.134	5935	2540	1.130	--
2	3.087	96762	79.866	10925	2955	1.177	10.360
总计		121156	100.000	16859			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1087-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:49:10

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	27729	22.144	6750	2552	1.135	--
2	3.089	97488	77.856	11002	2967	1.169	10.388
总计		125217	100.000	17752			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1088-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:54:36

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	27240	20.826	6676	2561	1.122	--
2	3.088	103557	79.174	11690	2961	1.178	10.382
总计		130797	100.000	18366			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1089-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:00:00

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	27035	20.746	6601	2564	1.134	--
2	3.088	103279	79.254	11676	2969	1.175	10.393
总计		130314	100.000	18277			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1090-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:05:25

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	27129	21.107	6596	2547	1.131	--
2	3.087	101403	78.893	11423	2957	1.174	10.374
总计		128532	100.000	18019			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1091-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:10:49
处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	26935	20.874	6557	2555	1.126	--
2	3.087	102098	79.126	11517	2959	1.180	10.380
总计		129033	100.000	18074			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1092-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:16:14
处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	26605	20.537	6472	2546	1.133	--
2	3.088	102940	79.463	11612	2980	1.172	10.400
总计		129545	100.000	18084			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1093-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:21:37

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	29000	21.524	7050	2546	1.133	--
2	3.088	105737	78.476	11935	2973	1.171	10.393
总计		134737	100.000	18984			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1094-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:27:01

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	28835	21.358	6975	2544	1.131	--
2	3.088	106172	78.642	11938	2957	1.182	10.373
总计		135006	100.000	18913			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1095-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:32:24

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	28436	21.225	6915	2536	1.137	--
2	3.088	105538	78.775	11905	2967	1.177	10.381
总计		133974	100.000	18820			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1096-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:37:47
处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	28692	21.401	6962	2537	1.133	--
2	3.088	105375	78.599	11895	2961	1.176	10.373
总计		134067	100.000	18858			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1097-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:43:10

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	28483	21.298	6932	2552	1.125	--
2	3.088	105254	78.702	11916	2965	1.173	10.389
总计		133737	100.000	18848			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1098-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:48:33

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	27748	20.998	6764	2561	1.125	--
2	3.088	104397	79.002	11802	2974	1.175	10.406
总计		132146	100.000	18566			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1099-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:53:57

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	29255	21.955	7150	2552	1.131	--
2	3.088	103999	78.045	11755	2973	1.181	10.397
总计		133255	100.000	18905			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1100-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:59:21
处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	29097	21.695	7084	2554	1.132	--
2	3.089	105023	78.305	11881	2963	1.175	10.389
总计		134120	100.000	18964			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1101-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:04:45

处理时间(V2): 2026/05/14 19:45:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	28848	21.298	7028	2552	1.131	--
2	3.089	106599	78.702	11995	2967	1.177	10.390
总计		135447	100.000	19023			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1102-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:10:09
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.353	28827	21.372	7027	2546	1.133	--
2	3.088	106055	78.628	11937	2953	1.175	10.372
总计		134882	100.000	18964			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1103-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:15:33
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	28763	21.342	7005	2554	1.132	--
2	3.090	106004	78.658	11963	2966	1.182	10.387
总计		134767	100.000	18967			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1104-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:20:57
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	28271	21.188	6896	2558	1.132	--
2	3.090	105156	78.812	11887	2971	1.170	10.396
总计		133427	100.000	18783			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1105-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:26:22

处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.341	36230	11.204	7736	1907	1.135	--
2	3.159	287147	88.796	33830	3300	1.154	10.603
总计		323377	100.000	41566			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1106-2 - zzp-6042702p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:31:47

处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.341	36550	11.281	7748	1892	1.135	--
2	3.159	287445	88.719	33829	3303	1.153	10.593
总计		323995	100.000	41576			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042702批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1107-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:37:10
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1108-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:42:33
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.341	37496	11.447	7959	1883	1.129	--
2	3.158	290056	88.553	34150	3287	1.154	10.564
总计		327551	100.000	42108			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1109-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:47:56

处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	37415	11.418	7926	1893	1.134	--
2	3.159	290275	88.582	34115	3289	1.154	10.572
总计		327690	100.000	42041			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1110-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:53:19
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	37322	11.407	7918	1884	1.132	--
2	3.159	289874	88.593	34060	3287	1.153	10.562
总计		327196	100.000	41978			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-3



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1111-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:58:42

处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.341	37368	11.458	7922	1886	1.135	--
2	3.158	288767	88.542	34022	3287	1.152	10.566
总计		326135	100.000	41943			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1112-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:04:05

处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.341	37242	11.437	7911	1889	1.136	--
2	3.158	288382	88.563	33977	3290	1.153	10.572
总计		325624	100.000	41888			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-1-5



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1113-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:09:29

处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	5986	15.523	1454	2532	1.132	--
2	3.099	32578	84.477	3690	2934	1.149	10.370
总计		38565	100.000	5144			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1114-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:14:51
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	6172	15.528	1518	2554	1.104	--
2	3.098	33575	84.472	3772	2912	1.162	10.355
总计		39747	100.000	5291			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1115-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:20:15

处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	6204	15.658	1511	2537	1.105	--
2	3.100	33421	84.342	3766	2950	1.132	10.393
总计		39625	100.000	5278			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1116-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:25:38
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	4468	15.471	1093	2608	1.138	--
2	3.102	24414	84.529	2727	2875	1.144	10.351
总计		28883	100.000	3820			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1117-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:31:00

处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	4182	15.572	1031	2586	1.095	--
2	3.102	22675	84.428	2595	2983	1.166	10.467
总计		26857	100.000	3626			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1118-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:36:22

处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	5639	15.157	1389	2581	1.133	--
2	3.102	31565	84.843	3529	2931	1.148	10.405
总计		37204	100.000	4918			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1119-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:41:45

处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	12817	17.319	3123	2553	1.140	--
2	3.096	61188	82.681	6941	2962	1.159	10.403
总计		74005	100.000	10064			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1120-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:47:07
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	12904	17.484	3165	2561	1.134	--
2	3.097	60900	82.516	6890	2956	1.161	10.403
总计		73804	100.000	10055			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1121-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:52:29
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	12787	17.329	3126	2571	1.118	--
2	3.095	61004	82.671	6864	2916	1.166	10.360
总计		73791	100.000	9990			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1122-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:57:52
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	11840	17.038	2894	2560	1.130	--
2	3.096	57649	82.962	6469	2942	1.167	10.389
总计		69489	100.000	9363			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1123-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:03:15

处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	11444	16.888	2825	2585	1.124	--
2	3.096	56318	83.112	6316	2939	1.159	10.402
总计		67762	100.000	9140			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1124-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:08:38
处理时间(V2): 2026/05/14 19:46:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	12507	17.409	3036	2549	1.145	--
2	3.096	59334	82.591	6674	2940	1.161	10.381
总计		71841	100.000	9710			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1125-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:14:01
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	16112	17.938	3926	2549	1.125	--
2	3.095	73708	82.062	8307	2939	1.169	10.376
总计		89820	100.000	12233			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1126-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:19:23

处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	16325	18.325	3976	2552	1.126	--
2	3.095	72763	81.675	8156	2927	1.163	10.361
总计		89088	100.000	12132			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1127-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:24:45
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	15792	17.906	3870	2561	1.129	--
2	3.095	72402	82.094	8147	2958	1.163	10.405
总计		88195	100.000	12016			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1128-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:30:07
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	15989	18.403	3922	2554	1.129	--
2	3.095	70892	81.597	7985	2944	1.152	10.387
总计		86880	100.000	11907			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1129-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:35:30

处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	15568	18.135	3796	2543	1.138	--
2	3.094	70276	81.865	7877	2930	1.159	10.356
总计		85844	100.000	11672			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1130-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:40:52
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	15737	18.362	3846	2556	1.130	--
2	3.097	69969	81.638	7898	2961	1.162	10.404
总计		85706	100.000	11744			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1131-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:46:14
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	18333	18.660	4450	2537	1.121	--
2	3.094	79913	81.340	8997	2950	1.174	10.370
总计		98246	100.000	13447			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1132-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:51:36
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	18605	19.026	4501	2552	1.148	--
2	3.095	79183	80.974	8913	2958	1.167	10.394
总计		97788	100.000	13415			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1133-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:56:58
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	17974	18.546	4377	2559	1.127	--
2	3.095	78940	81.454	8867	2952	1.163	10.397
总计		96914	100.000	13244			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1134-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:02:21
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	18324	19.016	4449	2549	1.113	--
2	3.095	78037	80.984	8793	2964	1.168	10.406
总计		96361	100.000	13242			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1135-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:07:42
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	17844	18.718	4347	2553	1.127	--
2	3.095	77487	81.282	8731	2952	1.163	10.393
总计		95331	100.000	13078			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1136-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:13:05
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	18017	18.791	4392	2547	1.125	--
2	3.095	77862	81.209	8783	2956	1.155	10.397
总计		95878	100.000	13175			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1137-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:18:27
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	20919	19.392	5086	2544	1.135	--
2	3.093	86952	80.608	9748	2957	1.168	10.390
总计		107871	100.000	14834			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1138-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 07:23:49

处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	21188	19.531	5169	2549	1.122	--
2	3.094	87294	80.469	9790	2941	1.170	10.376
总计		108482	100.000	14959			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1139-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:29:11
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	20851	19.311	5086	2543	1.134	--
2	3.094	87121	80.689	9780	2949	1.172	10.379
总计		107972	100.000	14866			

图169 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1140-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 07:34:33

处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	20938	19.641	5104	2553	1.130	--
2	3.095	85665	80.359	9672	2971	1.171	10.412
总计		106603	100.000	14776			

图170 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1141-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 07:39:54

处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	20753	19.494	5070	2566	1.133	--
2	3.095	85704	80.506	9636	2956	1.168	10.401
总计		106457	100.000	14705			

图171 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1142-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:45:16
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	20724	19.458	5068	2566	1.139	--
2	3.095	85781	80.542	9627	2948	1.165	10.398
总计		106505	100.000	14694			

图172 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1143-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:50:38
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	23412	20.871	5726	2565	1.136	--
2	3.094	88762	79.129	10007	2944	1.173	10.385
总计		112174	100.000	15733			

图173 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1144-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:56:01
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	24052	20.436	5862	2546	1.131	--
2	3.093	93643	79.564	10503	2950	1.175	10.378
总计		117695	100.000	16366			

图174 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1145-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 08:01:24
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	23252	19.780	5691	2555	1.133	--
2	3.094	94303	80.220	10569	2949	1.177	10.388
总计		117556	100.000	16260			

图175 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1146-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 08:06:45
处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	23951	20.386	5836	2550	1.127	--
2	3.095	93533	79.614	10546	2973	1.173	10.416
总计		117483	100.000	16382			

图176 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1147-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:12:07

处理时间(V2): 2026/05/14 19:47:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	23469	20.009	5747	2562	1.130	--
2	3.095	93821	79.991	10536	2961	1.177	10.402
总计		117289	100.000	16283			

图177 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1148-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 08:17:30
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	23479	20.208	5738	2553	1.123	--
2	3.096	92708	79.792	10452	2974	1.170	10.415
总计		116187	100.000	16190			

图178 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1149-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 08:22:52
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	25211	20.557	6131	2553	1.132	--
2	3.095	97430	79.443	10972	2964	1.177	10.400
总计		122641	100.000	17103			

图179 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1150-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:28:14

处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	25536	20.726	6236	2557	1.131	--
2	3.095	97670	79.274	11008	2966	1.182	10.405
总计		123206	100.000	17244			

图180 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1151-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 08:33:36
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	24948	20.813	6096	2559	1.131	--
2	3.095	94917	79.187	10670	2975	1.174	10.418
总计		119865	100.000	16766			

图181 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1152-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:38:59

处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	25431	20.696	6235	2567	1.130	--
2	3.095	97446	79.304	10991	2971	1.178	10.421
总计		122877	100.000	17225			

图182 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1153-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:44:21

处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	25282	20.971	6151	2548	1.131	--
2	3.095	95274	79.029	10741	2964	1.169	10.405
总计		120557	100.000	16892			

图183 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1154-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 08:49:42
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	25222	20.815	6159	2551	1.134	--
2	3.095	95953	79.185	10829	2968	1.166	10.410
总计		121175	100.000	16988			

图184 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1155-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 08:55:05

处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	27096	21.086	6622	2552	1.130	--
2	3.094	101402	78.914	11433	2957	1.175	10.395
总计		128497	100.000	18055			

图185 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-90min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1156-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 09:00:28

处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	27500	21.871	6737	2563	1.129	--
2	3.094	98237	78.129	11031	2957	1.173	10.405
总计		125737	100.000	17768			

图186 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-90min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1157-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 09:05:51

处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	27209	21.149	6638	2557	1.131	--
2	3.094	101447	78.851	11437	2966	1.182	10.410
总计		128655	100.000	18075			

图187 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1158-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 µl
进样时间: 2026/05/14 09:11:14
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	27611	21.698	6713	2548	1.134	--
2	3.094	99643	78.302	11236	2971	1.171	10.413
总计		127254	100.000	17950			

图188 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1159-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:16:37
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	27513	22.435	6705	2549	1.126	--
2	3.095	95121	77.565	10730	2966	1.174	10.410
总计		122634	100.000	17435			

图189 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1160-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:22:00
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	27304	21.445	6642	2538	1.137	--
2	3.095	100021	78.555	11247	2967	1.177	10.402
总计		127326	100.000	17890			

图190 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1161-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:27:25
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	28525	21.443	6950	2544	1.131	--
2	3.095	104504	78.557	11773	2983	1.185	10.425
总计		133028	100.000	18724			

图191 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1162-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:32:49
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	28912	21.987	7056	2554	1.133	--
2	3.095	102585	78.013	11607	2979	1.177	10.428
总计		131497	100.000	18662			

图192 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1163-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 µl
进样时间: 2026/05/14 09:38:13
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	28472	21.388	6947	2554	1.125	--
2	3.095	104647	78.612	11757	2981	1.180	10.430
总计		133119	100.000	18704			

图193 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-120min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1164-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 09:43:37

处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.354	28935	21.830	7056	2564	1.132	--
2	3.095	103614	78.170	11678	2960	1.181	10.409
总计		132549	100.000	18734			

图194 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1165-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 µl
进样时间: 2026/05/14 09:49:00
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	28686	23.428	7005	2557	1.131	--
2	3.097	93756	76.572	10588	2986	1.174	10.438
总计		122442	100.000	17593			

图195 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1166-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:54:24
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	28743	21.929	7003	2556	1.133	--
2	3.097	102330	78.071	11567	2974	1.175	10.421
总计		131073	100.000	18571			

图196 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1167-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 09:59:48
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	28878	21.459	7043	2557	1.117	--
2	3.097	105699	78.541	11919	2968	1.185	10.414
总计		134577	100.000	18962			

图197 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1168-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 10:05:13
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	29225	22.445	7133	2549	1.135	--
2	3.096	100983	77.555	11422	2977	1.169	10.419
总计		130208	100.000	18555			

图198 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1169-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 10:10:37
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	28890	21.715	7047	2553	1.130	--
2	3.097	104153	78.285	11760	2978	1.182	10.424
总计		133044	100.000	18806			

图199 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1170-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 10:16:01
处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	29079	22.046	7110	2555	1.133	--
2	3.097	102821	77.954	11616	2991	1.176	10.443
总计		131900	100.000	18726			

图200 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1171-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 10:21:25

处理时间(V2): 2026/05/14 19:48:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	28950	22.831	7085	2561	1.126	--
2	3.098	97853	77.169	11015	2983	1.178	10.440
总计		126804	100.000	18100			

图201 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1172-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 10:26:50
处理时间(V2): 2026/05/14 19:49:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.355	29026	22.138	7076	2554	1.130	--
2	3.098	102089	77.862	11523	2973	1.177	10.422
总计		131115	100.000	18599			

图202 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1173-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 10:32:12

处理时间(V2): 2026/05/14 19:49:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	37302	11.411	7905	1895	1.139	--
2	3.166	289597	88.589	34101	3293	1.157	10.601
总计		326899	100.000	42006			

图203 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-18/29-1174-2 - zzp-6042703p-rcqx-pH4.5jz-jyx1-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx278.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX278.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 10:37:36

处理时间(V2): 2026/05/14 19:49:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.342	37339	11.401	7908	1897	1.132	--
2	3.165	290174	88.599	34116	3289	1.157	10.600
总计		327513	100.000	42024			

图204 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042703批-均一性1-pH4.5介质
对照品溶液-2-2