



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.83	70454	70353	70215	70424	70393	70368	0.14
2	11.08	72722	72675				72698	0.05

单位质量响应值		RSD%	判断
6497.51	6561.19	0.69	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-1批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	13507	-	13507	18.561	22.46	29.25	18.56	22.46	29.25
	2	22513	-	22513	30.936			30.94		
	3	16745	-	16745	23.010			23.01		
	4	12943	-	12943	17.786			17.79		
	5	21491	-	21491	29.532			29.53		
	6	10875	-	10875	14.944			14.94		
10min	1	33816	-	33816	46.468	48.62	7.19	46.50	48.66	7.21
	2	38743	-	38743	53.239			53.29		
	3	35484	-	35484	48.760			48.80		
	4	33743	-	33743	46.368			46.40		
	5	38066	-	38066	52.308			52.36		
	6	32441	-	32441	44.579			44.60		
15min	1	43296	-	43296	59.495	60.33	3.20	59.60	60.45	3.22
	2	45473	-	45473	62.487			62.63		
	3	43654	-	43654	59.987			60.11		
	4	43694	-	43694	60.042			60.15		
	5	45501	-	45501	62.525			62.66		
	6	41813	-	41813	57.457			57.56		
20min	1	48299	-	48299	66.370	67.00	1.51	66.58	67.22	1.53
	2	49353	-	49353	67.818			68.06		
	3	48696	-	48696	66.916			67.14		
	4	49155	-	49155	67.546			67.75		
	5	49489	-	49489	68.005			68.25		
	6	47556	-	47556	65.349			65.54		
30min	1	53428	-	53428	73.418	74.03	1.02	73.74	74.36	1.03
	2	54045	-	54045	74.266			74.62		
	3	53654	-	53654	73.729			74.06		
	4	54620	-	54620	75.056			75.38		
	5	54318	-	54318	74.641			75.00		
	6	53189	-	53189	73.090			73.39		
45min	1	57862	-	57862	79.511	79.62	1.18	79.95	80.08	1.17
	2	57757	-	57757	79.367			79.85		
	3	57312	-	57312	78.755			79.21		
	4	59263	-	59263	81.436			81.88		
	5	57867	-	57867	79.518			80.00		
	6	57589	-	57589	79.136			79.56		
60min	1	59912	-	59912	82.328	82.50	0.96	82.90	83.09	0.94
	2	59738	-	59738	82.089			82.70		
	3	59519	-	59519	81.788			82.37		
	4	61114	-	61114	83.980			84.56		
	5	59749	-	59749	82.104			82.72		
	6	60190	-	60190	82.710			83.27		
极限	1	61155	-	61155	84.036	84.28	1.04	84.75	85.00	1.04
	2	61337	-	61337	84.286			85.04		
	3	60787	-	60787	83.531			84.25		
	4	62560	-	62560	85.967			86.69		
	5	61235	-	61235	84.146			84.89		
	6	60923	-	60923	83.717			84.41		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.84	531070	531509	531017	531584	531670	531370	0.06
2	11.10	550070	548846				549458	0.16

单位质量响应值		RSD%	判断
49019.37	49500.72	0.70	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-1批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	121098	-	121098	22.103	26.33	27.34	22.10	26.34	27.34
	2	193161	-	193161	35.257			35.26		
	3	147289	-	147289	26.884			26.88		
	4	115794	-	115794	21.135			21.14		
	5	189056	-	189056	34.508			34.51		
	6	99277	-	99277	18.121			18.12		
10min	1	269788	-	269788	49.243	51.18	5.49	49.28	51.23	5.52
	2	299506	-	299506	54.667			54.73		
	3	281021	-	281021	51.293			51.34		
	4	271674	-	271674	49.587			49.62		
	5	297980	-	297980	54.389			54.45		
	6	262501	-	262501	47.913			47.94		
15min	1	330758	-	330758	60.372	60.88	1.92	60.49	61.01	1.94
	2	340105	-	340105	62.078			62.23		
	3	331518	-	331518	60.510			60.64		
	4	333908	-	333908	60.947			61.06		
	5	341073	-	341073	62.255			62.40		
	6	323913	-	323913	59.122			59.23		
20min	1	362396	-	362396	66.147	66.36	0.83	66.37	66.59	0.84
	2	364728	-	364728	66.572			66.83		
	3	361399	-	361399	65.965			66.20		
	4	366107	-	366107	66.824			67.04		
	5	367281	-	367281	67.038			67.29		
	6	359444	-	359444	65.608			65.82		
30min	1	395295	-	395295	72.151	72.44	0.65	72.48	72.78	0.65
	2	396325	-	396325	72.339			72.70		
	3	393685	-	393685	71.858			72.20		
	4	400864	-	400864	73.168			73.50		
	5	398793	-	398793	72.790			73.15		
	6	396281	-	396281	72.331			72.65		
45min	1	423943	-	423943	77.380	77.56	0.85	77.83	78.02	0.83
	2	422287	-	422287	77.078			77.56		
	3	421178	-	421178	76.876			77.34		
	4	431338	-	431338	78.730			79.18		
	5	424750	-	424750	77.528			78.01		
	6	426087	-	426087	77.772			78.21		
60min	1	441551	-	441551	80.594	80.61	0.75	81.17	81.21	0.73
	2	438539	-	438539	80.045			80.66		
	3	438010	-	438010	79.948			80.54		
	4	446528	-	446528	81.503			82.09		
	5	441049	-	441049	80.503			81.12		
	6	444293	-	444293	81.095			81.66		
极限	1	453529	-	453529	82.781	82.79	0.76	83.49	83.51	0.75
	2	451183	-	451183	82.352			83.10		
	3	449856	-	449856	82.110			82.83		
	4	459763	-	459763	83.918			84.64		
	5	453023	-	453023	82.688			83.44		
	6	453976	-	453976	82.862			83.57		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.83	71869	71769	71529	71644	71491	71660	0.23
2	11.08	71974	72165				72070	0.19
单位质量响应值				RSD%	判断			
6616.81				1.22	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	22089	-	22089	30.210	28.12	12.09	30.21	28.12	12.10
	2	20005	-	20005	27.360			27.36		
	3	17973	-	17973	24.581			24.58		
	4	23756	-	23756	32.490			32.49		
	5	17522	-	17522	23.964			23.96		
	6	22007	-	22007	30.098			30.10		
10min	1	39200	-	39200	53.612	51.45	4.09	53.66	51.50	4.10
	2	37694	-	37694	51.553			51.60		
	3	35293	-	35293	48.269			48.31		
	4	39112	-	39112	53.492			53.55		
	5	36394	-	36394	49.775			49.81		
	6	38018	-	38018	51.996			52.05		
15min	1	46145	-	46145	63.111	61.86	2.37	63.25	61.99	2.38
	2	45674	-	45674	62.467			62.60		
	3	43522	-	43522	59.523			59.64		
	4	45968	-	45968	62.869			63.01		
	5	44287	-	44287	60.570			60.69		
	6	45796	-	45796	62.633			62.77		
20min	1	50198	-	50198	68.654	67.82	1.99	68.90	68.05	2.00
	2	49922	-	49922	68.276			68.51		
	3	47990	-	47990	65.634			65.85		
	4	49850	-	49850	68.178			68.43		
	5	48869	-	48869	66.836			67.06		
	6	50692	-	50692	69.329			69.57		
30min	1	54307	-	54307	74.274	74.05	1.14	74.63	74.40	1.15
	2	54741	-	54741	74.867			75.22		
	3	53188	-	53188	72.743			73.07		
	4	54090	-	54090	73.977			74.34		
	5	53746	-	53746	73.506			73.84		
	6	54803	-	54803	74.952			75.31		
45min	1	58129	-	58129	79.501	78.96	1.60	79.98	79.43	1.60
	2	58575	-	58575	80.111			80.58		
	3	56380	-	56380	77.109			77.56		
	4	57619	-	57619	78.803			79.29		
	5	56977	-	56977	77.925			78.38		
	6	58708	-	58708	80.293			80.77		
60min	1	59538	-	59538	81.428	81.16	1.38	82.04	81.76	1.38
	2	60152	-	60152	82.268			82.88		
	3	58166	-	58166	79.551			80.13		
	4	59077	-	59077	80.797			81.41		
	5	58833	-	58833	80.464			81.05		
	6	60295	-	60295	82.463			83.08		
极限	1	60885	-	60885	83.270	83.09	1.40	84.02	83.83	1.41
	2	61425	-	61425	84.009			84.75		
	3	59408	-	59408	81.250			81.96		
	4	60511	-	60511	82.759			83.51		
	5	60467	-	60467	82.698			83.42		
	6	61843	-	61843	84.580			85.33		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.84	544601	543808	542453	543103	542793	543352	0.16
2	11.10	553877	555700				554788	0.24
单位质量响应值				RSD%	判断			
50124.72				0.21	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	192955	-	192955	34.661	32.38	11.45	34.66	32.38	11.45
	2	176767	-	176767	31.753			31.75		
	3	158931	-	158931	28.549			28.55		
	4	206569	-	206569	37.106			37.11		
	5	154404	-	154404	27.736			27.74		
	6	192081	-	192081	34.504			34.50		
10min	1	309873	-	309873	55.663	53.42	3.79	55.72	53.48	3.80
	2	298921	-	298921	53.695			53.75		
	3	280592	-	280592	50.403			50.45		
	4	306893	-	306893	55.127			55.19		
	5	287701	-	287701	51.680			51.73		
	6	300340	-	300340	53.950			54.01		
15min	1	351115	-	351115	63.071	61.75	2.16	63.22	61.90	2.17
	2	348250	-	348250	62.556			62.70		
	3	331849	-	331849	59.610			59.74		
	4	346795	-	346795	62.295			62.45		
	5	337594	-	337594	60.642			60.77		
	6	347085	-	347085	62.347			62.49		
20min	1	374708	-	374708	67.309	66.49	1.76	67.56	66.73	1.77
	2	375329	-	375329	67.421			67.67		
	3	358971	-	358971	64.482			64.71		
	4	371249	-	371249	66.688			66.95		
	5	365972	-	365972	65.740			65.97		
	6	374529	-	374529	67.277			67.53		
30min	1	403704	-	403704	72.518	72.01	1.29	72.89	72.36	1.30
	2	405856	-	405856	72.904			73.26		
	3	392666	-	392666	70.535			70.87		
	4	399486	-	399486	71.760			72.13		
	5	397933	-	397933	71.481			71.82		
	6	405514	-	405514	72.843			73.21		
45min	1	431120	-	431120	77.442	76.70	1.40	77.93	77.18	1.41
	2	432710	-	432710	77.728			78.21		
	3	416768	-	416768	74.864			75.32		
	4	427382	-	427382	76.771			77.26		
	5	423602	-	423602	76.092			76.55		
	6	430404	-	430404	77.314			77.80		
60min	1	445763	-	445763	80.073	79.51	1.28	80.69	80.12	1.29
	2	447782	-	447782	80.435			81.05		
	3	433006	-	433006	77.781			78.36		
	4	442038	-	442038	79.404			80.02		
	5	439772	-	439772	78.997			79.59		
	6	447374	-	447374	80.362			80.98		
极限	1	455366	-	455366	81.798	81.49	1.33	82.55	82.22	1.34
	2	459010	-	459010	82.452			83.20		
	3	442751	-	442751	79.532			80.24		
	4	453779	-	453779	81.513			82.26		
	5	452053	-	452053	81.203			81.92		
	6	458913	-	458913	82.435			83.18		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	241101	对照品来源	ZZ	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.69	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	5000
标示量(mg)	2	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.83	70330	70309	70326	70197	70383	70309	0.10
2	11.08	72057	71929				71993	0.13
单位质量响应值				RSD%	判断			
6492.06		6497.56		0.06	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-3批-多替诺雷-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	21389	-	21389	29.547	24.12	29.85	29.55	24.12	29.84
	2	20750	-	20750	28.665			28.66		
	3	7810	-	7810	10.789			10.79		
	4	17021	-	17021	23.513			23.51		
	5	21341	-	21341	29.481			29.48		
	6	16432	-	16432	22.700			22.70		
10min	1	38381	-	38381	53.021	49.26	10.04	53.07	49.30	10.06
	2	37730	-	37730	52.121			52.17		
	3	28797	-	28797	39.781			39.80		
	4	35777	-	35777	49.423			49.46		
	5	37932	-	37932	52.400			52.45		
	6	35356	-	35356	48.842			48.88		
15min	1	45009	-	45009	62.177	60.66	4.89	62.31	60.78	4.91
	2	44845	-	44845	61.950			62.08		
	3	39586	-	39586	54.685			54.77		
	4	44435	-	44435	61.384			61.51		
	5	45213	-	45213	62.458			62.59		
	6	44387	-	44387	61.317			61.44		
20min	1	48790	-	48790	67.400	67.07	1.95	67.64	67.29	1.99
	2	48999	-	48999	67.688			67.93		
	3	46683	-	46683	64.489			64.66		
	4	48886	-	48886	67.532			67.76		
	5	49331	-	49331	68.147			68.39		
	6	48614	-	48614	67.157			67.38		
30min	1	53490	-	53490	73.892	74.14	0.68	74.25	74.48	0.71
	2	53677	-	53677	74.151			74.50		
	3	53068	-	53068	73.310			73.59		
	4	53911	-	53911	74.474			74.81		
	5	54119	-	54119	74.761			75.12		
	6	53746	-	53746	74.246			74.58		
45min	1	57114	-	57114	78.899	79.59	0.88	79.38	80.05	0.86
	2	57073	-	57073	78.842			79.32		
	3	58061	-	58061	80.207			80.61		
	4	58315	-	58315	80.558			81.02		
	5	57707	-	57707	79.718			80.20		
	6	57425	-	57425	79.328			79.79		
60min	1	58861	-	58861	81.312	81.96	0.68	81.92	82.55	0.66
	2	58925	-	58925	81.401			82.01		
	3	59612	-	59612	82.350			82.89		
	4	59876	-	59876	82.714			83.31		
	5	59215	-	59215	81.801			82.41		
	6	59480	-	59480	82.167			82.76		
极限	1	60178	-	60178	83.131	83.70	0.53	83.88	84.43	0.51
	2	60289	-	60289	83.285			84.03		
	3	60838	-	60838	84.043			84.72		
	4	61018	-	61018	84.292			85.02		
	5	60584	-	60584	83.692			84.44		
	6	60652	-	60652	83.786			84.51		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



非布司他多替诺雷片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101278-202405	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.9	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	250
标示量(mg)	40	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.84	541040	538935	538411	538475	538122	538997	0.22
2	11.10	556781	556348				556564	0.06
单位质量响应值				RSD%	判断			
49722.97				0.60	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-3批-非布司他-pH5.5

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	188461	-	188461	33.936	27.80	28.85	33.94	27.80	28.85
	2	182218	-	182218	32.812			32.81		
	3	71547	-	71547	12.883			12.88		
	4	150945	-	150945	27.180			27.18		
	5	186705	-	186705	33.620			33.62		
	6	146536	-	146536	26.386			26.39		
10min	1	303240	-	303240	54.604	51.03	8.42	54.66	51.08	8.44
	2	296344	-	296344	53.362			53.42		
	3	237556	-	237556	42.776			42.80		
	4	284083	-	284083	51.154			51.20		
	5	296877	-	296877	53.458			53.51		
	6	282357	-	282357	50.844			50.89		
15min	1	343893	-	343893	61.924	60.23	3.79	62.07	60.36	3.81
	2	339285	-	339285	61.094			61.24		
	3	309154	-	309154	55.669			55.76		
	4	336672	-	336672	60.624			60.75		
	5	340199	-	340199	61.259			61.40		
	6	337760	-	337760	60.820			60.95		
20min	1	367000	-	367000	66.085	65.29	1.64	66.34	65.52	1.67
	2	365012	-	365012	65.727			65.97		
	3	350753	-	350753	63.159			63.35		
	4	363150	-	363150	65.392			65.62		
	5	365500	-	365500	65.815			66.06		
	6	364172	-	364172	65.576			65.81		
30min	1	395559	-	395559	71.228	71.36	0.32	71.59	71.70	0.34
	2	395179	-	395179	71.159			71.51		
	3	394757	-	394757	71.083			71.37		
	4	397498	-	397498	71.577			71.92		
	5	397173	-	397173	71.518			71.88		
	6	397497	-	397497	71.577			71.92		
45min	1	422810	-	422810	76.135	76.28	0.45	76.61	76.74	0.45
	2	421385	-	421385	75.878			76.35		
	3	422780	-	422780	76.129			76.54		
	4	427005	-	427005	76.890			77.35		
	5	424036	-	424036	76.355			76.83		
	6	423678	-	423678	76.291			76.75		
60min	1	435564	-	435564	78.431	79.15	0.65	79.04	79.74	0.62
	2	436790	-	436790	78.652			79.25		
	3	441740	-	441740	79.543			80.08		
	4	440865	-	440865	79.386			79.97		
	5	439710	-	439710	79.178			79.78		
	6	442698	-	442698	79.716			80.30		
极限	1	448214	-	448214	80.709	81.10	0.51	81.45	81.82	0.48
	2	447082	-	447082	80.505			81.24		
	3	452894	-	452894	81.552			82.22		
	4	452120	-	452120	81.412			82.13		
	5	451201	-	451201	81.247			81.98		
	6	450705	-	450705	81.158			81.88		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-687-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:22:16
处理时间(V2): 2026/05/15 16:17:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-688-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:27:41
处理时间(V2): 2026/05/15 16:17:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	70454	11.713	14232	1676	1.265	--
2	3.360	531070	88.287	54177	2759	1.334	10.565
总计		601524	100.000	68409			

图2 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-689-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:33:05
处理时间(V2): 2026/05/15 16:17:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.323	70353	11.689	14262	1673	1.264	--
2	3.359	531509	88.311	54285	2765	1.335	10.575
总计		601861	100.000	68547			

图3 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-690-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 16:38:29

处理时间(V2): 2026/05/15 16:17:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.323	70215	11.678	14235	1672	1.264	--
2	3.357	531017	88.322	54390	2772	1.336	10.580
总计		601231	100.000	68626			

图4 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-691-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:43:53
处理时间(V2): 2026/05/15 16:17:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.323	70424	11.698	14279	1675	1.265	--
2	3.359	531584	88.302	54451	2780	1.337	10.598
总计		602008	100.000	68730			

图5 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-692-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:49:17
处理时间(V2): 2026/05/15 16:17:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.324	70393	11.692	14271	1677	1.267	--
2	3.358	531670	88.308	54472	2778	1.337	10.590
总计		602063	100.000	68743			

图6 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-693-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 16:54:40
处理时间(V2): 2026/05/15 16:17:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	13507	10.035	3113	2286	1.298	--
2	3.375	121098	89.965	13184	3203	1.255	11.570
总计		134605	100.000	16296			

图7 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-694-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:00:03
处理时间(V2): 2026/05/15 16:17:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	22513	10.438	5194	2287	1.293	--
2	3.369	193161	89.562	20894	3155	1.288	11.484
总计		215674	100.000	26088			

图8 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-695-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:05:26
处理时间(V2): 2026/05/15 16:17:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	16745	10.208	3865	2283	1.294	--
2	3.372	147289	89.792	16010	3182	1.269	11.529
总计		164034	100.000	19875			

图9 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-696-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:10:48
处理时间(V2): 2026/05/15 16:17:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	12943	10.053	2986	2284	1.298	--
2	3.376	115794	89.947	12593	3205	1.252	11.569
总计		128737	100.000	15580			

图10 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-697-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:16:10

处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	21491	10.207	4962	2286	1.296	--
2	3.371	189056	89.793	20494	3168	1.288	11.502
总计		210548	100.000	25456			

图11 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-698-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:21:33
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	10875	9.873	2511	2276	1.294	--
2	3.378	99277	90.127	10822	3217	1.244	11.583
总计		110152	100.000	13333			

图12 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-699-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:26:56
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	33816	11.138	7802	2288	1.297	--
2	3.361	269788	88.862	29006	3098	1.320	11.386
总计		303604	100.000	36807			

图13 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-700-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:32:19
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	38743	11.454	8935	2285	1.297	--
2	3.359	299506	88.546	32070	3074	1.331	11.347
总计		338250	100.000	41004			

图14 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-701-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 17:37:41

处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	35484	11.211	8197	2291	1.298	--
2	3.360	281021	88.789	30177	3090	1.324	11.379
总计		316505	100.000	38374			

图15 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-702-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:43:03
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	33743	11.048	7782	2291	1.297	--
2	3.359	271674	88.952	29059	3064	1.316	11.350
总计		305417	100.000	36841			

图16 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-703-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:48:26
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	38066	11.328	8769	2284	1.296	--
2	3.358	297980	88.672	31947	3078	1.332	11.357
总计		336046	100.000	40716			

图17 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-704-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:53:48
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	32441	10.999	7472	2281	1.294	--
2	3.362	262501	89.001	28264	3105	1.318	11.397
总计		294942	100.000	35736			

图18 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-705-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 17:59:11
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	43296	11.575	9992	2290	1.297	--
2	3.358	330758	88.425	35441	3074	1.344	11.350
总计		374053	100.000	45433			

图19 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-706-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 18:04:34

处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	45473	11.793	10502	2286	1.297	--
2	3.358	340105	88.207	36332	3052	1.345	11.310
总计		385579	100.000	46834			

图20 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-707-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:09:57
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	43654	11.636	10080	2291	1.295	--
2	3.358	331518	88.364	35453	3058	1.342	11.330
总计		375172	100.000	45533			

图21 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-708-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:15:19
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	43694	11.572	10057	2288	1.299	--
2	3.356	333908	88.428	35686	3041	1.341	11.308
总计		377602	100.000	45743			

图22 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-709-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:20:41
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	45501	11.770	10484	2283	1.296	--
2	3.356	341073	88.230	36496	3051	1.348	11.312
总计		386574	100.000	46981			

图23 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-710-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:26:03
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	41813	11.433	9629	2287	1.297	--
2	3.357	323913	88.567	34676	3062	1.343	11.337
总计		365725	100.000	44305			

图24 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-711-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:31:25
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	48299	11.760	11152	2293	1.297	--
2	3.354	362396	88.240	38720	3037	1.353	11.293
总计		410695	100.000	49873			

图25 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-712-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:36:49
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	49353	11.919	11368	2290	1.298	--
2	3.353	364728	88.081	38972	3038	1.356	11.296
总计		414081	100.000	50339			

图26 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-713-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:42:11
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	48696	11.874	11237	2289	1.297	--
2	3.356	361399	88.126	38606	3042	1.355	11.297
总计		410095	100.000	49844			

图27 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-714-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:47:33
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	49155	11.837	11363	2292	1.297	--
2	3.356	366107	88.163	39110	3040	1.357	11.294
总计		415262	100.000	50473			

图28 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-715-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:52:56
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	49489	11.874	11435	2293	1.297	--
2	3.356	367281	88.126	39129	3024	1.356	11.278
总计		416771	100.000	50563			

图29 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-716-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 18:58:18
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	47556	11.685	10951	2285	1.298	--
2	3.355	359444	88.315	38440	3044	1.354	11.305
总计		407000	100.000	49391			

图30 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-717-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:03:41
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	53428	11.907	12365	2300	1.296	--
2	3.354	395295	88.093	42136	3025	1.368	11.278
总计		448724	100.000	54501			

图31 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-718-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:09:04
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	54045	12.000	12525	2300	1.295	--
2	3.355	396325	88.000	42206	3017	1.366	11.267
总计		450370	100.000	54730			

图32 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-719-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:14:27
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	53654	11.994	12365	2289	1.296	--
2	3.352	393685	88.006	41858	3009	1.366	11.253
总计		447339	100.000	54223			

图33 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-720-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 19:19:49

处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	54620	11.992	12644	2300	1.294	--
2	3.353	400864	88.008	42636	3013	1.368	11.260
总计		455483	100.000	55280			

图34 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-721-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:25:11
处理时间(V2): 2026/05/15 16:18:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	54318	11.988	12586	2302	1.295	--
2	3.354	398793	88.012	42425	3013	1.367	11.257
总计		453112	100.000	55011			

图35 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-722-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 19:30:33

处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	53189	11.834	12255	2292	1.295	--
2	3.351	396281	88.166	42118	3013	1.367	11.260
总计		449470	100.000	54373			

图36 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-723-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:35:56
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	57862	12.009	13371	2295	1.297	--
2	3.351	423943	87.991	45027	3005	1.377	11.243
总计		481805	100.000	58398			

图37 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-724-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:41:19
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	57757	12.032	13330	2291	1.295	--
2	3.351	422287	87.968	44752	2991	1.374	11.223
总计		480044	100.000	58081			

图38 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-725-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:46:42
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	57312	11.978	13252	2296	1.294	--
2	3.351	421178	88.022	44593	2985	1.373	11.217
总计		478490	100.000	57845			

图39 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-726-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:52:04
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	59263	12.080	13694	2288	1.294	--
2	3.353	431338	87.920	45794	3001	1.379	11.229
总计		490601	100.000	59488			

图40 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-727-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 19:57:26
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	57867	11.990	13342	2285	1.295	--
2	3.352	424750	88.010	45114	3004	1.378	11.241
总计		482617	100.000	58456			

图41 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-728-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:02:50
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	57589	11.907	13301	2290	1.294	--
2	3.352	426087	88.093	45165	2989	1.375	11.219
总计		483677	100.000	58466			

图42 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-729-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:08:13
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	59912	11.948	13856	2293	1.294	--
2	3.351	441551	88.052	46780	2991	1.383	11.218
总计		501464	100.000	60635			

图43 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-730-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:13:36
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	59738	11.989	13803	2293	1.294	--
2	3.351	438539	88.011	46435	2989	1.382	11.216
总计		498277	100.000	60238			

图44 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-731-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:18:59
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	59519	11.963	13773	2296	1.294	--
2	3.351	438010	88.037	46398	2991	1.382	11.219
总计		497530	100.000	60171			

图45 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-732-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:24:21
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	61114	12.039	14127	2294	1.294	--
2	3.350	446528	87.961	47250	2980	1.383	11.205
总计		507642	100.000	61378			

图46 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-733-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:29:44

处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	59749	11.931	13804	2293	1.295	--
2	3.351	441049	88.069	46677	2986	1.382	11.214
总计		500798	100.000	60481			

图47 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-734-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:35:07
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	60190	11.931	13889	2289	1.294	--
2	3.350	444293	88.069	47016	2982	1.383	11.207
总计		504483	100.000	60905			

图48 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-735-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:40:31
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	61155	11.882	14137	2295	1.294	--
2	3.350	453529	88.118	48035	2980	1.387	11.203
总计		514683	100.000	62173			

图49 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-736-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:45:54
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	61337	11.968	14184	2294	1.294	--
2	3.352	451183	88.032	47817	2995	1.387	11.226
总计		512520	100.000	62001			

图50 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-737-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 20:51:18

处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.344	60787	11.904	13996	2290	1.296	--
2	3.349	449856	88.096	47678	2982	1.384	11.211
总计		510643	100.000	61674			

图51 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-738-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 20:56:41
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	62560	11.977	14452	2294	1.294	--
2	3.350	459763	88.023	48672	2978	1.389	11.203
总计		522322	100.000	63123			

图52 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-739-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:02:05
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	61235	11.908	14155	2295	1.295	--
2	3.351	453023	88.092	47969	2988	1.388	11.215
总计		514258	100.000	62124			

图53 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-740-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:07:28

处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	60923	11.832	14087	2296	1.294	--
2	3.350	453976	88.168	48004	2978	1.386	11.203
总计		514899	100.000	62091			

图54 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-741-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:12:52

处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	72722	11.677	14764	1690	1.265	--
2	3.359	550070	88.323	56229	2777	1.342	10.600
总计		622793	100.000	70993			

图55 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-742-2 - zzp-6050901-1-1p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:18:15

处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	72675	11.693	14767	1693	1.266	--
2	3.360	548846	88.307	56181	2784	1.342	10.614
总计		621521	100.000	70948			

图56 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-1批-pH5.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-743-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:23:40
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质
溶剂




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-744-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:29:05
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	71869	11.658	14606	1695	1.268	--
2	3.359	544601	88.342	55687	2781	1.341	10.610
总计		616470	100.000	70293			

图58 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质
对照品溶液-1-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-745-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 21:34:30

处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	71769	11.659	14539	1695	1.267	--
2	3.360	543808	88.341	55680	2785	1.340	10.613
总计		615577	100.000	70219			

图59 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质
对照品溶液-1-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-746-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:39:54
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	71529	11.650	14513	1696	1.267	--
2	3.359	542453	88.350	55531	2785	1.340	10.613
总计		613982	100.000	70044			

图60 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-747-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:45:19
处理时间(V2): 2026/05/15 16:19:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	71644	11.654	14531	1694	1.266	--
2	3.361	543103	88.346	55656	2789	1.339	10.622
总计		614747	100.000	70187			

图61 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质
对照品溶液-1-4




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-748-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:50:44
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	71491	11.638	14523	1694	1.266	--
2	3.360	542793	88.362	55589	2787	1.339	10.617
总计		614284	100.000	70112			

图62 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-749-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 21:56:08
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	22089	10.272	5116	2294	1.295	--
2	3.372	192955	89.728	20920	3170	1.292	11.513
总计		215044	100.000	26036			

图63 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-750-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:01:32

处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	20005	10.166	4632	2295	1.290	--
2	3.373	176767	89.834	19164	3178	1.286	11.528
总计		196772	100.000	23796			

图64 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-751-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:06:56
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	17973	10.160	4163	2291	1.295	--
2	3.377	158931	89.840	17226	3191	1.277	11.550
总计		176904	100.000	21390			

图65 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-752-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:12:20
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	23756	10.314	5506	2298	1.294	--
2	3.372	206569	89.686	22291	3141	1.299	11.476
总计		230325	100.000	27797			

图66 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-753-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:17:44
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	17522	10.191	4063	2298	1.288	--
2	3.376	154404	89.809	16721	3190	1.275	11.549
总计		171926	100.000	20784			

图67 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-754-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:23:08
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	22007	10.279	5095	2292	1.293	--
2	3.374	192081	89.721	20759	3159	1.291	11.501
总计		214088	100.000	25854			

图68 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-755-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:28:32

处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.345	39200	11.230	9062	2297	1.293	--
2	3.362	309873	88.770	33241	3084	1.339	11.383
总计		349073	100.000	42303			

图69 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-756-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:33:56

处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	37694	11.198	8720	2291	1.292	--
2	3.363	298921	88.802	32043	3081	1.335	11.366
总计		336615	100.000	40763			

图70 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-757-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:39:20

处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	35293	11.173	8171	2297	1.295	--
2	3.366	280592	88.827	30104	3096	1.329	11.395
总计		315885	100.000	38275			

图71 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-758-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 22:44:44

处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	39112	11.304	9090	2315	1.292	--
2	3.364	306893	88.696	32962	3097	1.338	11.410
总计		346004	100.000	42052			

图72 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-759-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:50:08
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	36394	11.229	8436	2300	1.293	--
2	3.364	287701	88.771	30900	3094	1.330	11.393
总计		324095	100.000	39336			

图73 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-760-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 22:55:31
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	38018	11.236	8818	2305	1.293	--
2	3.364	300340	88.764	32253	3095	1.335	11.397
总计		338358	100.000	41071			

图74 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-761-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:00:55
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	46145	11.616	10695	2307	1.292	--
2	3.359	351115	88.384	37418	3044	1.353	11.324
总计		397260	100.000	48113			

图75 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-762-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:06:20
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	45674	11.595	10596	2301	1.292	--
2	3.360	348250	88.405	37146	3049	1.352	11.324
总计		393924	100.000	47742			

图76 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-763-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:11:44
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	43522	11.594	10085	2307	1.294	--
2	3.365	331849	88.406	35540	3078	1.347	11.370
总计		375371	100.000	45625			

图77 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-764-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:17:08
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	45968	11.704	10655	2305	1.293	--
2	3.361	346795	88.296	36935	3036	1.349	11.309
总计		392763	100.000	47590			

图78 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-765-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:22:31
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	44287	11.597	10281	2304	1.292	--
2	3.361	337594	88.403	36052	3058	1.349	11.341
总计		381881	100.000	46332			

图79 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-766-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:27:55
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	45796	11.656	10620	2302	1.293	--
2	3.361	347085	88.344	37135	3069	1.353	11.353
总计		392881	100.000	47755			

图80 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-767-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:33:19
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	50198	11.814	11627	2305	1.292	--
2	3.358	374708	88.186	39918	3034	1.363	11.307
总计		424907	100.000	51545			

图81 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-768-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/13 23:38:43

处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	49922	11.739	11559	2302	1.294	--
2	3.359	375329	88.261	39891	3031	1.364	11.303
总计		425251	100.000	51450			

图82 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-769-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:44:07
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	47990	11.792	11130	2301	1.292	--
2	3.359	358971	88.208	38163	3028	1.356	11.295
总计		406962	100.000	49293			

图83 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-770-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:49:30
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	49850	11.838	11558	2301	1.294	--
2	3.360	371249	88.162	39456	3030	1.362	11.298
总计		421100	100.000	51014			

图84 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-771-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/13 23:54:53
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	48869	11.780	11340	2307	1.292	--
2	3.361	365972	88.220	38904	3028	1.359	11.298
总计		414841	100.000	50244			

图85 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-772-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:00:17
处理时间(V2): 2026/05/15 16:20:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	50692	11.921	11733	2297	1.293	--
2	3.361	374529	88.079	39866	3039	1.363	11.312
总计		425221	100.000	51599			

图86 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-773-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:05:42
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	54307	11.857	12579	2306	1.295	--
2	3.359	403704	88.143	42823	3021	1.374	11.281
总计		458010	100.000	55402			

图87 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-774-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:11:06

处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	54741	11.885	12685	2303	1.294	--
2	3.359	405856	88.115	43042	3012	1.374	11.265
总计		460596	100.000	55726			

图88 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-775-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:16:31
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	53188	11.930	12313	2301	1.294	--
2	3.359	392666	88.070	41634	3017	1.372	11.272
总计		445854	100.000	53947			

图89 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-776-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:21:56
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	54090	11.925	12526	2305	1.293	--
2	3.359	399486	88.075	42376	3018	1.372	11.275
总计		453576	100.000	54903			

图90 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-777-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:27:20
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	53746	11.899	12441	2304	1.294	--
2	3.359	397933	88.101	42178	3013	1.371	11.268
总计		451679	100.000	54619			

图91 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-778-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:32:44
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	54803	11.905	12704	2301	1.293	--
2	3.358	405514	88.095	43041	3008	1.373	11.266
总计		460316	100.000	55745			

图92 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-779-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:38:09
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	58129	11.881	13455	2302	1.294	--
2	3.359	431120	88.119	45646	3006	1.384	11.252
总计		489248	100.000	59101			

图93 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-780-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:43:33

处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	58575	11.923	13567	2304	1.294	--
2	3.358	432710	88.077	45742	2988	1.382	11.230
总计		491285	100.000	59309			

图94 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-781-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:48:58
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	56380	11.916	13059	2305	1.292	--
2	3.359	416768	88.084	44004	2983	1.374	11.229
总计		473147	100.000	57063			

图95 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-782-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 00:54:22

处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	57619	11.880	13346	2306	1.293	--
2	3.358	427382	88.120	45250	2997	1.382	11.246
总计		485001	100.000	58597			

图96 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-783-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 00:59:47
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	56977	11.856	13203	2304	1.295	--
2	3.357	423602	88.144	44853	2993	1.377	11.242
总计		480579	100.000	58056			

图97 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-784-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:05:11
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	58708	12.003	13596	2301	1.292	--
2	3.357	430404	87.997	45618	2997	1.381	11.243
总计		489112	100.000	59214			

图98 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-785-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:10:35

处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	59538	11.783	13805	2306	1.293	--
2	3.357	445763	88.217	47134	2985	1.388	11.230
总计		505301	100.000	60939			

图99 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-786-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:16:00

处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	60152	11.843	13923	2303	1.294	--
2	3.358	447782	88.157	47209	2970	1.384	11.211
总计		507934	100.000	61132			

图100 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-787-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 01:21:25

处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	58166	11.842	13482	2307	1.293	--
2	3.357	433006	88.158	45852	2995	1.383	11.243
总计		491171	100.000	59335			

图101 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-788-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:26:49
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	59077	11.789	13680	2305	1.294	--
2	3.358	442038	88.211	46821	2998	1.388	11.240
总计		501115	100.000	60500			

图102 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-789-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:32:14
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	58833	11.800	13605	2309	1.295	--
2	3.359	439772	88.200	46433	2983	1.384	11.222
总计		498605	100.000	60038			

图103 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-790-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:37:38
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	60295	11.877	13972	2306	1.294	--
2	3.357	447374	88.123	47342	2987	1.387	11.232
总计		507669	100.000	61313			

图104 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-791-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:43:03
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	60885	11.794	14103	2305	1.294	--
2	3.359	455366	88.206	48053	2988	1.394	11.233
总计		516251	100.000	62156			

图105 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-792-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:48:28
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	61425	11.803	14245	2310	1.294	--
2	3.356	459010	88.197	48493	2971	1.390	11.209
总计		520435	100.000	62738			

图106 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-793-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:53:53
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	59408	11.831	13763	2306	1.294	--
2	3.358	442751	88.169	46794	2982	1.386	11.227
总计		502160	100.000	60557			

图107 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-794-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 01:59:17
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	60511	11.766	14019	2307	1.293	--
2	3.358	453779	88.234	47958	2983	1.391	11.229
总计		514290	100.000	61978			

图108 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-795-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:04:41
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	60467	11.798	13999	2305	1.294	--
2	3.358	452053	88.202	47763	2984	1.391	11.226
总计		512521	100.000	61762			

图109 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-796-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:10:05
处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	61843	11.876	14323	2305	1.293	--
2	3.359	458913	88.124	48425	2984	1.393	11.226
总计		520757	100.000	62748			

图110 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-797-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:15:30

处理时间(V2): 2026/05/15 16:21:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	71974	11.500	14666	1709	1.264	--
2	3.367	553877	88.500	56515	2779	1.337	10.625
总计		625851	100.000	71181			

图111 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质
对照品溶液-2-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-798-2 - zzp-6050901-1-2p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:20:55
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	72165	11.494	14725	1716	1.265	--
2	3.367	555700	88.506	56627	2771	1.338	10.624
总计		627865	100.000	71352			

图112 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-2批-pH5.5介质
对照品溶液-2-2




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-799-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:26:18
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质
溶剂



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-800-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:31:41

处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	70330	11.504	14218	1690	1.264	--
2	3.366	541040	88.496	55059	2758	1.330	10.584
总计		611370	100.000	69278			

图114 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质
对照品溶液-1-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-801-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:37:04
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	70309	11.540	14220	1692	1.267	--
2	3.365	538935	88.460	55000	2767	1.330	10.598
总计		609243	100.000	69220			

图115 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质
对照品溶液-1-2



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-802-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:42:27

处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	70326	11.553	14244	1696	1.267	--
2	3.367	538411	88.447	54862	2767	1.331	10.604
总计		608736	100.000	69106			

图116 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质
对照品溶液-1-3




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-803-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:47:50
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.325	70197	11.533	14223	1696	1.267	--
2	3.364	538475	88.467	54885	2760	1.330	10.595
总计		608671	100.000	69108			

图117 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质
对照品溶液-1-4



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-804-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-dz-1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 02:53:13

处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.326	70383	11.567	14218	1693	1.266	--
2	3.367	538122	88.433	54742	2764	1.330	10.602
总计		608505	100.000	68961			

图118 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质
对照品溶液-1-5




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-805-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 02:58:36
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	21389	10.193	4947	2306	1.292	--
2	3.381	188461	89.807	20399	3184	1.293	11.546
总计		209850	100.000	25346			

图119 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-806-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:03:58

处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	20750	10.223	4818	2309	1.289	--
2	3.379	182218	89.777	19711	3176	1.288	11.540
总计		202969	100.000	24528			

图120 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-807-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:09:20
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	7810	9.842	1814	2308	1.287	--
2	3.392	71547	90.158	7772	3232	1.230	11.652
总计		79357	100.000	9586			

图121 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-808-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:14:43

处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	17021	10.133	3945	2301	1.291	--
2	3.384	150945	89.867	16337	3200	1.273	11.581
总计		167966	100.000	20282			

图122 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-809-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:20:05
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	21341	10.258	4947	2304	1.294	--
2	3.380	186705	89.742	20180	3170	1.290	11.538
总计		208046	100.000	25127			

图123 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-810-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:25:28

处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	16432	10.083	3810	2305	1.290	--
2	3.386	146536	89.917	15869	3202	1.272	11.591
总计		162968	100.000	19679			

图124 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-811-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 03:30:50

处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	38381	11.235	8901	2310	1.293	--
2	3.370	303240	88.765	32453	3090	1.341	11.406
总计		341621	100.000	41354			

图125 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-812-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:36:13
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.346	37730	11.294	8752	2303	1.293	--
2	3.368	296344	88.706	31695	3094	1.340	11.409
总计		334073	100.000	40447			

图126 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-813-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:41:36
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	28797	10.811	6668	2302	1.290	--
2	3.376	237556	89.189	25555	3143	1.314	11.486
总计		266353	100.000	32223			

图127 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-814-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:46:58
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	35777	11.185	8296	2302	1.293	--
2	3.370	284083	88.815	30477	3106	1.334	11.426
总计		319860	100.000	38773			

图128 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-815-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:52:20
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	37932	11.329	8796	2306	1.293	--
2	3.368	296877	88.671	31761	3092	1.340	11.404
总计		334809	100.000	40558			

图129 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-816-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 03:57:43
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	35356	11.128	8187	2307	1.296	--
2	3.372	282357	88.872	30324	3117	1.334	11.441
总计		317713	100.000	38510			

图130 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-817-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:03:05
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	45009	11.573	10427	2304	1.295	--
2	3.366	343893	88.427	36630	3057	1.357	11.352
总计		388902	100.000	47057			

图131 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-818-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:08:28
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	44845	11.674	10379	2307	1.296	--
2	3.367	339285	88.326	36166	3070	1.356	11.363
总计		384130	100.000	46545			

图132 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-819-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:13:50
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	39586	11.351	9171	2306	1.296	--
2	3.369	309154	88.649	33046	3085	1.344	11.393
总计		348740	100.000	42217			

图133 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-820-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:19:12
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	44435	11.659	10296	2307	1.294	--
2	3.367	336672	88.341	35905	3070	1.356	11.369
总计		381106	100.000	46202			

图134 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-821-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:24:35
处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	45213	11.731	10480	2306	1.293	--
2	3.366	340199	88.269	36190	3050	1.356	11.343
总计		385412	100.000	46670			

图135 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-822-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:29:58

处理时间(V2): 2026/05/15 16:22:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	44387	11.615	10281	2304	1.295	--
2	3.368	337760	88.385	35933	3060	1.357	11.352
总计		382147	100.000	46214			

图136 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-823-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:35:21
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	48790	11.734	11310	2304	1.293	--
2	3.366	367000	88.266	38973	3032	1.365	11.319
总计		415790	100.000	50283			

图137 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-824-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:40:43

处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	48999	11.835	11341	2302	1.294	--
2	3.365	365012	88.165	38716	3025	1.364	11.299
总计		414011	100.000	50057			

图138 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-825-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 04:46:05

处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	46683	11.746	10823	2307	1.293	--
2	3.366	350753	88.254	37199	3023	1.358	11.306
总计		397436	100.000	48022			

图139 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-826-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:51:28
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	48886	11.864	11311	2312	1.295	--
2	3.367	363150	88.136	38610	3055	1.365	11.346
总计		412036	100.000	49921			

图140 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-827-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 04:56:50
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	49331	11.892	11430	2306	1.293	--
2	3.366	365500	88.108	38907	3052	1.366	11.343
总计		414831	100.000	50337			

图141 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-828-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:02:12

处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	48614	11.777	11260	2306	1.294	--
2	3.366	364172	88.223	38775	3051	1.365	11.342
总计		412786	100.000	50036			

图142 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-829-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:07:34
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	53490	11.912	12390	2302	1.292	--
2	3.363	395559	88.088	41971	3018	1.375	11.289
总计		449050	100.000	54361			

图143 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-830-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:12:56

处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	53677	11.959	12413	2298	1.295	--
2	3.364	395179	88.041	41916	3020	1.376	11.286
总计		448856	100.000	54329			

图144 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-831-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:18:17
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	53068	11.850	12290	2302	1.294	--
2	3.363	394757	88.150	41777	3000	1.374	11.264
总计		447825	100.000	54066			

图145 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-832-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:23:39

处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	53911	11.943	12492	2302	1.292	--
2	3.364	397498	88.057	42116	3012	1.376	11.288
总计		451409	100.000	54609			

图146 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-833-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:29:00
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	54119	11.992	12522	2303	1.296	--
2	3.365	397173	88.008	42099	3015	1.375	11.283
总计		451292	100.000	54621			

图147 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-834-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:34:22
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	53746	11.911	12445	2309	1.295	--
2	3.365	397497	88.089	42215	3028	1.377	11.304
总计		451243	100.000	54660			

图148 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-835-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:39:43

处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	57114	11.901	13205	2306	1.295	--
2	3.364	422810	88.099	44753	3003	1.384	11.265
总计		479924	100.000	57958			

图149 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-836-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:45:06
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	57073	11.929	13227	2308	1.294	--
2	3.363	421385	88.071	44506	2988	1.383	11.249
总计		478458	100.000	57733			

图150 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-837-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 05:50:28
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	58061	12.075	13419	2305	1.295	--
2	3.363	422780	87.925	44781	3007	1.385	11.267
总计		480841	100.000	58200			

图151 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-838-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 05:55:52

处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	58315	12.016	13490	2300	1.294	--
2	3.362	427005	87.984	45208	3001	1.387	11.254
总计		485320	100.000	58698			

图152 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-839-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:01:14
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	57707	11.979	13353	2308	1.294	--
2	3.363	424036	88.021	44815	2990	1.383	11.248
总计		481743	100.000	58168			

图153 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-840-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:06:34

处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	57425	11.936	13296	2307	1.295	--
2	3.363	423678	88.064	44821	2998	1.383	11.261
总计		481102	100.000	58118			

图154 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-841-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:11:57

处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.349	58861	11.905	13589	2305	1.295	--
2	3.362	435564	88.095	45997	2985	1.388	11.235
总计		494425	100.000	59586			

图155 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-842-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:17:19

处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	58925	11.887	13652	2306	1.295	--
2	3.360	436790	88.113	46125	2990	1.389	11.248
总计		495715	100.000	59778			

图156 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-843-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:22:42
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	59612	11.890	13799	2308	1.295	--
2	3.362	441740	88.110	46657	2988	1.391	11.243
总计		501352	100.000	60456			

图157 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-844-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:28:04
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	59876	11.958	13857	2303	1.295	--
2	3.361	440865	88.042	46542	2987	1.391	11.239
总计		500742	100.000	60398			

图158 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-845-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:33:25
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	59215	11.869	13718	2302	1.294	--
2	3.362	439710	88.131	46457	2989	1.391	11.249
总计		498926	100.000	60175			

图159 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-846-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:38:47
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	59480	11.844	13786	2309	1.294	--
2	3.363	442698	88.156	46679	2976	1.392	11.233
总计		502178	100.000	60465			

图160 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-847-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:44:10
处理时间(V2): 2026/05/15 16:23:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	60178	11.837	13925	2311	1.296	--
2	3.363	448214	88.163	47234	2971	1.391	11.223
总计		508391	100.000	61158			

图161 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-848-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 06:49:33

处理时间(V2): 2026/05/15 16:24:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	60289	11.883	13955	2305	1.296	--
2	3.362	447082	88.117	47188	2983	1.393	11.239
总计		507370	100.000	61143			

图162 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-849-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 06:54:55
处理时间(V2): 2026/05/15 16:24:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	60838	11.842	14093	2301	1.294	--
2	3.360	452894	88.158	47669	2969	1.396	11.220
总计		513731	100.000	61763			

图163 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-850-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:00:18
处理时间(V2): 2026/05/15 16:24:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	61018	11.891	14131	2304	1.294	--
2	3.361	452120	88.109	47597	2970	1.395	11.221
总计		513138	100.000	61728			

图164 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-235


<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-851-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/14 07:05:41
处理时间(V2): 2026/05/15 16:24:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min
波 长: 275nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.348	60584	11.838	14013	2300	1.295	--
2	3.363	451201	88.162	47587	2981	1.396	11.232
总计		511785	100.000	61600			

图165 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-852-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 07:11:03

处理时间(V2): 2026/05/15 16:24:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.347	60652	11.861	14037	2302	1.295	--
2	3.360	450705	88.139	47462	2973	1.395	11.221
总计		511357	100.000	61499			

图166 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-853-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 07:16:26

处理时间(V2): 2026/05/15 16:24:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.5ml/min


波长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	72057	11.459	14657	1705	1.266	--
2	3.370	556781	88.541	56401	2736	1.333	10.575
总计		628839	100.000	71059			

图167 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质
对照品溶液-2-1



QTL-235

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$QTL-235 - 30-23/27-854-2 - zzp-6050901-1-3p-rcqx-pH5.5jz-dz-2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-235 - QTL-235-rcqx-Fx276.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-235 - 20260513-FX276.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/14 07:21:49

处理时间(V2): 2026/05/15 16:24:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.5ml/min


波 长: 275nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.327	71929	11.449	14636	1710	1.266	--
2	3.370	556348	88.551	56355	2738	1.333	10.587
总计		628278	100.000	70992			

图168 非布司他多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6050901-1-3批-pH5.5介质
对照品溶液-2-2