



艾托格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	741-2407001-D	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	0.7719

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.33	375173	375442	375668	375209	374436	375186	0.13
2	14.47	376565	373645				375105	0.56

单位质量响应值		RSD%	判断
26181.86	25922.94	0.71	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026032321批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	264523	-	264523	70.116	72.20	3.44	70.12	72.20	3.44
	2	258585	-	258585	68.542			68.54		
	3	283268	-	283268	75.085			75.08		
	4	274857	-	274857	72.855			72.86		
	5	280250	-	280250	74.285			74.28		
	6	272921	-	272921	72.342			72.34		
10min	1	312797	-	312797	82.912	86.32	3.62	83.03	86.44	3.61
	2	309124	-	309124	81.938			82.05		
	3	334664	-	334664	88.708			88.83		
	4	331730	-	331730	87.930			88.05		
	5	336819	-	336819	89.279			89.40		
	6	328867	-	328867	87.171			87.29		
15min	1	330972	-	330972	87.729	90.85	3.28	87.98	91.11	3.28
	2	326257	-	326257	86.479			86.73		
	3	351156	-	351156	93.079			93.35		
	4	348321	-	348321	92.328			92.60		
	5	352724	-	352724	93.495			93.77		
	6	346989	-	346989	91.975			92.24		
20min	1	340623	-	340623	90.287	93.10	3.32	90.69	93.51	3.32
	2	332727	-	332727	88.194			88.59		
	3	358635	-	358635	95.062			95.49		
	4	357826	-	357826	94.847			95.27		
	5	361047	-	361047	95.701			96.13		
	6	356439	-	356439	94.480			94.90		
30min	1	349751	-	349751	92.707	95.24	2.98	93.26	95.81	2.98
	2	342150	-	342150	90.692			91.23		
	3	366375	-	366375	97.113			97.70		
	4	365286	-	365286	96.825			97.40		
	5	367899	-	367899	97.517			98.11		
	6	364318	-	364318	96.568			97.14		
45min	1	354643	-	354643	94.004	96.67	2.99	94.71	97.40	2.99
	2	347408	-	347408	92.086			92.78		
	3	370101	-	370101	98.101			98.85		
	4	372679	-	372679	98.784			99.53		
	5	372888	-	372888	98.840			99.59		
	6	370389	-	370389	98.177			98.91		
60min	1	355906	-	355906	94.338	96.90	2.92	95.20	97.79	2.92
	2	348625	-	348625	92.408			93.25		
	3	371067	-	371067	98.357			99.27		
	4	374124	-	374124	99.167			100.07		
	5	373223	-	373223	98.928			99.84		
	6	370474	-	370474	98.200			99.10		
极限	1	356928	-	356928	94.609	97.19	2.96	95.63	98.24	2.96
	2	349496	-	349496	92.639			93.64		
	3	372061	-	372061	98.620			99.70		
	4	376201	-	376201	99.718			100.79		
	5	374168	-	374168	99.179			100.26		
	6	371115	-	371115	98.370			99.43		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



艾托格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	741-2407001-D	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	0.7719

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.33	374530	374313	374475	374131	374467	374383	0.05
2	14.47	373492	373460				373476	0.01
单位质量响应值				RSD%	判断			
26125.82				0.86	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026032421批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	272907	-	272907	72.574	70.82	1.54	72.57	70.82	1.54
	2	266767	-	266767	70.941			70.94		
	3	269106	-	269106	71.563			71.56		
	4	262761	-	262761	69.876			69.88		
	5	263427	-	263427	70.053			70.05		
	6	262906	-	262906	69.914			69.91		
10min	1	326689	-	326689	86.876	84.48	1.52	87.00	84.60	1.52
	2	313629	-	313629	83.403			83.52		
	3	319342	-	319342	84.922			85.04		
	4	315466	-	315466	83.892			84.01		
	5	314871	-	314871	83.733			83.85		
	6	316047	-	316047	84.046			84.16		
15min	1	344712	-	344712	91.669	89.05	1.62	91.93	89.31	1.62
	2	330248	-	330248	87.823			88.08		
	3	336624	-	336624	89.518			89.78		
	4	334956	-	334956	89.075			89.33		
	5	331110	-	331110	88.052			88.31		
	6	331551	-	331551	88.169			88.43		
20min	1	351930	-	351930	93.588	91.05	1.58	94.01	91.46	1.58
	2	337325	-	337325	89.705			90.11		
	3	343479	-	343479	91.341			91.75		
	4	343763	-	343763	91.417			91.82		
	5	338199	-	338199	89.937			90.34		
	6	339612	-	339612	90.313			90.72		
30min	1	356562	-	356562	94.820	92.97	1.48	95.39	93.53	1.48
	2	344071	-	344071	91.498			92.05		
	3	351322	-	351322	93.427			93.99		
	4	353979	-	353979	94.133			94.69		
	5	344431	-	344431	91.594			92.15		
	6	347353	-	347353	92.371			92.93		
45min	1	359799	-	359799	95.681	94.28	1.44	96.41	94.99	1.43
	2	348873	-	348873	92.775			93.48		
	3	355992	-	355992	94.669			95.39		
	4	360607	-	360607	95.896			96.61		
	5	349532	-	349532	92.951			93.66		
	6	352364	-	352364	93.704			94.41		
60min	1	361001	-	361001	96.001	94.66	1.68	96.89	95.54	1.68
	2	350996	-	350996	93.340			94.20		
	3	357574	-	357574	95.089			95.97		
	4	363719	-	363719	96.723			97.60		
	5	347991	-	347991	92.541			93.40		
	6	354546	-	354546	94.284			95.15		
极限	1	360674	-	360674	95.914	95.22	1.55	96.97	96.25	1.55
	2	353335	-	353335	93.962			94.98		
	3	360658	-	360658	95.909			96.94		
	4	366273	-	366273	97.403			98.44		
	5	351268	-	351268	93.412			94.43		
	6	356152	-	356152	94.711			95.73		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



艾托格列净片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	741-2407001-D	对照品来源	自制	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	1	系数	0.7719

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.33	373017	373156	373214	373072	373026	373097	0.03
2	14.47	376320	376353				376336	0.01
单位质量响应值				RSD%	判断			
26036.08				0.08	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026032521批-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	280982	-	280982	74.564	72.22	2.86	74.56	72.22	2.86
	2	281257	-	281257	74.637			74.64		
	3	267869	-	267869	71.084			71.08		
	4	272478	-	272478	72.307			72.31		
	5	268557	-	268557	71.266			71.27		
	6	261708	-	261708	69.449			69.45		
10min	1	324295	-	324295	86.058	83.69	2.46	86.18	83.81	2.47
	2	324502	-	324502	86.112			86.24		
	3	311633	-	311633	82.697			82.82		
	4	314454	-	314454	83.446			83.57		
	5	312656	-	312656	82.969			83.09		
	6	304617	-	304617	80.836			80.95		
15min	1	337004	-	337004	89.430	87.43	2.18	89.70	87.69	2.19
	2	338205	-	338205	89.749			90.02		
	3	326890	-	326890	86.746			87.00		
	4	330761	-	330761	87.773			88.03		
	5	323429	-	323429	85.828			86.08		
	6	320524	-	320524	85.057			85.31		
20min	1	343374	-	343374	91.120	89.18	2.09	91.54	89.58	2.09
	2	344010	-	344010	91.289			91.71		
	3	335373	-	335373	88.997			89.40		
	4	336808	-	336808	89.378			89.78		
	5	330388	-	330388	87.674			88.07		
	6	326328	-	326328	86.597			86.99		
30min	1	351439	-	351439	93.261	91.24	1.95	93.83	91.80	1.96
	2	349782	-	349782	92.821			93.39		
	3	344506	-	344506	91.421			91.97		
	4	345435	-	345435	91.667			92.22		
	5	337020	-	337020	89.434			89.98		
	6	334781	-	334781	88.840			89.38		
45min	1	356199	-	356199	94.524	92.82	1.70	95.25	93.53	1.70
	2	354863	-	354863	94.169			94.89		
	3	352039	-	352039	93.420			94.12		
	4	350299	-	350299	92.958			93.67		
	5	341947	-	341947	90.742			91.44		
	6	343325	-	343325	91.107			91.79		
60min	1	358393	-	358393	95.106	93.62	1.68	95.99	94.49	1.68
	2	357270	-	357270	94.808			95.69		
	3	357161	-	357161	94.779			95.64		
	4	352741	-	352741	93.606			94.47		
	5	344574	-	344574	91.439			92.29		
	6	346717	-	346717	92.008			92.84		
极限	1	359864	-	359864	95.496	94.32	1.72	96.54	95.34	1.72
	2	358095	-	358095	95.027			96.07		
	3	363126	-	363126	96.362			97.38		
	4	352670	-	352670	93.587			94.61		
	5	346325	-	346325	91.904			92.90		
	6	352457	-	352457	93.531			94.52		



操作者:

日期: 2026-08-09

复核者:

未审阅版本



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-171-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-9
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:13:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-172-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:16:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	375173	100.000	76398	6488	1.146	--
总计		375173	100.000	76398			

图2 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-173-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:19:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.588	375442	100.000	76659	6523	1.144	--
总计		375442	100.000	76659			

图3 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-174-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:23:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.589	375668	100.000	76705	6522	1.147	--
总计		375668	100.000	76705			

图4 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-175-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:26:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	375209	100.000	76576	6504	1.143	--
总计		375209	100.000	76576			

图5 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-176-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:30:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.587	374436	100.000	76285	6486	1.143	--
总计		374436	100.000	76285			

图6 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-177-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:33:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.601	264523	100.000	54752	6849	1.131	--
总计		264523	100.000	54752			

图7 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU LabSolutions SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-178-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2026/05/08 15:37:00

处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.600	258585	100.000	53699	6902	1.131	--
总计		258585	100.000	53699			

图8 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-179-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:40:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.601	283268	100.000	58812	6895	1.132	--
总计		283268	100.000	58812			

图9 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-180-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:43:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.600	274857	100.000	57017	6856	1.136	--
总计		274857	100.000	57017			

图10 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-181-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:47:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.600	280250	100.000	58219	6896	1.137	--
总计		280250	100.000	58219			

图11 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-182-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:50:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	272921	100.000	56829	6874	1.137	--
总计		272921	100.000	56829			

图12 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-183-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:54:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	312797	100.000	65014	6856	1.137	--
总计		312797	100.000	65014			

图13 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-184-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 15:57:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	309124	100.000	64461	6858	1.137	--
总计		309124	100.000	64461			

图14 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-185-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:00:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	334664	100.000	69549	6861	1.136	--
总计		334664	100.000	69549			

图15 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-186-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:04:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:52:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.600	331730	100.000	68967	6876	1.136	--
总计		331730	100.000	68967			

图16 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-187-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:07:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	336819	100.000	70227	6880	1.137	--
总计		336819	100.000	70227			

图17 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-188-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:11:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	328867	100.000	68539	6893	1.135	--
总计		328867	100.000	68539			

图18 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-189-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:14:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	330972	100.000	69016	6894	1.136	--
总计		330972	100.000	69016			

图19 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-190-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:18:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	326257	100.000	68026	6891	1.135	--
总计		326257	100.000	68026			

图20 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-191-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:21:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.600	351156	100.000	73137	6890	1.135	--
总计		351156	100.000	73137			

图21 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-192-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:24:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	348321	100.000	72599	6877	1.133	--
总计		348321	100.000	72599			

图22 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-193-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:28:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	352724	100.000	73387	6869	1.134	--
总计		352724	100.000	73387			

图23 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-194-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:31:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	346989	100.000	72255	6870	1.135	--
总计		346989	100.000	72255			

图24 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-195-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:35:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	340623	100.000	70957	6881	1.137	--
总计		340623	100.000	70957			

图25 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-196-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:38:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	332727	100.000	69381	6876	1.137	--
总计		332727	100.000	69381			

图26 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-197-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:42:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	358635	100.000	74711	6877	1.137	--
总计		358635	100.000	74711			

图27 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-198-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:45:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.600	357826	100.000	74408	6874	1.137	--
总计		357826	100.000	74408			

图28 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-199-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:48:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	361047	100.000	75135	6865	1.138	--
总计		361047	100.000	75135			

图29 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-200-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:52:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	356439	100.000	74196	6878	1.139	--
总计		356439	100.000	74196			

图30 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-201-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:55:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	349751	100.000	72938	6877	1.139	--
总计		349751	100.000	72938			

图31 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-202-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 16:59:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	342150	100.000	71213	6874	1.139	--
总计		342150	100.000	71213			

图32 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-203-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:02:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	366375	100.000	76461	6871	1.137	--
总计		366375	100.000	76461			

图33 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-204-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:06:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	365286	100.000	76121	6865	1.136	--
总计		365286	100.000	76121			

图34 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-205-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:09:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	367899	100.000	76761	6883	1.138	--
总计		367899	100.000	76761			

图35 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-206-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:12:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	364318	100.000	76057	6890	1.140	--
总计		364318	100.000	76057			

图36 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-207-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:16:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	354643	100.000	74005	6889	1.139	--
总计		354643	100.000	74005			

图37 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-208-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:19:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	347408	100.000	72569	6886	1.139	--
总计		347408	100.000	72569			

图38 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-209-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:23:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:53:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	370101	100.000	77283	6898	1.140	--
总计		370101	100.000	77283			

图39 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-210-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:26:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	372679	100.000	77795	6896	1.139	--
总计		372679	100.000	77795			

图40 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-211-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:29:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	372888	100.000	77794	6903	1.140	--
总计		372888	100.000	77794			

图41 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-212-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:33:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.600	370389	100.000	77079	6897	1.140	--
总计		370389	100.000	77079			

图42 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-213-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:36:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	355906	100.000	74374	6903	1.138	--
总计		355906	100.000	74374			

图43 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1

 SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-214-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-16
进样体积 : 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:40:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	348625	100.000	72772	6890	1.139	--
总计		348625	100.000	72772			

图44 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-215-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:43:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	371067	100.000	77471	6896	1.139	--
总计		371067	100.000	77471			

图45 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-216-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:47:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	374124	100.000	78040	6887	1.140	--
总计		374124	100.000	78040			

图46 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-217-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:50:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	373223	100.000	77998	6909	1.141	--
总计		373223	100.000	77998			

图47 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-218-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:53:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	370474	100.000	77407	6912	1.139	--
总计		370474	100.000	77407			

图48 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-219-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-8
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 17:57:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	356928	100.000	74544	6912	1.139	--
总计		356928	100.000	74544			

图49 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-220-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-17
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:00:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	349496	100.000	73114	6899	1.139	--
总计		349496	100.000	73114			

图50 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-221-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:04:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	372061	100.000	77856	6908	1.140	--
总计		372061	100.000	77856			

图51 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-222-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:07:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	376201	100.000	78700	6898	1.140	--
总计		376201	100.000	78700			

图52 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-223-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:11:05 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	374168	100.000	78278	6899	1.140	--
总计		374168	100.000	78278			

图53 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-224-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:14:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	371115	100.000	77476	6905	1.140	--
总计		371115	100.000	77476			

图54 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-225-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:17:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	376565	100.000	76465	6542	1.151	--
总计		376565	100.000	76465			

图55 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-226-2 - zzp-2026032321p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 1-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:21:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	373645	100.000	75891	6546	1.151	--
总计		373645	100.000	75891			

图56 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032321批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-227-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-9
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:24:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-228-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:28:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	374530	100.000	76398	6553	1.148	--
总计		374530	100.000	76398			

图58 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-229-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:31:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	374313	100.000	76222	6555	1.149	--
总计		374313	100.000	76222			

图59 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-230-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:35:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	374475	100.000	76278	6554	1.148	--
总计		374475	100.000	76278			

图60 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-231-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:38:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	374131	100.000	76235	6560	1.148	--
总计		374131	100.000	76235			

图61 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU LabSolutions SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-232-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 50 μl

进样时间 : 2026/05/08 18:42:07

处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流 速: 2.0ml/min


波 长: 225nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 225nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	374467	100.000	76245	6538	1.147	--
总计		374467	100.000	76245			

图62 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-233-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:45:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	272907	100.000	56914	6893	1.139	--
总计		272907	100.000	56914			

图63 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-234-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:49:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:54:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	266767	100.000	55669	6898	1.140	--
总计		266767	100.000	55669			

图64 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-235-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:52:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	269106	100.000	56116	6906	1.139	--
总计		269106	100.000	56116			

图65 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-236-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:55:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	262761	100.000	54744	6888	1.140	--
总计		262761	100.000	54744			

图66 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-237-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 18:59:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	263427	100.000	54942	6895	1.139	--
总计		263427	100.000	54942			

图67 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-238-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:02:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	262906	100.000	54941	6890	1.138	--
总计		262906	100.000	54941			

图68 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-239-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:06:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	326689	100.000	68058	6881	1.137	--
总计		326689	100.000	68058			

图69 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-240-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:09:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	313629	100.000	65424	6886	1.139	--
总计		313629	100.000	65424			

图70 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-241-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:13:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	319342	100.000	66713	6873	1.137	--
总计		319342	100.000	66713			

图71 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-242-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:16:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	315466	100.000	65872	6874	1.138	--
总计		315466	100.000	65872			

图72 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-243-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-38
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:19:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:21 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	314871	100.000	65695	6871	1.138	--
总计		314871	100.000	65695			

图73 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-244-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:23:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	316047	100.000	65971	6880	1.139	--
总计		316047	100.000	65971			

图74 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-245-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:26:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	344712	100.000	71959	6868	1.138	--
总计		344712	100.000	71959			

图75 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-246-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:30:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	330248	100.000	68963	6879	1.138	--
总计		330248	100.000	68963			

图76 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-247-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:33:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	336624	100.000	70219	6888	1.138	--
总计		336624	100.000	70219			

图77 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-248-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:37:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	334956	100.000	69880	6879	1.137	--
总计		334956	100.000	69880			

图78 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-249-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:40:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	331110	100.000	69083	6884	1.138	--
总计		331110	100.000	69083			

图79 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-250-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:44:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	331551	100.000	69122	6881	1.137	--
总计		331551	100.000	69122			

图80 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-251-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-4
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:47:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	351930	100.000	73500	6874	1.139	--
总计		351930	100.000	73500			

图81 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-252-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:50:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	337325	100.000	70478	6875	1.139	--
总计		337325	100.000	70478			

图82 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-253-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:54:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	343479	100.000	71703	6877	1.140	--
总计		343479	100.000	71703			

图83 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-254-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 19:57:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	343763	100.000	71717	6891	1.139	--
总计		343763	100.000	71717			

图84 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-255-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:01:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	338199	100.000	70589	6877	1.138	--
总计		338199	100.000	70589			

图85 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-256-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:04:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	339612	100.000	70936	6887	1.138	--
总计		339612	100.000	70936			

图86 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-257-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:08:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	356562	100.000	74490	6876	1.137	--
总计		356562	100.000	74490			

图87 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-258-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:11:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:55:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	344071	100.000	71880	6875	1.139	--
总计		344071	100.000	71880			

图88 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-259-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:15:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	351322	100.000	73377	6877	1.140	--
总计		351322	100.000	73377			

图89 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-260-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:18:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	353979	100.000	73940	6880	1.140	--
总计		353979	100.000	73940			

图90 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-261-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:21:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	344431	100.000	71905	6879	1.140	--
总计		344431	100.000	71905			

图91 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-262-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:25:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	347353	100.000	72615	6885	1.140	--
总计		347353	100.000	72615			

图92 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-263-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:28:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	359799	100.000	75153	6879	1.139	--
总计		359799	100.000	75153			

图93 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-264-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-15
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:32:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	348873	100.000	72859	6874	1.139	--
总计		348873	100.000	72859			

图94 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-265-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:35:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	355992	100.000	74323	6869	1.139	--
总计		355992	100.000	74323			

图95 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-266-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:39:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:18 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	360607	100.000	75321	6879	1.139	--
总计		360607	100.000	75321			

图96 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-267-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:42:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	349532	100.000	73007	6868	1.139	--
总计		349532	100.000	73007			

图97 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-268-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-51
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:46:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	352364	100.000	73637	6873	1.139	--
总计		352364	100.000	73637			

图98 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-269-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:49:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	361001	100.000	75448	6885	1.139	--
总计		361001	100.000	75448			

图99 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-270-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:52:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	350996	100.000	73400	6893	1.140	--
总计		350996	100.000	73400			

图100 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-271-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:56:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	357574	100.000	74780	6885	1.138	--
总计		357574	100.000	74780			

图101 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-272-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 20:59:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	363719	100.000	76023	6893	1.140	--
总计		363719	100.000	76023			

图102 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-273-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:03:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	347991	100.000	72846	6891	1.138	--
总计		347991	100.000	72846			

图103 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-274-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:06:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	354546	100.000	74199	6900	1.139	--
总计		354546	100.000	74199			

图104 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-275-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-8
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:10:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	360674	100.000	75463	6900	1.137	--
总计		360674	100.000	75463			

图105 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-276-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-17
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:13:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	353335	100.000	73854	6894	1.138	--
总计		353335	100.000	73854			



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-277-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:17:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	360658	100.000	75439	6893	1.138	--
总计		360658	100.000	75439			

图107 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-278-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:20:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	366273	100.000	76566	6882	1.139	--
总计		366273	100.000	76566			

图108 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-279-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:24:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	351268	100.000	73334	6880	1.138	--
总计		351268	100.000	73334			

图109 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-280-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:27:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	356152	100.000	74401	6888	1.139	--
总计		356152	100.000	74401			

图110 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-281-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:30:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	373492	100.000	75854	6533	1.149	--
总计		373492	100.000	75854			

图111 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-282-2 - zzp-2026032421p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 2-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:34:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:56:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	373460	100.000	75887	6534	1.148	--
总计		373460	100.000	75887			

图112 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032421批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-283-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-9
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:37:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-284-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:41:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.584	373017	100.000	75610	6518	1.149	--
总计		373017	100.000	75610			

图114 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-285-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:44:43 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	373156	100.000	75767	6525	1.148	--
总计		373156	100.000	75767			

图115 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-286-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:48:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	373214	100.000	75900	6527	1.149	--
总计		373214	100.000	75900			

图116 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-287-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:51:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	373072	100.000	75782	6524	1.148	--
总计		373072	100.000	75782			

图117 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-288-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-18
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:55:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	373026	100.000	75733	6518	1.149	--
总计		373026	100.000	75733			

图118 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-289-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-1
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 21:58:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	280982	100.000	58501	6881	1.141	--
总计		280982	100.000	58501			

图119 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-290-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-10
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:01:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	281257	100.000	58649	6884	1.139	--
总计		281257	100.000	58649			

图120 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-291-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-19
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:05:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	267869	100.000	55826	6858	1.139	--
总计		267869	100.000	55826			

图121 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-292-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-28
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:08:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	272478	100.000	56763	6866	1.138	--
总计		272478	100.000	56763			

图122 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-293-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-37
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:12:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	268557	100.000	56012	6879	1.140	--
总计		268557	100.000	56012			

图123 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-294-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-5min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-46
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:15:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	261708	100.000	54573	6868	1.139	--
总计		261708	100.000	54573			

图124 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-295-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-2
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:18:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	324295	100.000	67597	6870	1.139	--
总计		324295	100.000	67597			

图125 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-296-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-11
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:22:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	324502	100.000	67742	6858	1.139	--
总计		324502	100.000	67742			

图126 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-297-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-20
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:25:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	311633	100.000	64957	6862	1.138	--
总计		311633	100.000	64957			

图127 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-298-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-29
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:29:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	314454	100.000	65549	6868	1.138	--
总计		314454	100.000	65549			

图128 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-299-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-38
进样体积 : 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:32:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	312656	100.000	65111	6862	1.138	--
总计		312656	100.000	65111			

图129 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-300-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-10min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-47
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:35:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	304617	100.000	63421	6856	1.137	--
总计		304617	100.000	63421			

图130 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-301-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-3
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:39:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	337004	100.000	70168	6852	1.137	--
总计		337004	100.000	70168			

图131 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-302-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-12
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:42:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	338205	100.000	70343	6844	1.138	--
总计		338205	100.000	70343			

图132 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-303-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-21
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:46:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	326890	100.000	68059	6851	1.137	--
总计		326890	100.000	68059			

图133 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-304-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-30
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:49:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	330761	100.000	68881	6865	1.138	--
总计		330761	100.000	68881			

图134 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-305-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-39
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:53:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	323429	100.000	67327	6853	1.139	--
总计		323429	100.000	67327			

图135 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-306-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-15min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-48
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:56:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	320524	100.000	66655	6849	1.139	--
总计		320524	100.000	66655			

图136 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-307-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-4
进样体积 : 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 22:59:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:57:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	343374	100.000	71432	6850	1.138	--
总计		343374	100.000	71432			

图137 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-308-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-13
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:03:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	344010	100.000	71543	6845	1.137	--
总计		344010	100.000	71543			

图138 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-309-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-22
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:06:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	335373	100.000	69782	6837	1.137	--
总计		335373	100.000	69782			

图139 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-310-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-31
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:10:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:07 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	336808	100.000	70110	6842	1.138	--
总计		336808	100.000	70110			

图140 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-311-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-40
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:13:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:10 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	330388	100.000	68820	6861	1.138	--
总计		330388	100.000	68820			

图141 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-312-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-20min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-49
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:16:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	326328	100.000	67983	6855	1.138	--
总计		326328	100.000	67983			

图142 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-313-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:20:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	351439	100.000	73331	6867	1.138	--
总计		351439	100.000	73331			

图143 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-314-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-14
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:23:45 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	349782	100.000	72891	6870	1.138	--
总计		349782	100.000	72891			

图144 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-315-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-23
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:27:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	344506	100.000	71850	6862	1.138	--
总计		344506	100.000	71850			

图145 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-316-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-32
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:30:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	345435	100.000	71923	6848	1.138	--
总计		345435	100.000	71923			

图146 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-317-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-41
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:33:59 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	337020	100.000	70160	6856	1.137	--
总计		337020	100.000	70160			

图147 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-318-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-30min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-50
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:37:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	334781	100.000	69801	6838	1.137	--
总计		334781	100.000	69801			

图148 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-319-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-6
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:40:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	356199	100.000	74163	6832	1.135	--
总计		356199	100.000	74163			

图149 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-320-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-15
进样体积 : 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:44:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	354863	100.000	73943	6839	1.136	--
总计		354863	100.000	73943			

图150 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-321-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-24
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:47:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	352039	100.000	73263	6838	1.137	--
总计		352039	100.000	73263			

图151 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-322-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-33
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:51:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	350299	100.000	72918	6843	1.138	--
总计		350299	100.000	72918			

图152 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-323-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-42
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:54:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	341947	100.000	71292	6845	1.137	--
总计		341947	100.000	71292			

图153 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-324-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-45min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-51
进样体积 : 50 μ l 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/08 23:57:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	343325	100.000	71497	6836	1.137	--
总计		343325	100.000	71497			

图154 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-325-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-7
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:01:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:44 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	358393	100.000	74697	6848	1.138	--
总计		358393	100.000	74697			

图155 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-326-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-16
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:04:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	357270	100.000	74454	6840	1.137	--
总计		357270	100.000	74454			

图156 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-327-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-25
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:08:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	357161	100.000	74514	6854	1.138	--
总计		357161	100.000	74514			

图157 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-328-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-34
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:11:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	352741	100.000	73558	6856	1.139	--
总计		352741	100.000	73558			

图158 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-329-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-43
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:14:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	344574	100.000	71825	6848	1.139	--
总计		344574	100.000	71825			

图159 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-330-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-60min.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-52
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:18:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	346717	100.000	72179	6854	1.139	--
总计		346717	100.000	72179			

图160 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-331-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p1-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-8
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:21:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:58:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	359864	100.000	75015	6857	1.138	--
总计		359864	100.000	75015			

图161 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-332-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p2-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-17
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:25:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:59:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	358095	100.000	74687	6856	1.139	--
总计		358095	100.000	74687			

图162 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-333-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p3-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-26
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:28:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:59:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.597	363126	100.000	75803	6866	1.138	--
总计		363126	100.000	75803			

图163 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-334-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p4-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-35
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:31:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:59:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	352670	100.000	73623	6868	1.139	--
总计		352670	100.000	73623			

图164 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-335-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p5-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-44
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:35:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:59:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.598	346325	100.000	72302	6870	1.139	--
总计		346325	100.000	72302			

图165 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-336-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-p6-jxzs.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-53
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:38:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:59:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.599	352457	100.000	73458	6878	1.139	--
总计		352457	100.000	73458			

图166 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱

自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-337-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:42:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:59:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	376320	100.000	76462	6514	1.149	--
总计		376320	100.000	76462			

图167 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


SMF-4160

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
柱温 : 35°C 波 长: 225nm
数据文件名 : RC\$SMF-4160 - 27-10/29-338-2 - zzp-2026032521p-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd
方法文件名 : RC\$SMF-4160 - SMF-4160-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4160 - 20260508-FX278.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 50 μl 版本号: 6.115
进样时间 : 2026/05/09 00:45:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2) : 2026/05/09 09:59:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 225nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.585	376353	100.000	76431	6512	1.150	--
总计		376353	100.000	76431			

图168 艾托格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026032521批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2