



达格列净片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101568-202301	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	80.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.62	99682	100051	99962	99967	100004	99933	0.15
2	12.63	100961	100871				100916	0.07

单位质量响应值		RSD%	判断
7918.62	7990.18	0.64	数据可信

长期9月-供试品溶液-pH4.5

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
2024030121	1	95005	94941	94973	96.00	96.93	1.33	95.58% ~ 98.28%
	2	97113	97043	97078	98.12			
	3	95967	96076	96022	97.06			
	4	95570	95729	95650	96.68			
	5	94073	94174	94124	95.14			
	6	97395	97637	97516	98.57			
2024030221	1	98683	98903	98793	99.86	99.20	0.60	98.57% ~ 99.82%
	2	98142	98172	98157	99.22			
	3	97793	97909	97851	98.91			
	4	97664	97571	97618	98.67			
	5	97429	97601	97515	98.57			
	6	98958	98799	98878	99.94			
2024030321	1	98697	98667	98682	99.75	99.88	1.21	98.62% ~ 101.15%
	2	96937	97043	96990	98.04			
	3	100538	100578	100558	101.64			
	4	98473	98600	98536	99.60			
	5	98481	98586	98534	99.60			
	6	99455	99735	99595	100.67			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



达格列净片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101568-202301	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	80.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.62	100265	100170	100453	100290	100328	100301	0.11
2	12.63	101391	101317				101354	0.06
单位质量响应值			RSD%	判断				
7947.78			0.69	数据可信				

中间条件9月-供试品溶液

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
2024030121	1	94617	94427	94522	95.16	96.24	1.35	94.89% ~ 97.60%
	2	95187	95270	95228	95.87			
	3	95671	95669	95670	96.32			
	4	97773	97888	97830	98.49			
	5	94177	94398	94288	94.92			
	6	96000	96130	96065	96.71			
2024030221	1	97029	97012	97020	97.67	98.32	0.40	97.91% ~ 98.73%
	2	97654	97933	97794	98.45			
	3	97363	97451	97407	98.06			
	4	97795	97631	97713	98.37			
	5	98039	97913	97976	98.64			
	6	98008	98100	98054	98.72			
2024030321	1	98356	98327	98342	99.01	99.29	0.99	98.26% ~ 100.32%
	2	100336	100497	100416	101.09			
	3	98657	98772	98714	99.38			
	4	98653	98781	98717	99.38			
	5	97827	97810	97818	98.48			
	6	97753	97702	97728	98.39			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



达格列净片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101568-202301	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	80.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.62	203788	203821	203620	203905	203849	203797	0.06
2	12.63	205730	205853				205792	0.05
单位质量响应值				RSD%	判断			
16148.73				0.64	数据可信			

长期9月-供试品溶液

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
2024030121	1	189733	189553	189643	94.00	95.33	1.32	94.02% ~ 96.64%
	2	196398	196540	196469	97.38			
	3	189990	189669	189830	94.09			
	4	193071	193054	193062	95.69			
	5	191949	191890	191920	95.13			
	6	192908	193254	193081	95.70			
2024030221	1	195915	196104	196010	97.15	96.25	1.38	94.87% ~ 97.64%
	2	197283	196956	197120	97.70			
	3	191473	191388	191430	94.88			
	4	194091	194009	194050	96.18			
	5	196047	195897	195972	97.13			
	6	190500	190746	190623	94.48			
2024030321	1	193544	193645	193594	95.96	93.71	1.31	92.43% ~ 94.99%
	2	187183	187462	187322	92.85			
	3	187241	187245	187243	92.81			
	4	189706	189793	189750	94.05			
	5	189128	189066	189097	93.73			
	6	187380	187313	187346	92.86			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



达格列净片项目信息

介质体积(ml)	1000	取样体积(ml)	1.5	补液体积(ml)	1.5
对照品批号	101568-202301	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	80.4	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	10	供试品稀释倍数	1	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	12.62	205647	205846	205654	205515	205463	205625	0.08
2	12.63	204743	204427				204585	0.11
单位质量响应值			RSD%	判断				
16293.58			0.42	数据可信				

中间条件9月-供试品溶液

批号	样品(片)	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	置信区间
2024030121	1	189750	189890	189820	93.94	93.86	0.84	93.04% ~ 94.68%
	2	190716	190903	190810	94.43			
	3	189604	189454	189529	93.80			
	4	187433	187303	187368	92.73			
	5	188631	188440	188536	93.31			
	6	191833	191808	191820	94.93			
2024030221	1	193975	194058	194016	96.02	95.33	0.70	94.63% ~ 96.03%
	2	194314	194132	194223	96.12			
	3	191305	191224	191264	94.66			
	4	192266	192512	192389	95.21			
	5	192949	192847	192898	95.46			
	6	191020	191014	191017	94.53			
2024030321	1	185935	186052	185994	92.05	94.10	1.12	93.00% ~ 95.21%
	2	190982	191099	191040	94.55			
	3	191754	191928	191841	94.94			
	4	191420	191376	191398	94.72			
	5	190035	190178	190106	94.08			
	6	190486	190515	190500	94.28			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-175-2 - zzp-cq9y-5mg-rcd-jf60z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 11:38:36
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:37:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
溶剂




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-176-2 - zzp-cq9y-5mg-rcd-jf60z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 11:41:59
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:37:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	99682	100.000	20548	4707	1.081	--
总计		99682	100.000	20548			

图2 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-177-2 - zzp-cq9y-5mg-rcd-jf60z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 11:54:27
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:37:50
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	100051	100.000	20589	4691	1.079	--
总计		100051	100.000	20589			

图3 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-178-2 - zzp-cq9y-5mg-rcd-jf60z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 11:57:50
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:37:53
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	99962	100.000	20578	4690	1.080	--
总计		99962	100.000	20578			

图4 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-3




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-179-2 - zzp-cq9y-5mg-rcd-jf60z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:01:13
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:37:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	99967	100.000	20602	4698	1.082	--
总计		99967	100.000	20602			

图5 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-4




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-180-2 - zzp-cq9y-5mg-rcd-jf60z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:04:37
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:37:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	100004	100.000	20591	4695	1.082	--
总计		100004	100.000	20591			

图6 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-5




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-181-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:07:59
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:03
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	95005	100.000	20927	5483	1.061	--
总计		95005	100.000	20927			

图7 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-182-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:11:21
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	94941	100.000	20949	5493	1.062	--
总计		94941	100.000	20949			

图8 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-183-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:14:43
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	97113	100.000	21430	5494	1.061	--
总计		97113	100.000	21430			

图9 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-184-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:18:06
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:38:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	97043	100.000	21434	5491	1.062	--
总计		97043	100.000	21434			

图10 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-185-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:21:28
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	95967	100.000	21184	5492	1.063	--
总计		95967	100.000	21184			

图11 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-186-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:24:50
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	96076	100.000	21204	5484	1.061	--
总计		96076	100.000	21204			

图12 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-187-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:28:12
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	95570	100.000	21088	5484	1.061	--
总计		95570	100.000	21088			

图13 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-188-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:31:34
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	95729	100.000	21139	5477	1.062	--
总计		95729	100.000	21139			

图14 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-189-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:34:55
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:24
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	94073	100.000	20767	5481	1.063	--
总计		94073	100.000	20767			

图15 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-190-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:38:17
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	94174	100.000	20771	5485	1.062	--
总计		94174	100.000	20771			

图16 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-191-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:41:39
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	97395	100.000	21490	5480	1.062	--
总计		97395	100.000	21490			

图17 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-192-2 - zzp-2025080621p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:45:01
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	97637	100.000	21544	5481	1.063	--
总计		97637	100.000	21544			

图18 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-193-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:48:24
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	98683	100.000	21777	5482	1.063	--
总计		98683	100.000	21777			

图19 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-194-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:51:46
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:36
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	98903	100.000	21759	5476	1.063	--
总计		98903	100.000	21759			

图20 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-195-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:55:08
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	98142	100.000	21591	5479	1.062	--
总计		98142	100.000	21591			

图21 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-196-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 12:58:30
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:38:42
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	98172	100.000	21604	5476	1.063	--
总计		98172	100.000	21604			

图22 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-197-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:01:52
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:38:44
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	97793	100.000	21549	5477	1.062	--
总计		97793	100.000	21549			

图23 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-198-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:05:14
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:38:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	97909	100.000	21580	5475	1.062	--
总计		97909	100.000	21580			

图24 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-199-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:08:36
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	97664	100.000	21508	5471	1.063	--
总计		97664	100.000	21508			

图25 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-200-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:11:58
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	97571	100.000	21479	5476	1.064	--
总计		97571	100.000	21479			

图26 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-201-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:15:20
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:55
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	97429	100.000	21450	5469	1.062	--
总计		97429	100.000	21450			

图27 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-202-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:18:42
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:38:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	97601	100.000	21496	5473	1.063	--
总计		97601	100.000	21496			

图28 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-203-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:22:04
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:39:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	98958	100.000	21794	5478	1.063	--
总计		98958	100.000	21794			

图29 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-204-2 - zzp-2025080721p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:25:26
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:03
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	98799	100.000	21742	5469	1.063	--
总计		98799	100.000	21742			

图30 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-205-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:28:48
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:39:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	98697	100.000	21698	5461	1.064	--
总计		98697	100.000	21698			

图31 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-206-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:32:10
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:39:09
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	98667	100.000	21693	5457	1.063	--
总计		98667	100.000	21693			

图32 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-207-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:35:32
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	96937	100.000	21327	5464	1.063	--
总计		96937	100.000	21327			

图33 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-208-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:38:54
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	97043	100.000	21375	5464	1.063	--
总计		97043	100.000	21375			

图34 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-209-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:42:16
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:39:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	100538	100.000	21951	5477	1.063	--
总计		100538	100.000	21951			

图35 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-210-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:45:38
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:39:19
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	100578	100.000	22064	5481	1.063	--
总计		100578	100.000	22064			

图36 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-211-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:49:00
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	98473	100.000	21674	5489	1.063	--
总计		98473	100.000	21674			

图37 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-212-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:52:22
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	98600	100.000	21657	5482	1.063	--
总计		98600	100.000	21657			

图38 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-213-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:55:45
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:27
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	98481	100.000	21648	5483	1.062	--
总计		98481	100.000	21648			

图39 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-214-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 13:59:07
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	98586	100.000	21671	5481	1.063	--
总计		98586	100.000	21671			

图40 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-215-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:02:29
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	99455	100.000	21886	5493	1.062	--
总计		99455	100.000	21886			

图41 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-216-2 - zzp-2025080722p-cq9y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:05:51
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	99735	100.000	21942	5492	1.063	--
总计		99735	100.000	21942			

图42 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-217-2 - zzp-cq9y-5mg-rcd-jf60z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:09:14
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:39:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100961	100.000	20655	4702	1.085	--
总计		100961	100.000	20655			

图43 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-2-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-218-2 - zzp-cq9y-5mg-rcd-jf60z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:12:37
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100871	100.000	20658	4705	1.085	--
总计		100871	100.000	20658			

图44 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-2-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-219-2 - zzp-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:16:01
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
溶剂



SMF-4106


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-220-2 - zzp-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:19:25
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100265	100.000	20535	4696	1.084	--
总计		100265	100.000	20535			

图46 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-221-2 - zzp-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:22:50
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:39:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100170	100.000	20535	4703	1.085	--
总计		100170	100.000	20535			

图47 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-2



SMF-4106


＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-222-2 - zzp-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:26:14
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm

版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	100453	100.000	20523	4694	1.083	--
总计		100453	100.000	20523			

图48 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-3




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-223-2 - zzp-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:29:38
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100290	100.000	20520	4702	1.084	--
总计		100290	100.000	20520			

图49 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-4




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-224-2 - zzp-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:33:02
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:39:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	100328	100.000	20524	4700	1.085	--
总计		100328	100.000	20524			

图50 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-5




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-225-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:36:25
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:39:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	94617	100.000	20831	5500	1.063	--
总计		94617	100.000	20831			

图51 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-226-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:39:48
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	94427	100.000	20784	5494	1.064	--
总计		94427	100.000	20784			

图52 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-227-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:43:11
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	95187	100.000	20946	5490	1.064	--
总计		95187	100.000	20946			

图53 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-228-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:46:35
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:40:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	95270	100.000	20970	5495	1.064	--
总计		95270	100.000	20970			

图54 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-229-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:49:59
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	95671	100.000	21064	5496	1.063	--
总计		95671	100.000	21064			

图55 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-230-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:53:22
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	95669	100.000	21052	5501	1.063	--
总计		95669	100.000	21052			

图56 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-231-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 14:56:45
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:40:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97773	100.000	21545	5505	1.063	--
总计		97773	100.000	21545			

图57 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-232-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:00:08
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:40:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97888	100.000	21562	5504	1.063	--
总计		97888	100.000	21562			

图58 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-233-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:03:32
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:40:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	94177	100.000	20741	5499	1.064	--
总计		94177	100.000	20741			

图59 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-234-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:06:54
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:40:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	94398	100.000	20772	5503	1.065	--
总计		94398	100.000	20772			

图60 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-235-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:10:18
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	96000	100.000	21172	5515	1.061	--
总计		96000	100.000	21172			

图61 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-236-2 - zzp-2025080621p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:13:41
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:40:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	96130	100.000	21203	5534	1.066	--
总计		96130	100.000	21203			

图62 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080621批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-237-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:17:05
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97029	100.000	21422	5538	1.065	--
总计		97029	100.000	21422			

图63 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-238-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:20:29
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97012	100.000	21437	5533	1.066	--
总计		97012	100.000	21437			

图64 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-239-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:23:52
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:40:36
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97654	100.000	21579	5531	1.064	--
总计		97654	100.000	21579			

图65 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-240-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:27:16
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97933	100.000	21630	5542	1.066	--
总计		97933	100.000	21630			

图66 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-241-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:30:40
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:42
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97363	100.000	21488	5524	1.066	--
总计		97363	100.000	21488			

图67 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-242-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:34:03
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:44
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97451	100.000	21527	5542	1.067	--
总计		97451	100.000	21527			

图68 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-243-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:37:26
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97795	100.000	21607	5544	1.066	--
总计		97795	100.000	21607			

图69 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-244-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:40:50
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:40:50
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97631	100.000	21585	5540	1.067	--
总计		97631	100.000	21585			

图70 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-245-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:44:13
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98039	100.000	21661	5544	1.066	--
总计		98039	100.000	21661			

图71 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-246-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:47:36
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:40:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97913	100.000	21655	5551	1.066	--
总计		97913	100.000	21655			

图72 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-247-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:50:59
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:40:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98008	100.000	21677	5550	1.065	--
总计		98008	100.000	21677			

图73 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-248-2 - zzp-2025080721p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:54:22
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:41:01
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98100	100.000	21699	5560	1.068	--
总计		98100	100.000	21699			

图74 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080721批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-249-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 15:57:46
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:04
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98356	100.000	21775	5567	1.068	--
总计		98356	100.000	21775			

图75 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-250-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:01:10
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:07
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98327	100.000	21775	5563	1.067	--
总计		98327	100.000	21775			

图76 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-251-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:04:34
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	100336	100.000	22227	5570	1.068	--
总计		100336	100.000	22227			

图77 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-252-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:07:58
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:12
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	100497	100.000	22254	5564	1.068	--
总计		100497	100.000	22254			

图78 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-253-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:11:21
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:41:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98657	100.000	21858	5577	1.067	--
总计		98657	100.000	21858			

图79 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-254-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:14:45
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98772	100.000	21892	5581	1.068	--
总计		98772	100.000	21892			

图80 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-255-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:18:09
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:20
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98653	100.000	21864	5580	1.069	--
总计		98653	100.000	21864			

图81 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-256-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:21:33
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	98781	100.000	21898	5589	1.069	--
总计		98781	100.000	21898			

图82 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-257-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:24:57
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:41:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97827	100.000	21699	5590	1.069	--
总计		97827	100.000	21699			

图83 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-258-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:28:20
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97810	100.000	21697	5592	1.070	--
总计		97810	100.000	21697			

图84 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-259-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:31:43
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97753	100.000	21687	5598	1.069	--
总计		97753	100.000	21687			

图85 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-260-2 - zzp-2025080722p-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:35:06
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	97702	100.000	21676	5600	1.070	--
总计		97702	100.000	21676			

图86 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080722批)(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-261-2 - zzp-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:38:30
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:36
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	101391	100.000	20895	4798	1.089	--
总计		101391	100.000	20895			

图87 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-2-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-262-2 - zzp-zjtj9y-5mg-rcd-jf60z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:41:55
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:39
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	101317	100.000	20848	4787	1.089	--
总计		101317	100.000	20848			

图88 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(5mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-2-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-263-2 - zzp-cq9y-10mg-rcd-jf60z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:45:18
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
溶剂




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-264-2 - zzp-cq9y-10mg-rcd-jf60z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:48:41
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:44
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	203788	100.000	42103	4791	1.090	--
总计		203788	100.000	42103			

图90 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-265-2 - zzp-cq9y-10mg-rcd-jf60z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:52:04
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:41:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	203821	100.000	42130	4802	1.091	--
总计		203821	100.000	42130			

图91 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-266-2 - zzp-cq9y-10mg-rcd-jf60z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:55:27
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:41:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	203620	100.000	42100	4802	1.091	--
总计		203620	100.000	42100			

图92 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-3




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-267-2 - zzp-cq9y-10mg-rcd-jf60z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 16:58:49
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:41:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	203905	100.000	42161	4807	1.091	--
总计		203905	100.000	42161			

图93 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-4




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-268-2 - zzp-cq9y-10mg-rcd-jf60z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:02:11
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:41:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	203849	100.000	42106	4811	1.091	--
总计		203849	100.000	42106			

图94 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-5




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-269-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:05:33
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:41:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	189733	100.000	42277	5645	1.071	--
总计		189733	100.000	42277			

图95 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-270-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:08:55
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:42:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	189553	100.000	42228	5638	1.071	--
总计		189553	100.000	42228			

图96 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-271-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:12:17
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	196398	100.000	43797	5653	1.072	--
总计		196398	100.000	43797			

图97 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-272-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:15:39
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:42:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	196540	100.000	43822	5649	1.071	--
总计		196540	100.000	43822			

图98 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-273-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:19:01
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:42:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	189990	100.000	42394	5660	1.072	--
总计		189990	100.000	42394			

图99 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-274-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:22:23
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:42:10
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	189669	100.000	42341	5669	1.072	--
总计		189669	100.000	42341			

图100 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-275-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:25:45
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	193071	100.000	43089	5662	1.072	--
总计		193071	100.000	43089			

图101 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-276-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:29:07
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:42:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	193054	100.000	43096	5667	1.072	--
总计		193054	100.000	43096			

图102 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-277-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:32:29
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	191949	100.000	42842	5668	1.073	--
总计		191949	100.000	42842			

图103 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-278-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:35:50
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:42:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	191890	100.000	42862	5675	1.073	--
总计		191890	100.000	42862			

图104 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-279-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:39:12
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	192908	100.000	43147	5682	1.073	--
总计		192908	100.000	43147			

图105 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-280-2 - zzp-2025080321p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:42:34
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:42:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	193254	100.000	43173	5674	1.073	--
总计		193254	100.000	43173			

图106 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-281-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:45:56
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:42:29
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	195915	100.000	43805	5686	1.074	--
总计		195915	100.000	43805			

图107 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-282-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:49:17
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	196104	100.000	43826	5686	1.075	--
总计		196104	100.000	43826			

图108 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-283-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:52:39
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	197283	100.000	44103	5690	1.074	--
总计		197283	100.000	44103			

图109 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-284-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:56:01
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:42:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	196956	100.000	44081	5700	1.074	--
总计		196956	100.000	44081			

图110 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-285-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 17:59:23
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	191473	100.000	42837	5694	1.074	--
总计		191473	100.000	42837			

图111 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-286-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:02:44
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:42
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	191388	100.000	42828	5700	1.074	--
总计		191388	100.000	42828			

图112 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-287-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:06:06
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	194091	100.000	43451	5703	1.074	--
总计		194091	100.000	43451			

图113 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-288-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:09:28
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	194009	100.000	43454	5703	1.075	--
总计		194009	100.000	43454			

图114 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-289-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:12:49
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	196047	100.000	43920	5710	1.074	--
总计		196047	100.000	43920			

图115 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-290-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:16:11
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:53
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	195897	100.000	43914	5713	1.075	--
总计		195897	100.000	43914			

图116 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-291-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:19:33
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:56
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	190500	100.000	42689	5706	1.075	--
总计		190500	100.000	42689			

图117 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-292-2 - zzp-2025080421p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:22:55
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:42:59
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	190746	100.000	42732	5711	1.075	--
总计		190746	100.000	42732			

图118 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-293-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:26:17
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:03
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	193544	100.000	43391	5718	1.076	--
总计		193544	100.000	43391			

图119 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-294-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:29:39
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	193645	100.000	43380	5710	1.075	--
总计		193645	100.000	43380			

图120 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-295-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:33:00
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	187183	100.000	41955	5715	1.076	--
总计		187183	100.000	41955			

图121 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-296-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:36:22
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:43:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	187462	100.000	42007	5716	1.076	--
总计		187462	100.000	42007			

图122 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-297-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:39:44
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:43:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	187241	100.000	41992	5728	1.076	--
总计		187241	100.000	41992			

图123 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-298-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:43:05
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:43:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	187245	100.000	41995	5721	1.077	--
总计		187245	100.000	41995			

图124 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-299-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:46:27
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:19
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	189706	100.000	42561	5730	1.077	--
总计		189706	100.000	42561			

图125 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-300-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:49:49
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	189793	100.000	42542	5724	1.077	--
总计		189793	100.000	42542			

图126 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-301-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:53:10
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	189128	100.000	42421	5730	1.078	--
总计		189128	100.000	42421			

图127 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-302-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:56:32
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:27
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	189066	100.000	42421	5734	1.078	--
总计		189066	100.000	42421			

图128 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-303-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 18:59:54
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	187380	100.000	42058	5733	1.079	--
总计		187380	100.000	42058			

图129 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-304-2 - zzp-2025080521p-cq9y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:03:16
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:33
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	187313	100.000	42061	5744	1.077	--
总计		187313	100.000	42061			

图130 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-305-2 - zzp-cq9y-10mg-rcd-jf60z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:06:38
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:43:36
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	205730	100.000	42787	4892	1.098	--
总计		205730	100.000	42787			

图131 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-2-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-306-2 - zzp-cq9y-10mg-rcd-jf60z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:10:00
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	205853	100.000	43014	4920	1.094	--
总计		205853	100.000	43014			

图132 达格列净片溶出度测定长期9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-2-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-307-2 - zzp-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:13:23
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:41
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图133 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
溶剂




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-308-2 - zzp-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:16:47
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:44
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	205647	100.000	42670	4902	1.099	--
总计		205647	100.000	42670			

图134 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-309-2 - zzp-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:20:12
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:47
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	205846	100.000	42697	4886	1.099	--
总计		205846	100.000	42697			

图135 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-310-2 - zzp-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:23:35
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	205654	100.000	42613	4886	1.100	--
总计		205654	100.000	42613			

图136 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-3




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-311-2 - zzp-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:26:58
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:43:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	205515	100.000	42667	4894	1.100	--
总计		205515	100.000	42667			

图137 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-4




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-312-2 - zzp-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:30:22
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:43:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	205463	100.000	42656	4894	1.100	--
总计		205463	100.000	42656			

图138 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-1-5




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-313-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:33:45
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:43:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	189750	100.000	42654	5765	1.080	--
总计		189750	100.000	42654			

图139 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-314-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:37:07
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	189890	100.000	42685	5767	1.081	--
总计		189890	100.000	42685			

图140 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-315-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:40:29
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:44:02
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	190716	100.000	42884	5765	1.082	--
总计		190716	100.000	42884			

图141 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-316-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:43:52
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	190903	100.000	42920	5764	1.081	--
总计		190903	100.000	42920			

图142 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-317-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:47:14
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:44:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	189604	100.000	42685	5777	1.080	--
总计		189604	100.000	42685			

图143 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-318-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:50:36
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	189454	100.000	42642	5763	1.081	--
总计		189454	100.000	42642			

图144 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-319-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:53:58
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:14
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	187433	100.000	42187	5776	1.081	--
总计		187433	100.000	42187			

图145 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-320-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 19:57:21
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:17
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	187303	100.000	42150	5764	1.081	--
总计		187303	100.000	42150			

图146 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-321-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:00:43
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:19
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	188631	100.000	42451	5767	1.081	--
总计		188631	100.000	42451			

图147 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-322-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:04:05
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:22
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	188440	100.000	42377	5758	1.079	--
总计		188440	100.000	42377			

图148 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-323-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:07:27
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:25
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	191833	100.000	43148	5763	1.080	--
总计		191833	100.000	43148			

图149 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-324-2 - zzp-2025080321p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:10:48
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:27
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	191808	100.000	43157	5770	1.080	--
总计		191808	100.000	43157			

图150 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080321批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-325-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:14:11
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:30
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	193975	100.000	43741	5785	1.076	--
总计		193975	100.000	43741			

图151 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-326-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:17:34
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	194058	100.000	43629	5757	1.080	--
总计		194058	100.000	43629			

图152 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-327-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:20:55
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:35
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	194314	100.000	43577	5759	1.082	--
总计		194314	100.000	43577			

图153 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-328-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:24:18
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:44:38
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	194132	100.000	43602	5751	1.081	--
总计		194132	100.000	43602			

图154 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-329-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:27:40
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	191305	100.000	42953	5753	1.081	--
总计		191305	100.000	42953			

图155 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-330-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:31:02
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:43
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	191224	100.000	42981	5758	1.082	--
总计		191224	100.000	42981			

图156 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-331-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:34:25
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:46
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	192266	100.000	43180	5750	1.082	--
总计		192266	100.000	43180			

图157 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-332-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:37:47
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	192512	100.000	43227	5754	1.082	--
总计		192512	100.000	43227			

图158 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-333-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:41:10
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:44:51
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	192949	100.000	43343	5749	1.082	--
总计		192949	100.000	43343			

图159 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-334-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:44:32
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:44:54
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	192847	100.000	43319	5754	1.083	--
总计		192847	100.000	43319			

图160 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-335-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:47:54
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:44:57
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	191020	100.000	42907	5754	1.082	--
总计		191020	100.000	42907			

图161 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-336-2 - zzp-2025080421p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:51:16
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:00
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	191014	100.000	42863	5750	1.082	--
总计		191014	100.000	42863			

图162 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080421批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-337-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:54:39
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:03
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	185935	100.000	41756	5749	1.083	--
总计		185935	100.000	41756			

图163 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-338-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 20:58:03
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	186052	100.000	41781	5750	1.083	--
总计		186052	100.000	41781			

图164 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片1
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-339-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:01:25
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:08
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	190982	100.000	42883	5749	1.082	--
总计		190982	100.000	42883			

图165 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-1




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-340-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:04:48
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:11
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	191099	100.000	42823	5753	1.082	--
总计		191099	100.000	42823			

图166 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片2
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-341-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P3-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:08:10
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:13
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	191754	100.000	42980	5750	1.082	--
总计		191754	100.000	42980			

图167 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-342-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P3-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:11:33
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:16
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	191928	100.000	42993	5757	1.082	--
总计		191928	100.000	42993			

图168 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片3
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-343-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:14:56
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:45:18
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	191420	100.000	42899	5752	1.083	--
总计		191420	100.000	42899			

图169 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-344-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:18:18
处理时间 (V2): 2026/05/27 08:45:21
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	191376	100.000	42899	5757	1.082	--
总计		191376	100.000	42899			

图170 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片4
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-345-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P5-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:21:41
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	190035	100.000	42562	5753	1.083	--
总计		190035	100.000	42562			

图171 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-346-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P5-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:25:04
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:26
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	190178	100.000	42639	5766	1.082	--
总计		190178	100.000	42639			

图172 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片5
供试品溶液-2




SMF-4106

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-347-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P6-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:28:27
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	190486	100.000	42738	5764	1.082	--
总计		190486	100.000	42738			

图173 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-348-2 - zzp-2025080521p-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-P6-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:31:50
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:31
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	190515	100.000	42703	5770	1.083	--
总计		190515	100.000	42703			

图174 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(2025080521批)(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转-片6
供试品溶液-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-349-2 - zzp-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:35:13
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:34
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	204743	100.000	42399	4898	1.100	--
总计		204743	100.000	42399			

图175 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-2-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$SMF-4106 - 7-5/7-350-2 - zzp-zjtj9y-10mg-rcd-jf60z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-rcd-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20260526-FX256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μl
进样时间: 2026/05/26 21:38:36
处理时间 (V2) : 2026/05/27 08:45:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速: 1.5ml/min
波长: 223nm
版本号: 6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	204427	100.000	42347	4895	1.100	--
总计		204427	100.000	42347			

图176 达格列净片溶出度测定中间条件9月HPLC图谱
自制品(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-60转
对照品溶液-2-2