



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	280351	280645	280664	280560	280505	280545	0.05
2	10.69	279449	279695				279572	0.07

单位质量响应值		RSD%	判断
26391.82	26152.67	0.65	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050721批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	134424	-	134424	45.935	51.76	20.23	45.94	51.76	20.23
	2	185336	-	185336	63.333			63.33		
	3	186523	-	186523	63.738			63.74		
	4	107769	-	107769	36.827			36.83		
	5	153831	-	153831	52.567			52.57		
	6	140928	-	140928	48.158			48.16		
10min	1	224317	-	224317	76.653	85.04	8.56	76.91	85.33	8.59
	2	271855	-	271855	92.898			93.25		
	3	270044	-	270044	92.279			92.63		
	4	225955	-	225955	77.213			77.42		
	5	259290	-	259290	88.604			88.90		
	6	241748	-	241748	82.610			82.88		
15min	1	245995	-	245995	84.061	91.03	5.73	84.74	91.80	5.79
	2	281984	-	281984	96.359			97.23		
	3	279411	-	279411	95.480			96.35		
	4	250172	-	250172	85.488			86.12		
	5	274926	-	274926	93.947			94.73		
	6	265918	-	265918	90.869			91.60		
20min	1	247561	-	247561	84.596	92.95	5.11	85.74	94.22	5.15
	2	282016	-	282016	96.370			97.77		
	3	281783	-	281783	96.290			97.69		
	4	263995	-	263995	90.212			91.32		
	5	281908	-	281908	96.333			97.64		
	6	274805	-	274805	93.906			95.14		
30min	1	254457	-	254457	86.952	94.59	4.40	88.57	96.37	4.44
	2	285259	-	285259	97.478			99.42		
	3	282261	-	282261	96.454			98.39		
	4	270827	-	270827	92.546			94.16		
	5	284664	-	284664	97.275			99.12		
	6	283302	-	283302	96.809			98.56		
45min	1	260709	-	260709	89.089	95.77	3.74	91.19	98.08	3.77
	2	287106	-	287106	98.109			100.59		
	3	282325	-	282325	96.475			98.94		
	4	277051	-	277051	94.673			96.80		
	5	285360	-	285360	97.513			99.89		
	6	289045	-	289045	98.772			101.06		
60min	1	286381	-	286381	97.861	96.88	2.00	100.46	99.72	2.00
	2	284332	-	284332	97.161			100.19		
	3	281435	-	281435	96.171			99.18		
	4	273183	-	273183	93.351			96.00		
	5	286884	-	286884	98.033			100.96		
	6	288900	-	288900	98.722			101.56		
极限	1	291121	-	291121	99.481	100.33	1.14	102.62	103.70	1.22
	2	294661	-	294661	100.691			104.26		
	3	292696	-	292696	100.019			103.56		
	4	288868	-	288868	98.711			101.88		
	5	297426	-	297426	101.636			105.10		
	6	296777	-	296777	101.414			104.80		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	70360	70497	70467	70234	70311	70374	0.16
2	14.55	70129	70288				70208	0.17

单位质量响应值		RSD%	判断
4850.03	4825.29	0.37	数据可信



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050721批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	52191	-	52191	69.807	78.12	6.60	69.81	78.12	6.60
	2	62131	-	62131	83.101			83.10		
	3	62888	-	62888	84.114			84.11		
	4	57556	-	57556	76.982			76.98		
	5	58219	-	58219	77.869			77.87		
	6	57467	-	57467	76.863			76.86		
10min	1	63453	-	63453	84.870	89.71	3.10	85.26	90.14	3.11
	2	65786	-	65786	87.990			88.45		
	3	69099	-	69099	92.421			92.89		
	4	67948	-	67948	90.882			91.31		
	5	68132	-	68132	91.128			91.56		
	6	67999	-	67999	90.950			91.38		
15min	1	68654	-	68654	91.826	91.90	5.88	92.69	92.83	5.82
	2	60868	-	60868	81.412			82.36		
	3	69671	-	69671	93.186			94.17		
	4	72282	-	72282	96.679			97.61		
	5	69747	-	69747	93.288			94.23		
	6	71013	-	71013	94.981			95.91		
20min	1	65506	-	65506	87.616	94.16	3.73	88.99	95.60	3.72
	2	69695	-	69695	93.218			94.62		
	3	71923	-	71923	96.198			97.70		
	4	72406	-	72406	96.844			98.31		
	5	70545	-	70545	94.355			95.81		
	6	72298	-	72298	96.700			98.16		
30min	1	69038	-	69038	92.340	95.08	3.64	94.20	97.05	3.61
	2	68704	-	68704	91.893			93.81		
	3	73732	-	73732	98.618			100.65		
	4	73381	-	73381	98.149			100.16		
	5	68481	-	68481	91.595			93.58		
	6	73182	-	73182	97.882			99.88		
45min	1	70252	-	70252	93.963	97.19	1.94	96.33	99.68	1.95
	2	72276	-	72276	96.671			99.10		
	3	72154	-	72154	96.507			99.09		
	4	73739	-	73739	98.627			101.18		
	5	73898	-	73898	98.840			101.33		
	6	73676	-	73676	98.543			101.08		
60min	1	72439	-	72439	96.889	97.24	1.15	99.78	100.27	1.17
	2	71137	-	71137	95.147			98.12		
	3	73083	-	73083	97.750			100.87		
	4	72886	-	72886	97.487			100.59		
	5	73224	-	73224	97.939			100.98		
	6	73422	-	73422	98.203			101.29		
极限	1	74269	-	74269	99.336	98.86	1.26	102.77	102.43	1.25
	2	72675	-	72675	97.204			100.70		
	3	73565	-	73565	98.395			102.05		
	4	75453	-	75453	100.920			104.56		
	5	73524	-	73524	98.340			101.92		
	6	73995	-	73995	98.970			102.60		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	279928	279703	279952	279848	279953	279877	0.04
2	10.69	280105	279819				279962	0.08
单位质量响应值				RSD%	判断			
26328.97				0.38	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050721批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	205041	-	205041	70.100	55.36	28.07	70.10	55.36	28.07
	2	155709	-	155709	53.234			53.23		
	3	218195	-	218195	74.597			74.60		
	4	92535	-	92535	31.636			31.64		
	5	159020	-	159020	54.366			54.37		
	6	141007	-	141007	48.208			48.21		
10min	1	281287	-	281287	96.168	86.97	10.37	96.56	87.28	10.42
	2	248039	-	248039	84.801			85.10		
	3	279393	-	279393	95.520			95.93		
	4	210273	-	210273	71.889			72.06		
	5	245330	-	245330	83.875			84.18		
	6	261959	-	261959	89.560			89.83		
15min	1	285933	-	285933	97.756	92.13	6.63	98.68	92.92	6.71
	2	267855	-	267855	91.575			92.34		
	3	282517	-	282517	96.588			97.53		
	4	237122	-	237122	81.068			81.64		
	5	264973	-	264973	90.590			91.36		
	6	278535	-	278535	95.227			95.99		
20min	1	282883	-	282883	96.713	93.52	5.02	98.18	94.83	5.12
	2	273204	-	273204	93.404			94.68		
	3	286145	-	286145	97.829			99.31		
	4	249485	-	249485	85.295			86.32		
	5	267286	-	267286	91.381			92.65		
	6	282322	-	282322	96.521			97.82		
30min	1	283711	-	283711	96.996	94.50	3.47	99.00	96.32	3.60
	2	275635	-	275635	94.235			96.03		
	3	285392	-	285392	97.571			99.60		
	4	259466	-	259466	88.707			90.21		
	5	272842	-	272842	93.280			95.06		
	6	281394	-	281394	96.204			98.03		
45min	1	283185	-	283185	96.817	94.96	3.16	99.36	97.30	3.29
	2	276537	-	276537	94.544			96.86		
	3	286185	-	286185	97.842			100.41		
	4	263107	-	263107	89.952			91.94		
	5	272995	-	272995	93.333			95.63		
	6	284488	-	284488	97.262			99.63		
60min	1	281747	-	281747	96.325	94.69	2.94	99.41	97.56	3.08
	2	276719	-	276719	94.606			97.45		
	3	285246	-	285246	97.521			100.63		
	4	261769	-	261769	89.495			91.99		
	5	276382	-	276382	94.491			97.31		
	6	279868	-	279868	95.683			98.59		
极限	1	287745	-	287745	98.376	98.59	1.06	101.99	101.99	0.97
	2	282880	-	282880	96.712			100.08		
	3	287905	-	287905	98.430			102.08		
	4	291346	-	291346	99.607			102.60		
	5	290025	-	290025	99.155			102.50		
	6	290362	-	290362	99.270			102.71		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	70459	70354	70404	70404	70499	70424	0.08
2	14.55	69854	69697				69776	0.16
单位质量响应值			RSD%	判断				
4853.48			0.85	数据可信				



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050721批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	59855	-	59855	80.277	77.47	4.63	80.28	77.47	4.63
	2	55954	-	55954	75.045			75.05		
	3	60829	-	60829	81.584			81.58		
	4	55190	-	55190	74.021			74.02		
	5	54949	-	54949	73.697			73.70		
	6	59794	-	59794	80.196			80.20		
10min	1	67401	-	67401	90.398	90.46	0.82	90.84	90.88	0.80
	2	68040	-	68040	91.255			91.67		
	3	67558	-	67558	90.609			91.06		
	4	67449	-	67449	90.462			90.87		
	5	67785	-	67785	90.913			91.32		
	6	66437	-	66437	89.105			89.55		
15min	1	70197	-	70197	94.148	93.28	2.31	95.10	94.21	2.28
	2	69753	-	69753	93.553			94.48		
	3	67838	-	67838	90.984			91.94		
	4	72272	-	72272	96.931			97.84		
	5	68211	-	68211	91.484			92.40		
	6	69022	-	69022	92.572			93.51		
20min	1	70751	-	70751	94.891	94.55	1.60	96.36	96.00	1.58
	2	69097	-	69097	92.673			94.12		
	3	69750	-	69750	93.549			95.01		
	4	72057	-	72057	96.643			98.09		
	5	69883	-	69883	93.727			95.15		
	6	71446	-	71446	95.823			97.28		
30min	1	67733	-	67733	90.843	94.80	3.75	92.84	96.77	3.66
	2	71660	-	71660	96.110			98.07		
	3	67053	-	67053	89.931			91.91		
	4	71849	-	71849	96.364			98.35		
	5	73621	-	73621	98.740			100.68		
	6	72167	-	72167	96.790			98.78		
45min	1	70037	-	70037	93.933	95.40	2.29	96.44	97.90	2.24
	2	72020	-	72020	96.593			99.09		
	3	69110	-	69110	92.690			95.17		
	4	73172	-	73172	98.138			100.66		
	5	72448	-	72448	97.167			99.66		
	6	70004	-	70004	93.889			96.41		
60min	1	66866	-	66866	89.681	94.68	4.57	92.71	97.72	4.44
	2	72524	-	72524	97.269			100.30		
	3	66552	-	66552	89.259			92.26		
	4	72788	-	72788	97.623			100.69		
	5	74233	-	74233	99.561			102.59		
	6	70618	-	70618	94.713			97.76		
极限	1	70197	-	70197	94.148	95.32	2.67	97.67	98.88	2.61
	2	73339	-	73339	98.362			101.93		
	3	68394	-	68394	91.730			95.22		
	4	72663	-	72663	97.455			101.07		
	5	71999	-	71999	96.565			100.15		
	6	69839	-	69839	93.668			97.24		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	279273	278801	278934	279184	279518	279142	0.11
2	10.69	279206	279296				279251	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
26259.83				0.38	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050821批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	204206	-	204206	69.996	56.78	24.10	70.00	56.78	24.10
	2	136115	-	136115	46.656			46.66		
	3	176425	-	176425	60.473			60.47		
	4	129871	-	129871	44.516			44.52		
	5	128443	-	128443	44.026			44.03		
	6	218825	-	218825	75.007			75.01		
10min	1	268446	-	268446	92.015	87.12	6.08	92.40	87.43	6.12
	2	242314	-	242314	83.058			83.32		
	3	251118	-	251118	86.076			86.41		
	4	232217	-	232217	79.597			79.84		
	5	258274	-	258274	88.529			88.77		
	6	272556	-	272556	93.424			93.84		
15min	1	274128	-	274128	93.963	91.52	4.12	94.86	92.32	4.18
	2	258540	-	258540	88.620			89.34		
	3	266271	-	266271	91.270			92.08		
	4	250174	-	250174	85.752			86.44		
	5	273310	-	273310	93.682			94.42		
	6	279604	-	279604	95.840			96.78		
20min	1	273655	-	273655	93.801	92.56	3.43	95.22	93.86	3.48
	2	265536	-	265536	91.018			92.23		
	3	267166	-	267166	91.576			92.90		
	4	255417	-	255417	87.549			88.72		
	5	277524	-	277524	95.127			96.38		
	6	280866	-	280866	96.272			97.74		
30min	1	274058	-	274058	93.939	93.39	2.91	95.88	95.21	2.95
	2	270562	-	270562	92.740			94.46		
	3	268764	-	268764	92.124			93.95		
	4	259925	-	259925	89.094			90.75		
	5	281436	-	281436	96.468			98.25		
	6	279928	-	279928	95.951			97.95		
45min	1	272467	-	272467	93.393	93.00	2.49	95.86	95.34	2.53
	2	269966	-	269966	92.536			94.77		
	3	271413	-	271413	93.032			95.37		
	4	259337	-	259337	88.893			91.04		
	5	279202	-	279202	95.702			98.02		
	6	275529	-	275529	94.443			96.98		
60min	1	276422	-	276422	94.749	93.30	2.67	97.73	96.16	2.74
	2	269029	-	269029	92.215			94.96		
	3	267478	-	267478	91.683			94.54		
	4	262149	-	262149	89.857			92.50		
	5	276105	-	276105	94.640			97.49		
	6	282050	-	282050	96.678			99.74		
极限	1	280999	-	280999	96.318	99.01	3.68	99.83	102.39	3.65
	2	286654	-	286654	98.256			101.52		
	3	286064	-	286064	98.054			101.42		
	4	284297	-	284297	97.448			100.59		
	5	284972	-	284972	97.680			101.06		
	6	310151	-	310151	106.310			109.91		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	69309	69061	69551	68983	68995	69180	0.36
2	14.55	68810	69474				69142	0.68
单位质量响应值				RSD%	判断			
4767.75		4752.03		0.24	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050821批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	55356	-	55356	75.249	74.36	7.31	75.25	74.36	7.31
	2	51120	-	51120	69.491			69.49		
	3	52729	-	52729	71.678			71.68		
	4	50465	-	50465	68.601			68.60		
	5	60523	-	60523	82.273			82.27		
	6	58000	-	58000	78.843			78.84		
10min	1	66198	-	66198	89.988	87.51	5.81	90.41	87.92	5.80
	2	66794	-	66794	90.798			91.18		
	3	61629	-	61629	83.777			84.17		
	4	58445	-	58445	79.448			79.83		
	5	68598	-	68598	93.250			93.71		
	6	64569	-	64569	87.773			88.21		
15min	1	70453	-	70453	95.772	92.36	5.00	96.69	93.27	4.98
	2	69933	-	69933	95.065			95.96		
	3	67998	-	67998	92.434			93.30		
	4	63039	-	63039	85.693			86.52		
	5	71529	-	71529	97.234			98.21		
	6	64730	-	64730	87.992			88.92		
20min	1	70954	-	70954	96.453	92.68	2.57	97.90	94.09	2.59
	2	67943	-	67943	92.360			93.78		
	3	67058	-	67058	91.157			92.53		
	4	65771	-	65771	89.407			90.71		
	5	68801	-	68801	93.526			95.04		
	6	68546	-	68546	93.179			94.59		
30min	1	70117	-	70117	95.315	93.76	1.89	97.30	95.69	1.93
	2	68198	-	68198	92.706			94.64		
	3	68450	-	68450	93.049			94.93		
	4	67458	-	67458	91.700			93.50		
	5	70950	-	70950	96.447			98.48		
	6	68676	-	68676	93.356			95.29		
45min	1	61639	-	61639	83.790	91.66	6.29	86.31	94.11	6.16
	2	72358	-	72358	98.361			100.81		
	3	64710	-	64710	87.965			90.37		
	4	65158	-	65158	88.574			90.88		
	5	71452	-	71452	97.130			99.70		
	6	69270	-	69270	94.164			96.61		
60min	1	70129	-	70129	95.331	92.27	5.77	98.31	95.23	5.69
	2	69865	-	69865	94.972			97.97		
	3	61876	-	61876	84.112			87.00		
	4	64595	-	64595	87.809			90.61		
	5	72401	-	72401	98.420			101.53		
	6	68406	-	68406	92.989			95.96		
极限	1	70710	-	70710	96.121	96.19	2.44	99.63	99.66	2.42
	2	72810	-	72810	98.976			102.50		
	3	68801	-	68801	93.526			96.88		
	4	69401	-	69401	94.342			97.63		
	5	69973	-	69973	95.119			98.78		
	6	72853	-	72853	99.034			102.52		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.75	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.63	279773	279523	279482	279981	279777	279707	0.08
2	10.69	279415	279386				279400	0.01
单位质量响应值			RSD%		判断			
26312.98			26136.58		0.48 数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050821批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	151586	-	151586	51.893	60.08	18.00	51.89	60.08	18.00
	2	223927	-	223927	76.658			76.66		
	3	144286	-	144286	49.394			49.39		
	4	199569	-	199569	68.319			68.32		
	5	180314	-	180314	61.727			61.73		
	6	153333	-	153333	52.491			52.49		
10min	1	278992	-	278992	95.508	90.99	3.95	95.80	91.32	3.97
	2	275855	-	275855	94.434			94.86		
	3	250684	-	250684	85.817			86.09		
	4	265231	-	265231	90.797			91.18		
	5	264869	-	264869	90.673			91.02		
	6	259128	-	259128	88.708			89.00		
15min	1	287244	-	287244	98.333	93.91	2.76	99.15	94.74	2.77
	2	278812	-	278812	95.446			96.40		
	3	268169	-	268169	91.803			92.55		
	4	273895	-	273895	93.763			94.65		
	5	269754	-	269754	92.346			93.19		
	6	267990	-	267990	91.742			92.53		
20min	1	288017	-	288017	98.598	94.77	2.34	99.96	96.13	2.35
	2	281115	-	281115	96.235			97.72		
	3	273259	-	273259	93.546			94.81		
	4	274559	-	274559	93.991			95.40		
	5	271084	-	271084	92.801			94.16		
	6	272924	-	272924	93.431			94.72		
30min	1	284522	-	284522	97.401	94.46	2.36	99.31	96.34	2.36
	2	279835	-	279835	95.797			97.81		
	3	276943	-	276943	94.807			96.59		
	4	276454	-	276454	94.639			96.57		
	5	272177	-	272177	93.175			95.05		
	6	265572	-	265572	90.914			92.73		
45min	1	290551	-	290551	99.465	95.25	2.29	101.92	97.67	2.26
	2	279065	-	279065	95.533			98.08		
	3	275836	-	275836	94.428			96.74		
	4	273318	-	273318	93.566			96.02		
	5	274099	-	274099	93.833			96.23		
	6	276625	-	276625	94.698			97.02		
60min	1	286761	-	286761	98.168	94.61	2.34	101.17	97.55	2.33
	2	278593	-	278593	95.372			98.45		
	3	273480	-	273480	93.621			96.45		
	4	278004	-	278004	95.170			98.14		
	5	267630	-	267630	91.619			94.53		
	6	273697	-	273697	93.695			96.54		
极限	1	290061	-	290061	99.297	97.52	0.99	102.85	100.99	0.98
	2	283233	-	283233	96.960			100.57		
	3	284009	-	284009	97.226			100.58		
	4	281843	-	281843	96.484			99.99		
	5	284848	-	284848	97.513			100.94		
	6	285279	-	285279	97.660			101.03		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.7	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.51	69381	69705	69559	69744	69703	69618	0.22
2	14.55	69624	69652				69638	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
4797.93				0.18	数据可信			



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2026050821批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	61039	-	61039	82.418	78.31	3.54	82.42	78.31	3.54
	2	56487	-	56487	76.272			76.27		
	3	57184	-	57184	77.213			77.21		
	4	55364	-	55364	74.755			74.76		
	5	58852	-	58852	79.465			79.47		
	6	59046	-	59046	79.727			79.73		
10min	1	66638	-	66638	89.978	88.73	2.91	90.44	89.17	2.91
	2	62965	-	62965	85.019			85.44		
	3	66702	-	66702	90.064			90.49		
	4	63665	-	63665	85.964			86.38		
	5	66697	-	66697	90.058			90.50		
	6	67636	-	67636	91.326			91.77		
15min	1	72084	-	72084	97.332	92.40	3.40	98.29	93.33	3.39
	2	65648	-	65648	88.641			89.54		
	3	69135	-	69135	93.350			94.28		
	4	66219	-	66219	89.412			90.31		
	5	68340	-	68340	92.276			93.22		
	6	69147	-	69147	93.366			94.32		
20min	1	74901	-	74901	101.135	93.41	5.83	102.63	94.85	5.78
	2	65625	-	65625	88.610			90.00		
	3	71183	-	71183	96.115			97.56		
	4	65625	-	65625	88.610			90.00		
	5	65780	-	65780	88.820			90.27		
	6	71958	-	71958	97.161			98.63		
30min	1	73860	-	73860	99.730	91.41	5.03	101.79	93.37	4.99
	2	65881	-	65881	88.956			90.84		
	3	67179	-	67179	90.709			92.69		
	4	63799	-	63799	86.145			88.03		
	5	66988	-	66988	90.451			92.40		
	6	68490	-	68490	92.479			94.49		
45min	1	73830	-	73830	99.689	94.49	4.48	102.30	96.96	4.46
	2	67091	-	67091	90.590			92.96		
	3	72546	-	72546	97.955			100.44		
	4	65633	-	65633	88.621			90.98		
	5	70287	-	70287	94.905			97.36		
	6	70479	-	70479	95.164			97.69		
60min	1	73729	-	73729	99.553	94.48	4.22	102.72	97.47	4.20
	2	66485	-	66485	89.771			92.65		
	3	70648	-	70648	95.393			98.42		
	4	67943	-	67943	91.740			94.59		
	5	68067	-	68067	91.908			94.89		
	6	72960	-	72960	98.514			101.57		
极限	1	73715	-	73715	99.534	94.70	4.74	103.26	98.22	4.70
	2	65718	-	65718	88.736			92.11		
	3	71556	-	71556	96.619			100.18		
	4	67531	-	67531	91.184			94.55		
	5	68695	-	68695	92.756			96.24		
	6	73583	-	73583	99.356			102.95		



操作者:

日期: 2026-08-03

复核者:

未审阅版本



PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-244-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm

批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 20 μl

进样时间: 2026/05/27 11:56:59

处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min


波长:237nm

版本号:6.115

实验者: xiexinhui

处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-245-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:00:53
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.708	280351	79.938	34062	987	1.212	--
2	2.563	70360	20.062	9253	2612	1.057	4.091
总计		350711	100.000	43315			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-246-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:04:47
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.708	280645	79.923	34066	987	1.209	--
2	2.563	70497	20.077	9256	2611	1.056	4.090
总计		351142	100.000	43323			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-247-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:08:41
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.708	280664	79.931	34034	982	1.213	--
2	2.563	70467	20.069	9259	2612	1.057	4.086
总计		351131	100.000	43292			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-248-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:12:35
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.707	280560	79.979	34087	986	1.210	--
2	2.562	70234	20.021	9240	2610	1.055	4.088
总计		350794	100.000	43327			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-249-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:16:30
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.707	280505	79.958	34088	987	1.211	--
2	2.562	70311	20.042	9238	2611	1.055	4.088
总计		350816	100.000	43326			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-250-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:20:23
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	134424	72.033	16528	1017	1.208	--
2	2.562	52191	27.967	6860	2625	1.067	4.113
总计		186614	100.000	23389			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-251-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:24:15
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	185336	74.893	22821	1017	1.205	--
2	2.562	62131	25.107	8184	2617	1.052	4.106
总计		247466	100.000	31006			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-252-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:28:08
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	186523	74.785	23053	1022	1.202	--
2	2.563	62888	25.215	8287	2619	1.053	4.107
总计		249412	100.000	31340			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-253-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:32:01
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	107769	65.186	13466	1046	1.202	--
2	2.562	57556	34.814	7580	2623	1.054	4.128
总计		165324	100.000	21046			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-254-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:35:54
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	153831	72.545	19008	1021	1.205	--
2	2.562	58219	27.455	7671	2618	1.052	4.107
总计		212049	100.000	26680			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-255-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:39:47
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	140928	71.034	17437	1029	1.206	--
2	2.563	57467	28.966	7564	2617	1.054	4.116
总计		198394	100.000	25002			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-256-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:43:40
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	224317	77.950	27486	1005	1.202	--
2	2.562	63453	22.050	8375	2621	1.055	4.091
总计		287770	100.000	35861			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-257-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:47:34
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	271855	80.516	33545	1020	1.195	--
2	2.562	65786	19.484	8656	2612	1.051	4.094
总计		337641	100.000	42201			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-258-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:51:28
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	270044	79.625	33187	1012	1.198	--
2	2.562	69099	20.375	9095	2611	1.055	4.090
总计		339143	100.000	42282			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-259-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:55:21
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	225955	76.881	27705	1006	1.203	--
2	2.563	67948	23.119	8937	2619	1.050	4.092
总计		293903	100.000	36642			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-260-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 12:59:14
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:05:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	259290	79.191	31906	1013	1.200	--
2	2.562	68132	20.809	8973	2613	1.052	4.094
总计		327422	100.000	40879			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-261-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:03:07
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	241748	78.047	29825	1020	1.202	--
2	2.562	67999	21.953	8943	2608	1.050	4.095
总计		309748	100.000	38768			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-262-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:07:01
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	245995	78.181	30305	1023	1.203	--
2	2.562	68654	21.819	9035	2615	1.056	4.110
总计		314649	100.000	39340			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-263-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:10:53
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	281984	82.246	34697	1017	1.198	--
2	2.563	60868	17.754	8013	2617	1.052	4.095
总计		342852	100.000	42710			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-264-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:14:46
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	279411	80.042	34418	1017	1.197	--
2	2.563	69671	19.958	9171	2618	1.049	4.093
总计		349081	100.000	43589			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-265-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:18:39
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	250172	77.584	30646	1005	1.203	--
2	2.562	72282	22.416	9512	2615	1.053	4.083
总计		322454	100.000	40158			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-266-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:22:31
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	274926	79.764	33747	1011	1.199	--
2	2.562	69747	20.236	9174	2617	1.055	4.090
总计		344673	100.000	42921			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-267-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:26:24
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	265918	78.924	32580	1007	1.199	--
2	2.563	71013	21.076	9353	2611	1.052	4.087
总计		336931	100.000	41933			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-268-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:30:18
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	247561	79.076	30342	1008	1.203	--
2	2.563	65506	20.924	8618	2617	1.054	4.094
总计		313067	100.000	38960			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-269-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:34:11
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	282016	80.184	34647	1013	1.198	--
2	2.563	69695	19.816	9184	2617	1.053	4.090
总计		351711	100.000	43832			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-270-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:38:04
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	281783	79.666	34714	1020	1.199	--
2	2.562	71923	20.334	9485	2615	1.053	4.098
总计		353706	100.000	44199			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-271-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:41:57
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	263995	78.476	32634	1029	1.198	--
2	2.561	72406	21.524	9531	2630	1.052	4.110
总计		336401	100.000	42165			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-272-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:45:51
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	281908	79.985	34540	1006	1.200	--
2	2.561	70545	20.015	9283	2613	1.054	4.085
总计		352453	100.000	43824			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-273-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:49:44
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	274805	79.171	33631	1005	1.202	--
2	2.561	72298	20.829	9512	2614	1.054	4.086
总计		347104	100.000	43143			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-274-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:53:38
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	254457	78.659	31057	1001	1.207	--
2	2.561	69038	21.341	9084	2614	1.051	4.089
总计		323495	100.000	40141			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-275-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 13:57:32
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	285259	80.590	35123	1019	1.199	--
2	2.562	68704	19.410	9042	2621	1.051	4.098
总计		353964	100.000	44165			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-276-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:01:25
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	282261	79.288	34626	1011	1.202	--
2	2.562	73732	20.712	9702	2613	1.054	4.090
总计		355993	100.000	44328			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-277-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:05:16
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	270827	78.681	33209	1011	1.202	--
2	2.561	73381	21.319	9657	2613	1.054	4.089
总计		344208	100.000	42866			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-278-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:09:09
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	284664	80.608	34968	1013	1.201	--
2	2.562	68481	19.392	9038	2628	1.050	4.094
总计		353146	100.000	44006			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-279-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:13:02
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	283302	79.471	34959	1024	1.199	--
2	2.563	73182	20.529	9626	2616	1.054	4.097
总计		356484	100.000	44585			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-280-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:16:56
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	260709	78.773	31763	1001	1.206	--
2	2.562	70252	21.227	9252	2626	1.052	4.094
总计		330961	100.000	41016			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-281-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:20:49
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:06:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	287106	79.889	35060	1005	1.205	--
2	2.562	72276	20.111	9519	2622	1.050	4.095
总计		359382	100.000	44579			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-282-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:24:43
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	282325	79.645	34670	1015	1.200	--
2	2.562	72154	20.355	9513	2618	1.052	4.100
总计		354479	100.000	44183			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-283-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:28:37
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	277051	78.979	34036	1017	1.202	--
2	2.561	73739	21.021	9711	2612	1.051	4.099
总计		350790	100.000	43747			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-284-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:32:28
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	285360	79.430	34856	1004	1.204	--
2	2.561	73898	20.570	9731	2614	1.052	4.086
总计		359258	100.000	44587			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-285-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:36:22
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	289045	79.688	35519	1015	1.201	--
2	2.562	73676	20.312	9699	2618	1.052	4.096
总计		362722	100.000	45218			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-286-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:40:16
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	286381	79.812	35025	1006	1.204	--
2	2.561	72439	20.188	9534	2619	1.055	4.091
总计		358820	100.000	44559			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-287-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:44:10
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	284332	79.988	34807	1006	1.202	--
2	2.562	71137	20.012	9353	2618	1.054	4.085
总计		355469	100.000	44160			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-288-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:48:03
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	281435	79.385	34518	1013	1.204	--
2	2.562	73083	20.615	9628	2625	1.054	4.096
总计		354519	100.000	44146			

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-289-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:51:56
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	273183	78.939	33603	1017	1.201	--
2	2.562	72886	21.061	9610	2610	1.051	4.089
总计		346069	100.000	43213			

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-290-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:55:50
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	286884	79.666	35157	1012	1.204	--
2	2.562	73224	20.334	9649	2619	1.053	4.093
总计		360109	100.000	44806			

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-291-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 14:59:42
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	288900	79.736	35480	1016	1.201	--
2	2.562	73422	20.264	9661	2619	1.052	4.093
总计		362322	100.000	45142			

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-292-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:03:36
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	291121	79.674	35457	1002	1.204	--
2	2.561	74269	20.326	9786	2625	1.050	4.094
总计		365389	100.000	45244			

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-293-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:07:30
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	294661	80.216	36022	1005	1.204	--
2	2.562	72675	19.784	9569	2621	1.054	4.086
总计		367336	100.000	45591			

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-294-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:11:23
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	292696	79.915	35830	1010	1.204	--
2	2.561	73565	20.085	9682	2616	1.057	4.091
总计		366260	100.000	45512			

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-295-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:15:17
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	288868	79.289	35512	1020	1.203	--
2	2.561	75453	20.711	9933	2614	1.049	4.102
总计		364321	100.000	45445			

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-296-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:19:11
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	297426	80.179	36530	1016	1.203	--
2	2.561	73524	19.821	9688	2618	1.049	4.097
总计		370950	100.000	46218			

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-297-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:23:05
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	296777	80.043	36348	1012	1.205	--
2	2.561	73995	19.957	9734	2620	1.051	4.095
总计		370772	100.000	46082			

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-298-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:26:59
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.707	279449	79.939	33612	970	1.219	--
2	2.561	70129	20.061	9242	2618	1.052	4.069
总计		349578	100.000	42854			

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-299-2 - zzp-2026050721p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:30:53
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.707	279695	79.917	33622	969	1.218	--
2	2.561	70288	20.083	9243	2600	1.052	4.063
总计		349983	100.000	42865			

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-300-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:34:49
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-301-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:38:42
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.707	279928	79.891	33632	969	1.219	--
2	2.561	70459	20.109	9251	2605	1.050	4.066
总计		350388	100.000	42883			

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-302-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:42:37
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:07:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.707	279703	79.902	33654	970	1.217	--
2	2.561	70354	20.098	9252	2614	1.053	4.071
总计		350057	100.000	42906			

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-303-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:46:32
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.707	279952	79.905	33665	971	1.217	--
2	2.561	70404	20.095	9251	2607	1.055	4.068
总计		350356	100.000	42916			

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-304-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:50:27
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.707	279848	79.899	33683	972	1.217	--
2	2.561	70404	20.101	9265	2614	1.051	4.071
总计		350252	100.000	42947			

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-305-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:54:22
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.707	279953	79.883	33704	971	1.218	--
2	2.560	70499	20.117	9257	2618	1.050	4.072
总计		350451	100.000	42961			

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-306-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 15:58:14
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	205041	77.404	25047	1008	1.208	--
2	2.561	59855	22.596	7884	2617	1.049	4.096
总计		264896	100.000	32930			

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-307-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:02:09
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	155709	73.565	18972	1001	1.211	--
2	2.561	55954	26.435	7367	2624	1.051	4.091
总计		211663	100.000	26339			

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-308-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:06:02
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	218195	78.199	26971	1028	1.201	--
2	2.561	60829	21.801	8011	2619	1.052	4.102
总计		279024	100.000	34982			

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-309-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:09:55
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	92535	62.640	11305	1000	1.217	--
2	2.562	55190	37.360	7273	2624	1.049	4.087
总计		147725	100.000	18578			

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-310-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:13:49
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	159020	74.319	19566	1015	1.206	--
2	2.562	54949	25.681	7252	2631	1.052	4.092
总计		213969	100.000	26819			

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-311-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:17:43
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	141007	70.222	17326	1016	1.209	--
2	2.562	59794	29.778	7889	2617	1.050	4.097
总计		200801	100.000	25216			

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-312-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:21:38
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	281287	80.670	34340	1002	1.206	--
2	2.562	67401	19.330	8881	2625	1.052	4.087
总计		348688	100.000	43222			

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-313-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:25:32
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.713	248039	78.474	30520	1020	1.202	--
2	2.562	68040	21.526	8949	2613	1.051	4.093
总计		316078	100.000	39469			

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-314-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:29:26
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	279393	80.528	34210	1009	1.203	--
2	2.562	67558	19.472	8900	2616	1.050	4.087
总计		346951	100.000	43110			

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-315-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:33:21
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	210273	75.714	25813	1013	1.206	--
2	2.562	67449	24.286	8873	2611	1.050	4.088
总计		277722	100.000	34686			

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-316-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:37:14
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	245330	78.351	30072	1010	1.204	--
2	2.562	67785	21.649	8922	2624	1.049	4.087
总计		313114	100.000	38994			

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



PCH-301


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-317-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:41:09
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	261959	79.769	32082	1007	1.202	--
2	2.561	66437	20.231	8752	2612	1.050	4.081
总计		328396	100.000	40834			

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-318-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:45:02
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	285933	80.289	34933	1006	1.207	--
2	2.560	70197	19.711	9215	2621	1.053	4.091
总计		356130	100.000	44149			

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-319-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:48:58
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	267855	79.339	32978	1021	1.200	--
2	2.560	69753	20.661	9188	2628	1.049	4.097
总计		337608	100.000	42166			

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-320-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:52:51
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.712	282517	80.637	34720	1016	1.203	--
2	2.560	67838	19.363	8931	2629	1.056	4.094
总计		350355	100.000	43652			

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-321-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 16:56:44
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	237122	76.641	29191	1022	1.204	--
2	2.560	72272	23.359	9521	2626	1.051	4.102
总计		309394	100.000	38712			

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-322-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:00:38
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	264973	79.527	32785	1032	1.202	--
2	2.559	68211	20.473	8960	2617	1.051	4.105
总计		333185	100.000	41745			

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-323-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:04:30
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:08:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.711	278535	80.141	34189	1015	1.204	--
2	2.560	69022	19.859	9081	2624	1.051	4.093
总计		347557	100.000	43271			

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-324-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:08:25
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	282883	79.993	34527	1004	1.206	--
2	2.559	70751	20.007	9310	2622	1.056	4.086
总计		353634	100.000	43837			

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-325-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:12:20
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	273204	79.814	33538	1018	1.204	--
2	2.559	69097	20.186	9096	2623	1.053	4.096
总计		342301	100.000	42634			

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-326-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:16:16
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	286145	80.401	35039	1013	1.205	--
2	2.559	69750	19.599	9200	2623	1.052	4.097
总计		355896	100.000	44238			

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-327-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:20:10
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	249485	77.590	30760	1026	1.205	--
2	2.559	72057	22.410	9492	2628	1.052	4.106
总计		321542	100.000	40252			

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-328-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:24:03
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	267286	79.274	32763	1011	1.206	--
2	2.559	69883	20.726	9202	2619	1.052	4.087
总计		337169	100.000	41965			

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-329-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:27:57
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.710	282322	79.804	34598	1016	1.205	--
2	2.559	71446	20.196	9399	2624	1.050	4.097
总计		353768	100.000	43997			

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-330-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:31:51
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.709	283711	80.727	34786	1016	1.203	--
2	2.558	67733	19.273	8923	2614	1.050	4.092
总计		351444	100.000	43709			

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-331-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:35:46
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.726	275635	79.366	33202	999	1.205	--
2	2.599	71660	20.634	9258	2591	1.049	4.128
总计		347296	100.000	42460			

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-332-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:39:40
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	285392	80.975	34799	1039	1.198	--
2	2.617	67053	19.025	8665	2645	1.053	4.142
总计		352445	100.000	43464			

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-333-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:43:34
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	259466	78.314	31586	1037	1.200	--
2	2.616	71849	21.686	9294	2642	1.056	4.141
总计		331314	100.000	40880			

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-334-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:47:28
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	272842	78.751	33046	1026	1.199	--
2	2.616	73621	21.249	9512	2637	1.048	4.130
总计		346463	100.000	42557			

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-335-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:53:18
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	281394	79.589	34236	1034	1.198	--
2	2.616	72167	20.411	9326	2636	1.051	4.133
总计		353561	100.000	43562			

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-336-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 17:57:47
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	283185	80.172	34249	1024	1.203	--
2	2.617	70037	19.828	9047	2642	1.051	4.131
总计		353222	100.000	43296			

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-337-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:01:47
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	276537	79.338	33572	1031	1.200	--
2	2.617	72020	20.662	9297	2641	1.051	4.135
总计		348556	100.000	42869			

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-338-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:06:33
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	286185	80.549	34570	1022	1.203	--
2	2.617	69110	19.451	8924	2645	1.049	4.135
总计		355295	100.000	43495			

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-339-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:10:26
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	263107	78.241	32169	1047	1.198	--
2	2.617	73172	21.759	9451	2638	1.054	4.147
总计		336280	100.000	41620			

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-340-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:14:21
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	272995	79.028	33087	1027	1.201	--
2	2.617	72448	20.972	9369	2639	1.051	4.131
总计		345443	100.000	42456			

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-341-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:18:14
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	284488	80.252	34463	1029	1.203	--
2	2.618	70004	19.748	9036	2642	1.052	4.143
总计		354492	100.000	43500			

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-342-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:22:10
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	281747	80.819	34140	1026	1.200	--
2	2.619	66866	19.181	8647	2640	1.048	4.132
总计		348613	100.000	42788			

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-343-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:26:05
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	276719	79.234	33551	1030	1.201	--
2	2.618	72524	20.766	9361	2642	1.049	4.137
总计		349243	100.000	42911			

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-344-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:30:00
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:09:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	285246	81.082	34593	1029	1.201	--
2	2.618	66552	18.918	8602	2639	1.049	4.132
总计		351798	100.000	43195			

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-345-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:33:54
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	261769	78.244	31691	1025	1.202	--
2	2.618	72788	21.756	9396	2647	1.048	4.132
总计		334557	100.000	41087			

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-346-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:37:48
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	276382	78.828	33637	1039	1.200	--
2	2.618	74233	21.172	9598	2645	1.049	4.147
总计		350614	100.000	43235			

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-347-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 18:41:42
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	279868	79.851	33880	1024	1.199	--
2	2.619	70618	20.149	9127	2646	1.050	4.131
总计		350486	100.000	43007			

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-349-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:17:31
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.790	287745	80.389	35433	1160	1.025	--
2	2.659	70197	19.611	8966	2788	0.935	4.223
总计		357942	100.000	44399			

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-350-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:22:29
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.790	282880	79.412	34820	1159	1.028	--
2	2.660	73339	20.588	9348	2777	0.928	4.219
总计		356219	100.000	44168			

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-351-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:26:24
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.790	287905	80.804	35411	1152	1.032	--
2	2.660	68394	19.196	8747	2783	0.936	4.216
总计		356299	100.000	44157			

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-352-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:30:19
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.791	291346	80.038	35836	1155	1.035	--
2	2.662	72663	19.962	9276	2773	0.933	4.219
总计		364009	100.000	45113			

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-353-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:34:14
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.792	290025	80.112	35786	1163	1.035	--
2	2.661	71999	19.888	9157	2763	0.927	4.215
总计		362024	100.000	44944			

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-354-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:38:07
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.790	290362	80.611	35594	1141	1.040	--
2	2.662	69839	19.389	8940	2775	0.938	4.209
总计		360201	100.000	44534			

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-355-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:42:02
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	280105	80.039	33600	1087	1.051	--
2	2.661	69854	19.961	8883	2759	0.931	4.177
总计		349959	100.000	42483			

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-356-2 - zzp-2026050721p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:45:57
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	279819	80.059	33565	1086	1.052	--
2	2.660	69697	19.941	8870	2733	0.934	4.165
总计		349515	100.000	42435			

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050721批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-357-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:49:50
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-358-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:53:43
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	279273	80.117	33467	1083	1.056	--
2	2.659	69309	19.883	8806	2757	0.941	4.174
总计		348582	100.000	42273			

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-359-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 19:57:36
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	278801	80.147	33470	1086	1.054	--
2	2.659	69061	19.853	8807	2752	0.938	4.175
总计		347862	100.000	42276			

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-360-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:01:29
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	278934	80.042	33533	1090	1.054	--
2	2.659	69551	19.958	8823	2753	0.934	4.179
总计		348485	100.000	42356			

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-361-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:05:22
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	279184	80.187	33501	1086	1.055	--
2	2.660	68983	19.813	8813	2758	0.935	4.176
总计		348167	100.000	42313			

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-362-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:09:15
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	279518	80.203	33535	1087	1.056	--
2	2.660	68995	19.797	8803	2762	0.938	4.178
总计		348513	100.000	42338			

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-363-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:13:07
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.791	204206	78.673	25244	1157	1.048	--
2	2.661	55356	21.327	7088	2765	0.945	4.215
总计		259563	100.000	32332			

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-364-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:17:00
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.790	136115	72.698	16865	1155	1.057	--
2	2.661	51120	27.302	6578	2782	0.948	4.222
总计		187235	100.000	23444			

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-365-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:20:53
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.789	176425	76.990	21709	1141	1.055	--
2	2.661	52729	23.010	6765	2774	0.948	4.212
总计		229155	100.000	28474			

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-366-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:24:45
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.789	129871	72.016	16101	1154	1.058	--
2	2.661	50465	27.984	6478	2768	0.945	4.224
总计		180336	100.000	22579			

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-367-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:28:38
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:10:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.788	128443	67.972	15785	1134	1.059	--
2	2.661	60523	32.028	7700	2683	0.943	4.177
总计		188965	100.000	23485			

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-368-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:32:30
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.788	218825	79.048	26883	1135	1.054	--
2	2.661	58000	20.952	7424	2767	0.941	4.211
总计		276826	100.000	34307			

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-369-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:36:23
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.791	268446	80.218	33076	1147	1.050	--
2	2.661	66198	19.782	8464	2760	0.944	4.203
总计		334644	100.000	41540			

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-370-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:40:14
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.790	242314	78.391	29911	1154	1.050	--
2	2.661	66794	21.609	8572	2771	0.945	4.216
总计		309109	100.000	38483			

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-371-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:44:07
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.790	251118	80.294	30862	1139	1.052	--
2	2.661	61629	19.706	7905	2765	0.943	4.205
总计		312747	100.000	38767			

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-372-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:48:01
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.789	232217	79.892	28710	1157	1.054	--
2	2.661	58445	20.108	7511	2770	0.949	4.224
总计		290662	100.000	36221			

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-373-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:51:53
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.790	258274	79.014	31860	1150	1.052	--
2	2.661	68598	20.986	8784	2767	0.944	4.215
总计		326872	100.000	40644			

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-374-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:55:46
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.789	272556	80.847	33342	1127	1.055	--
2	2.661	64569	19.153	8281	2775	0.944	4.201
总计		337125	100.000	41624			

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-375-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 20:59:38
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.790	274128	79.554	33865	1151	1.052	--
2	2.661	70453	20.446	9008	2768	0.942	4.211
总计		344581	100.000	42873			

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-376-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:03:30
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.789	258540	78.710	31748	1134	1.055	--
2	2.660	69933	21.290	8969	2769	0.945	4.202
总计		328473	100.000	40717			

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-377-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:07:23
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.789	266271	79.658	33031	1160	1.052	--
2	2.660	67998	20.342	8700	2764	0.947	4.221
总计		334270	100.000	41732			

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-378-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:11:16
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	250174	79.873	30602	1122	1.060	--
2	2.659	63039	20.127	8081	2767	0.953	4.199
总计		313213	100.000	38683			

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-379-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:15:09
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.789	273310	79.257	33780	1149	1.055	--
2	2.660	71529	20.743	9131	2761	0.944	4.213
总计		344840	100.000	42911			

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-380-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:19:02
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.788	279604	81.201	34577	1153	1.056	--
2	2.660	64730	18.799	8280	2765	0.945	4.221
总计		344334	100.000	42857			

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-381-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:22:54
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.789	273655	79.410	33581	1130	1.058	--
2	2.660	70954	20.590	9037	2764	0.946	4.193
总计		344608	100.000	42617			

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-382-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:26:47
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.789	265536	79.626	32917	1158	1.055	--
2	2.659	67943	20.374	8702	2774	0.945	4.219
总计		333480	100.000	41619			

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-383-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:30:39
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.788	267166	79.936	32779	1129	1.059	--
2	2.658	67058	20.064	8589	2770	0.950	4.199
总计		334225	100.000	41368			

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-384-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:34:32
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	255417	79.523	31500	1145	1.059	--
2	2.659	65771	20.477	8432	2778	0.950	4.219
总计		321188	100.000	39932			

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-385-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:38:24
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.788	277524	80.134	34167	1138	1.059	--
2	2.659	68801	19.866	8838	2779	0.951	4.210
总计		346325	100.000	43006			

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-386-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:42:17
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	280866	80.383	34622	1144	1.060	--
2	2.659	68546	19.617	8783	2766	0.948	4.215
总计		349411	100.000	43405			

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-387-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:46:09
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.788	274058	79.627	33737	1138	1.057	--
2	2.658	70117	20.373	8965	2762	0.944	4.200
总计		344176	100.000	42702			

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-388-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:50:02
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:11:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.788	270562	79.868	33618	1161	1.057	--
2	2.658	68198	20.132	8752	2765	0.950	4.226
总计		338760	100.000	42371			

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-389-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:53:53
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	268764	79.701	32964	1129	1.061	--
2	2.658	68450	20.299	8786	2769	0.948	4.201
总计		337214	100.000	41749			

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-390-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 21:57:45
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	259925	79.395	32074	1144	1.060	--
2	2.657	67458	20.605	8656	2767	0.947	4.214
总计		327383	100.000	40730			

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-391-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:01:37
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	281436	79.866	34736	1144	1.061	--
2	2.657	70950	20.134	9116	2768	0.951	4.215
总计		352386	100.000	43853			

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-392-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:05:30
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	279928	80.300	34423	1136	1.062	--
2	2.658	68676	19.700	8823	2771	0.948	4.213
总计		348603	100.000	43246			

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-393-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:09:22
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	272467	81.551	33565	1136	1.060	--
2	2.657	61639	18.449	7934	2774	0.950	4.204
总计		334106	100.000	41499			

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-394-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:13:14
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	269966	78.863	33203	1134	1.060	--
2	2.658	72358	21.137	9283	2757	0.949	4.198
总计		342325	100.000	42486			

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-395-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:17:06
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	271413	80.748	33446	1141	1.062	--
2	2.657	64710	19.252	8324	2774	0.950	4.212
总计		336123	100.000	41771			

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-396-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:20:58
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	259337	79.920	31704	1119	1.065	--
2	2.656	65158	20.080	8355	2763	0.946	4.196
总计		324495	100.000	40059			

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-397-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:24:50
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	279202	79.623	34297	1133	1.064	--
2	2.657	71452	20.377	9152	2761	0.948	4.204
总计		350654	100.000	43449			

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-398-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:28:43
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	275529	79.910	33979	1142	1.062	--
2	2.658	69270	20.090	8895	2767	0.948	4.209
总计		344799	100.000	42874			

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-399-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:32:34
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	276422	79.764	34129	1144	1.061	--
2	2.657	70129	20.236	9002	2758	0.952	4.205
总计		346550	100.000	43131			

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-400-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:36:25
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	269029	79.384	33104	1134	1.062	--
2	2.657	69865	20.616	8926	2761	0.945	4.197
总计		338894	100.000	42030			

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-401-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:40:17
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	267478	81.213	32878	1130	1.063	--
2	2.657	61876	18.787	7935	2761	0.946	4.196
总计		329354	100.000	40813			

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-402-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:44:08
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	262149	80.231	32136	1126	1.066	--
2	2.657	64595	19.769	8315	2761	0.951	4.200
总计		326744	100.000	40451			

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-403-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:48:00
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	276105	79.225	33745	1119	1.066	--
2	2.656	72401	20.775	9280	2766	0.949	4.194
总计		348506	100.000	43025			

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-404-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:51:51
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	282050	80.481	34653	1138	1.066	--
2	2.657	68406	19.519	8784	2765	0.951	4.216
总计		350456	100.000	43438			

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-405-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:55:45
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.788	280999	79.895	34891	1155	1.060	--
2	2.656	70710	20.105	9051	2749	0.949	4.205
总计		351708	100.000	43943			

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-406-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 22:59:39
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	286654	79.745	35329	1139	1.063	--
2	2.656	72810	20.255	9328	2765	0.947	4.203
总计		359464	100.000	44658			

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-407-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:03:30
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	286064	80.612	35355	1146	1.064	--
2	2.656	68801	19.388	8864	2772	0.953	4.214
总计		354865	100.000	44219			

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-408-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:07:24
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	284297	80.378	34727	1119	1.067	--
2	2.657	69401	19.622	8900	2771	0.951	4.196
总计		353698	100.000	43627			

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-409-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:11:17
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:12:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	284972	80.286	34935	1128	1.066	--
2	2.657	69973	19.714	8946	2763	0.946	4.199
总计		354945	100.000	43881			

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-410-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:15:11
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.798	310151	80.979	41820	1416	1.037	--
2	2.659	72853	19.021	9338	2783	0.950	4.385
总计		383004	100.000	51158			

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-411-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:19:03
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.780	279206	80.228	33493	1067	1.077	--
2	2.656	68810	19.772	8846	2759	0.954	4.169
总计		348016	100.000	42339			

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-412-2 - zzp-2026050821p-rcqx-1-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:22:56
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.780	279296	80.080	33497	1068	1.078	--
2	2.656	69474	19.920	8871	2750	0.945	4.166
总计		348770	100.000	42367			

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-413-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:26:50
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-414-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:30:44
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.780	279773	80.129	33453	1061	1.080	--
2	2.656	69381	19.871	8919	2758	0.952	4.164
总计		349154	100.000	42372			

图170 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-415-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:34:39
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.780	279523	80.040	33518	1066	1.080	--
2	2.656	69705	19.960	8933	2757	0.949	4.167
总计		349227	100.000	42451			

图171 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-416-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:38:32
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.780	279482	80.071	33529	1066	1.081	--
2	2.657	69559	19.929	8931	2758	0.952	4.169
总计		349041	100.000	42459			

图172 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-3




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-417-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:42:27
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.780	279981	80.057	33448	1059	1.082	--
2	2.656	69744	19.943	8932	2752	0.949	4.160
总计		349726	100.000	42381			

图173 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-4




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-418-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:46:20
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.780	279777	80.055	33472	1062	1.082	--
2	2.657	69703	19.945	8934	2757	0.951	4.165
总计		349480	100.000	42406			

图174 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-1-5




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-419-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:50:15
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	151586	71.292	18525	1114	1.076	--
2	2.656	61039	28.708	7829	2763	0.951	4.191
总计		212625	100.000	26355			

图175 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-420-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:54:07
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	223927	79.856	27607	1136	1.069	--
2	2.657	56487	20.144	7287	2769	0.955	4.202
总计		280414	100.000	34893			

图176 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-421-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/27 23:57:59
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	144286	71.617	17601	1111	1.080	--
2	2.656	57184	28.383	7359	2756	0.959	4.193
总计		201471	100.000	24960			

图177 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-422-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:01:53
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	199569	78.283	24347	1112	1.076	--
2	2.657	55364	21.717	7109	2766	0.951	4.194
总计		254933	100.000	31457			

图178 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-423-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:05:45
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	180314	75.393	22001	1116	1.078	--
2	2.657	58852	24.607	7585	2768	0.953	4.200
总计		239166	100.000	29586			

图179 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-424-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:09:38
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	153333	72.198	18801	1130	1.077	--
2	2.657	59046	27.802	7637	2786	0.958	4.220
总计		212379	100.000	26438			

图180 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-425-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:13:31
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	278992	80.720	34121	1118	1.070	--
2	2.657	66638	19.280	8561	2767	0.956	4.189
总计		345630	100.000	42682			

图181 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-426-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:17:24
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	275855	81.416	33597	1109	1.072	--
2	2.657	62965	18.584	8066	2758	0.951	4.182
总计		338820	100.000	41663			

图182 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-427-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:21:17
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	250684	78.984	30286	1088	1.076	--
2	2.657	66702	21.016	8567	2766	0.951	4.177
总计		317386	100.000	38853			

图183 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-428-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:25:11
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	265231	80.643	32308	1109	1.071	--
2	2.656	63665	19.357	8224	2776	0.959	4.187
总计		328896	100.000	40532			

图184 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-429-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:29:04
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	264869	79.884	32167	1105	1.074	--
2	2.656	66697	20.116	8584	2769	0.951	4.185
总计		331566	100.000	40751			

图185 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-430-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:32:57
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:13:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	259128	79.301	31417	1101	1.076	--
2	2.657	67636	20.699	8675	2754	0.947	4.181
总计		326764	100.000	40093			

图186 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-431-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:36:49
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	287244	79.939	35213	1123	1.070	--
2	2.657	72084	20.061	9264	2766	0.953	4.192
总计		359328	100.000	44477			

图187 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-432-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:40:43
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	278812	80.942	34151	1122	1.071	--
2	2.657	65648	19.058	8432	2772	0.952	4.196
总计		344460	100.000	42583			

图188 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-433-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:44:36
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	268169	79.504	32466	1095	1.075	--
2	2.656	69135	20.496	8905	2767	0.955	4.178
总计		337303	100.000	41371			

图189 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-434-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:48:29
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	273895	80.530	33428	1115	1.072	--
2	2.657	66219	19.470	8506	2758	0.950	4.192
总计		340114	100.000	41934			

图190 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-435-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:52:22
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	269754	79.787	32995	1121	1.074	--
2	2.657	68340	20.213	8781	2768	0.951	4.198
总计		338095	100.000	41775			

图191 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-436-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 00:56:16
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	267990	79.490	32553	1107	1.075	--
2	2.656	69147	20.510	8905	2778	0.953	4.192
总计		337137	100.000	41458			

图192 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-437-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:00:10
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	288017	79.361	35204	1117	1.072	--
2	2.657	74901	20.639	9622	2764	0.955	4.189
总计		362918	100.000	44826			

图193 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-438-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:04:03
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	281115	81.074	34351	1120	1.073	--
2	2.657	65625	18.926	8454	2768	0.957	4.199
总计		346740	100.000	42805			

图194 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-439-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:07:57
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	273259	79.334	33290	1112	1.073	--
2	2.656	71183	20.666	9162	2766	0.954	4.193
总计		344442	100.000	42452			

图195 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-440-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:11:50
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	274559	80.709	33514	1114	1.074	--
2	2.656	65625	19.291	8453	2761	0.955	4.196
总计		340185	100.000	41968			

图196 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-441-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:15:44
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	271084	80.473	32778	1087	1.080	--
2	2.656	65780	19.527	8449	2761	0.948	4.176
总计		336864	100.000	41226			

图197 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-442-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:19:38
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	272924	79.135	33211	1109	1.075	--
2	2.657	71958	20.865	9253	2767	0.953	4.191
总计		344883	100.000	42463			

图198 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-443-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:23:32
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	284522	79.391	34812	1118	1.072	--
2	2.657	73860	20.609	9448	2759	0.947	4.188
总计		358383	100.000	44259			

图199 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-444-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:27:25
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	279835	80.944	34192	1118	1.073	--
2	2.657	65881	19.056	8489	2771	0.955	4.197
总计		345716	100.000	42681			

图200 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-445-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:31:18
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	276943	80.478	33580	1097	1.078	--
2	2.657	67179	19.522	8654	2774	0.958	4.189
总计		344122	100.000	42233			

图201 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-446-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:35:14
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	276454	81.249	33510	1095	1.078	--
2	2.656	63799	18.751	8231	2775	0.951	4.189
总计		340254	100.000	41741			

图202 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-447-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:39:07
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	272177	80.249	33124	1109	1.076	--
2	2.657	66988	19.751	8610	2770	0.948	4.193
总计		339165	100.000	41734			

图203 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-448-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:43:01
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	265572	79.498	32261	1102	1.074	--
2	2.657	68490	20.502	8782	2757	0.953	4.175
总计		334063	100.000	41042			

图204 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-449-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:46:55
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	290551	79.738	35626	1128	1.071	--
2	2.657	73830	20.262	9495	2771	0.957	4.203
总计		364381	100.000	45122			

图205 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-450-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:50:50
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:14:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.787	279065	80.618	34481	1144	1.070	--
2	2.657	67091	19.382	8599	2756	0.952	4.207
总计		346156	100.000	43080			

图206 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-451-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:54:44
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	275836	79.176	33545	1107	1.078	--
2	2.657	72546	20.824	9312	2761	0.951	4.190
总计		348382	100.000	42857			

图207 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-452-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 01:58:37
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	273318	80.636	33244	1110	1.075	--
2	2.657	65633	19.364	8419	2758	0.950	4.189
总计		338950	100.000	41664			

图208 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-453-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:02:31
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	274099	79.591	33272	1102	1.078	--
2	2.657	70287	20.409	9022	2771	0.950	4.191
总计		344386	100.000	42294			

图209 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-454-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:06:25
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	276625	79.695	33679	1105	1.077	--
2	2.656	70479	20.305	9060	2764	0.956	4.195
总计		347104	100.000	42739			

图210 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-455-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:10:19
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	286761	79.548	35261	1133	1.071	--
2	2.657	73729	20.452	9479	2765	0.952	4.204
总计		360490	100.000	44740			

图211 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-456-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:14:15
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.786	278593	80.733	34136	1125	1.073	--
2	2.657	66485	19.267	8556	2772	0.955	4.202
总计		345078	100.000	42692			

图212 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-457-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:18:10
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	273480	79.470	33138	1097	1.079	--
2	2.657	70648	20.530	9102	2773	0.953	4.188
总计		344128	100.000	42240			

图213 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱 温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-458-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:22:05
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	278004	80.360	34007	1126	1.076	--
2	2.657	67943	19.640	8753	2771	0.953	4.210
总计		345946	100.000	42760			

图214 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-459-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:25:59
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	267630	79.724	32525	1102	1.078	--
2	2.656	68067	20.276	8740	2754	0.954	4.181
总计		335696	100.000	41264			

图215 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-460-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:29:53
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	273697	78.953	33172	1093	1.080	--
2	2.656	72960	21.047	9394	2768	0.955	4.186
总计		346657	100.000	42566			

图216 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-461-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:33:48
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.785	290061	79.736	35608	1129	1.074	--
2	2.656	73715	20.264	9466	2756	0.952	4.198
总计		363776	100.000	45074			

图217 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-462-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:37:42
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	283233	81.167	34516	1110	1.077	--
2	2.656	65718	18.833	8463	2735	0.958	4.179
总计		348951	100.000	42979			

图218 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-463-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:41:37
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	284009	79.875	34606	1108	1.078	--
2	2.656	71556	20.125	9215	2771	0.956	4.196
总计		355565	100.000	43821			

图219 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-464-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:45:30
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.783	281843	80.671	34529	1121	1.077	--
2	2.656	67531	19.329	8707	2768	0.957	4.206
总计		349374	100.000	43236			

图220 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-465-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:49:24
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.782	284848	80.569	34534	1094	1.080	--
2	2.656	68695	19.431	8836	2760	0.956	4.186
总计		353543	100.000	43370			

图221 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-466-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:53:19
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.784	285279	79.496	34967	1129	1.075	--
2	2.657	73583	20.504	9426	2758	0.952	4.210
总计		358862	100.000	44393			

图222 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-467-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 02:57:13
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	279415	80.053	33290	1052	1.091	--
2	2.656	69624	19.947	8947	2757	0.957	4.165
总计		349040	100.000	42236			

图223 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-1




PCH-301

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-18/7-468-2 - zzp-2026050821p-rcqx-2-pH6.8jz-jf50z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260527-fx256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/28 03:01:07
处理时间 (V2): 2026/05/28 09:15:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: xiexinhui
处理者: xiexinhui

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.778	279386	80.045	33290	1050	1.092	--
2	2.657	69652	19.955	8935	2756	0.957	4.163
总计		349038	100.000	42225			

图224 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2026050821批-pH6.8介质-浆法-50转
对照品溶液-2-2