



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.57	275893	276089	275165	275490	275598	275647	0.14
2	10.71	277555	278115				277835	0.15

单位质量响应值	RSD%	判断
26078.24	0.38	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042801批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	174951	-	174951	60.356	57.82	12.99	60.36	57.82	12.99
	2	165583	-	165583	57.124			57.12		
	3	197133	-	197133	68.008			68.01		
	4	171796	-	171796	59.267			59.27		
	5	166238	-	166238	57.350			57.35		
	6	129950	-	129950	44.831			44.83		
10min	1	265459	-	265459	91.580	95.20	3.03	91.91	95.52	3.03
	2	286199	-	286199	98.735			99.05		
	3	271193	-	271193	93.558			93.94		
	4	281885	-	281885	97.246			97.58		
	5	281612	-	281612	97.152			97.47		
	6	269295	-	269295	92.903			93.15		
15min	1	280933	-	280933	96.918	97.99	1.46	97.76	98.84	1.47
	2	288897	-	288897	99.665			100.53		
	3	280905	-	280905	96.908			97.81		
	4	287040	-	287040	99.025			99.89		
	5	287321	-	287321	99.122			99.98		
	6	279233	-	279233	96.331			97.10		
20min	1	276578	-	276578	95.415	97.82	1.87	96.80	99.22	1.85
	2	282857	-	282857	97.582			99.00		
	3	280201	-	280201	96.665			98.10		
	4	287079	-	287079	99.038			100.46		
	5	291690	-	291690	100.629			102.04		
	6	282939	-	282939	97.610			98.91		
30min	1	284228	-	284228	98.055	98.37	1.23	99.97	100.31	1.22
	2	289563	-	289563	99.895			101.86		
	3	281211	-	281211	97.014			98.99		
	4	289368	-	289368	99.828			101.80		
	5	283253	-	283253	97.718			99.69		
	6	283182	-	283182	97.694			99.54		
45min	1	285792	-	285792	98.594	99.05	0.99	101.05	101.54	1.02
	2	288897	-	288897	99.665			102.18		
	3	287842	-	287842	99.301			101.81		
	4	288727	-	288727	99.607			102.13		
	5	289487	-	289487	99.869			102.38		
	6	281953	-	281953	97.270			99.66		
60min	1	284546	-	284546	98.164	98.75	0.63	101.17	101.79	0.67
	2	287972	-	287972	99.346			102.42		
	3	287622	-	287622	99.226			102.29		
	4	287495	-	287495	99.182			102.26		
	5	286193	-	286193	98.733			101.80		
	6	283640	-	283640	97.852			100.78		
极限	1	283488	-	283488	97.799	99.75	1.08	101.35	103.33	1.05
	2	291808	-	291808	100.670			104.29		
	3	288207	-	288207	99.427			103.04		
	4	289741	-	289741	99.957			103.59		
	5	289628	-	289628	99.918			103.53		
	6	291979	-	291979	100.729			104.20		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.43	74961	74582	74107	74634	74517	74560	0.42
2	15.54	75009	74926				74968	0.08

单位质量响应值		RSD%	判断
4832.15	4824.20	0.12	数据可信



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042801批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	59964	-	59964	80.521	80.82	3.04	80.52	80.82	3.05
	2	58559	-	58559	78.635			78.63		
	3	62926	-	62926	84.499			84.50		
	4	60519	-	60519	81.267			81.27		
	5	61257	-	61257	82.258			82.26		
	6	57890	-	57890	77.736			77.74		
10min	1	69880	-	69880	93.837	93.39	3.28	94.28	93.84	3.27
	2	70092	-	70092	94.122			94.56		
	3	71506	-	71506	96.020			96.49		
	4	69588	-	69588	93.445			93.90		
	5	71068	-	71068	95.432			95.89		
	6	65151	-	65151	87.487			87.92		
15min	1	72754	-	72754	97.696	93.04	7.89	98.66	94.00	7.80
	2	71823	-	71823	96.446			97.41		
	3	58988	-	58988	79.211			80.21		
	4	69171	-	69171	92.885			93.86		
	5	74238	-	74238	99.689			100.68		
	6	68732	-	68732	92.295			93.21		
20min	1	71122	-	71122	95.505	92.65	5.75	97.02	94.13	5.66
	2	60948	-	60948	81.843			83.34		
	3	70928	-	70928	95.244			96.69		
	4	70001	-	70001	93.999			95.49		
	5	70829	-	70829	95.111			96.65		
	6	70137	-	70137	94.182			95.61		
30min	1	72847	-	72847	97.821	98.37	3.14	99.86	100.36	3.06
	2	75421	-	75421	101.278			103.23		
	3	75960	-	75960	102.001			103.97		
	4	69807	-	69807	93.739			95.75		
	5	73671	-	73671	98.928			101.00		
	6	71809	-	71809	96.427			98.38		
45min	1	73640	-	73640	98.886	94.67	5.07	101.47	97.22	4.97
	2	65196	-	65196	87.547			90.06		
	3	70962	-	70962	95.290			97.83		
	4	67061	-	67061	90.052			92.58		
	5	73616	-	73616	98.854			101.47		
	6	72532	-	72532	97.398			99.89		
60min	1	66368	-	66368	89.121	96.18	4.87	92.26	99.26	4.72
	2	71012	-	71012	95.357			98.36		
	3	76492	-	76492	102.716			105.78		
	4	69816	-	69816	93.751			96.78		
	5	73995	-	73995	99.363			102.53		
	6	72087	-	72087	96.801			99.83		
极限	1	70515	-	70515	94.690	97.68	3.00	98.32	101.28	2.93
	2	71872	-	71872	96.512			100.04		
	3	76319	-	76319	102.483			106.12		
	4	70992	-	70992	95.330			98.88		
	5	74199	-	74199	99.637			103.36		
	6	72536	-	72536	97.404			100.97		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.57	277367	277034	276711	276089	278152	277071	0.28
2	10.71	278282	276351				277316	0.50
单位质量响应值				RSD%	判断			
26212.96				0.87	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042901批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	168263	-	168263	57.954	58.39	11.31	57.95	58.38	11.31
	2	157494	-	157494	54.245			54.24		
	3	157612	-	157612	54.286			54.29		
	4	200313	-	200313	68.993			68.99		
	5	183795	-	183795	63.304			63.30		
	6	149622	-	149622	51.534			51.53		
10min	1	275306	-	275306	94.822	91.39	5.07	95.14	91.72	5.06
	2	272639	-	272639	93.904			94.21		
	3	243446	-	243446	83.849			84.15		
	4	278627	-	278627	95.966			96.35		
	5	255718	-	255718	88.076			88.43		
	6	266296	-	266296	91.719			92.01		
15min	1	284505	-	284505	97.991	94.63	4.00	98.84	95.46	4.00
	2	280805	-	280805	96.716			97.54		
	3	254466	-	254466	87.645			88.41		
	4	281142	-	281142	96.832			97.75		
	5	271041	-	271041	93.353			94.19		
	6	276560	-	276560	95.254			96.05		
20min	1	281719	-	281719	97.031	95.45	2.93	98.42	96.81	2.94
	2	282978	-	282978	97.465			98.83		
	3	261863	-	261863	90.192			91.45		
	4	280654	-	280654	96.664			98.12		
	5	274099	-	274099	94.407			95.77		
	6	281504	-	281504	96.957			98.28		
30min	1	281303	-	281303	96.888	95.95	2.63	98.82	97.84	2.65
	2	279892	-	279892	96.402			98.30		
	3	264844	-	264844	91.219			92.97		
	4	285518	-	285518	98.340			100.33		
	5	277077	-	277077	95.432			97.32		
	6	282861	-	282861	97.424			99.29		
45min	1	286662	-	286662	98.734	96.27	2.19	101.20	98.69	2.20
	2	279921	-	279921	96.412			98.85		
	3	269781	-	269781	92.919			95.18		
	4	281253	-	281253	96.871			99.41		
	5	275427	-	275427	94.864			97.28		
	6	284011	-	284011	97.821			100.23		
60min	1	284999	-	284999	98.161	96.67	2.26	101.18	99.63	2.29
	2	282281	-	282281	97.225			100.20		
	3	268548	-	268548	92.495			95.27		
	4	284537	-	284537	98.002			101.08		
	5	279060	-	279060	96.115			99.06		
	6	284581	-	284581	98.017			100.97		
极限	1	291120	-	291120	100.269	100.95	0.88	103.83	104.45	0.80
	2	289303	-	289303	99.643			103.16		
	3	296101	-	296101	101.985			105.28		
	4	294169	-	294169	101.319			104.94		
	5	292838	-	292838	100.861			104.34		
	6	295114	-	295114	101.645			105.14		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.43	74935	74827	74693	74802	74017	74655	0.50
2	15.54	74976	74537				74756	0.42
单位质量响应值				RSD%	判断			
4838.30				0.41	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6042901批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	52911	-	52911	71.106	75.22	6.79	71.11	75.22	6.79
	2	54780	-	54780	73.618			73.62		
	3	53807	-	53807	72.310			72.31		
	4	61251	-	61251	82.314			82.31		
	5	52787	-	52787	70.940			70.94		
	6	60300	-	60300	81.036			81.04		
10min	1	66820	-	66820	89.798	90.06	3.76	90.19	90.47	3.76
	2	70358	-	70358	94.553			94.96		
	3	64216	-	64216	86.299			86.70		
	4	67263	-	67263	90.394			90.85		
	5	64219	-	64219	86.303			86.70		
	6	69192	-	69192	92.986			93.44		
15min	1	68893	-	68893	92.584	93.32	2.80	93.48	94.24	2.80
	2	72226	-	72226	97.063			98.00		
	3	68517	-	68517	92.079			92.96		
	4	69088	-	69088	92.846			93.81		
	5	66794	-	66794	89.763			90.64		
	6	71116	-	71116	95.572			96.54		
20min	1	66983	-	66983	90.017	93.45	4.05	91.43	94.88	4.03
	2	74139	-	74139	99.634			101.11		
	3	68413	-	68413	91.939			93.33		
	4	68064	-	68064	91.470			92.95		
	5	67761	-	67761	91.063			92.44		
	6	71845	-	71845	96.551			98.05		
30min	1	68269	-	68269	91.746	92.02	4.25	93.65	93.98	4.18
	2	73712	-	73712	99.060			101.09		
	3	68816	-	68816	92.481			94.38		
	4	68232	-	68232	91.696			93.68		
	5	66762	-	66762	89.720			91.60		
	6	65058	-	65058	87.430			89.46		
45min	1	70570	-	70570	94.838	94.89	2.97	97.26	97.36	2.96
	2	73529	-	73529	98.814			101.39		
	3	70529	-	70529	94.783			97.20		
	4	70723	-	70723	95.043			97.54		
	5	67027	-	67027	90.076			92.45		
	6	71297	-	71297	95.815			98.33		
60min	1	70593	-	70593	94.869	91.98	6.16	97.81	94.97	6.04
	2	73388	-	73388	98.625			101.75		
	3	68880	-	68880	92.567			95.51		
	4	68751	-	68751	92.393			95.41		
	5	60738	-	60738	81.625			84.50		
	6	68312	-	68312	91.803			94.86		
极限	1	68551	-	68551	92.124	94.34	3.05	95.60	97.85	3.01
	2	70808	-	70808	95.158			98.83		
	3	72829	-	72829	97.874			101.33		
	4	70383	-	70383	94.586			98.12		
	5	66941	-	66941	89.961			93.29		
	6	71704	-	71704	96.362			99.92		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	68522100802	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.70	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	1000
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	10.57	278149	277594	277758	278620	277793	277983	0.15
2	10.71	278129	279173				278651	0.27
单位质量响应值				RSD%	判断			
26299.24				0.77	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6043001批-阿齐沙坦-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	170312	-	170312	58.423	47.16	19.77	58.42	47.16	19.77
	2	131293	-	131293	45.038			45.04		
	3	118503	-	118503	40.651			40.65		
	4	135394	-	135394	46.445			46.44		
	5	167837	-	167837	57.574			57.57		
	6	101565	-	101565	34.840			34.84		
10min	1	270113	-	270113	92.658	88.95	3.47	92.98	89.21	3.50
	2	252517	-	252517	86.622			86.87		
	3	245858	-	245858	84.338			84.56		
	4	266129	-	266129	91.291			91.55		
	5	262861	-	262861	90.170			90.49		
	6	258264	-	258264	88.593			88.79		
15min	1	275035	-	275035	94.346	93.31	2.13	95.19	94.07	2.13
	2	267729	-	267729	91.840			92.57		
	3	263797	-	263797	90.491			91.19		
	4	279589	-	279589	95.908			96.67		
	5	270459	-	270459	92.777			93.60		
	6	275533	-	275533	94.517			95.20		
20min	1	278408	-	278408	95.503	94.92	1.77	96.87	96.20	1.76
	2	273972	-	273972	93.982			95.22		
	3	271384	-	271384	93.094			94.29		
	4	283231	-	283231	97.158			98.46		
	5	272267	-	272267	93.397			94.73		
	6	281018	-	281018	96.399			97.61		
30min	1	279171	-	279171	95.765	94.92	0.92	97.66	96.72	0.94
	2	276643	-	276643	94.898			96.66		
	3	272793	-	272793	93.577			95.29		
	4	278062	-	278062	95.385			97.22		
	5	274748	-	274748	94.248			96.10		
	6	278897	-	278897	95.671			97.42		
45min	1	280164	-	280164	96.106	95.08	1.41	98.53	97.41	1.39
	2	277127	-	277127	95.064			97.35		
	3	272939	-	272939	93.627			95.86		
	4	280255	-	280255	96.137			98.50		
	5	271984	-	271984	93.300			95.68		
	6	280653	-	280653	96.273			98.55		
60min	1	281849	-	281849	96.684	95.12	1.37	99.64	97.98	1.37
	2	275523	-	275523	94.514			97.33		
	3	274119	-	274119	94.032			96.79		
	4	279696	-	279696	95.945			98.85		
	5	272422	-	272422	93.450			96.35		
	6	280166	-	280166	96.106			98.92		
极限	1	285527	-	285527	97.945	97.93	1.08	101.44	101.32	1.04
	2	283150	-	283150	97.130			100.47		
	3	285020	-	285020	97.771			101.05		
	4	286464	-	286464	98.267			101.70		
	5	281973	-	281973	96.726			100.14		
	6	290757	-	290757	99.739			103.09		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



阿齐沙坦氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100374-202106	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.90	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	4000
标示量(mg)	5	供试品稀释倍数	2	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	15.43	74974	74746	75046	75370	74537	74935	0.43
2	15.54	74972	74756				74864	0.21
单位质量响应值				RSD%	判断			
4856.45				0.57	数据可信			



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-6043001批-氨氯地平-pH6.8

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	55061	-	55061	73.804	76.28	4.62	73.80	76.28	4.63
	2	60845	-	60845	81.557			81.56		
	3	54838	-	54838	73.505			73.51		
	4	56215	-	56215	75.351			75.35		
	5	59562	-	59562	79.837			79.84		
	6	54949	-	54949	73.654			73.65		
10min	1	64104	-	64104	85.925	88.44	5.59	86.34	88.86	5.56
	2	70189	-	70189	94.082			94.53		
	3	65434	-	65434	87.708			88.12		
	4	63465	-	63465	85.069			85.49		
	5	61882	-	61882	82.947			83.39		
	6	70805	-	70805	94.908			95.32		
15min	1	63018	-	63018	84.470	92.44	4.84	85.36	93.35	4.82
	2	71025	-	71025	95.202			96.18		
	3	68639	-	68639	92.004			92.90		
	4	69395	-	69395	93.018			93.91		
	5	68763	-	68763	92.170			93.07		
	6	72926	-	72926	97.751			98.69		
20min	1	67217	-	67217	90.098	93.58	5.42	91.45	95.01	5.37
	2	72686	-	72686	97.429			98.93		
	3	67480	-	67480	90.451			91.86		
	4	72045	-	72045	96.570			97.98		
	5	64942	-	64942	87.049			88.47		
	6	74527	-	74527	99.896			101.38		
30min	1	68808	-	68808	92.231	91.97	5.81	94.09	93.92	5.75
	2	72235	-	72235	96.824			98.87		
	3	63459	-	63459	85.061			86.97		
	4	70842	-	70842	94.957			96.90		
	5	64036	-	64036	85.834			87.73		
	6	72316	-	72316	96.933			98.97		
45min	1	68483	-	68483	91.795	92.33	2.25	94.16	94.79	2.25
	2	70694	-	70694	94.759			97.34		
	3	69984	-	69984	93.807			96.19		
	4	68502	-	68502	91.821			94.29		
	5	66255	-	66255	88.809			91.19		
	6	69390	-	69390	93.011			95.58		
60min	1	69254	-	69254	92.829	92.81	4.38	95.71	95.79	4.33
	2	71264	-	71264	95.523			98.63		
	3	68274	-	68274	91.515			94.42		
	4	67403	-	67403	90.347			93.33		
	5	65322	-	65322	87.558			90.43		
	6	73943	-	73943	99.114			102.20		
极限	1	67650	-	67650	90.679	89.54	10.23	94.07	93.03	9.95
	2	72599	-	72599	97.312			100.95		
	3	68351	-	68351	91.618			95.03		
	4	67175	-	67175	90.042			93.53		
	5	53573	-	53573	71.810			75.17		
	6	71446	-	71446	95.767			99.41		



操作者:

日期: 2026-09-11

复核者:

未审阅版本




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-4-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 17:25:12
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:28:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-5-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 17:29:06
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:28:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	275893	78.635	32658	1091	1.371	--
2	2.573	74961	21.365	10046	2762	1.025	4.099
总计		350854	100.000	42704			

图2 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-6-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 17:33:00
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:28:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	276089	78.732	32595	1078	1.374	--
2	2.569	74582	21.268	10030	2787	1.018	4.099
总计		350671	100.000	42625			

图3 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-7-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 17:36:54
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:28:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	275165	78.782	32538	1083	1.369	--
2	2.566	74107	21.218	10006	2787	1.025	4.093
总计		349272	100.000	42544			

图4 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-8-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 17:40:48
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:28:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	275490	78.684	32526	1092	1.375	--
2	2.573	74634	21.316	10038	2781	1.020	4.089
总计		350124	100.000	42564			

图5 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-9-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 17:44:43
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:28:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	275598	78.716	32571	1083	1.374	--
2	2.568	74517	21.284	9994	2765	1.022	4.080
总计		350115	100.000	42565			

图6 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-10-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 17:48:36
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:28:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	174951	74.474	20559	1064	1.380	--
2	2.567	59964	25.526	8049	2765	1.021	4.068
总计		234916	100.000	28608			

图7 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-11-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 17:52:29
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:28:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	165583	73.874	19550	1072	1.378	--
2	2.567	58559	26.126	7862	2774	1.019	4.076
总计		224143	100.000	27412			

图8 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-12-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 17:56:22
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:28:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	197133	75.803	23068	1055	1.370	--
2	2.567	62926	24.197	8460	2762	1.022	4.052
总计		260059	100.000	31528			

图9 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-13-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:00:16
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:28:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	171796	73.950	20162	1061	1.376	--
2	2.569	60519	26.050	8142	2757	1.021	4.068
总计		232314	100.000	28304			

图10 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-14-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:04:10
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:28:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	166238	73.073	19538	1073	1.378	--
2	2.574	61257	26.927	8220	2771	1.021	4.068
总计		227495	100.000	27758			

图11 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-15-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:08:02
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	129950	69.181	15287	1072	1.384	--
2	2.571	57890	30.819	7856	2803	1.022	4.088
总计		187839	100.000	23143			

图12 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-16-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:11:55
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	265459	79.161	31160	1068	1.371	--
2	2.570	69880	20.839	9381	2763	1.023	4.065
总计		335339	100.000	40541			

图13 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-17-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:15:48
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	286199	80.327	33424	1055	1.371	--
2	2.574	70092	19.673	9369	2745	1.019	4.068
总计		356291	100.000	42793			

图14 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-18-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:19:40
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	271193	79.134	31664	1065	1.369	--
2	2.578	71506	20.866	9603	2782	1.025	4.051
总计		342699	100.000	41267			

图15 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-19-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:23:35
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	281885	80.201	32851	1060	1.372	--
2	2.580	69588	19.799	9359	2787	1.018	4.063
总计		351473	100.000	42210			

图16 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-20-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:27:28
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	281612	79.849	32851	1053	1.367	--
2	2.567	71068	20.151	9530	2775	1.023	4.056
总计		352681	100.000	42381			

图17 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-21-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:31:21
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	269295	80.520	31543	1062	1.374	--
2	2.569	65151	19.480	8737	2762	1.020	4.059
总计		334446	100.000	40279			

图18 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-22-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:35:14
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	280933	79.430	32789	1067	1.368	--
2	2.583	72754	20.570	9718	2785	1.018	4.071
总计		353686	100.000	42507			

图19 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-23-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:39:08
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	288897	80.089	33485	1053	1.372	--
2	2.574	71823	19.911	9676	2794	1.025	4.060
总计		360720	100.000	43161			

图20 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-24-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:43:01
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	280905	82.645	32786	1056	1.375	--
2	2.572	58988	17.355	7923	2767	1.021	4.073
总计		339892	100.000	40709			

图21 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-25-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:46:54
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	287040	80.581	33532	1053	1.369	--
2	2.565	69171	19.419	9322	2756	1.022	4.049
总计		356211	100.000	42854			

图22 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-26-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:50:46
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	287321	79.467	33384	1045	1.369	--
2	2.568	74238	20.533	9879	2740	1.026	4.055
总计		361558	100.000	43264			

图23 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-27-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:54:39
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	279233	80.247	32637	1058	1.366	--
2	2.568	68732	19.753	9203	2757	1.020	4.043
总计		347966	100.000	41840			

图24 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-28-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 18:58:32
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	276578	79.545	32560	1070	1.369	--
2	2.565	71122	20.455	9599	2781	1.023	4.050
总计		347701	100.000	42160			

图25 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-29-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:02:25
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	282857	82.273	33196	1063	1.367	--
2	2.566	60948	17.727	8153	2735	1.027	4.042
总计		343804	100.000	41350			

图26 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-30-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:06:18
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	280201	79.800	32749	1057	1.373	--
2	2.568	70928	20.200	9536	2788	1.021	4.061
总计		351129	100.000	42285			

图27 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-31-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:10:11
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:29:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	287079	80.396	33419	1046	1.370	--
2	2.564	70001	19.604	9447	2772	1.027	4.040
总计		357081	100.000	42865			

图28 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-32-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:14:05
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	291690	80.462	33890	1044	1.374	--
2	2.569	70829	19.538	9529	2789	1.019	4.061
总计		362519	100.000	43419			

图29 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-33-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:17:57
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	282939	80.136	33012	1057	1.377	--
2	2.573	70137	19.864	9414	2771	1.025	4.067
总计		353076	100.000	42426			

图30 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-34-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:21:51
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	284228	79.599	33003	1051	1.369	--
2	2.578	72847	20.401	9763	2773	1.022	4.039
总计		357076	100.000	42766			

图31 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-35-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:25:44
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	289563	79.336	33715	1064	1.373	--
2	2.580	75421	20.664	10091	2768	1.022	4.054
总计		364984	100.000	43806			

图32 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-36-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:29:37
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	281211	78.733	32575	1041	1.378	--
2	2.567	75960	21.267	10156	2751	1.023	4.041
总计		357171	100.000	42731			

图33 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-37-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:33:31
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	289368	80.565	33554	1040	1.375	--
2	2.564	69807	19.435	9428	2764	1.024	4.040
总计		359175	100.000	42982			

图34 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-38-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:37:24
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	283253	79.360	33089	1054	1.375	--
2	2.564	73671	20.640	9863	2742	1.025	4.043
总计		356924	100.000	42952			

图35 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-39-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:41:17
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	283182	79.772	32947	1056	1.375	--
2	2.580	71809	20.228	9603	2772	1.024	4.054
总计		354991	100.000	42551			

图36 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-40-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:45:10
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	285792	79.512	33315	1048	1.376	--
2	2.567	73640	20.488	9903	2768	1.023	4.046
总计		359432	100.000	43218			

图37 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-41-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:49:03
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	288897	81.588	33483	1040	1.379	--
2	2.570	65196	18.412	8722	2754	1.020	4.048
总计		354094	100.000	42204			

图38 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-42-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:52:56
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	287842	80.223	33461	1058	1.377	--
2	2.573	70962	19.777	9541	2772	1.027	4.050
总计		358804	100.000	43002			

图39 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-43-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 19:56:50
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	288727	81.151	33677	1051	1.373	--
2	2.561	67061	18.849	9002	2742	1.025	4.040
总计		355787	100.000	42679			

图40 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-44-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:00:42
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	289487	79.726	33578	1049	1.378	--
2	2.574	73616	20.274	9862	2763	1.024	4.052
总计		363103	100.000	43441			

图41 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-45-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:04:35
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	281953	79.539	32762	1055	1.379	--
2	2.574	72532	20.461	9735	2766	1.029	4.050
总计		354486	100.000	42498			

图42 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-46-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:08:28
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	284546	81.087	33266	1066	1.375	--
2	2.567	66368	18.913	8930	2785	1.026	4.046
总计		350914	100.000	42196			

图43 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-47-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:12:21
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	287972	80.219	33600	1052	1.375	--
2	2.561	71012	19.781	9537	2760	1.027	4.041
总计		358984	100.000	43137			

图44 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-48-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:16:14
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:30:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	287622	78.992	33397	1046	1.379	--
2	2.564	76492	21.008	10273	2749	1.021	4.046
总计		364114	100.000	43669			

图45 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-49-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:20:07
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	287495	80.461	33502	1052	1.373	--
2	2.561	69816	19.539	9345	2741	1.024	4.036
总计		357310	100.000	42847			

图46 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-50-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:24:01
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	286193	79.457	33283	1051	1.378	--
2	2.568	73995	20.543	9948	2790	1.025	4.045
总计		360189	100.000	43230			

图47 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-51-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:27:54
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	283640	79.735	33098	1055	1.379	--
2	2.564	72087	20.265	9726	2777	1.024	4.044
总计		355727	100.000	42825			

图48 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-52-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:31:48
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	283488	80.081	33242	1061	1.376	--
2	2.563	70515	19.919	9458	2745	1.023	4.026
总计		354003	100.000	42699			

图49 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-53-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:35:42
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	291808	80.238	33849	1044	1.382	--
2	2.569	71872	19.762	9661	2766	1.022	4.039
总计		363679	100.000	43510			

图50 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-54-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:39:36
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	288207	79.063	33502	1054	1.377	--
2	2.575	76319	20.937	10266	2782	1.021	4.046
总计		364527	100.000	43768			

图51 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-55-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:43:30
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	289741	80.320	33684	1053	1.375	--
2	2.567	70992	19.680	9488	2754	1.024	4.022
总计		360733	100.000	43172			

图52 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-56-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:47:23
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	289628	79.606	33561	1037	1.377	--
2	2.567	74199	20.394	9910	2752	1.022	4.033
总计		363827	100.000	43471			

图53 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-57-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:51:17
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	291979	80.101	33848	1043	1.383	--
2	2.569	72536	19.899	9756	2784	1.024	4.041
总计		364514	100.000	43605			

图54 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-58-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:55:11
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	277555	78.725	32390	1061	1.385	--
2	2.564	75009	21.275	10061	2751	1.026	4.050
总计		352564	100.000	42451			

图55 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-59-2 - zzp-6042801p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 20:59:05
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	278115	78.777	32399	1064	1.378	--
2	2.575	74926	21.223	10048	2789	1.024	4.066
总计		353041	100.000	42448			

图56 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042801批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-60-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:03:00
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-61-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:06:55
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	277367	78.730	32423	1065	1.381	--
2	2.570	74935	21.270	10070	2778	1.025	4.061
总计		352303	100.000	42492			

图58 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-62-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:10:50
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	277034	78.734	32358	1060	1.380	--
2	2.563	74827	21.266	10061	2757	1.021	4.055
总计		351861	100.000	42419			

图59 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-63-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:14:45
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	276711	78.744	32378	1059	1.387	--
2	2.560	74693	21.256	10032	2766	1.025	4.064
总计		351404	100.000	42410			

图60 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-64-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:18:40
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	276089	78.682	32395	1070	1.382	--
2	2.567	74802	21.318	10042	2784	1.021	4.059
总计		350890	100.000	42437			

图61 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-65-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:22:35
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	278152	78.983	32426	1059	1.387	--
2	2.568	74017	21.017	10038	2820	1.023	4.067
总计		352169	100.000	42464			

图62 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-66-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:26:29
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:31:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	168263	76.077	19654	1061	1.383	--
2	2.565	52911	23.923	7188	2811	1.022	4.041
总计		221174	100.000	26841			

图63 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-67-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:30:23
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	157494	74.194	18375	1063	1.381	--
2	2.569	54780	25.806	7381	2763	1.028	4.036
总计		212274	100.000	25756			

图64 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-68-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:34:16
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	157612	74.550	18311	1044	1.383	--
2	2.568	53807	25.450	7228	2759	1.032	4.032
总计		211418	100.000	25539			

图65 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-69-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:38:10
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	200313	76.583	23423	1067	1.383	--
2	2.569	61251	23.417	8221	2769	1.025	4.055
总计		261564	100.000	31644			

图66 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-70-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:42:04
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	183795	77.688	21418	1059	1.380	--
2	2.570	52787	22.312	7116	2779	1.025	4.046
总计		236582	100.000	28534			

图67 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-71-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:45:58
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	149622	71.275	17444	1055	1.389	--
2	2.571	60300	28.725	8101	2767	1.028	4.048
总计		209921	100.000	25545			

图68 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-72-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:49:53
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	275306	80.469	32139	1063	1.376	--
2	2.565	66820	19.531	8969	2767	1.027	4.026
总计		342127	100.000	41108			

图69 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-73-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:53:47
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	272639	79.487	31470	1038	1.391	--
2	2.573	70358	20.513	9417	2753	1.028	4.042
总计		342996	100.000	40886			

图70 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-74-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 21:57:42
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	243446	79.128	28441	1061	1.377	--
2	2.566	64216	20.872	8643	2775	1.029	4.037
总计		307663	100.000	37084			

图71 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-75-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:01:37
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	278627	80.554	32433	1047	1.378	--
2	2.568	67263	19.446	9037	2787	1.020	4.044
总计		345890	100.000	41470			

图72 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-76-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:05:30
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	255718	79.928	29853	1056	1.381	--
2	2.566	64219	20.072	8636	2773	1.024	4.047
总计		319936	100.000	38489			

图73 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-77-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:09:24
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	266296	79.376	30934	1055	1.377	--
2	2.572	69192	20.624	9332	2785	1.023	4.050
总计		335488	100.000	40267			

图74 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-78-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:13:18
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	284505	80.505	33389	1073	1.370	--
2	2.573	68893	19.495	9255	2769	1.024	4.045
总计		353399	100.000	42644			

图75 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-79-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:17:12
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	280805	79.541	32666	1058	1.379	--
2	2.571	72226	20.459	9718	2784	1.028	4.050
总计		353031	100.000	42385			

图76 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-80-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:21:06
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	254466	78.786	29696	1064	1.382	--
2	2.571	68517	21.214	9239	2789	1.029	4.049
总计		322983	100.000	38935			

图77 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-81-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:25:00
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	281142	80.274	32776	1052	1.380	--
2	2.567	69088	19.726	9263	2766	1.026	4.044
总计		350230	100.000	42039			

图78 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-82-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:28:54
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	271041	80.229	31500	1053	1.385	--
2	2.570	66794	19.771	8993	2780	1.024	4.049
总计		337834	100.000	40494			

图79 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-83-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:32:48
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:32:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	276560	79.545	32072	1054	1.380	--
2	2.570	71116	20.455	9572	2772	1.025	4.039
总计		347677	100.000	41644			

图80 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-84-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:36:43
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	281719	80.791	32918	1067	1.375	--
2	2.569	66983	19.209	8999	2770	1.023	4.037
总计		348702	100.000	41917			

图81 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-85-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:40:38
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	282978	79.240	32868	1055	1.379	--
2	2.571	74139	20.760	9973	2783	1.021	4.042
总计		357117	100.000	42840			

图82 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-86-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:44:32
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	261863	79.286	30629	1060	1.383	--
2	2.564	68413	20.714	9216	2781	1.026	4.046
总计		330275	100.000	39845			

图83 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-87-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:48:26
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	280654	80.482	32674	1056	1.382	--
2	2.570	68064	19.518	9142	2778	1.024	4.049
总计		348718	100.000	41816			

图84 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-88-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:52:20
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	274099	80.179	31795	1052	1.381	--
2	2.568	67761	19.821	9090	2768	1.020	4.033
总计		341861	100.000	40885			

图85 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-89-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 22:56:14
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	281504	79.667	32692	1052	1.379	--
2	2.566	71845	20.333	9681	2777	1.024	4.024
总计		353349	100.000	42373			

图86 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-90-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:00:09
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	281303	80.471	32961	1069	1.375	--
2	2.570	68269	19.529	9184	2791	1.025	4.032
总计		349572	100.000	42145			

图87 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-91-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:04:04
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	279892	79.154	32937	1072	1.378	--
2	2.557	73712	20.846	9965	2775	1.028	4.032
总计		353604	100.000	42903			

图88 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-92-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:07:58
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	264844	79.375	30692	1054	1.383	--
2	2.572	68816	20.625	9269	2786	1.027	4.044
总计		333660	100.000	39962			

图89 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-93-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:11:53
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	285518	80.712	33460	1072	1.375	--
2	2.572	68232	19.288	9186	2776	1.025	4.048
总计		353750	100.000	42646			

图90 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-94-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:15:48
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	277077	80.583	32191	1056	1.385	--
2	2.575	66762	19.417	9002	2806	1.024	4.049
总计		343840	100.000	41193			

图91 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-95-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:19:42
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	282861	81.301	32844	1055	1.382	--
2	2.574	65058	18.699	8697	2767	1.023	4.039
总计		347919	100.000	41541			

图92 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-96-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:23:37
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	286662	80.245	33624	1078	1.375	--
2	2.568	70570	19.755	9478	2768	1.023	4.052
总计		357232	100.000	43102			

图93 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-97-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:27:32
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	279921	79.197	32606	1053	1.382	--
2	2.567	73529	20.803	9902	2778	1.026	4.039
总计		353449	100.000	42508			

图94 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-98-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:31:26
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	269781	79.275	31354	1051	1.387	--
2	2.570	70529	20.725	9477	2782	1.018	4.050
总计		340311	100.000	40830			

图95 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-99-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:35:21
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	281253	79.907	33009	1073	1.381	--
2	2.567	70723	20.093	9487	2771	1.021	4.053
总计		351976	100.000	42496			

图96 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-100-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:39:16
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	275427	80.427	31635	1033	1.397	--
2	2.572	67027	19.573	9016	2782	1.024	4.034
总计		342455	100.000	40651			

图97 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-101-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:43:10
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:33:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	284011	79.934	32927	1047	1.383	--
2	2.568	71297	20.066	9591	2786	1.024	4.030
总计		355308	100.000	42518			

图98 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-102-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:47:05
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	284999	80.148	33157	1060	1.380	--
2	2.570	70593	19.852	9482	2778	1.021	4.039
总计		355592	100.000	42639			

图99 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-103-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:51:00
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	282281	79.366	32713	1055	1.388	--
2	2.574	73388	20.634	9844	2765	1.023	4.046
总计		355668	100.000	42557			

图100 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-104-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:54:54
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	268548	79.587	31278	1063	1.383	--
2	2.576	68880	20.413	9229	2774	1.023	4.044
总计		337429	100.000	40507			

图101 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-105-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/22 23:58:48
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	284537	80.540	32928	1045	1.387	--
2	2.573	68751	19.460	9253	2787	1.030	4.034
总计		353289	100.000	42181			

图102 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-106-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:02:43
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	279060	82.125	32396	1047	1.385	--
2	2.570	60738	17.875	8145	2757	1.023	4.039
总计		339798	100.000	40541			

图103 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-107-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:06:37
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	284581	80.642	32946	1046	1.388	--
2	2.571	68312	19.358	9202	2793	1.020	4.050
总计		352893	100.000	42148			

图104 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-108-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:10:32
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	291120	80.941	34093	1074	1.378	--
2	2.573	68551	19.059	9196	2763	1.025	4.051
总计		359670	100.000	43289			

图105 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-109-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:14:28
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	289303	80.337	33617	1051	1.375	--
2	2.569	70808	19.663	9569	2790	1.024	4.044
总计		360111	100.000	43185			

图106 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-110-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:18:23
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	296101	80.259	34327	1044	1.375	--
2	2.566	72829	19.741	9795	2764	1.019	4.040
总计		368931	100.000	44122			

图107 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-111-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:22:18
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	294169	80.693	34175	1057	1.380	--
2	2.571	70383	19.307	9503	2791	1.023	4.042
总计		364552	100.000	43678			

图108 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-112-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:26:12
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	292838	81.394	33963	1051	1.385	--
2	2.571	66941	18.606	9016	2776	1.018	4.043
总计		359779	100.000	42979			

图109 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-113-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:30:07
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	295114	80.453	34116	1048	1.385	--
2	2.571	71704	19.547	9658	2795	1.021	4.046
总计		366818	100.000	43775			

图110 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-114-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:34:02
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	278282	78.776	32245	1054	1.384	--
2	2.573	74976	21.224	10072	2775	1.022	4.050
总计		353258	100.000	42316			

图111 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-115-2 - zzp-6042901p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:37:57
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	276351	78.758	32315	1075	1.388	--
2	2.569	74537	21.242	10056	2792	1.020	4.047
总计		350888	100.000	42371			

图112 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6042901批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-116-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-rj.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:41:50
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-117-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:45:43
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	278149	78.768	32306	1062	1.388	--
2	2.574	74974	21.232	10071	2781	1.021	4.056
总计		353123	100.000	42377			

图114 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-118-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:49:36
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:34:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	277594	78.786	32360	1066	1.381	--
2	2.573	74746	21.214	10081	2792	1.019	4.049
总计		352340	100.000	42441			

图115 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-119-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:53:29
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	277758	78.729	32258	1062	1.395	--
2	2.570	75046	21.271	10085	2763	1.020	4.047
总计		352804	100.000	42342			

图116 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-120-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 00:57:22
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	278620	78.708	32261	1055	1.389	--
2	2.573	75370	21.292	10091	2768	1.017	4.046
总计		353990	100.000	42351			

图117 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-121-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-1-5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:01:15
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	277793	78.845	32287	1055	1.389	--
2	2.568	74537	21.155	10006	2770	1.024	4.043
总计		352330	100.000	42293			

图118 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-122-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:05:08
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	170312	75.569	19877	1060	1.378	--
2	2.575	55061	24.431	7420	2794	1.024	4.043
总计		225373	100.000	27297			

图119 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-123-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:09:00
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	131293	68.333	15382	1067	1.395	--
2	2.574	60845	31.667	8192	2783	1.024	4.047
总计		192138	100.000	23574			

图120 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-124-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:12:53
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.750	118503	68.364	13828	1067	1.392	--
2	2.577	54838	31.636	7375	2803	1.022	4.047
总计		173342	100.000	21203			

图121 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-125-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:16:46
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	135394	70.662	15835	1062	1.391	--
2	2.569	56215	29.338	7627	2824	1.028	4.047
总计		191609	100.000	23462			

图122 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-126-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:20:39
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	167837	73.807	19608	1067	1.383	--
2	2.569	59562	26.193	7971	2753	1.023	4.039
总计		227399	100.000	27579			

图123 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-127-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:24:32
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	101565	64.892	11844	1060	1.395	--
2	2.575	54949	35.108	7379	2790	1.028	4.054
总计		156514	100.000	19223			

图124 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-128-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:28:25
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	270113	80.820	31484	1062	1.376	--
2	2.571	64104	19.180	8633	2793	1.025	4.041
总计		334216	100.000	40117			

图125 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-129-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:32:17
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	252517	78.250	29349	1059	1.390	--
2	2.573	70189	21.750	9417	2786	1.024	4.043
总计		322706	100.000	38766			

图126 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-130-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:36:10
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	245858	78.980	28456	1045	1.386	--
2	2.572	65434	21.020	8805	2784	1.022	4.034
总计		311292	100.000	37262			

图127 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-131-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:40:03
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.740	266129	80.745	30899	1045	1.389	--
2	2.568	63465	19.255	8540	2778	1.021	4.041
总计		329594	100.000	39439			

图128 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-132-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:43:55
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	262861	80.944	30555	1056	1.388	--
2	2.570	61882	19.056	8345	2786	1.022	4.044
总计		324744	100.000	38900			

图129 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-133-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:47:48
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	258264	78.483	29937	1051	1.389	--
2	2.571	70805	21.517	9546	2788	1.025	4.035
总计		329069	100.000	39483			

图130 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-134-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:51:41
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	275035	81.359	31483	1028	1.392	--
2	2.573	63018	18.641	8508	2794	1.019	4.031
总计		338053	100.000	39991			

图131 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-135-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:55:34
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	267729	79.033	31117	1055	1.385	--
2	2.565	71025	20.967	9539	2778	1.025	4.010
总计		338755	100.000	40656			

图132 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-136-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 01:59:27
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:35:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.746	263797	79.353	30491	1044	1.388	--
2	2.575	68639	20.647	9262	2804	1.026	4.038
总计		332437	100.000	39753			

图133 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-137-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:03:20
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	279589	80.115	32320	1046	1.389	--
2	2.572	69395	19.885	9358	2797	1.021	4.033
总计		348984	100.000	41678			

图134 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-138-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:07:12
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	270459	79.729	31311	1048	1.389	--
2	2.571	68763	20.271	9205	2761	1.027	4.020
总计		339222	100.000	40516			

图135 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-139-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:11:04
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	275533	79.072	31927	1047	1.384	--
2	2.570	72926	20.928	9820	2784	1.021	4.027
总计		348460	100.000	41747			

图136 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-140-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:14:57
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	278408	80.552	32318	1051	1.389	--
2	2.571	67217	19.448	9106	2806	1.028	4.035
总计		345625	100.000	41425			

图137 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-141-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:18:50
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	273972	79.032	30939	996	1.412	--
2	2.572	72686	20.968	9791	2778	1.020	4.036
总计		346658	100.000	40731			

图138 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-142-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:22:42
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	271384	80.086	31356	1042	1.385	--
2	2.572	67480	19.914	9104	2790	1.019	4.026
总计		338864	100.000	40460			

图139 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-143-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:26:34
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	283231	79.721	32674	1035	1.389	--
2	2.566	72045	20.279	9671	2762	1.020	4.022
总计		355276	100.000	42345			

图140 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-144-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:30:26
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	272267	80.741	31461	1041	1.388	--
2	2.572	64942	19.259	8770	2779	1.020	4.026
总计		337209	100.000	40231			

图141 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-145-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:34:19
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	281018	79.039	32475	1046	1.389	--
2	2.572	74527	20.961	9995	2764	1.025	4.023
总计		355545	100.000	42470			

图142 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-146-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:38:11
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	279171	80.226	32452	1054	1.380	--
2	2.569	68808	19.774	9271	2794	1.024	4.023
总计		347979	100.000	41723			

图143 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-147-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:42:03
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	276643	79.295	31870	1041	1.390	--
2	2.574	72235	20.705	9733	2803	1.026	4.025
总计		348878	100.000	41604			

图144 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-148-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:45:55
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	272793	81.128	31463	1039	1.384	--
2	2.571	63459	18.872	8500	2754	1.017	4.027
总计		336252	100.000	39963			

图145 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-149-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:49:47
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	278062	79.696	32139	1043	1.385	--
2	2.567	70842	20.304	9491	2770	1.020	4.018
总计		348904	100.000	41630			

图146 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-150-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:53:38
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	274748	81.098	31762	1044	1.386	--
2	2.575	64036	18.902	8638	2801	1.018	4.027
总计		338784	100.000	40400			

图147 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-151-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 02:57:30
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	278897	79.410	32179	1040	1.389	--
2	2.570	72316	20.590	9729	2779	1.015	4.021
总计		351212	100.000	41908			

图148 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-152-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:01:22
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	280164	80.357	32570	1053	1.385	--
2	2.566	68483	19.643	9225	2791	1.023	4.033
总计		348647	100.000	41794			

图149 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-153-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:05:13
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:36:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	277127	79.675	32035	1042	1.386	--
2	2.575	70694	20.325	9475	2772	1.022	4.028
总计		347820	100.000	41510			

图150 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-154-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:09:05
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	272939	79.592	31396	1038	1.390	--
2	2.572	69984	20.408	9404	2777	1.018	4.029
总计		342923	100.000	40800			

图151 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-155-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:12:57
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	280255	80.358	32405	1048	1.389	--
2	2.569	68502	19.642	9232	2777	1.020	4.026
总计		348757	100.000	41637			

图152 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-156-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:16:49
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	271984	80.412	31175	1023	1.396	--
2	2.562	66255	19.588	8944	2771	1.015	4.023
总计		338238	100.000	40119			

图153 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-157-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:20:40
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	280653	80.177	32466	1046	1.390	--
2	2.569	69390	19.823	9344	2788	1.020	4.037
总计		350043	100.000	41810			

图154 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-158-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:24:33
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.745	281849	80.275	32728	1057	1.382	--
2	2.571	69254	19.725	9299	2780	1.019	4.032
总计		351104	100.000	42027			

图155 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-159-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:28:26
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	275523	79.450	31860	1047	1.385	--
2	2.575	71264	20.550	9545	2785	1.013	4.021
总计		346787	100.000	41405			

图156 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-160-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:32:19
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.747	274119	80.060	31857	1055	1.389	--
2	2.574	68274	19.940	9194	2799	1.022	4.035
总计		342394	100.000	41051			

图157 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-161-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:36:10
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	279696	80.581	32286	1046	1.392	--
2	2.571	67403	19.419	9089	2788	1.022	4.033
总计		347100	100.000	41375			

图158 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-162-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:40:01
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	272422	80.659	31511	1047	1.389	--
2	2.573	65322	19.341	8785	2783	1.020	4.040
总计		337744	100.000	40296			

图159 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-163-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:43:53
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	280166	79.118	32418	1048	1.388	--
2	2.573	73943	20.882	9959	2794	1.018	4.039
总计		354109	100.000	42378			

图160 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-164-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:47:47
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.748	285527	80.845	33201	1059	1.379	--
2	2.573	67650	19.155	9109	2779	1.023	4.024
总计		353177	100.000	42310			

图161 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-165-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:51:40
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	283150	79.593	32700	1045	1.391	--
2	2.569	72599	20.407	9776	2776	1.019	4.030
总计		355749	100.000	42476			

图162 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-166-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P3.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:55:33
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	285020	80.657	32857	1037	1.391	--
2	2.562	68351	19.343	9198	2780	1.025	4.039
总计		353372	100.000	42055			

图163 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-167-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P4.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 03:59:26
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	286464	81.005	33005	1042	1.392	--
2	2.571	67175	18.995	9071	2781	1.020	4.030
总计		353639	100.000	42076			

图164 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-168-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P5.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 04:03:19
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	281973	84.034	32658	1051	1.385	--
2	2.570	53573	15.966	7207	2773	1.024	4.025
总计		335546	100.000	39865			

图165 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-169-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-JX-P6.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 04:07:11
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	290757	80.275	33571	1045	1.386	--
2	2.572	71446	19.725	9626	2780	1.019	4.036
总计		362204	100.000	43197			

图166 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-170-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-1.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 04:11:04
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	278129	78.768	32178	1058	1.396	--
2	2.572	74972	21.232	10103	2778	1.021	4.055
总计		353101	100.000	42282			

图167 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




PCH-301

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$PCH-301 - 0-17/28-171-2 - zzp-6043001p-rcqx-1-pH6.8jz-lf100z-dz-2-2.lcd
方法文件名: RC\$PCH-301 - PCH-301-RC-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$PCH-301 - 20260522-fx277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2026/05/23 04:14:57
处理时间 (V2): 2026/05/23 09:37:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速:2.0ml/min
波长:237nm
版本号:6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.744	279173	78.878	32219	1046	1.396	--
2	2.574	74756	21.122	10082	2787	1.019	4.039
总计		353929	100.000	42302			

图168 阿齐沙坦氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-6043001批-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2